

ASSIST INGENIERIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Regulador de Vacío de 0 - 760 mmHg	
Marca:	Gentec	
Modelo:	882VR-760	
Año de fabricación:	2018	
Tiempo de vida útil:	5 Años	
País de origen del equipo:	Estados Unidos	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REGULADOR DE VACIO SENCILLO	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con conexión a pared acople tipo chemetron?	CUMPLE	86
Cuenta con modo continuo y regulable?	CUMPLE	86
Cuenta con manómetro indicador de vacío en un rango de 0 a 600 mmHg como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con trampa de residuos autoclavable?	CUMPLE	86
Cuenta con válvula de seguridad de llenado o desbordamiento?	CUMPLE	86
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REGULADOR DE VACIO DOBLE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con regulador doble?	CUMPLE	86
Cuenta con conexión a pared acople tipo chemetron?	CUMPLE	86
Cuenta con modo continuo y regulable?	CUMPLE	86
Cuenta con manómetro indicador de vacío en un rango de 0 a 600 mmHg como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con trampa de residuos autoclavable?	CUMPLE	86
Cuenta con válvula de seguridad de llenado o desbordamiento?	CUMPLE	86
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	87-90-91-92
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	117
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	118
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	96-101
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	93-94-95-119
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	120-121

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	CUMPLE	93-94-95
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	103 -116
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	122
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	123
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	124
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	125
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	125

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	126
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	127
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	128
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	129
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	130
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	131
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

ASSIST INGENIERIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Flujometro de O2 de 0 - 15 LPM - Flujometro de O2 de 0 - 1 LPM	
Marca:	Gentec	
Modelo:	FM293-1L-X; FM191B-15-CH	
Año de fabricación:	2018	
Tiempo de vida útil:	5 Años	
País de origen del equipo:	Estados Unidos	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FLUJOMETRO DOBLE	RESPUESTA	FOLIO
El flujometro es doble?	CUMPLE	83
Cuenta con un rango de flujo de 0 a 15 LPM?	CUMPLE	83
La toma pared es tipo chemetron?	CUMPLE	83
Cuenta con un filtro de entrada en acero inoxidable?	CUMPLE	83
Cuenta con codificación de gas por color (verde para O2)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FLUJOMETRO SENCILLO NEONATAL	RESPUESTA	FOLIO
El flujometro es sencillo?	CUMPLE	85
Cuenta con un rango de flujo de 0,1- 1 LPM?	CUMPLE	85
La toma pared es tipo chemetron?	CUMPLE	85
Cuenta con un filtro de entrada en acero inoxidable?	CUMPLE	85
Cuenta con codificación de gas por color (verde para O2)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FLUJOMETRO SENCILLO	RESPUESTA	FOLIO
El flujometro es sencillo?	CUMPLE	84
Cuenta con un rango de flujo de 0 a 15 LPM?	CUMPLE	84
La toma pared es tipo chemetron?	CUMPLE	84
Cuenta con un filtro de entrada en acero inoxidable?	CUMPLE	84
Cuenta con codificación de gas por color (verde para O2)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	85-87-88-89-90-91-92
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	117
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	118
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	96-102
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE FABRICA	119
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	120-121

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (1) un año en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (6) seis meses de representación de la marca en el país certificada por fábrica?	CUMPLE	93-94-95
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	103-116
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	120-121
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	126
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	127
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	128
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	129
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	130
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (1) año años de garantía?	CUMPLE	131
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Laringoscopio	
Marca:	Welch Allyn	
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El material del mango es en acero inoxidable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Incluye una hoja recta por cada de los siguientes número 00, 0, 1, 2, 3, 4?		
Incluye una hoja curvas por cada de los siguientes número 1, 2, 3, 4?		
Cuenta con Luz LED?		
La vida útil del bombillo es mínimo 10 mil horas?		
El mango es de baterías recargables?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		
Para equipo biomédico cuenta con documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que sea directamente el fabricante o distribuidores directos del fabricante con mínimo de (3) tres años de representación directa en el país certificada por el fabricante?		

Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregará un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?

NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA
DILIGENCIAMIENTO DEL
CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP
NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR
EVALUACION DE CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?		
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?		
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Equipo de Organos de Pared	
Marca:	Welch Allyn	
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	RESPUESTA	FOLIO
El equipo de órganos de los sentidos es de pared y cuenta con un sistema de fijación?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Está compuesto por un cabezote de otoscopio y uno oftalmoscopio?		
El sistema cuenta con luz led?		
Cuenta con mango de agarre para cada uno y sistema de seguridad para cada cabezote?		
El encendido y apagado es manual y automático con la puesta del mango sobre la base?		
La Bombilla tiene una vida útil mínima 20 mil horas?		
Cuenta con conexión eléctrica de mínimo 110/120VAC 50/60Hz?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	RESPUESTA	FOLIO
El equipo de órganos de los sentidos cuenta con cabezote de otoscopio y cabezota de oftalmoscopio?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con Sistema de iluminación luz led?		
Funciona con baterías recargables e incluye y cargador?		
El mango cuenta con batería?		
La vida útil del bombillo es como mínimo de 20 mil horas?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Infantometro	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFANTOMETRO	RESPUESTA	FOLIO
El infantometro se encuentra en unidades de medida longitud en metros y escala en centímetros?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
La división de escala es de 1mm.?		
Cuenta con posicionamiento Horizontal como Vertical?		
El material del equipo es en Acrílico o material plástico ABC grado médico?		
El rango de medida mínimo es de 100 cm?		
El infantometro se encuentra en unidades de medida longitud en metros y escala en centímetros?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CINTA METRICA	RESPUESTA	FOLIO
La unidad de medida es en centímetros o metros?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con una escala en Centímetros y con un mínimo 200 cm?		
Se encuentra con una Subdivisión milímetros (1 mm).?		
La cinta métrica es flexible?		
La unidad de medida es en metros?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFUSOR	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con brazalete lavable y reutilizable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Es para adulto?		
Tiene una capacidad mínima de 2500 cc?		
Trabaja a una presión mínima hasta 300 mmHg?		
Cuenta con lazo para colgar del soporte de infusión?		
Trae Pera con válvula?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FONENDOSCOPIO	RESPUESTA	FOLIO
El fonendoscopio cuenta con el servicio Adulto y pediátrico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Trae de respuesta un juego de olivas y membrana de repuesto como mínimo?		
El material del arco y auriculares es de acero inoxidable o bronce cromado o titanio?		
Cuenta con protector de oídos "olivas" ajuste tipo rosca?		
La manguera extensora tiene un largo de mínimo de 50 cm?		
Cápsula doble para auscultación Adulto de mínimo 30mm de diámetro y pediátrica de mínimo 20mm de diámetro?		
Fabricada en material de acero inoxidable o bronce cromado o titanio, con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula membrana o diafragma acústica, anillo de goma o silicón o plástico grado médico?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TALLIMETRO	RESPUESTA	FOLIO
La unidad de medida longitud es en metros, y su escala en centímetros?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
La división de escala es de 1mm.?		
Su posicionamiento es vertical?		
Esta hecho en acrílico o material plástico ABC grado médico?		

Cuenta con un rango de medida mínimo 200 cm?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARTILLO DE REFLEJOS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con cabeza de goma de doble extremo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Su mango es en acero inoxidable?		
Terminado en punta aguda en extremo inferior, intercambiable?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FONENDOSCOPIO NEONATAL	RESPUESTA	FOLIO
Es un equipo Neonatal?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con juego de olivas y membrana de repuesto?		
El arco y auriculares son de acero inoxidable o bronce cromado o titanio?		
Cuenta con protector de oídos "olivas" con ajuste tipo rosca?		
El largo de la manguera es mínimo 50 cm?		
Cuenta con cápsula para auscultación: de máximo 20mm de diámetro fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio?		
Trae anillo de goma o silicón o plástico grado médico?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		

Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?		
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?		
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (1) año años de garantía?		
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lampara Cuellos Cisne	
Marca:	Welch Allyn	
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMPARA CUELLO DE CISNE	RESPUESTA	FOLIO
La lámpara es tipo led?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
La intensidad luminica mínima es de 15.000 lux?		
La temperatura del color mínima 3.500°K?		
La vida útil del LED es mínimo 30.000 Horas?		
El Cabezal es articulable o de cuello flexible?		
Cuenta con base con ruedas?		
Cuenta con conexión eléctrica de 110/120VAC. 50/60Hz?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?		

Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?

NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA
DILIGENCIAMIENTO DEL
CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP
NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR
EVALUACION DE CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Tensiómetro	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Es un tensiómetro Aneróide?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
El Tablero se encuentra en una escala de mmHg en rango mínimo desde 0 hasta 220 mmHg?		
Cuenta con soporte a pared?		
Cuenta con pera en goma con válvula?		
Cuenta con Manguera extensora?		
Cuenta con documento que certifique la entrega (3) Pera en goma con válvula, (2) Manguera extensora, (3) brazaletes para cada paciente adulto, pediátricos reusables?		
Cuenta con documento que certifique la entrega de Certificado de calibración con una entidad acreditada por la ONAC?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fábrica?		

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACIÓN FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Agitador de Mazzini	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con una bandeja en acero inoxidable o plástica con caucho antideslizante?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Tiene una velocidad mínima desde 50 – hasta 250 R.P.M?		
El temporizador mínimo desde 1 a 99 minutos?		
Cuenta con un control Electrónico digital visual en velocidad y tiempo?		
Cuenta con una amplitud Orbital mínimo 20 mm?		
Capacidad de carga es de mínimo de 2.5 Kg?		
Bases con gomas antideslizantes?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (1) un año de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?		
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?		
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que será el proveedor enteramente responsable de los desarrollos que se requieran para la integración de los equipos objeto de este CCTP con las diferentes interfaces con que cuenta el hospital tales como HIS, PACS RIS, software para laboratorios clínicos, lo cual no generará ningún costo adicional para el HUS?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Holter	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA HOLTER	RESPUESTA	FOLIO
El software ES para gabadoras de Holter de ritmo, eletrocardiográfico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Se incluye y entrega instalado en el computador del servicio de cardiología?		
Permite el análisis de VE SVE V-RUN SV-RUN PAUSE ST etc?		
Permite el análisis de frecuencia cardíaca (HRV) (dominio del tiempo, 3D dominio de frecuencia) o según tecnología?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRABADORAS	RESPUESTA	FOLIO
Es un equipo médico de uso diagnostico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Permite la mmonitorización ambulatoria del registro electrocardiográfico por un tiempo de hasta 6 días, en un persona que está en movimiento?		
Se utiliza para el estudio de las arritmias y de la isquemia miocárdica?		
Es mini grabadora digital de usb 3 canales?		
Cuenta con mínimo 5 terminales?		
Cable de mínimo 5 leads?		
Incluye Forro?		
La Grabadora es de batería?		
Cuenta con menú de botones de eventos?		
La base de datos permite guardar en dd o dvd?		
Permite realizar reportes en línea y pdf previos?		
Cuenta con memoria de mínimo 2 gigas interna?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Termometro Digital Corporal	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOMETRO DIGITAL MEDICO	RESPUESTA	FOLIO
Equipo electrónico digital portátil, para medición de temperatura en paciente neonatal, pediátrico o adulto?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con mediciones de temperatura: corporal en forma oral o axilar?		
Cuenta con unidades de medida seleccionables en Celsius – Fahrenheit?		
Cuenta con temperatura con una precisión +/- 1°C?		
Cuenta con visualización de parámetros de temperatura en Display?		
Cuenta con Batería recargable?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMÓMETRO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo funciona como monitorización temperatura nevera, congelador, incubadora etc?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con una sonda de termocupla impermeable?		
Cuenta con un rango de temperatura mínimo entre -50 a 70 °C?		
Cuenta con modo de selección de °C y °F?		
Cuenta con una resolución mínima 0,1°C, 1%RH?		
El largo de la sonda es de 80 cm?		
Cuenta con batería?		
Cuenta con certificado de calibración con una entidad acreditada por la ONAC mínimo en tres puntos?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMÓHIGROMETROS	RESPUESTA	FOLIO
Es un equipo digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con pantalla LCD?		
Cumple la función de medir temperatura y humedad relativa?		
Cuenta con indicador de máximos y mínimos?		
Presenta rangos de temperatura mínimo entre -50 a 60 °C?		
Presenta un rango de humedad mínimo entre 20-95% HR?		
Cuenta con Memoria y selección de °C y °F?		
Cuenta con una resolución mínima 0,1°C, 1%RH?		
Cuenta con batería.		
Cuenta con un botón de selección grados Celsius?		
Cuenta con Certificado de calibración con una entidad acreditada por la ONAC: mínimo 3 puntos de calibración, incluyendo 25°C?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (2) dos años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (1) un años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (1) un año de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Incubadora de CO2	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Funciona con alimentación a 110V?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Cuenta con sistema de alarmas?		
Maneja un volumen interno mayor a 160L?		
Cuenta con sistema de filtrado HEPA o según tecnología?		
Opera en un rango de humedad relativa entre 90 y 95% o mayor?		
Opera en un rango de temperatura entre ambiente y 50°C mínimo?		
Cuenta con una precisión de temperatura de +/- 0.1°C?		
Maneja concentración de CO ₂ entre 0 y 20%?		
Cuenta con una precisión de CO ₂ de +/- 0.1%?		
Funciona bajo un sistema de control microcontrolador?		
Cuenta con sensor de CO ₂ infrarrojo?		
Cuenta con bandejas internas en acero inoxidable?		
Cuenta con programa de desinfección de alta temperatura de 120 °C o superior?		
Cuenta con un tiempo de recuperación de mínimo 6 minutos tras apertura de puerta superior a 10sg?		
Cuenta con puerta interna de vidrio?		
Cuenta con documento que certifique que incluye todos los elementos necesarios para la conexión a la bala?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento donde indique todas las preinstalaciones de las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxígeno y vacío), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos, mobiliario y modificaciones, red contra incendios, sonido, CCTV, etc., para la instalación de la tecnología objeto de este CCTP?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Microscopio	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
1. Cuenta con cabezal binocular?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
2. Funciona con luz LED?		
3. El rango de distancia interpupilar es de 48 a 75 mm como mínimo?		
4. Los oculares son focalizables?		
5. El revolver es giratorio en ambos sentidos?		
6. Trae objetivos 4x, 10x, 40x, 100x como mínimo?		
7. Trae platina mecánica?		
8. Cuenta con un condensador centrable y enfocable?		
9. El led tiene una vida útil de 20.000 horas como mínimo?		
10. Los requerimiento eléctrico son 110/120VAC 50-60Hz?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Pipeta Automatica	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Son automáticas y ajustables?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Los indicadores permiten ser de tres (3) o cuatro (4) dígitos según corresponda el volumen?		
Trae (5) unidades de 100µL - 1000µL		
Trae (6) unidades de 5µL - 50µL		
Trae (7) unidades de 20µL - 200µL		
Trae (4) unidades de 1µL - 10 µL		
Trae (4) unidades de 2 µL - 20 µL		
Trae (4) unidades de 10 µL - 100 µL		
Cada una cuenta con certificado de calibración emitido por entidad acreditada por ONAC?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

IMCOLMEDICA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lampara de Fototerapia	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
¿El equipo es un Lámpara de fototerapia tipo Led azul con base de pie para paciente Prematuro y Neonatal?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
¿El equipo cuenta con Diodos emisores de luz (LED) azul, para el tratamiento de hiperbilirrubinemia neonatal?		
¿La fuente de luz permite una Longitud de onda óptima para maximizar el metabolismo de la bilirrubina entre 450 a 500 nm?		
¿El equipo permite un nivel de irradiación de 45µw/cm2/nm o menor?		
¿El equipo genera un nivel de ruido menor a 60 dB. ?		
¿La Vida útil de la fuente luminosa es de 10.000 horas o mayor?		
¿El peso total de la unidad con base es menor a 14Kg?		
¿El consumo de potencia eléctrica es de 30VA o menor?		
¿La lámpara permite realizar examen de observación, el cual permite cambiar a luz color blanco (opcional)?		
¿La lámpara permite realizar inclinación y ajuste según la tecnología ofertada?		
Trabaja con corriente eléctrico mínimo de 110 VAC 50-60Hz?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

KAKA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Electrocardiografo	
Marca:	Philips	
Modelo:	TC10	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 Años	
País de origen del equipo:	Holanda	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo permite realizar la adquisición, visualización y análisis de 12 derivadas como mínimo?	CUMPLE	376
Cuenta con detección de marcapaso y Análisis de arritmias?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DETENCION DE ARRITMIAS	379
Cuenta con una pantalla de tecnología LCD-TFT o superior de como mínimo 3", para la visualización de hasta 12 derivadas según selección?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA TECNOLOGIA DE LA PANTALLA	386
Permite la introducción de datos del paciente?	CUMPLE	383
Permite visualizar la información del paciente, modo de operación, mensajes de error, derivada desconectada, frecuencia cardiaca?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA VISUALIZACION DE MENSAJES DE ERROR Y DERIVADA DESCONECTADA	385-386
El equipo cuenta con un Teclado alfanumérico o teclado en pantalla táctil?	CUMPLE	387
Cuenta con un sistema de filtros que cumpla el estándar IEC?	CUMPLE	377
Cuenta con los siguientes filtros línea de mínimo 60 Hz, filtro muscular de mínimo 25 hz, filtro pasa alto de mínimo 70 hz y filtro de línea base?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA FILTRO MUSCULAR	377-389
El equipo cuenta con sensibilidad de onda de 5, 10, 20mm/mV como mínimo, con al menos dos velocidades diferentes, incluyendo 25 y 50 mm/seg., frecuencia de muestreo de mínimo 500 muestras/segundo., funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable?	CUMPLE	377-393
Tiene respaldo de batería de mínimo 60 minutos?	CUMPLE	377
Cuenta con protección contra descargas de desfibrilador?	CUMPLE	397
Cuenta con detección de marcapasos?	CUMPLE	379
Cuenta con sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo?	CUMPLE	399
El equipo cuenta con interpretación de mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T), mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR), y medición de la dispersión QT?	CUMPLE	401-409
Cuenta con Impresora térmica?	CUMPLE	377
Cuenta con número de canales de impresión disponibles: 3, 3 + ritmo, 6 y 12 según selección del usuario?	CUMPLE	376
Permite seleccionar la velocidad del papel: 5, 10, 25, 50mm?	CUMPLE	391
En la impresión muestra: ECG 12 derivaciones, frecuencia cardiaca, nombre de derivada, fecha y hora, velocidad del papel, sensibilidad y filtros?	CUMPLE	411
Cuenta con despliegue e impresión de los mensajes en idioma español?	CUMPLE	411
Cuenta con modo de impresión manual y automática?	CUMPLE	413
Cuenta con memoria interna con capacidad de almacenamiento de mínimo de 100 registros de ECG?	CUMPLE	415
Cuenta con un sistema que permita la transmisión de exámenes de ECG en formato PDF, mediante puerto LAN o adaptador USB WIFI?	CUMPLE	376-377
Cuenta con puertos de comunicación estándar?	CUMPLE	376-377
El equipo trabaja como mínimo a 110 VCA 50-60 Hz?	CUMPLE	377
Cada equipo incluye: (2) Cable para paciente de 12 derivadas, (2) Juego de pinzas reusables para paciente adulto y pediátrico, (2) Juegos de chupas reusables, (5) rollos de papel y Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo?	CUMPLE	419

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	421-423-417-445
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	425
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	425
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO DE REPRESENTACION DE LA MARCA	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO ADJUNTAN COPIA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	427

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	427
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	427
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	427-429
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	429
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	429
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	429

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	429
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	433
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	455
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

KAIKA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Monitor Fetal	
Marca:	Philips	
Modelo:	FM20	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 Años	
País de origen del equipo:	Holanda	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con detección del movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina?	CUMPLE	469
Cuenta con un transductor con al menos 7 cristales para la detección de la frecuencia cardiaca fetal?	CUMPLE	484
Cuenta con transductor para la detección de la actividad uterina (toco transductor)?	CUMPLE	483
El equipo cuenta con una intensidad del ultrasonido no mayor a 20 mW/cm2?	CUMPLE	472
El equipo realiza procesamiento de señal por auto correlación?	CUMPLE	472 - 511
Cuenta con método de medición Doppler pulsado?	CUMPLE	472
El equipo cuenta con un rango de señal para toco transductor de 0 -100 unidades o superior?	CUMPLE	472
Cuenta con despliegue numérico de la frecuencia cardiaca fetal en latidos/minuto o bpm?	CUMPLE	493 - 495
Cuenta con un rango mínimo de frecuencia fetal a monitorizar de 50 o menor a 210 Latidos por minuto o bpm o mayor?	CUMPLE	472
Tiene una precisión de +/-2BPM o menor?	CUMPLE	473
El equipo cuenta con ajuste de línea basal?	CUMPLE	472
El equipo cuenta con impresora térmica incorporada, Con tres velocidades de registro como mínimo, dentro del rango 1 a 3cm/min?	CUMPLE	474
El equipo cuenta con registro de fecha y hora?	CUMPLE	499
Cuenta con despliegue grafico a través de la impresión del estudio o la central de Monitoreo?	CUMPLE	470 - 474
Cuenta con despliegue numérico de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal en forma manual o automática (actograma)	CUMPLE	493 - 495
El equipo cuenta con un sistema de alarmas audibles y visuales de frecuencia cardiaca, para frecuencias altas y bajas, configurables por el usuario?	CUMPLE	501 - 508
El equipo cuenta con un indicador de pérdida de la señal o señal insuficiente?	CUMPLE	513
Cuenta con puerto o interfaz para transmisión de datos a computadora para colección de datos y almacenaje?	CUMPLE	470
El equipo cuenta con pantalla LCD o LCD TFT, como mínimo de 5"?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL TAMAÑO	470
Visualización en pantalla de curvas de fetocardia y actividad uterina?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CURVAS EN PANTALLA	493 - 495
El equipo cuenta con ajuste o calibración a cero para la presión Intrauterina?	CUMPLE	472
Cuenta con un soporte de batería de mínimo 60 minutos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA TIEMPO DE BATERIA	
Las condiciones eléctricas de mínimo de 110VAC 50/60 Hz?	CUMPLE	472
Cuenta con dos juegos de cinturones reusables para sujeción de transductores?	CUMPLE	521
Cuenta con 40 paquetes de papel?	CUMPLE	521
Cuenta con un transductor de ultrasonido?	CUMPLE	521
Cuenta con transductor de actividad uterina?	CUMPLE	521
Cuenta con marcador de eventos?	CUMPLE	521
Cuenta con un frasco de gel conductor?	CUMPLE	521
Cuenta con un sistema para fijación de cada monitor: Con montaje a pared con base giratoria o carro de transporte?	CUMPLE	477

Cuenta con TEVA (test de estímulo vibro acústico)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	421-515- 518-519
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	523
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	523
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO DE REPRESENTACION DE LA MARCA	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE EL CERTIFICADO ESTA SIN FIRMAS Y NO TIENE EL SOPORTE DEL CONTRATO	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	525
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	525
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	525
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	525
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	527
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	527
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	527
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	531
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	535
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

KAICA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Nevera de Cadaveres de 2 Puertas	
Marca:	Matachana	
Modelo:	RF2E21	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	15 Años	
País de origen del equipo:	Barcelona	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFRIGERADOR DE CADÁVERES	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con Dimensiones mínimas de Ancho: 96 cm. Profundidad: 246 cm. Altura: 203 cm?	CUMPLE	557
Es de 2 cuerpos?	CUMPLE	557
Cuenta con bandejas extraíbles en acero inoxidable calibre 18 N°4?	CUMPLE	557
La nevera es en acero inoxidable 304 con un acabado N°4?	CUMPLE	557
Cuenta Luz con interruptor?	CUMPLE	556
Cuenta con sistema de refrigeración con termómetro digital y controlador de temperatura?	CUMPLE	556
La temperatura de mínimo 2 a 8 °C?	CUMPLE	557
Cuenta con requerimiento eléctrico 110V/60Hz?	CUMPLE	557
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELEVADOR DE CADÁVERES	RESPUESTA	FOLIO
Elevador para cadáveres es operado hidráulicamente con batería o eléctrico?	CUMPLE	559
Cuenta con dimensiones Ancho: mínimo 76 cm. Profundidad: mínimo 123 cm. Altura: mínimo 197 cm?	CUMPLE	560
La capacidad de carga: mínimo 200 kg?	CUMPLE	560
Incluye paleta completa de rodillos?	NO CUMPLE LA ESPECIFICACION NO SE EVIDENCIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	421-573- 571
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	561
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EJEMPLO DE CONTRATO	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	561
Para equipo biomédico cuenta con documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que sea directamente el fabricante o distribuidores directos del fabricante con mínimo de (3) tres años de representación directa en el país certificada por el fabricante?	CUMPLE	571
Cuenta con documento que certifique la venta, instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado por medio de copia del contrato de compra-venta y del documento del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO TIENE EL SOPORTE DEL CONTRATO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	563
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	563
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	563
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	563

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	563
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	565
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	565
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	565
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	569
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	575
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

KAKA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Esterilizador de Baja Temperatura por Peroxido de Hidrogeno	
Marca:	Matachana	
Modelo:	130HPO-2	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	15 Años	
Pais de origen del equipo:	Barcelona	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con un controlador lógico programable (PLC).?	CUMPLE	607
Cuenta puerto USB o puerto RS232 para la descarga del historial ciclos realizados, actualización de software, etc?	CUMPLE	607
El display permite visualización de largo alcance del estado del esterilizador?	CUMPLE	605
Cuenta con impresora térmica integrada que permita visualizar información tanto en pantalla como en el registro impreso?	CUMPLE	607
Cuenta como mínimo con (3) tres rutinas de control de programas para las diferentes tipologías de cargas?	CUMPLE	604
Permite la Visualización de ciclos y parámetros?	CUMPLE	604
Permite realizar la Programación del ciclo?	CUMPLE	607
Permite realizar Calibración?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Permite realizar Ajuste de temperatura y presión opcional?	CUMPLE	607
Cuenta con control de tiempo de esterilización?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con sistema automático o manual para cierre de puerta?	CUMPLE	604
Estantes interiores de cámara extraíbles?	CUMPLE	608
Cuenta con doble puerta?	CUMPLE	613
Cuenta con volumen de la cámara de mínimo de 130 litros, máximo 150 litros?	CUMPLE	604
El suministro eléctrico es de mínimo 120V/50-60 Hz?	CUMPLE	621
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA TIEMPO DE VIDA UTIL	421-587-589
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	589
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? .	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	589

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (7) siete años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (5) cinco años de representación de la marca en el país certificada por fábrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	590
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	591
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	591
Cuenta con documento donde indique todas las preinstalaciones de las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxígeno y vacío), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos, mobiliario y modificaciones, red contra incendios, sonido, CCTV, etc., para la instalación de la tecnología objeto de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	593
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	595
EVALUACION FINAL		NO CUMPLE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SEIM SAS		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Audiometro	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Tiene dos canales independientes?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR LA EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
El rango de frecuencia oscila entre 125 Hz como mínimo y 20000Hz?		
Cuenta con conducción ósea y conducción aérea?		
Cuenta con Tonos puros?		
Cuenta con Continuo?		
Cuenta con Pulsado?		
Cuenta con Prueba Campo libre?		
Cuenta con Ondulante?		
Cuenta con Audiológicas Especificas tipo: DECAY, SISI, STENGER, MULTIFRECUENCIA?		
Cuenta con Prueba Alta frecuencia hasta 20Khz?		
Cuenta con señal de Tono Warble +/- 5% en modulación?		
Cuenta con señal de Ruido Blanco?		
Cuenta con Precisión para frecuencia 0.5% o menor?		
Cuenta con Precisión para Distorsión 1% o menor?		
El Software compatible con sistema Operativo Windows?		
Trae Diadema?		
Trae Auriculares de inserción?		
Trae Micrófono paciente?		
Trae Cubierta o forro?		
Trae Pulsador de respuesta de paciente?		
Cuenta con certificado de calibración?		
Cuenta con conexiones a impresora para resultados?		
Cuenta con impresora compatible?		
Cuenta con Parlantes y sistemas para pruebas de campo libre?		
Cuenta con conexión a impresora para resultados?		
Cuenta con impresora compatible?		
Cuenta con parlantes y sistema para pruebas de campo libre?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACIÓN FINAL	NO CUMPLE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SEM SAS		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Impedanciometro	
Marca:		
Modelo:		
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:		
País de origen del equipo:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El tono de sonda de mínimo 226hz; máximo 1000hz, graduable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR LA EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES	
Frecuencia de rango de mínimo a 4khz?		
Frecuencias contra de un rango de mínimo 250hz a 8khz?		
Cuenta con las pruebas Reflejos ipsilateral, contralateral, etf, decay?		
Cuenta con las pruebas Timpanometria automática-manual?		
Cuenta con probeta?		
Cuenta con kit de olivas?		
Cuenta con Cavidades de calibración?		
Cuenta con 10 rollo de papel térmico, Porta probeta, Forro protector, impresora compatible con el equipo?		
Cuenta con Requerimiento eléctrico 110/120VAC 50-60HZ?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?		

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SEM SAS		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Autoclave	
Marca:	Macroingenio	
Modelo:	3181	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	15 AÑOS	
País de origen del equipo:	USA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Sirve para esterilizar: Instrumentos envueltos, sin envolver, sólidos, huecos y porosos?	CUMPLE	113
Maneja un rango de temperatura entre 121°C - 134°C.?	CUMPLE	113
La capacidad de la cámara debe procesar hasta 4 unidades de esterilización?	CUMPLE	111
Cuenta con las siguientes dimensiones: Ancho total incluyendo espacio para servicio de 1000mm, Profundidad de 1100 a 1550 mm, Alto 1900 a 2500 mm. (Mínimas según preinstalaciones)?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE LAS MEDIDAS SON ANCHO 1000 MM, ALTO 1950, LARGO 1200 MM. SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA EN NINGUN FOLIO TECNICO QUE LA MEDIDA DE ANCHO DE 1000 MM INCLUYA EL ESPACIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	111
Cuenta con las siguientes dimensiones de la cámara: volumen nominal de mínimo 300 Litros, Ancho de 630 a 670 mm, Profundidad de 600 a 710 mm, Alto de 630 a 670 mm. (Mínimas según preinstalaciones)?	NO CUMPLE. LA CAPACIDAD DEL EQUIPO OFERTADO ES DE 318 LITROS. VALOR QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	111
El material de la cámara es de acero inoxidable 316L, con espesor de mínimo 5mm?	CUMPLE	111
Las tuberías y empalmes son en acero inoxidable 316L o cobre?	CUMPLE	113
El material de la chaqueta es en acero inoxidable, con grosor mínimo 4mm?	CUMPLE	111
La cámara y puertas del equipo se encuentran aisladas?	CUMPLE	111
Cuenta con aislante de cámara protegido con lámina de aluminio formada de mínimo 1 mm de espesor?	CUMPLE	111
Material externo hecho en acero inoxidable 304 en combinación con/o en material no corrosivo?	CUMPLE	111
El esterilizador es de doble puerta, en acero inoxidable o aleación de materiales igual al de la cámara?	CUMPLE	111
Las Puertas son automáticas, operadas eléctricamente, con deslizamiento vertical?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 111 QUE LAS PUERTAS SON VERTICALES DESLIZABLES. PERO NO SE EVIDENCIA QUE SEAN OPERADAS ELECTRICAMENTE	111
Cuenta con un mecanismo de prevención que impida la apertura de la puerta durante operación?	CUMPLE	111
Los Ciclos de esterilización son totalmente automáticos?	CUMPLE	113
Cuenta con un panel de control con pantalla a color en el área de carga y un panel en el área de descarga?	CUMPLE	112
Los dos paneles muestran: Fecha/hora, programa de esterilización, ciclo actual, mensajes de error, puerta cerrada?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 112 QUE LOS REQUERIMIENTOS SE MUESTRAN EN UNA PANTALLA. NO SE MUESTRAN EN LOS DOS PANELES	

La programación cuenta con diferentes niveles de acceso para configurar programas/ciclos, parámetros, servicio y mantenimiento?	CUMPLE	112
Cuenta con la función de selección e inicio del programa?	CUMPLE	112
Cuenta con la función de visualización del progreso de los ciclos en la pantalla?	CUMPLE	112
Cuenta con la función de apagado y encendido programable?	CUMPLE	113
Cuenta con la función de visualización de mensajes de error con historial?	CUMPLE	112
Cuenta con la función de visualización de mensajes de mantenimiento?	CUMPLE	113
Cuenta con la función de Selección e inicio del programa?	CUMPLE	113
Cuenta con la función de visualización del progreso de los ciclos de pantalla?	CUMPLE	113
Cuenta con la función de visualización y configuración del sistema?	CUMPLE	113
Cuenta con la función de visualización de los valores medidos?	CUMPLE	113
Cuenta con gestión de usuarios - inicio y cierre de sesión (nivel de usuario, contraseña y autorizaciones)?	CUMPLE	113
Cuenta con Intervención de los programas?	CUMPLE	113
Cuenta con alarma (visual y audible) en caso de fallo?	CUMPLE	112
Cuenta con conexión Ethernet para la descarga de datos del ciclo a un ordenador remoto o un sistema supervisor?	CUMPLE	113
Trae impresora incorporada?	CUMPLE	112
El generador de vapor está integrado al esterilizador?	CUMPLE	114
El generador como la tubería están hechos de acero inoxidable o cobre?	CUMPLE	114
El generador suministra automáticamente vapor de alta presión con condensado mínimo (vapor seco) de acuerdo con EN 285?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO	114
Cuenta con una válvula de drenaje automática y otras válvulas de control, tales como una válvula de seguridad, purgadores de vapor, coladores, etc?	NO CUMPLE. A FOLIO 112 MENCIONA EXISTENCIA DE VALVULAS DE CONTROL. SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICO	
La capacidad nominal esta entre 30 - 48kW?	CUMPLE	114
Cuenta con un sistema de llenado automático de vapor?	CUMPLE	114
Cuenta con una bomba de alimentación de agua para asegurar que el generador recibe una presión de agua adecuada?	CUMPLE	114
Cuenta con Bomba de vacío?	CUMPLE	112
Cuenta con filtro de aire desechable para filtrar el aire que entra a la cámara, limitando partículas con un tamaño de 0,2mm o menor?	CUMPLE	114
El acceso de servicio y mantenimiento es por el área frontal?	NO CUMPLE SE EVIDENCIA A FOLIO 111 QUE EL EQUIPO NECESITA ESPACIO LATERAL Y FRONTAL PARA MANTENIMIENTO	
Cuenta con válvulas de seguridad para la cámara, la chaqueta y el generador de vapor?	CUMPLE	113
Los manómetros están ubicados en el área de mantenimiento para medición de presión de vapor, agua, aire comprimido tanto en la cámara como en la chaqueta?	CUMPLE	113
Cuenta con botón de emergencia en el lado de carga y de descarga?	CUMPLE	114
Cuenta con interruptor de fuente de poder ON/OFF?	CUMPLE	113

Cuenta con BOWIE-DICK TEST INTEGRADO?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA LA PRUEBA DE BOWIE & DICK. PERO NO SE EVIDENCIA QUE EL ESTERILIZADOR INCLUYE UN SISTEMA AUTOMATICO PARA PRUEBAS BOWIE & DICK QUE COMPRUEBE LA PENETRACIÓN DE VAPOR Y REEMPLACE LOS PACKS DE PRUEBA, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CONSUMIBLES	
Los ciclos de esterilización son ciclos de pre-vacío fraccionados con secado al vacío de acuerdo con la norma EN 285?	CUMPLE	113
Cuenta con el programa preestablecido de instrumentos 134°C / 5 min?	CUMPLE	113
Cuenta con el programa preestablecido de textiles 134°C/5 min?	CUMPLE	113
Cuenta con el programa preestablecido de Plásticos 121°C/20 min?	CUMPLE	113
Cuenta con el programa preestablecido Calentamiento & Prueba de vacío 134°C/5 min?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTE UN TEST DE CALENTAMIENTO	
Cuenta con el programa preestablecido de Bowie Dick test 134°C/3.5 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA TEST DE BOWIE & DICK, SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA TEMPERATURA NI EL TIEMPO AL CUAL FUNCIONA	
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos pesados 134°C/5 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA CICLO PARA INSTRUMENTOS PESADOS, SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA TEMPERATURA NI EL TIEMPO AL CUAL FUNCIONA	
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos porosos 125°C/20 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA CICLO DE INSTRUMENTOS POROSOS, SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA TEMPERATURA NI EL TIEMPO AL CUAL FUNCIONA	
Cuenta con el programa preestablecido de líquidos 121°C/45 min 10?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA CICLO DE LIQUIDOS, SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA TEMPERATURA NI EL TIEMPO AL CUAL FUNCIONA	
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos especiales 134°C/60 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 113 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA CICLO DE INSTRUMENTOS ESPECIALES, SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA TEMPERATURA NI EL TIEMPO AL CUAL FUNCIONA	

Cuenta con Carro de transporte - 2 unidades Material de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304). Ruedas con freno y Cesta - 1 unidad Características: Material acero inoxidable 1.4301 (AISI 304). Con dos bandejas, una en la parte inferior y la segunda ajustable en altura (mínimo 10 posiciones)?	NO CUMPLE. A FOLIO 114 SE EVIDENCIA QUE POSEE DOS CARROS DE TRANSPORTE, PERO NO SE EVIDENCIA QUE LA CANASTA POSEA DOS BANDEJAS CON ALTURA AJUSTABLE A MINIMO 10 POSICIONES	
Cuenta con documento que certifique el cumplimiento de los estándares: 98/37/EC 2006/42 EC 97/23 EC 93/42 EEC 2004/108/EC 2006/95/EC EN 285?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA LA NORMATIVIDAD	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE EL INVIMA CORRESPONDE A UNA AUTOCLAVE DE OXIDO ETILENO Y NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE VIDA UTIL	122
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO TECNICO DEL CCTP NI NINGUN SOPORTE PARA REALIZAR EVALUACION TECNICA DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES	
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	131
Para equipo biomédico cuenta con documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (7) siete años en el país, que sea directamente el fabricante o distribuidores directos del fabricante con mínimo de (5) cinco años de representación directa en el país certificada por el fabricante?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con el documento diligenciado y firmado que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	131
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	132
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	132
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	132
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	133
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	133

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	132-133
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	133
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	133
Cuenta con documento donde indique todas las preinstalaciones de las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxígeno y vacío), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos, mobiliario y modificaciones, red contra incendios, sonido, CCTV, etc., para la instalación de la tecnología objeto de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	134
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Desfibrilador	
Marca:	Zoll	
Modelo:	R Series	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	Mínimo 10 Años	
País de origen del equipo:	USA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con desfibrilación manual y modo DEA, cardioversión y monitoreo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CARDIOVERSION	266
El desfibrilador presenta onda bifásica?	CUMPLE	400
Cuenta con un selector de nivel de energía para descarga bifásica con un rango de 20 Joule o menor a 270 Joule o mayor?	CUMPLE	411 - 412
El tiempo de carga es de 9 segundos o menor para máxima energía con batería y red eléctrica?	CUMPLE	400
Cuenta con selector para el modo: monitor, cardioversión, desfibrilación, marcapasos y DEA?	CUMPLE	266
Cuenta con cable para uso de electrodos de desfibrilación y marcapasos?	CUMPLE	266
Cuenta con marcapasos cutáneo?	CUMPLE	251
Para el marcapaso la duración de pulso es de 40 milisegundos o menor, con una precisión máxima de +/- 5% o menor?	CUMPLE	403
La frecuencia del marcapasos es ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor, a 170 pulsos por minuto o mayor?	CUMPLE	403
Cuenta con activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico)?	CUMPLE	403
En la pantalla se despliegan los datos para el marcapaso?	CUMPLE	339 a 345
El equipo cuenta con Desfibrilación Automática Externa?	CUMPLE	312
La Desfibrilación es guiada mediante comandos de voz?	CUMPLE	320
El Nivel de descarga se puede realizar automaticamente y manual?	CUMPLE	251
Cuenta con pantalla a color LCD, o LCD TFT, o tecnología superior; y el tamaño es de 6.5 pulgadas como mínimo?	CUMPLE	399
El Monitor permite despliegue numerito y de onda de la frecuencia cardiaca y despliegue del trazo ECG?	CUMPLE	346 - 351
En la pantalla se cuenta con un indicador de descarga realizada?	CUMPLE	258
Las Palas cuentan con excitación externa y son convertibles a adulto/pediátricas?	CUMPLE	296 - 297
El equipo permite realizar descarga en palas y en panel de control?	CUMPLE	258 - 296
Cuenta con botón de descarga en las palas y en el panel de control?	CUMPLE	258 - 296
El Rango de impedancia del paciente es de 25 ohmios o menor, a 170 ohmios o mayor?	CUMPLE	400
Cuenta con alarmas audibles y visibles?	CUMPLE	354 a 357
Cuenta con un sistema de registro?	CUMPLE	358
Permite la impresión de chequeo o autotest seleccionable por el usuario?	CUMPLE	379 a 381
Tiene la capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado?	CUMPLE	353
La velocidad de la Impresora para su registro esta de 25mm/s como mínimo?	CUMPLE	403
Cuenta con batería integrara y recargable?	CUMPLE	404
La batería permite dar al menos 60 descargas continuas o mayor a máxima energía o cuenta con autonomía de un mínimo de 3 horas en monitoreo o 2 horas de funcionamiento de marcapasos?	CUMPLE	404
El tiempo de carga es menor a 4 horas para alcanzar por lo menos el 80% de la capacidad de la batería?	CUMPLE	404
El peso del equipo es de máximo 8 Kg, incluido accesorios?	CUMPLE	309
El equipo trabaja con corriente eléctrica de 110V+/-10%/60 Hz?	CUMPLE	309

Cada equipo incluye (1) Cable de paciente para monitorizar más de 5 derivadas, (1) Cable para conexión de los parches para marcapasos, (3) Electrodo auto adheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos, para paciente adulto (con fecha de vencimiento mayor a un año a partir de la fecha de entrega), (1) Tubos de gel conductora y (5) Unidades de papel para impresión?	CUMPLE	2007 - 2009
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	242 - 243 - 1836 -1837 - 440 - 448
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	438 - 449
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	CUMPLE	1942 - 1948
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	257

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961

Cuenta con documento que certifique que será el proveedor enteramente responsable de los desarrollos que se requieran para la integración de los equipos objeto de este CCTP con las diferentes interfaces con que cuenta el hospital tales como HIS, PACS RIS, software para laboratorios clínicos, lo cual no generará ningún costo adicional para el HUS?	CUMPLE	1962 - 2000
Cuenta con documento que certifique que el soporte Técnico para Equipos TICs deberá ser de la siguiente manera: El proponente deberá realizar soporte Técnico 7x24 incluyendo soporte telefónico, remoto, presencial (en caso de no solucionarse la falla) de todos los componentes anteriores, El proponente debe realizar las visitas necesarias para mantenimiento correctivo con cobertura total de repuestos, para cada uno de los equipos definidos en la propuesta, tanto por detección de fallas en el mantenimiento preventivo como por llamadas de servicios, Se debe garantizar que todas las solicitudes de soporte de todos los equipos anteriormente descritos serán atendidas y escaladas por el proponente. El HUS no realizará trámites con terceros, El tiempo de atención no debe ser mayor a una hora, el Tiempo de respuesta presencial no mayor a 6 horas en sitio y el tiempo de solución no puede ser superior a 24 horas, El proponente debe entregar la matriz de escalamiento y sus niveles de atención, Cuando la falla presentada requiera retirar algún equipo o parte o en el caso que en el mercado no se consiga algún repuesto, por la razón que sea, se debe suministrar de manera inmediata, en calidad de préstamo y durante el tiempo que sea necesario, un equipo soporte con idénticas características o en su defecto uno de mayor capacidad técnica, previo visto bueno de la subdirección de sistemas. Los repuestos utilizados deben ser originales con mínimo un (1) año de garantía, Se debe entregar reporte por cada visita de soporte, Se debe presentar un cronograma de mantenimientos preventivos para cada uno de los equipos de la propuesta, mínimo 2 mantenimientos preventivos, Se debe cubrir el total de repuestos, cambio de partes y en caso de daño total, cambio del equipo con características iguales o en su defecto uno de mayor capacidad técnica?	CUMPLE	1959 - 1961
Cuenta con documento donde indique todas las preinstalaciones de las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxígeno y vacío), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos, mobiliario y modificaciones, red contra incendios, sonido, CCTV, etc., para la instalación de la tecnología objeto de este CCTP?	CUMPLE	1963 - 2000
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1959
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Mesa de Atencion de Partos	
Marca:	Barrfab	
Modelo:	8F683Eh	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La mesa es eléctrico-hidráulica?	CUMPLE	464
Cuenta con control alámbrico o inalámbrico?	CUMPLE	474
El material de la mesa es en acero inoxidable?	CUMPLE	484
Realiza como mínimo los siguientes movimientos: De espalda de 0 a 80 grados ($\pm 15^\circ$), Sección pélvica de 0 a 15° como mínimo, Trendelenburg de -15° a $+15^\circ$ (± 3), ascenso y descenso y permite el bloqueo de movimientos?	CUMPLE	473
Cuenta con placa apoya piernas deslizables bajo el asiento o desmontable?	CUMPLE	468
La capacidad de carga mínima es de 180 kg?	CUMPLE	475
Cuenta con Batería incorporada?	CUMPLE	501
Cuenta con recipiente en acero inoxidable de gran tamaño que se pueda guardar debajo de la sección de piernas y extraerse para su uso, o según tecnología pero que aplique la misma función y sin dificultad de traslado del recipiente?	CUMPLE	549
Cuenta con los siguientes accesorios: Apoya piernas (2) acolchadas, con sistema mecánico de fijación, (2) muñequeras o agarraderas y (2) soporte de brazos con sistema de fijación en acero inoxidable?	CUMPLE	549
La Colchoneta en polipropileno de alta densidad, antideslizante, no conductora de electricidad o poliuretano no absorbente, con sello hermético a prueba de fluidos?	NO CUMPLE SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	515
Trabaja con corriente eléctrica mínimo de 110 VAC. 50/60 Hz?	CUMPLE	602
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937

Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	461
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lampara de Calor Radiante	
Marca:	Olidef	
Modelo:	Matrix SC	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con un diseño de columna?	CUMPLE	677
Cuenta con controlado por microprocesador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con programación modo piel, control manual y servo controlada?	CUMPLE	676
Cuenta con sistema de alarmas visual y auditiva?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La base cuna cuenta con una inclinación gradual y con altura graduable opcional?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con barandas abatibles con mínimo dos inserciones para pasa-cables?	CUMPLE	683 - 694
Cuenta con Display?	CUMPLE	694
La precisión del sensor de temperatura piel es inferior a +/- 0,3°C?	CUMPLE	698
Cuenta con indicador de potencia del calefactor?	CUMPLE	699
La Temperatura trabaja en un rango mínimo de 34°C a 38°C como máximo?	CUMPLE	699
La base cuenta con ruedas y sistema de frenos?	CUMPLE	700
Cuenta con atril porta sueros y atril en acero inoxidable?	CUMPLE	690
Cuenta con mínimo una bandeja para soporte de monitor o instrumental?	CUMPLE	691
Cumple el requerimiento eléctrico de 110/120 VAC, 50-60Hz?	CUMPLE	699
Cuenta con documento que certifique la entrega de (3) sensor de piel reutilizable por equipo?	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique la entrega de colchoneta en espuma de alta densidad y se encuentra forrada en material impermeable por equipo?	CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	242 - 243 - 1836 -1837 - 711 a 720
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLENO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937

Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	CUMPLE	1942 - 1948
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	667
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Mesa de Cirugia para Ortopedia	
Marca:	Barrfab	
Modelo:	BF683Eh	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con sistema electrohidráulico?	CUMPLE	737
Cuenta con Sección de cabeza y pies intercambiables?	CUMPLE	739
Cuenta con base radio traslucida en toda su extensión, tablero o base universal para ortopedia y traumatología?	CUMPLE	757
Cuenta con Túnel para cassette de rayos X a través de todo el tablero de la mesa?	CUMPLE	742
Cuenta con colchoneta autoadhesivas a la mesa, antiestáticas, removibles de fácil limpieza y desinfección?	CUMPLE	788
La mesa está dividida en por lo menos 4 secciones. Cabecera, dorso, pelvis y miembros inferiores o piernas?	CUMPLE	786
Cuenta con base en acero inoxidable resistente a químicos para la desinfección?	CUMPLE	757
Cuenta con un sistema de frenos centralizado o servodireccional o de Pivote	CUMPLE	747
Cuenta con un sistema de autoretorno a nivel de las posiciones fijas de (trendelemburg, antitrendelemburg, lateralidades y/o espaldas-pelvis con un solo botón)?	CUMPLE	748
Cuenta con los movimientos requeridos: Trendelenburg inverso: En un rango de -30° a +30° o mayor, Electro-hidráulico, Antitrendelenburg: desde -30° a +30° o mayor, electrohidráulico?	CUMPLE	746
Inclinación lateral (derecha/izquierda): Desde 20°, electrohidráulico, Sección de la espalda (o Pelvis): movimientos de arriba/abajo rango entre +60°/-25° como mínimo, Sección de la cabeza: arriba/abajo, rango entre +20°/-90°, se acepta de operación manual?	CUMPLE	746
Cuenta con sección de la cabeza: arriba/abajo, rango entre +20°/-90°, se acepta de operación manual?	CUMPLE	746
Cuenta con sección de piernas inclinación: arriba/abajo, rango entre -90°, se acepta de operación manual, división de sección de piernas derecha/izquierda, se acepta de operación manual?	CUMPLE	746
Cuenta con detectores de nivel para mínimo cuatro posiciones Trendelenburg/Anti-trendelenburg, Lateralidades, sección de espalda o pelvis?	CUMPLE	748
El voltaje de trabajo es de 110/120/220/240 VAC 50-60Hz?	CUMPLE	780
Cuenta con capacidad mínima de carga 200 Kg?	CUMPLE	748
El deslizamiento longitudinal: mínimo 199 mm hacia la cabeza y mínimo 99 mm hacia los pies?	CUMPLE	746
Cuenta con batería recargable para soporte de funcionamiento?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
El tiempo mínimo de funcionamiento de la batería es de 30 minutos continuos o su equivalente en movimientos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Indicador visual de estado de la batería?	CUMPLE	774
Cuenta con control de funciones de respaldo diferente al control de mano o panel de control auxiliar sobre la base de la mesa?	CUMPLE	747
Cuenta con control de mano con apoyo visual para los movimientos de las diferentes posiciones de la mesa?	CUMPLE	747
Cuenta con interruptor de parada de emergencia independiente al bloqueo de los controles de la mesa, Tipo de protección contra descargas clase I opcional?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con grado de protección contra descargas eléctricas tipo B?	CUMPLE	781
Cuenta con protección contra penetración de agua certificado IPX4?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	

Los accesorios son radiolucidos 360°?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Pierneras (par), Apoya brazos (par)?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con marco de anestesia (Unidad)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con 1 Extensión para ortopedia, para miembros inferiores radio traslúcida estándar, con posibilidad de adaptar a diferentes marcas de mesas, con los siguientes accesorios: brazo de tracción, poste de rotación perineal, Dispositivo de tracción longitudinal, botas con correas con sistema que permita el traslado y resguardo de los accesorios?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	909 a 928
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (7) siete años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (5) cinco años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	733

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Mesa de Cirugia	
Marca:	Barrfab	
Modelo:	BF683Eh	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La mesa es electrohidráulica rodable?	CUMPLE	945
Cuenta con sección de cabeza y pies intercambiables? (opcional)	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con un control de mano alámbrico?	CUMPLE	955
Tiene batería de soporte e indicador de carga?	CUMPLE	982
El voltaje de trabajo es de +/- 110-120 VAC, 50- 60 Hz?	CUMPLE	988
Cuenta con protecciones contra choques eléctricos?	CUMPLE	988
Cuenta con protección contra ingreso de líquidos tanto en la base como en las colchonetas?	CUMPLE	988
Cuenta con un sistema de respaldo de control de funciones en columna o en la base de la mesa. ?	CUMPLE	955
La capacidad mínima de carga es de 200 Kg en movimiento?	CUMPLE	956
Cuenta con sistema de frenos centralizado o servodireccional o de Pivote	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
El sistema de frenos de emergencia es independiente a las funciones de la mesa y de fácil desplazamiento?	CUMPLE	955
La longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200cm +/- 10cm?	CUMPLE	954
Cuenta con una base con cubierta de acero inoxidable o polímero resistente al alto impacto?	CUMPLE	965
Cuenta con una cubierta de la columna en acero inoxidable o polímero resistente al alto impacto?	CUMPLE	966
La estructura de la superficie y rieles laterales son en acero inoxidable o acero al cromo níquel?	CUMPLE	965
La superficie radio traslúcida en toda su extensión y accesible al cassette de rayos X.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
La mesa se encuentra dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas?	CUMPLE	994
Cuenta con movimientos mínimos: posición de sentado, posición de acostado, posición de lateral, longitudinal, y trendelenburg?	CUMPLE	954
Cuenta con cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +30° / - 90°, en operación manual?	CUMPLE	954
Cuenta con miembros inferiores o perreras en placas independientes, desmontables, abatibles de -90° y con movimiento de tijera?	CUMPLE	947 - 954
Cuenta con Angulo Flex 30° piecero / 30° cabecero mínimo (invertido)?	CUMPLE	954
Cuenta con Angulo Réflex 40° piecero / 30° cabecero mínimo?	CUMPLE	954
La mesa debe tener la capacidad para dar la posición y/o accesorio para nefrectomía?	CUMPLE	1096
Cuenta con Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 100cm. +/- 10cm. Con respecto al piso?	CUMPLE	954
Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 30°?	CUMPLE	954
Inclinación lateral, izquierda y derecha de 20° como mínimo?	CUMPLE	954
Cuenta con un sistema de parada que permita la desactivación de todos los movimientos de la mesa para evitar movimientos involuntarios, independiente, independientes al bloqueo de los controles de la mesa?	CUMPLE	979
Cuenta con función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0)?	CUMPLE	956
Cuenta con Batería de soporte con indicador de carga como mínimo por treinta (30) minutos continuos o su equivalente en movimientos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	

Cuenta con función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal a cero (0)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con colchonetas autoadhesivas a la mesa, antiestáticas, removibles, de fácil limpieza y desinfección?	CUMPLE	996
Cuenta con soporte acojinado para brazo con fijador y correa de sujeción (2 piezas)?	CUMPLE	1016
Cuenta con arco de anestesia con fijador?	CUMPLE	1016
Cuenta con correa de sujeción de paciente a la mesa (sin velcro)?	CUMPLE	1016
Cuenta con interruptor de parada de emergencia independiente al bloqueo de los controles de la mesa?	CUMPLE	979
Cuenta con detectores de nivel para mínimo cuatro posiciones: Trendelenburg/ Anti trendelenburg, Lateralidades, sección de espalda o pelvis.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	117 a 1136
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (7) siete años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (5) cinco años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	942

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Incubadora Cerrada	
Marca:	Olidef	
Modelo:	Scti Line 4	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Es un incubadora de Cuidados Intensivos para recién nacido cerrada para terapia aislada?	CUMPLE	1153
Cuenta con controles de Mando?	CUMPLE	1193
La incubadora cuenta con modo de control manual/servocontrol (seleccionable) con sistema de prueba inicial de auto diagnostico o auto-chequeo para verificar su estado durante la puesta en marcha para verificar las condiciones de seguridad del equipo antes de su uso en paciente?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL AUTO-CHEQUEO	1156
Cuenta con pantalla táctil (Opcional), a color con tecnología LCD TFT o tecnología superior, de 6", que permita realizar control o ajuste de brillo?	CUMPLE	1192
Cuenta con panel frontal y posterior de la cuna o cúpula, que tenga mecanismo dual de seguros, que evita la posibilidad de caídas accidentales por apertura de puertas.	CUMPLE	1157
El equipo cuenta con separación de doble pared de la cúpula sin necesidad de herramienta manual que garantice la efectividad en la desinfección.	CUMPLE	1157 - 1158
Cuenta con control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura del aire de 25.0°C o menor hasta 37.0°C o mayor?	CUMPLE	1189
Cuenta con control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura de la piel del paciente de 35°C o menor o hasta 37,0°C o mayor	CUMPLE	1189
El equipo cuenta con una resolución o incremento mínimo de 0.1°C para temperatura piel?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	1189
Cuenta con un sistema de servocontrol de la concentración de oxígeno que cubra un rango de medición del 21% o menor al 65% o mayor, con margen de precisión de medición de 5% o menor?	CUMPLE	1189
El sistema de control del humidificador es servocontrolado?	CUMPLE	1171
El sistema de humidificación con servocontrol de humedad, que permita un rango de ajuste de la humedad relativa de 40% o menor a 90% o mayor con una precisión de +/- 10%"	CUMPLE	1189
El sistema de Humidificación, cuenta con depósito, reservorio, sistema de goteo o cámara de agua removible que permita un modo de fácil limpieza?	CUMPLE	1166
El tiempo de Calentamiento es menor o igual a 40 minutos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	1169
Monitorea parámetros de Temperatura de aire, medida y programada?	CUMPLE	1167
Monitorea parámetros de Temperatura de piel de paciente, medida y programada?	CUMPLE	1167
Monitorea parámetros de Humedad relativa, medida y programada?	CUMPLE	1193
Monitorea parámetros de Concentración de oxígeno, medida y programada?	CUMPLE	1167
Cuenta con un indicador del modo de control de temperatura (aire o servocontrol)?	CUMPLE	1167
Cuenta con indicador de la potencia o encendido del calefactor identificado por niveles o en porcentaje (%) hasta el máximo nivel 100%?	CUMPLE	1193
Cuenta con un sistema de alarmas visuales y audibles priorizadas con medios para permitir al usuario ajustar el volumen de la alarma; con silenciador temporal; con mensajes de alarma en pantalla?	CUMPLE	1174
Muestra falla de temperatura baja del aire y temperatura alta del aire o revisión de temperatura ajustada?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	

Muestra falla de temperatura baja de piel de paciente y temperatura alta de piel de paciente o revisión de temperatura ajustada?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica falla del sensor de piel o sonda de temperatura cutánea?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica falla de la circulación o flujo de aire?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica fallo del sistema o error de funcionamiento?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica falta o falla de energía eléctrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica nivel bajo de agua y falla en el control de humedad o desviación en el rango de humedad?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica falla de control o caudal de oxígeno?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Indica falla en concentración de oxígeno?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La base de la incubadora cuenta con soporte para monitor de signos vitales que resista peso de 7Kg o menor?	CUMPLE	1160
Cuenta con base rodable con sistema de freno en al menos dos de las ruedas, puede ser en las traseras o delanteras?	CUMPLE	1170
Cuenta con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico para facilidad de visualización del neonato por parte de clínicos o de familiares?	CUMPLE	1170
Cuenta con al menos un (1) cajón?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con capacete o cabina transparente?	CUMPLE	1166
Cuenta con doble pared que permita la circulación de aire entre el capacete y la doble pared?	CUMPLE	1166
Cuenta con cúpula plana sin curvaturas o redondeadas que permita el uso de lámparas de fototerapia?	CUMPLE	1184
Cuenta con puertas de acceso laterales para facilidad de manipulación del neonato?	CUMPLE	1157
Cuenta con al menos al menos cuatro (4) o más ventanas o ventanillas de acceso para fácil manipulación del Paciente?	CUMPLE	1157
Cuenta con al menos ocho (8) o más accesos para tubos (pasa tubos) en las paredes de la incubadora?	CUMPLE	1157
Cuenta con charola, bandeja o porta cassette de Rayos X, situada en el equipo para toma de rayos X?	CUMPLE	1162
Cuenta con ajuste continuo de inclinación para la bandeja de colchón con el fin proporcionar al neonato posiciones de (Trendelenburg), con un ángulo de inclinación de al menos 15° o menor?	CUMPLE	1169
Cuenta con colchón con cubierta lavable e impermeable; que reduzca los puntos de presión en el Neonato?	CUMPLE	1158
Cuenta con filtro de aire?	CUMPLE	1167
El nivel de ruido menor a 60 db?	CUMPLE	1189
El equipo trabaja con una alimentación AC: de mínimo 110 VAC 50/60 Hz?	CUMPLE	1189
Cuenta con 2 sensores de temperatura de piel reusables por cada incubadora?	CUMPLE	2207 - 2209
Cuenta con 2 Filtros de aire por cada Incubadora?	CUMPLE	2207 - 2209
Cuenta con certificado de Calibración de todas las magnitudes por cada incubadora?	CUMPLE	2207 - 2209
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	CUMPLE	242 - 243 - 1836 -1837 - 1231 a 1244

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	1229 - 1243
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	CUMPLE	1942 - 1948
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	1151
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	1940 - 1941
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Autoclave de Vapor	
Marca:	Cisa	
Modelo:	6464 autoclave globo slim serie 640	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Sirve para esterilizar: Instrumentos envueltos, sin envolver, sólidos, huecos y porosos?	CUMPLE	1294
Maneja un rango de temperatura entre 121°C - 134°C.?	CUMPLE	1294
La capacidad de la cámara debe procesar hasta 4 unidades de esterilización?	CUMPLE	1285
Cuenta con las siguientes dimensiones: Ancho total incluyendo espacio para servicio de 1000mm, Profundidad de 1100 a 1550 mm, Alto 1900 a 2500 mm. (Mínimas según preinstalaciones)?	NO CUMPLE. A FOLIO 1270 SE EVIDENCIA QUE LAS DIMENSIONES EXTERNAS SON ANCHO 903 X ALTO 1860 X PROFUNDO 1028. SIN EMBARGO A FOLIO 1285 EN DONDE EVIDENCIAN QUE TIENE CAPACIDAD DE 4 PAQUETES STU, SE EVIDENCIA QUE LAS MEDIDAS EXTERNAS SON ANCHO 1424 X ALTO 1850 X PROFUNDO 1028. EN NINGUNO DE LOS FOLIOS MENCIONADOS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS. LA DUALIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERA CONFUSION AL COMITE EVALUADOR RAZÓN POR LA CUAL SE ESTABLECE EL NO CUMPLIMIENTO	
Cuenta con las siguientes dimensiones de la cámara: volumen nominal de mínimo 300 Litros, Ancho de 630 a 670 mm, Profundidad de 600 a 710 mm, Alto de 630 a 670 mm. (Mínimas según preinstalaciones)?	NO CUMPLE. A FOLIO 1270 SE EVIDENCIA QUE EL VOLUMEN DE LA CAMARA DEL EQUIPO OFERTADO ES DE 322 LITROS, ESTANDO FUERA DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE LA PROFUNDIDAD DEL EQUIPO OFERTADO ES DE 720 MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
El material de la cámara es de acero inoxidable 316L, con espesor de mínimo 5mm?	CUMPLE	1290
Las tuberías y empalmes son en acero inoxidable 316L o cobre?	CUMPLE	1290
El material de la chaqueta es en acero inoxidable, con grosor mínimo 4mm?	CUMPLE	1290
La cámara y puertas del equipo se encuentran aisladas?	CUMPLE	1283

Cuenta con aislante de cámara protegido con lámina de aluminio formada de mínimo 1 mm de espesor?	NO CUMPLE. A FOLIO 1278 SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CAMARA ES ESPUMA DE AISLAMIENTO NO TÓXICA. SE SOLICITO QUE FUERA PROTEGIDO POR LAMINA DE ALUMINIO. ADICIONALMENTE A FOLIO 1290 NO SE EVIDENCIA EL GROSOR DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO.	
Material externo hecho en acero inoxidable 304 en combinación con/o en material no corrosivo?	CUMPLE	1290
El esterilizador es de doble puerta, en acero inoxidable o aleación de materiales igual al de la cámara?	CUMPLE	1290
Las Puertas son automáticas, operadas eléctricamente, con deslizamiento vertical?	NO CUMPLE. A FOLIO 1291 SE EVIDENCIA QUE LAS PUERTAS SON OPERADAS NEUMATICAMENTE. LA SOLICITUD ES DE OPERACIÓN ELÉCTRICA. POR LO TANTO NO CUMPLE	
Cuenta con un mecanismo de prevención que impida la apertura de la puerta durante operación?	CUMPLE	1291 1293
Los Ciclos de esterilización son totalmente automáticos?	CUMPLE	1294
Cuenta con un panel de control con pantalla a color en el área de carga y un panel en el área de descarga?	NO CUMPLE A FOLIO 1292 Y 1293 SE EVIDENCIA QUE EL PANEL DE CONTROL DEL LADO DE CARGA SE PRESENTA A COLOR PERO EL PANEL DE DESCARGA NO .	
Los dos paneles muestran: Fecha/hora, programa de esterilización, ciclo actual, mensajes de error, puerta cerrada?	CUMPLE	1293
La programación cuenta con diferentes niveles de acceso para configurar programas/ciclos, parámetros, servicio y mantenimiento?	CUMPLE	1293
Cuenta con la función de selección e inicio del programa?	CUMPLE	1293
Cuenta con la función de visualización del progreso de los ciclos en la pantalla?	CUMPLE	1293
Cuenta con la función de apagado y encendido programable?	CUMPLE	1293
Cuenta con la función de visualización de mensajes de error con historial?	CUMPLE	1292
Cuenta con la función de visualización de mensajes de mantenimiento?	CUMPLE	1292
Cuenta con la función de Selección e inicio del programa?	CUMPLE	1266
Cuenta con la función de visualización del progreso de los ciclos de pantalla?	CUMPLE	1279
Cuenta con la función de visualización y configuración del sistema?	CUMPLE	1293
Cuenta con la función de visualización de los valores medidos?	CUMPLE	1293
Cuenta con gestión de usuarios - inicio y cierre de sesión (nivel de usuario, contraseña y autorizaciones)?	CUMPLE	1293
Cuenta con Intervención de los programas?	CUMPLE	1293
Cuenta con alarma (visual y audible) en caso de fallo?	CUMPLE	1293
Cuenta con conexión Ethernet para la descarga de datos del ciclo a un ordenador remoto o un sistema supervisor?	NO CUMPLE. A FOLIO 1293 SE EVIDENCIA QUE SE REQUIERE CONEXIÓN WIFI PARA LA COMUNICACIÓN. LA SOLICITUD ESTABLECIA QUE LA CONEXION SE PUEDA REALIZAR A FUTURO POR MEDIO DE CABLE DE RED ETHERNET	
Trae impresora incorporada?	CUMPLE	1294
El generador de vapor está integrado al esterilizador?	CUMPLE	1295

El generador como la tubería están hechos de acero inoxidable o cobre?	CUMPLE	1295
El generador suministra automáticamente vapor de alta presión con condensado mínimo (vapor seco) de acuerdo con EN 285?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO EN EL FOLIO INDICADO POR EL PROVEEDOR	
Cuenta con una válvula de drenaje automática y otras válvulas de control, tales como una válvula de seguridad, purgadores de vapor, coladores, etc?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 1295 QUE EL EQUIPO NO POSEE VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICA. SOLO POSEE VALVULA DE CORTE Y VALVULA DE SEGURIDAD.	
La capacidad nominal esta entre 30 - 48kW?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EN DOCUMENTACION TECNICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUERIMIENTO	
Cuenta con un sistema de llenado automático de vapor?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EN DOCUMENTACION TECNICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUERIMIENTO	
Cuenta con una bomba de alimentación de agua para asegurar que el generador recibe una presión de agua adecuada?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EN DOCUMENTACION TECNICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUERIMIENTO	
Cuenta con Bomba de vacío?	CUMPLE	1278
Cuenta con filtro de aire desechable para filtrar el aire que entra a la cámara, limitando partículas con un tamaño de 0,2mm o menor?	CUMPLE	1291
El acceso de servicio y mantenimiento es por el área frontal?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 1295 QUE EL MANTENIMIENTO SE DEBE HACER DE FORMA FRONTAL Y LATERAL DERECHA	
Cuenta con válvulas de seguridad para la cámara, la chaqueta y el generador de vapor?	CUMPLE	1291
Los manómetros están ubicados en el área de mantenimiento para medición de presión de vapor, agua, aire comprimido tanto en la cámara como en la chaqueta?	CUMPLE	1293
Cuenta con botón de emergencia en el lado de carga y de descarga?	CUMPLE	1293
Cuenta con interruptor de fuente de poder ON/OFF?	CUMPLE	1293
Cuenta con BOWIE-DICK TEST INTEGRADO?	"NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO IMPRIME RESULTADOS DE BOWIE & DICK. PERO NO SE EVIDENCIA QUE EL ESTERILIZADOR INCLUYE UN SISTEMA AUTOMATICO PARA PRUEBAS BOWIE & DICK QUE COMPRUEBE LA PENETRACIÓN DE VAPOR Y REEMPLACE LOS PACKS DE PRUEBA, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CONSUMIBLES"	1294
Los ciclos de esterilización son ciclos de pre-vacío fraccionados con secado al vacío de acuerdo con la norma EN 285?	CUMPLE	1294
Cuenta con el programa preestablecido de instrumentos 134°C / 5 min?	CUMPLE	1294
Cuenta con el programa preestablecido de textiles 134°C/5 min?	CUMPLE	1294
Cuenta con el programa preestablecido de Plásticos 121°C/20 min?	CUMPLE	1294

Cuenta con el programa preestablecido Calentamiento & Prueba de vacío 134°C/5 min?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EN DOCUMENTACION TECNICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUERIMIENTO	
Cuenta con el programa preestablecido de Bowie Dick test 134°C/3.5 min?	CUMPLE	1294
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos pesados 134°C/5 min?	CUMPLE	1294
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos porosos 125°C/20 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 1294 SE EVIDENCIA QUE OFRECE CICLO A MATERIAL POROSO A 134 GRADOS.	
Cuenta con el programa preestablecido de líquidos 121°C/45 min 10?	NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EN DOCUMENTACION TECNICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUERIMIENTO	
Cuenta con el programa preestablecido de Instrumentos especiales 134°C/60 min?	NO CUMPLE. A FOLIO 1294 SE EVIDENCIA QUE OFERTA CICLO A 134 GRADOS SIN EMBARGO NO EVIDENCIA LA DURACIÓN DEL MISMO	
Cuenta con Carro de transporte - 2 unidades Material de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304). Ruedas con freno y Cesta - 1 unidad Características: Material acero inoxidable 1.4301 (AISI 304). Con dos bandejas, una en la parte inferior y la segunda ajustable en altura (mínimo 10 posiciones)?	NO CUMPLE. A FOLIO 1292 SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE CARRO INTERNO Y EXTERNO. PERO NO EVIDENCIAN QUE LA CANASTA O CESTA POSEA DOS BANDEJAS CON ALTURA AJUSTABLE	
Cuenta con documento que certifique el cumplimiento de los estándares: 98/37/EC 2006/42 EC 97/23 EC 93/42 EEC 2004/108/EC 2006/95/EC EN 285?	NO CUMPLE. A FOLIO 1302 A 1325 SE EVIDENCIA UNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EC 93/42. NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS DEMAS NORMAS SOLICITADAS	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?		
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?		
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Sistema de Rayos X Digital	
Marca:	Italray	
Modelo:	X - Frame DR2T Sistem	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Italray	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El Generador es de capacidad mínima de 50 kW/150kV?	CUMPLE	1553
Cuenta con alta frecuencia de mínimo de 50 kHz?	CUMPLE	1553
La Potencia Nominal mínima es de salida 50kW?	CUMPLE	1553
El Rango de kV: es de 40 kVp o menor - 150 kVp o mayor, en incrementos de 1 kVp.?	CUMPLE	1553
El Rango mA: 10 o menor — 630 o mayor?	CUMPLE	1553
Rango mAs: 0.5 o menor — 400 o mayor?	CUMPLE	1553
Rango de Tiempo: 2 milisegundo o menor - 2 segundos o mayor?	CUMPLE	1553
Potencia de Entrada: 230 - 480 VAC (+ 5%) (Trifásica).?	CUMPLE	1557
Panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL DESPLIEGUE KV, mA, Y SEG O mAs	1548
Herramientas de Auto-Diagnóstico, Monitoreo del Calentamiento del Ánodo, Mensajes de Error, Parada de Emergencia, Registro de Historial de Reportes?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Control automático de exposición?	CUMPLE	1553
La consola es pequeña, de diseño ergonómico y liviana de colocar en la pared o mesa ocupando mínimo espacio?	CUMPLE	1553
Que incorpore la última tecnología electrónica microprocesada que controla automáticamente todos los factores que puedan dañar el tubo o el equipo compensando los valores de voltaje de línea y desautorizando programaciones de técnicas por fuera de rangos perjudiciales para el equipo, paciente u operario?	CUMPLE	1546 - 1553
Todas las programaciones vienen marcadas en el tablero para facilitar al operario hacer la toma radiológica y ejercer total control sobre el equipo?	CUMPLE	1548
Regula automáticamente para hacer el corte del disparo dependiendo de los valores programados por el operario obteniendo imágenes precisas de alta calidad?	CUMPLE	1546
Que incluye Guía de posicionamiento como ayuda visual para el tecnólogo así como apoyo en operaciones básicas y mantenimiento?	CUMPLE	1546
Composición de imágenes panorámicas (Stiching o huesos largos)?	CUMPLE	1548
Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor?	CUMPLE	1553
TUBO DE RAYOS X	CUMPLE	1552
Capacidad Calórica del Ánodo mínimo 300KHU?	CUMPLE	1552
Cuenta con Ánodo Rotatorio?	CUMPLE	1552
Tamaños de Puntos Focales: 0.6 o menor/ 1.3 mm o menor?	CUMPLE	1552
Máxima mA/KV: 630 o mayor/150 kV o mayor?	CUMPLE	1553
Ángulo objetivo del ánodo de mínimo 12°?	CUMPLE	1552
SOPORTE / ESTATIVO DE PARED O BUCKY DE PARED	CUMPLE	1551
Que el movimiento vertical sea de mínimo 150cm o mayor con una distancia del piso al punto focal de 100 cm o menor?.	CUMPLE	1551
Máxima altura de la columna: 1770 mm o mayor?.	CUMPLE	1557
Sistema de frenos y de contrapeso integral a prueba de fallos ante cortes de energía?	CUMPLE	1551
Bandeja de cassette compatible con tamaños de 8"x10" (18cm x 24cm) hasta 14" x 17" (35cm x 43cm) o mayor?	NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Con cuadrícula de 70 líneas o mayor, proporción 8:1 o mayor y alta Resistencia?	CUMPLE	1551
Foco 180cm o menor?	CUMPLE	1552
COLIMADOR	CUMPLE	1553
Montaje giratorio que permita giro de 90° libres, con posibilidad de detección en cualquier ángulo?	CUMPLE	1553

Que Incluya Medidor de cinta integrado además de una lámpara de proyección de repuesto?	CUMPLE	1553
MESA FLOTANTE	CUMPLE	1550
El Peso mínimo admitido para el Paciente: 200 kg?	CUMPLE	1550
Dimensiones tablero (largo x ancho): 200cm o mayor x 75 cm o mayor?	CUMPLE	1550
Rango desplazamiento longitudinal: +/- 39 cm o mayor?	CUMPLE	1550
Rango desplazamiento lateral: +/- 11.3 cm o mayor?	CUMPLE	1550
Con altura ajustable de 60 cm o menor a 80 cm o mayor?	CUMPLE	1550
Sistema de frenos a prueba de fallos ante fallos de energía?	CUMPLE	1550
Mesa con Interruptores de pie empotrados e Interruptor Manual de mesa (para la función del plano deslizable)?	CUMPLE	1550
Empuñaduras ajustables para el paciente ubicadas a los lados de la mesa a lo largo de rieles accesorios ocultos?	CUMPLE	1561
Bandeja de cassette compatible con tamaños de 8"x10" (18cm x 24cm) hasta 14" x 17" (35cm x 43cm) o mayor ?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Con cuadrícula de 70 líneas o mayor, proporción 8:1 o mayor y alta Resistencia?	CUMPLE	1550
Foco 100cm o menor — 110cm o mayor?	CUMPLE	1552
Sistema antigolpes o riel de seguridad para evitar golpes en la mesa?	CUMPLE	1546
(2) DETECTORES DIGITALES	CUMPLE	1554
Uno para la mesa y otro para bucky de pared, se aceptan la configuración que los dos sean alámbricos?	CUMPLE	1554
1Uno para la mesa y otro para bucky de pared, se aceptan la configuración que los dos sean inalámbricos, con seguro por el mismo tiempo de garantía de su oferta (opcional)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-Digital de 14 bits o mayor?	CUMPLE	1554
Matriz de 2000 x 2000 pixeles ó mayor?	CUMPLE	1554
Tipo Panel Plano: De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o yoduro de cesio?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Material centellador: Oxisulfuro de gadolinio (GOS) o yoduro de cesio (CsI) o HSS (High Stability Scintillator)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor) dependiendo de la configuración del oferente?	CUMPLE	1554
Tamaño del pixel de 200 micrones o menor?	CUMPLE	1554
DQE de 35% o 3.1 lp./mm. o mayor?	CUMPLE	1554
SISTEMA DE POST-PROCESAMIENTO DIGITAL	CUMPLE	1555
Monitor LCD de alta definición mínimo 19" con resolución de 1k x 1k o mayor y película antirreflectante?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA PELICULA ANTIRREFLECTANTE	1556
Idioma Interfase Español?	CUMPLE	1555
Capacidad de almacenamiento mínimo de 5000 imágenes y 120 Gb o mayor en (Espejo)?	CUMPLE	1555
DICOM print, DICOM storage y DICOM send y export, DICOM worklist, capacidad de incorporarse al SISTEMA PACS/RIS con que cuenta el Hospital?	CUMPLE	1546 - 1556
Cuenta con UPS que le brinde 15 minutos de autonomía eléctrica?	CUMPLE	1571
Cuenta con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM?	CUMPLE	1555
Cuenta con Herramientas de display y posprocesamiento?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Contraste / Brillo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Curva de gamma para escala de grises?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Filtro espacial?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rotación 0, 90 9, 180 , 270?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Zoom arbitraria 1, 1.5, 2.16 o 1:1, 4:1, 16:1, 1:4?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	

Cuenta con Recorte (obturador electrónico, el movimiento de la imagen, rotación de la imagen)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Auto-ventana (promedio, máximo)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Filtro de frecuencia 4.7.7.10 Inversión positiva / negativo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
SUSPENSIÓN CIELÍTICA	CUMPLE	1552
Cuenta con desplazamiento en rieles instalados en el techo?	CUMPLE	1557
Cuenta con Sistema de Frenos Electromagnéticos?	CUMPLE	1552
Cuenta con Rango de desplazamiento longitudinal: Ajustable según las características del sitio?	CUMPLE	1552
Cuenta con Rango de desplazamiento transversal 120 cm o mayor?	CUMPLE	1552
Cuenta con Rango desplazamiento vertical 150 cm o mayor?	CUMPLE	1552
Cuenta con Rango Rotación Tubo RX : +/- 180°?	CUMPLE	1552
Cuenta con Rango Angulación Tubo RX: +/- 180°?	CUMPLE	1552
Facilita la toma de radiografías en camillas y sillas de ruedas?	CUMPLE	1546
ACCESORIOS	CUMPLE	1561
Accesorios para la toma de estudios de ortopedia (hombros, rodilla y soporte para pies con apoyo)?	CUMPLE	1561
(3) kit de protección radiológica (Chalecos plomados, protector de tiroides, protectores gonadales, gafas) y porta chalecos?	CUMPLE	1565 - 1569
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1866 - 1867
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (15) quince años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (10) diez años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	1543
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloques del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que será el proveedor enteramente responsable de los desarrollos que se requieran para la integración de los equipos objeto de este CCTP con las diferentes interfaces con que cuenta el hospital tales como HIS, PACS RIS, software para laboratorios clínicos, lo cual no generará ningún costo adicional para el HUS?	CUMPLE	1962 - 2000
Cuenta con documento donde indique todas las preinstalaciones de las obras civiles, eléctricas (iluminación, red regulada y normal), hidráulicas, sanitarias, redes especiales (aire, oxígeno y vacío), refrigeración, recubrimiento de áreas, redes de voz y datos, mobiliario y modificaciones, red contra incendios, sonido, CCTV, etc., para la instalación de la tecnología objeto de este CCTP?	CUMPLE	1963 - 2000
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1959
EVALUACION FINAL		NO CUMPLE

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Autoclave de Peroxido	
Marca:	Cisa	
Modelo:	4270SPS	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Brasil	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con un controlador lógico programable (PLC).?	CUMPLE	1424
Cuenta puerto USB o puerto RS232 para la descarga del historial ciclos realizados, actualización de software, etc?	CUMPLE	1424
El display permite visualización de largo alcance del estado del esterilizador?	CUMPLE	1422
Cuenta con impresora térmica integrada que permita visualizar información tanto en pantalla como en el registro impreso?	CUMPLE	1422
Cuenta como mínimo con (3) tres rutinas de control de programas para las diferentes tipologías de cargas?	CUMPLE	1450
Permite la Visualización de ciclos y parámetros?	CUMPLE	1422
Permite realizar la Programación del ciclo?	CUMPLE	1422
Permite realizar Calibración?	CUMPLE	1422
Permite realizar Ajuste de temperatura y presión opcional?	CUMPLE	1422
Cuenta con control de tiempo de esterilización?	CUMPLE	1422
Cuenta con sistema automático o manual para cierre de puerta?	CUMPLE	1438
Estantes interiores de cámara extraíbles?	CUMPLE	1503
Cuenta con doble puerta?	CUMPLE	1504
Cuenta con volumen de la cámara de mínimo de 130 litros, máximo 150 litros?	CUMPLE	1439
El suministro eléctrico es de mínimo 120V/50-60 Hz?	CUMPLE	1424
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (7) siete años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (5) cinco años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	1420
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1959
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Sistema Movil para Radiografa Digital de Panel Inalambrico	Plano
Marca:	Italray	
Modelo:	XFM	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Italia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Es un equipo móvil con rango de salida a 32 KW como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con alimentación eléctrica mínimo de 110 +/- 10% VCA, 50-60 Hz?	CUMPLE	1384
Cuenta con técnicas de programador anatómico?	CUMPLE	1373
Cuenta con software dedicado que permita el ingreso de paciente y la captura de imágenes y su posterior exportación o transferencia por cable de red y por red inalámbrica (DICOM – compatible con el sistema Pacs Carestream y el antivirus ESET ENDPOINT)?	CUMPLE	1373 - 1374 - 1383
Permite Comunicación con sistema RIS – HIS del Hospital?	CUMPLE	1383
Cuenta con pantalla Touch screen de 17" como mínimo?	CUMPLE	1373
Cuenta con posibilidad de editar las imágenes adquiridas?	CUMPLE	1382
Cuenta con Soporte para almacenamiento de los detectores y permite la carga de batería de los detectores mientras el equipo se este trasladando opcional?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Permita cambiar de detector de Gadolinio o Cesio sin interferir en el funcionamiento del equipo, sin necesidad de apagar o reiniciar el equipo para hacer este cambio?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Permita generar estadísticas para: imágenes tomadas, productividad de tecnólogos (opcional)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con freno de fijación manual o automático?	CUMPLE	1377 - 1378
Cuenta con Sistema de avance del equipo automático (propulsión)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Brazo articulado con giro?	CUMPLE	1376
Cuenta con Generador de 300mA o superior?	CUMPLE	1379
Cuenta con Controles de KV y mAs?	CUMPLE	1379
Cuenta con un detector digital inalámbrico estado sólido?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con matriz activa de Mínimo 2900 o menor x 3500 o menor pixeles?	CUMPLE	1381
El Tamaño del pixel es de 200µm o menor?	CUMPLE	1381
Cuenta con sistema inalámbrico para transferencia de datos?	CUMPLE	1374
Cuenta con batería con autonomía de 5 horas como mínimo?	CUMPLE	1373 - 1375
Cuenta con Protector para fluidos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
La Vida útil del detector es de 5 años como mínimo certificada por el fabricante?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
La Fuente de Rayos –X cuenta con Voltaje nominal 150kV o inferior?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Doble foco?	CUMPLE	1379
Cuenta con Disipación de Calor máxima 300 KHU como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
El Campo del colimador es graduable?	CUMPLE	1380
Permite que el Giro del Colimador sea de 0° a 90° como mínimo?	CUMPLE	1378
La Rotación del eje del brazo de +180° o superior y giro de brazo de +120° o mayor?	CUMPLE	1378
Cuenta con Brazo Telescopico o Columna colapsable?	CUMPLE	1376
Cuenta con Protectores antichoque frontales y laterales?	CUMPLE	1377
Cuenta con Conectividad inalámbrica compatible con 802.11/a/b/g como mínimo?	CUMPLE	1374 - 1383

Permite el uso de paciente Neonato y protocolos establecidos?	CUMPLE	1373 - 1380
El Peso del equipo no es mayor a 600 kg?	CUMPLE	1378
Cuenta con un documento que certifique la entrega de Uno (1) Detector Digital inalámbrico de estado sólido de 14" X 17" de cesio debe contar con soporte de transporte o manija para transportarlo, Uno (1) Detector Digital inalámbrico de 10" X 12" de cesio debe contar con soporte de transporte o manija para transportarlo, (1) cargador de baterías y 3 baterías, (3) kit de protección radiológica ((Chalecos plomados, protector de tiroides, protectores gonadales, gafas) y porta chalecos, Protector para distribución de peso del paciente como protección del detector (opcional) y Rejilla anti dispersión?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1866 - 1867
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	1396 a la 1406 - 1817 a la 1823
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (15) quince años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (10) diez años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	166

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que será el proveedor enteramente responsable de los desarrollos que se requieran para la integración de los equipos objeto de este CCTP con las diferentes interfaces con que cuenta el hospital tales como HIS, PACS RIS, software para laboratorios clínicos, lo cual no generará ningún costo adicional para el HUS?	CUMPLE	1962 - 2000
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	2004 - 2005
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1959
EVALUACION FINAL		NO CUMPLE

QUIRURGIL S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	
Marca:	SPACE LABS	
Modelo:	C50	
Año de fabricación:	2018 - 2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	USA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con uso neonatal/pediatrico/adulto?	CUMPLE	1601
Cuenta con Monitor preconfigurado o modular?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con Pantalla sensible al tacto, con teclado de membrana o perilla selectora?	CUMPLE	1601
Cuenta con Pantalla policromática de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, de 10" como mínimo?	CUMPLE	1601
Cuenta con Protección contra unidad electro quirúrgica?	CUMPLE	1632
Cuenta con despliegue de curvas fisiológicas, de al menos 5 curvas simultáneas?	CUMPLE	1628
Cuenta con despliegue de mensajes y parámetros en español?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con despliegue de valores numéricos grandes en pantalla?	CUMPLE	1628
Cuenta con o tendencias gráficas y numéricas de 24 horas o mayor, en resolución de minuto a minuto de todos los parámetros, seleccionables por el usuario?	NO CUMPLE NO ESPECIFICA SI ES MINUTO A MINUTO	1601
Cuenta con capacidad de almacenamiento de eventos y alarmas?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con batería de respaldo interna con capacidad de 90 minutos como mínimo?	CUMPLE	1781
ECG		
Cuenta con despliegue numérico de frecuencia cardiaca?	CUMPLE	1628
Cuenta con al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario?	CUMPLE	1662
Cuenta con despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de entre 7 derivaciones de ECG como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas?	CUMPLE	1687
Cuenta con análisis de arritmias?	CUMPLE	1684
Cuenta con control de activación de filtros en la señal?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con detección de marcapasos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con protección contra descarga de desfibrilador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con sincronía para desfibrilación?	CUMPLE	1694
Cuenta con rango de medición: 30 lpm o menor, a 300 lpm o mayor?	CUMPLE	1601
Cuenta con precisión: ± 5 lpm o menor?	CUMPLE	1601
Cuenta con resolución: 1 lpm o menor?	CUMPLE	1601
SpO2		
Cuenta con Curva de pletismografía?	CUMPLE	1628
Cuenta con despliegue numérico de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso?	CUMPLE	1628
Cuenta con Rango de medición: 70% o menor, a 100%?	CUMPLE	1601
Cuenta con Precisión: $\pm 2\%$ o menor?	CUMPLE	1601
Cuenta con Resolución: 1 %?	CUMPLE	1601
TEMPERATURA		
Cuenta con despliegue numérico de temperatura?	CUMPLE	1628
Cuenta con rango de medición: 10°C, a 45°C o mayor?	CUMPLE	1787
Cuenta con precisión: ± 0.1 °C (25°C $\leq$ TEMP $\leq$ 45°C)?	CUMPLE	1787
Cuenta con resolución: 0,1°C?	CUMPLE	1787
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA		

Cuenta con despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)?	CUMPLE	1628
Cuenta con ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo?	CUMPLE	1602
Cuenta con los siguientes rangos de medición para paciente adulto?	CUMPLE	1602
Cuenta con Rango de medición SIS: 40mmHg o menor a 250mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición MED: 20mmHg o menor a 230mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición DIAS: 10mmHg o menor a 210mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con los siguientes rangos de medición para paciente pediátrico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición SIS: 40mmHg o menor a 170mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición MED: 20mmHg o menor a 150mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición DIAS: 10mmHg o menor a 130mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con los siguientes rangos de medición para paciente neonato?	CUMPLE	1602
Cuenta con Rango de medición SIS: 40mmHg o menor a 130mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición MED: 20mmHg o menor a 110mmHg o mayor?	CUMPLE	1602
Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Rango de medición DIAS: 10mmHg o menor a 100mmHg o mayor?	CUMPLE	1602

Cuenta con Precisión: ± 5 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Resolución: 1 mmHg o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
RESPIRACIÓN		
Cuenta con Curva de respiración?	CUMPLE	1628
Cuenta con Despliegue numérico de frecuencia respiratoria?	CUMPLE	1628
Cuenta con Rango de medición: 4 rpm, a 120 rpm o mayor?	CUMPLE	1785
Cuenta con Precisión: ± 5 rpm o menor?	CUMPLE	1785
Cuenta con Resolución: 1 rpm o menor?	CUMPLE	1785
ALARMAS		
Cuenta con Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros?	CUMPLE	1666
Cuenta con Saturación de oxígeno?	CUMPLE	1670
Cuenta con Frecuencia cardíaca?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media)?	CUMPLE	1670
Cuenta con Temperatura?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Frecuencia respiratoria?	CUMPLE	1696
Cuenta con Presión invasiva (sistólica, diastólica, media)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
ACCESORIOS		
Cuenta con los siguientes accesorios por equipo?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con Dos cables troncal para oximetría de pulso, dos sensores para oximetría de pulso tipo dedal adulto, un sensor para oximetría de pulso multisitio y un sensor para oximetría de pulso neonatal, todos reusables?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con Dos sensores reusables de temperatura (de piel o de superficie) y dos sensores de temperatura esofágico o rectal?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con dos brazalete reusables dos brazaletes adulto obeso y dos pediátrico; dos mangueras con conector de acuerdo a la tecnología ofertada para los brazaletes.?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con Dos cables troncal para ECG con juego de latiguillos de acuerdo a la tecnología ofertada?	CUMPLE	2007 - 2009
Cuenta con 6 carros para transporte en total según las necesidades de seguridad del equipo?	CUMPLE	2007 - 2009
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA INVIMA	242 - 243 - 1836 -1837 - 1231 a 1244
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	1865 - 1869
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	1870 - 1937
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LISTADO DE INSUMOS	1938 - 1939 - 1942 a la 1948
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	1941
Para equipo biomédico cuenta con documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (10) diez años en el país, que sea directamente el fabricante o distribuidores directos del fabricante con mínimo de (5) cinco años de representación directa en el país certificada por el fabricante?	CUMPLE	1946
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO O DE COMPRA VENTA	1599
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1951
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1950

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1953
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1955
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1957- 2011 - 2012
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1958 - 1961
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	1940 - 1941
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1858 - 1981
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

UNION TEMPORAL SAMARITANA EQUIPOS 2019 (INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S - 3-60 LTDA)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	AUDIOMETRO	
Marca:	RESONANCE	
Modelo:	R37A HF	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ITALIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Tiene dos canales independientes?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
El rango de frecuencia oscila entre 125 Hz como mínimo y 20000Hz?		
Cuenta con conducción ósea y conducción aérea?		
Cuenta con Tonos puros?		
Cuenta con Continuo?		
Cuenta con Pulsado?		
Cuenta con Prueba Campo libre?		
Cuenta con Ondulante?		
Cuenta con Audiológicas Especificas tipo: DECAY, SISI, STENGER, MULTIFRECUENCIA?		
Cuenta con Prueba Alta frecuencia hasta 20Khz?		
Cuenta con señal de Tono Warble +/- 5% en modulación?		
Cuenta con señal de Ruido Blanco?		
Cuenta con Precisión para frecuencia 0.5% o menor?		
Cuenta con Precisión para Distorsión 1% o menor?		
El Software compatible con sistema Operativo Windows?		
Trae Diadema?		
Trae Auriculares de Inserción?		
Trae Micrófono paciente?		
Trae Cubierta o forro?		
Trae Pulsador de respuesta de paciente?		
Cuenta con certificado de calibración?		
Cuenta con conexiones a impresora para resultados?		
Cuenta con impresora compatible?		
Cuenta con Parlantes y sistemas para pruebas de campo libre?		
Cuenta con conexión a impresora para resultados?		
Cuenta con impresora compatible?		
Cuenta con parlantes y sistema para pruebas de campo libre?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Para equipo biomédico el oferente deberá entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

UNION TEMPORAL SAMARITANA EQUIPOS 2019 (INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S - 3-60 LTDA)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	IMPEDANCIOMETRO	
Marca:	RESONANCE	
Modelo:	R36MPT	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ITALIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El tono de sonda de mínimo 226hz; máximo 1000hz, graduable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Frecuencia de rango de mínimo a 4khz?		
Frecuencias contra de un rango de mínimo 250hz a 8khz?		
Cuenta con las pruebas Reflejos ipsilateral, contralateral, etf, decay?		
Cuenta con las pruebas Timpanometria automática-manual?		
Cuenta con probeta?		
Cuenta con kit de olivas?		
Cuenta con Cavidades de calibración?		
Cuenta con 10 rollo de papel térmico, Porta probeta, Forro protector, impresora compatible con el equipo?		
Cuenta con Requerimiento eléctrico 110/120VAC 50-60HZ?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: -objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

UNION TEMPORAL SAMARITANA EQUIPOS 2019 (INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S - 3-60 LTDA)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	VENTILADOR	
Marca:	ACUTRONIC	
Modelo:	FABIAN	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	SUIZA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADOR CONVENCIONAL	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con el modo ventilatorio control de presión (PCV)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con el modo ventilatorio para terapia de oxígeno de alto flujo incorporado o su equivalente?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC)?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG)?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación no invasiva; CPAP disponible con opción neonato?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación con presión de soporte (CPAP/PSV)?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Volumen garantizado con presión soporte (VG-PS)?		
Cuenta con la función de Respaldo de apnea respiración de backup?		
Cuenta con la función de Soporte de oxígeno durante la succión opcional?		
Cuenta con la función de Compensación automática de fugas?		
Cuenta con la función de Medición de compliancia pulmonar, resistencia?		
Cuenta con la función de Compensación de fugas y medición o cálculo de presiones auxiliares o su equivalente)?		
Cuenta con la función de Sensibilidad por flujo o por presión?		
Cuenta con la función de Función de suspiros (opcional)?		
Cuenta con el control de Frecuencia?		
Cuenta con el control de Volumen garantizado?		
Cuenta con el control de PEEP/CPAP?		
Cuenta con el control de Fio2?		
Cuenta con el control de Tiempo inspiratorio?		
Cuenta con el control de Presión inspiratoria?		
Cuenta con el control de Presión soporte?		
Cuenta con el control de Flujo inspiratorio / rise time.?		
Cuenta con monitorización de Sensor de flujo?		
Cuenta con monitorización de Presión pico?		
Cuenta con monitorización de Presión media en la vía aérea?		
Cuenta con monitorización de PEEP/CPAP?		
Cuenta con monitorización de Volumen minuto espontáneo?		
Cuenta con monitorización de Porcentaje de fugas?		
Los tipos de bucles que maneja el equipo son: Presión-volumen, presión-flujo opcional y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión y Bucle de referencia?		
Cuenta con mecánica pulmonar de Presión plateau o meseta. opcional?		
Cuenta con mecánica pulmonar de Compliancia, Resistencia, Pwa, Ppico, Constante de Tiempo?		
Cuenta con mecánica pulmonar de TIEMPO?		
Cuenta con mecánica pulmonar de Frecuencia respiratoria total?		
Cuenta con mecánica pulmonar de Frecuencia espontánea y mandataria?		
Cuenta con mecánica pulmonar de OXIGENO?		
Cuenta con mecánica pulmonar de Monitoreo de oxígeno de Fio2?		
El equipo visualiza graficas simultaneas de hasta 3 curvas y/o bucles en simultánea, curvas: volumen/tiempo, presión/tiempo o flujo/tiempo, bucles de presión-volumen, flujo volumen entre otras e Histéresis?		
Cuenta con Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función de cursor opcional?		
Cuenta con la alarma de Volumen minuto alto y bajo?		
Cuenta con la alarma de Presión alta?		
Cuenta con la alarma de Presión baja (opcional)?		

Cuenta con la alarma de Volumen tidal limitado alto?		
Cuenta con la alarma de Volumen tidal bajo (opcional)?		
Cuenta con la alarma de Frecuencia alta?		
Cuenta con la alarma de Frecuencia baja (opcional)?		
Cuenta con la alarma de Tiempo de apnea ajustable de 5 a 60 segundos?		
Cuenta con la alarma de Concentración de oxígeno?		
Cuenta con la alarma de Desconexión?		
Cuenta con la alarma de Obstrucción de vía aérea?		
Cuenta con la alarma de Alarmas de sensor de flujo?		
Cuenta con la alarma de Suministro de energía eléctrica?		
Cuenta con la alarma de Batería?		
Cuenta con la alarma de Suministro de gas?		
Cuenta con la alarma de Fuga?		
El equipo cuenta con batería interna mínimo 30 minutos de duración?		
El equipo cuenta con Base servocontrolada fisher & paykel MR850 para cascada con conexión a corriente por cada equipo?		
El equipo cuenta con Pantalla táctil a color Interfase de salida para monitor adicional con puerto RS232?		
El equipo cuenta con Unidad básica de software en español?		
El equipo permita el uso de circuitos universales sin componentes exclusivos y compatibles con óxido nítrico?		
Cuenta con un documento que certifique la entrega por cada ventilador:		
(2) circuitos para ventilación cada uno con:		
(1) Pulmón de prueba neonatal.		
(1) Cable adaptador calefactor (cable amarillo) para circuito reusable neonatal o según tecnología.		
(1) sensores reusables de flujo neonatal		
(1) Cable temperatura (cable azul) para circuito reusable neonatal		
(1) Recipiente Humidificador de cascada reusable con sus respectivos accesorios.		
(1) Válvula exhalatoria.		
(1) Alambre enhebrador de hilo calefactor para circuito reusable?		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADOR NEONATAL ALTA FRECUENCIA (MODO DUAL CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA)	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con el modo ventilatorio control de presión (PCV)?		
Cuenta con el modo HFO (Alta Frecuencia oscilatoria)?		
Cuenta con el modo ventilatorio para terapia de oxígeno de alto flujo incorporado o su equivalente?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: en modo alta frecuencia?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC)?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG)?		
El volumen que garantiza (VG) el equipo es: Ventilación no invasiva; CPAP disponible con opción neonato?		
Cuenta con la función de Respaldo de apnea respiración de backup?		
Cuenta con la función de Compensación automática de fugas?		
Cuenta con la función de Medición de compliancia pulmonar, resistencia?		
Cuenta con la función de Compensación de fugas y medición o cálculo de presiones auxiliares o su equivalente)?		
Cuenta con la función de Sensibilidad por flujo o por presión?		
Cuenta con la función de Función de suspiros (opcional)?		
Cuenta con el control de Frecuencia?		
Cuenta con el control de Volumen garantizado?		
Cuenta con el control de Amplitud?		
Cuenta con el control de Presión media en la vía aérea.?		
Cuenta con el control de Fio2?		
Cuenta con monitorización de Sensor de flujo?		
Cuenta con monitorización de Presión pico?		
Cuenta con monitorización de PEEP/CPAP?		
Cuenta con monitorización de Volumen minuto espontáneo?		
Cuenta con monitorización de Porcentaje de fugas?		
Los tipos de bucles que maneja el equipo son: Presión-volumen, presión-flujo opcional y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión y Bucle de referencia?		

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	DEFIBRILADOR	
Marca:	INSTRAMED	
Modelo:	CARDIOMAX	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	BRASIL	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El equipo cuenta con desfibrilación manual y modo DEA, cardioversión y monitoreo?	NO CUMPLE NO IDENTIFICA MONITOREO	268
El desfibrilador presenta onda bifásica?	CUMPLE	268
Cuenta con un selector de nivel de energía para descarga bifásica con un rango de 20 Joule o menor a 270 Joule o mayor?	CUMPLE	268 - 282
El tiempo de carga es de 9 segundos o menor para máxima energía con batería y red eléctrica?	CUMPLE	268
Cuenta con selector para el modo: monitor, cardioversión, desfibrilación, marcapasos y DEA?	CUMPLE	268 - 285
Cuenta con cable para uso de electrodos de desfibrilación y marcapasos?	NO CUMPLE NO IDENTIFICA PARA MARCAPASO	268
Cuenta con marcapasos cutáneo?	CUMPLE	268
Para el marcapaso la duración de pulso es de 40 milisegundos o menor, con una precisión máxima de +/- 5% o menor?	NO CUMPLE LA PRECISION OFERTADA ES DEL 10%	268
La frecuencia del marcapasos es ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor, a 170 pulsos por minuto o mayor?	CUMPLE	268
Cuenta con activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico)?	NO CUMPLE NO IDENTIFICA ASINCRONICO	268
En la pantalla se despliegan los datos para el marcapaso?	CUMPLE	268 - 289
El equipo cuenta con Desfibrilación Automática Externa?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La Desfibrilación es guiada mediante comandos de voz?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
El Nivel de descarga se puede realizar automaticamente y manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con pantalla a color LCD, o LCD TFT, o tecnología superior; y el tamaño es de 6.5 pulgadas como mínimo?	CUMPLE	268
El Monitor permite despliegue numérico y de onda de la frecuencia cardiaca y despliegue del trazo ECG?	CUMPLE	268 - 287
En la pantalla se cuenta con un indicador de descarga realizada?	CUMPLE	268
Las Palas cuentan con excitación externa y son convertibles a adulto/pediátricas?	CUMPLE	268 - 301
El equipo permite realizar descarga en palas y en panel de control?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con botón de descarga en las palas y en el panel de control?	CUMPLE	268
El Rango de impedancia del paciente es de 25 ohmios o menor, a 170 ohmios o mayor?	CUMPLE	268
Cuenta con alarmas audibles y visibles?	CUMPLE	294
Cuenta con un sistema de registro?	CUMPLE	268
Permite la impresión de chequeo o autotest seleccionable por el usuario?	CUMPLE	286 - 305
Tiene la capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La velocidad de la Impresora para su registro esta de 25mm/s como mínimo?	CUMPLE	268
Cuenta con batería integrara y recargable?	CUMPLE	268

La batería permite dar al menos 60 descargas continuas o mayor a máxima energía o cuenta con autonomía de un mínimo de 3 horas en monitoreo o 2 horas de funcionamiento de marcapasos?	CUMPLE	268
El tiempo de carga es menor a 4 horas para alcanzar por lo menos el 80% de la capacidad de la batería?	NO CUMPLE LA CARGA COMPLETA DE A BATERIA DURA APROXIMADAMENTE 8 HORAS	268
El peso del equipo es de máximo 8 Kg, incluido accesorios?	CUMPLE	268
El equipo trabaja con corriente eléctrica de 110V+/-10%/60 Hz?	CUMPLE	268
Cada equipo incluye (1) Cable de paciente para monitorizar más de 5 derivadas, (1) Cable para conexión de los parches para marcapasos, (3) Electrodo auto adheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos, para paciente adulto (con fecha de vencimiento mayor a un año a partir de la fecha de entrega), (1) Tubos de gel conductora y (5) Unidades de papel para impresión?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	357
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	373 - 376
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	377
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	379
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	

Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	383 A 405
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	407
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	409
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	411
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE ENTREGAN EL ORIGINAL	413
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	415

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	417
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	419
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	421
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	423
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	379
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	425 A 427
EVALUACION FINAL		NO CUMPLE

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION	
Marca:	MEDISA	
Modelo:	TRANSCARE	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESPAÑA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con sistema hidráulico?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con mínimo dos planos uno fijo y el otro móvil?		
Las barandas laterales son abatibles, plegable o retractiles?		
Cuenta con soporte para manejo de camilla?		
Cuenta con atril porta suero y es regulable y atril?		
Cuenta con topes de protección, en las cuatro esquinas?		
Las ruedas son como mínimo de 5" o mayor y con frenos?		
Cuenta con sistema de frenos centralizado o servodireccional?		
La camilla permite hacer los siguientes movimientos: Espaldar mínimo 80°, Trendelenburg 18° ±5°?		
Soporta una carga mínima de 180 Kg?		
Cuenta con colchoneta de espuma de alta densidad, lavable e impermeable de mínimo 12 cm de espesor?		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	481
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	485 - 489
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	491 - 492
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	493

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	497 - 520
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	521
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	523
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	525
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE ENTREGAN EL ORIGINAL	527
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario.(05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	529
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	531
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	533
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	535
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	493
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	637 - 540
EVALUACION FINAL		NO CUMPLE

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA CUATRO PLANOS	
Marca:	MEDISA	
Modelo:	GALAXY II	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESPAÑA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La cama es eléctrica?	CUMPLE	567
La cama cuenta con cuatro planos?	CUMPLE	566
Cuenta con la función RCP manual o eléctrico?	CUMPLE	566
Cuenta con cabecero y piecero removibles y tendido en plástico de alta densidad o láminas?	CUMPLE	566
Cuenta con un control de mano y en barandas?	NO CUMPLE NO INDICA CONTROL DE MANO	566-570
La capacidad de peso es de mínimo 200 kg?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Las dimensiones de la superficie son (largo/ancho) 190cmx80cm o mayor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Las dimensiones de la cama son (largo/ancho) 200cmx90cm o mayor Con cabecera, piecero y barandales arriba?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Permite movimientos de Espalda: 0~70°(±5°) y Piernas: 0~40°(±15°)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Permite cambio de posición de altura de 70cm o mayor y descenso de 50cm o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con trendelenburg y trendelenburg inverso de mínimo 12° máximo -12°?	NO CUMPLE EL OOFERTADO ES DE ±16°	567
Cuenta con soporte para porta suero y atril en acero inoxidable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE INCLUYA EL ATRIL	566
Cuenta con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección dorsal o de pies, abatibles o retráctiles?	CUMPLE	566
Cuenta con protectores o parachoques en las cuatro esquinas?	CUMPLE	570
Cuenta con ruedas antiestáticas como mínimo de 5", y sistema de freno en las 4 ruedas o centralizado?	CUMPLE	566
Trabaja con corriente eléctrica de 110/120 VAC?	CUMPLE	567
Cuenta con ficha técnica de Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Accondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	621
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	625 A 629
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	633
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	639 - 660
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	661
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	663

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	665
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE ENTREGAN EL ORIGINAL	667
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	669
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	671
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	673
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	675
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	677
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	633
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	679 A 682
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA TIPO UCI	
Marca:	MEDISA	
Modelo:	MAJESTIC UCI	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESPAÑA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Es una cama Hospitalaria para Cuidados Intensivos?	CUMPLE	709
Soporta un peso de 225Kg como mínimo?	CUMPLE	711
Posee controles eléctricos en barandales y control de mano con seguro de bloqueo selectivo desde el panel para bloquear movimientos para paciente?	NO CUMPLE NO INDICA CONTROL DE MANO	711
Permite dar las siguientes posiciones de forma eléctrica: Trendelenburg de 12° como mínimo, Trendelenburg inverso de 12° como mínimo, Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 20° como mínimo y sección de pies que cubra el rango de 0° a 15° como mínimo. Altura de 70 cm o mayor y descenso de 50 cm o menor (Medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), Posición de respiración cardio pulmonar (DCP) de forma manual en ambos lados de la	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIAN LOS GRADOS	710 - 750 - 751
Cuenta con un sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con un indicador de ángulo del respaldo digital o análogo de 0 a 60° como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Las dimensiones de la superficie del paciente son: 190 cm o mayor de largo x 80cm o mayor de ancho?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Las dimensiones de la cama son: Longitud total 200 cm o mayor Ancho total 90 cm o mayor con cabecera, piecero y barandales arriba?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
La cubierta es radio transparente al menos en la región dorsal, desde el cuello hasta la pelvis?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
La cabecera y piecero son removibles, de material de alta resistencia a golpes y solventes o desinfectantes?	CUMPLE	710
Los barandales laterales son abatibles en un solo movimiento, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección dorsal de pies y con un sistema mecánico o neumático o hidráulico que retarde el descenso rápido y que evite los golpes?	CUMPLE	710
Cuenta con protectores o parachoques en las cuatro esquinas?	CUMPLE	710
Cuenta con ruedas antiestáticas de 5" como mínimo?	CUMPLE	710
Cuenta con sistema de frenado en las 4 ruedas y direccionamiento centralizado?	CUMPLE	710
Cuenta con poste porta suero en las dos esquinas de la cabecera incluido atril?	CUMPLE	714
Cuenta con batería de seguridad con indicador de carga en caso de falla eléctrica, de traslado de paciente o de seguridad en caso de no estar frenada y para todos los movimientos, capacidad de funcionamiento de larga duración?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Alarma visual y auditiva en caso de: Falla de energía eléctrica, Estado de la batería baja, de seguridad cuando la cama no se encuentre frenada y Alarma que se activa cuando el paciente se dispone a salir de la cama, para evitar las caídas, deberá anexar la certificación NORMA EN 60601-2- 52 de camas seguras?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con Báscula integrada de la misma marca que la cama: Báscula digital que soporte 225 Kg como mínimo, Medición del peso en cualquier posición, Despliegue del peso digital en kilogramos, Sensibilidad de 0.5 Kilogramos o menor, Con TARA, ajuste a cero y certificado de calibración por cada año de garantía?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Trae poste de altura variable para soluciones intravenosas (portavenoclisis)?	CUMPLE	719
La alimentación eléctrica de entrada mínima es de 110V/60 Hz $\pm$ 10%?	CUMPLE	711

Incluye Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados a un certificado de fabricación nacional al equipo no se	CUMPLE	801
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	805 A 807
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	811
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	817 A 838

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	839
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluacieuiera retirar algún equipo o parte o en el	CUMPLE	841
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	843
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE ENTREGAN EL ORIGINAL	845
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	847
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	849

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	851
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	853
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	855
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	811
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	857 A 860
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA DE REANIMACION	
Marca:	MEDISA	
Modelo:	GALAXY II	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESPAÑA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La cama es eléctrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La cama cuenta con cuatro planos?	CUMPLE	913
Cuenta con la función RCP manual o eléctrico?	CUMPLE	888
Cuenta con cabecero y piecero removibles y tendido en plástico de alta densidad o látex?	CUMPLE	913
Cuenta con un control de mano y en barandas?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
La capacidad de peso es de mínimo 200 kg?	CUMPLE	884
Las dimensiones de la superficie son (largo/ancho) 190cmx80cm o mayor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Las dimensiones de la cama son (largo/ancho) 200cmx90cm o mayor Con cabecera, piecero y barandales arriba?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Permite movimientos de Espalda: 0~70°(±5°) y Piernas: 0~40°(±15°)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Permite cambio de posición de altura de 70cm o mayor y descenso de 50cm o menor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con trendelenburg y trendelenburg inverso de mínimo 12° máximo -12°?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con soporte para porta suero y atril en acero inoxidable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección dorsal o de pies abatibles o retráctiles?	CUMPLE	884
Cuenta con protectores o parachoques en las cuatro esquinas?	CUMPLE	913
Cuenta con ruedas antistáticas como mínimo de 5", y sistema de freno en las 4 ruedas controlando?	CUMPLE	913 - 928
Trabaja con corriente eléctrica de 110/120 VAC?	CUMPLE	885
Cuenta con ficha técnica de Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de materia lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional del equipo o los equipos ofertados?	CUMPLE	967
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	969 - 970 - 973
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	977
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	983
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1005
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	1007

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	1009
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE ENTREGAN EL ORIGINAL	1011
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	1013
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	1015
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1017
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	1019
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	1021
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	977
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	1025
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Camilla de Transporte	
Marca:	Los Pinos	
Modelo:	C-376 -374	
Año de fabricación:	2014	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	Colombia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con sistema hidráulico?	CUMPLE	188
Cuenta con mínimo dos planos uno fijo y el otro móvil?	CUMPLE	188
Las barandas laterales son abatibles, plegable o retráctiles?	CUMPLE	188
Cuenta con soporte para manejo de camilla?	CUMPLE	188
Cuenta con atril porta suero y es regulable y atril?	CUMPLE	188
Cuenta con topes de protección, en las cuatro esquinas?	CUMPLE	188
Las ruedas son como mínimo de 5" o mayor y con frenos?	CUMPLE	188
Cuenta con sistema de frenos centralizado o servodireccional?	CUMPLE	188
La camilla permite hacer los siguientes movimientos: Espaldar mínimo 80°, Trendelenburg 18° ±5°?	CUMPLE	188
Soporta una carga mínima de 180 Kg?	CUMPLE	188
Cuenta con colchoneta de espuma de alta densidad, lavable e impermeable de mínimo 12 cm de espesor?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA SI ES DE ALTA DENSIDAD	188
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE CCAA	189-193-201-209
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	211
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	189-195-208
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	213-217
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	237-242
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	335

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	CUMPLE	211
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO CON HOSPITAL KENNEDY E.S.E SEGÚN CERTIFICACION ANEXO 7	303
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305-311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305-311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	313
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	315
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	317

Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	319
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	321
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	323
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	325-327
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	335
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	337-343
EVALUACIÓN FINAL		NO CUMPLE

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Cama Hospitalaria	
Marca:	Los Pinos	
Modelo:	1060	
Año de fabricación:	2014	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	Colombia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Soporta un peso de 225Kg como mínimo?	CUMPLE	176
Posee controles eléctricos en barandales y control de mano con seguro de bloqueo selectivo desde el panel para bloquear movimientos para paciente?	CUMPLE	177
Permita dar las siguientes posiciones de forma eléctrica: Trendelenburg de 12° como mínimo, Trendelenburg inverso de 12° como mínimo, Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 20° como mínimo y sección de pies que cubra el rango de 0° a 15° como mínimo Altura de 70 cm o mayor y descenso de 50 cm o menor (Medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP) de forma manual en ambos lados de la cama. Posición de silla cardiaca automática?	CUMPLE	177
Cuenta con un sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos?	CUMPLE	177
Cuenta con un indicador de ángulo del respaldo digital o análogo de 0 a 60° como mínimo?	CUMPLE	177
Las dimensiones de la superficie del paciente son: 190 cm o mayor de largo x 80cm o mayor de ancho?	CUMPLE	176
Las dimensiones de la cama son: Longitud total 200 cm o mayor Ancho total 90 cm o mayor con cabecera, piecero y barandales arriba?	CUMPLE	176
La cubierta es radio transparente al menos en la región dorsal, desde el cuello hasta la pelvis?	CUMPLE	176
La cabecera y piecero son removibles, de material de alta resistencia a golpes y solventes o desinfectantes?	CUMPLE	176-178
Los barandales laterales son abatibles en un solo movimiento, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección dorsal de pies y con un sistema mecánico o neumático o hidráulico que retarde el descenso rápido y que evite los golpes?	CUMPLE	176
Cuenta con protectores o parachoques en las cuatro esquinas?	CUMPLE	176
Cuenta con ruedas antiestáticas de 5" como mínimo?	CUMPLE	176
Cuenta con sistema de frenado en las 4 ruedas y direccionamiento centralizado?	CUMPLE	176
Cuenta con poste porta suero en las dos esquinas de la cabecera incluido atril?	CUMPLE	176
Cuenta con batería de seguridad con indicador de carga en caso de falla eléctrica, de traslado de paciente o de seguridad en caso de no estar frenada y para todos los movimientos, capacidad de funcionamiento de larga duración?	CUMPLE	176
Cuenta con Alarma visual y auditiva en caso de: Falla de energía eléctrica, Estado de la batería baja, de seguridad cuando la cama no se encuentre frenada y Alarma que se activa cuando el paciente se dispone a salir de la cama, para evitar las caídas, deberá anexar la certificación NORMA EN 60601-2- 52 de camas seguras?	CUMPLE	177
Cuenta con Báscula integrada de la misma marca que la cama: Báscula digital que soporte 225 Kg como mínimo, Medición del peso en cualquier posición, Despliegue del peso digital en kilogramos, Sensibilidad de 0.5 Kilogramos o menor, Con TARA, ajuste a cero y certificado de calibración por cada año de garantía?	CUMPLE	177
Trae poste de altura variable para soluciones intravenosas (portavenoclisis)?	CUMPLE	176
La alimentación eléctrica de entrada mínima es de 110V/60 Hz $\pm 10\%$?	CUMPLE	178

Incluye Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LAS ESPECIFICACION DE POSICIONABLE EN CUATRO SENTIDOS	178-181-182
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE CCAA	193-201-209-189
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	211
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	189-195-208
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	213-217
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	237-242
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	335
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	CUMPLE	211
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	261-173

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305-311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305 - 311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	313
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	315
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	317
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	319

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	321
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	323
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	325-327
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	335
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	337-343
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Cuna Pediatrica	
Marca:	Los Pinos	
Modelo:	1040	
Año de fabricación:	2014	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	Colombia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La cama cuna es eléctrica?	CUMPLE	184
Cuenta con mínimo tres planos, el cabecero y piecero son en acrílico y permiten ser fijos y removibles?	CUMPLE	184
Cuenta con barandas tipo corral que cubren la longitud total de la cama?	CUMPLE	184
Las dimensiones internas mínimas son de 150 cm largo x 65 cm ancho?	CUMPLE	184
Cuenta con posicionamiento de altura en rango mínimo desde 60 hasta 90 cm?	CUMPLE	184
Cuenta con elevación de espaldas y piernas?	CUMPLE	184
Cuenta con movimientos de trendelenburg y trendelenburg inverso mínimo 15°C o menor?	CUMPLE	184
Cuenta con ruedas antiestáticas de como mínimo 5" y sistema de frenos en las 4 ruedas o centralizado?	CUMPLE	184
Cuenta con conexión eléctrica mínimo de 110 VAC 50-60 Hz?	CUMPLE	184
Cuenta con soporte porta suero y atril en acero inoxidable?	CUMPLE	184
Cuenta con colchoneta en espuma de alta densidad, lavable e impermeable de mínimo 12 cm de espesor?	CUMPLE	185
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE CCAA	189-193- 201-209
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	211
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	189-195-208
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	213-217
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	237-242

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	335
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	CUMPLE	211
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO ANEXO 7 NI SOPORTE	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305 - 311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluaci	CUMPLE	305-311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	313
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	315

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	317
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	319
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	321
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	323
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	325-327
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	335
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	337-343
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Cama Hospitalaria	
Marca:	Los Pinos	
Modelo:	860	
Año de fabricación:	2014	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	Colombia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La cama es eléctrica?	CUMPLE	180
La cama cuenta con cuatro planos?	CUMPLE	180
Cuenta con la función RCP manual o eléctrico?	CUMPLE	180
Cuenta cabecero y piecero removibles y tendido en plástico de alta densidad o lámina?	CUMPLE	180
Cuenta con un control de mano y en barandas?	CUMPLE	180
La capacidad de peso es de mínimo 200 kg?	CUMPLE	180
Las dimensiones de la superficie son (largo/ancho) 190cmx80cm o mayor?	CUMPLE	180
Las dimensiones de la cama son (largo/ancho) 200cmx90cm o mayor Con cabecera, piecero y barandales arriba?	CUMPLE	180
Permite movimientos de Espalda: 0~70°(±5°) y Piernas: 0~40°(±15°)?	CUMPLE	180
Permite cambio de posición de altura de 70cm o mayor y descenso de 50cm o menor?	CUMPLE	180
Cuenta con trendelenburg y trendelenburg inverso de mínimo 12° máximo -12°?	CUMPLE	180
Cuenta con soporte para porta suero y atril en acero inoxidable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE INCLUYA EL ATRIL	180
Cuenta con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección dorsal o de pies, abatibles o retráctiles?	CUMPLE	180
Cuenta con protectores o parachoques en las cuatro esquinas?	CUMPLE	180
Cuenta con ruedas antiestáticas como mínimo de 5", y sistema de freno en las 4 ruedas o centralizado?	CUMPLE	180
Trabaja con corriente eléctrica de 110/120 VAC?	CUMPLE	180
Cuenta con ficha técnica de Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LAS ESPECIFICACIONES DE ALTERNANTE Y POSICIONABLE EN CUATRO SENTIDOS	181-182
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE CCAA	189-193-201-209
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	CUMPLE	211
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	CUMPLE	189-195-208
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	213-217

Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	CUMPLE	237-242
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	335
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (2) dos años de representación de la marca en el país certificada por fabrica.?	CUMPLE	211
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA COPIA DE CONTRATO CON HOSPITAL KENNEDY E.S.E SEGÚN CERTIFICACION ANEXO 7	275
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305 -311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE	305 - 311
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE	313

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	315
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?	CUMPLE	317
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	319
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	321
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	323
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?	CUMPLE	325-327
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	335
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	337-343
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	

UNION TEMPORAL IMEXIM (IME IMPORMEDICAL COLOMBIA S.A.S - EXIMEDICAL S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	FOLIO
Nombre	INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y CONTENEDORES	
Marca	NOPA / AYGUN SURGICAL	
Modelo	LISTADO DE REFERENCIAS	
Año de fabricación	NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN	
Tiempo de vida útil	NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN	
País de origen del equipo	TUTTLINGEN / TURKEY	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
EL EQUIPO PARA LAPAROTOMIA ADULTOS ESTA COMPUESTO POR:		
((1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(1) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(8) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(1) pinza de disección sin garra 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección sin garra 20 a 21 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(6) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(12) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(12) pinza pean-rochester curvas hemostática de 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(4) pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	306
(2) pinza pennington hemostática de 20 a 21 cm	CUMPLE	307
(2) pinza babcock intestinal 20 a 21 cm	CUMPLE	308
(2) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(1) valva maleable de 30 a 33 cm x 30 mm.	CUMPLE	311
(1) valva maleable de 30 a 33 cm x 40 mm.	CUMPLE	311
(1) valva maleable de 30 a 33 cm x 50 mm.	CUMPLE	311
(1) separador deaver 25 mm x 30 a 31 cm	CUMPLE	312
(1) separador deaver 38 mm x 30 a 32 cm	CUMPLE	313
(1) separador deaver 50 mm x 30 a 32 cm	CUMPLE	313
(1) separador abdominal balfour adultos apertura 16 a 18 cm con valva central de 45 x 80 mm.	CUMPLE	314
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 28 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) mango para bisturí no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(1) separador richarson 25 a 28 x 20 a 21 mm x 23 a 24 cm.	CUMPLE	317
(1) separador richarson 30 a 32 x 28 a 29 mm x 24 a 25 cm.	NO CUMPLE. LA REFERENCIA AK 247/02 EN FOLIO 317 TIENE MEDIDA DE LA VALVA DE 36 X 28. NO ESTA EN EL RANGO SOLICITADO	
(1) separador richarson 40 a 45 x 35 a 38 mm x 24 a 25 cm.	CUMPLE	317
(1) pinza mixter " cística " curva estriado, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	318
(2) pinzas mixter, curva, estriado, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. LA REFERENCIA AA 353/22 EN FOLIO 318, TIENE MEDIDA DE 22 CM. NO ESTA EN EL RANGO SOLICITADO	
(2) pinzas mixter, curva, estriado. longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(2) pinzas mixter, curva fuerte, estriado, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(12) pinza thom allyx de 6 x 7 dientes, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	319

(1) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) canastilla con medidas de 400 a 410 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	320
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 28 cm x 44 a 45 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE CESAREA N. 2 ESTÁ COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí # 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) disección con garra, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	301
(1) disección sin garra, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(2) pinzas heaney, curva, por 2 dientes, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	337
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza pean-Rochester curvas hemostática de 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(4) pinzas allis, 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	375
(2) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(2) pinzas babcook, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA EN FOLIO 308 LA REFERENCIA KD 111/20 PRESENTA UNA MEDIDA DE 20 CM, MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO POR LA ENTIDAD	
(2) pinzas babcook, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	308
(1) pinza Foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(1) canasta para instrumental, medidas 24 a 25 cm x 25 a 26 cm x 60 a 65 mm.	CUMPLE	320
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	

(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	412
(1) valva central para separador abdominal, 45 x 80 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 340 LA REFERENCIA AK 645 / 02 PRESENTAN UNA VALVA DOYEN CON MEDIDAS DE 55X 105. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO POR LA ENTIDAD	
(1) riñonera medida 250 x 140 x 40 mm.?	NO CUMPLE SE EVIDENCIA A FOLIO 341 LA REFERENCIA KU 302 /25 PRESENTA UNICAMENTE LA MEDIDA DE 250 MM	
EL EQUIPO COMPRESIÓN ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
1) pinza de reducción de huesos, cremallera larga, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 342 LA REFERENCIA KA 771/05 PRESENTA PINZA CON MEDIDA DE 17,5 CM, MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) clamp para hueso aguda o romo, cremallera de rosca, longitud 14 a 15 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 343 LA REFERENCIA KA 752 / 16. PINZA DE 16 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) medidor de tornillos, longitud 20 a 22 cm	OK	344
(1) avellanador para tornillos, longitud 18 a 19 cm	OK	345
(1) disector, punta redonda de 20 mm, longitud 19 a 20 cm	OK	346
(1) llave fija, longitud 15 a 16 cm	OK	347
(1) tarraja, diámetro de 4.5 mm, longitud 18 a 19 cm	OK	348
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(3) guía de broca, diámetro de 4.5 mm, longitud 14 a 15 cm?	NO CUMPLE. EN EL FOLIO QUE RELACIONA EL OFERENTE NO SE ENCUENTRA LA GUIA DE BROCA SOLICITADA	
EL EQUIPO DE AMPUTACIÓN ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) gubia stille - ruskin, doble acción, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	350

(1) cureta spratt, ovalada, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	351
(1) separador volkmann, un garfio agudo, longitud 21 a 23 cm	CUMPLE	352
(1) raspa putti, doble, longitud 27 a 28 cm	CUMPLE	353
(2) separadores volkmann, seis garfios agudos, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	352
(2) manilares para sierra de gigli	CUMPLE	354
(2) periostotomos sedillot, ancho de 18 a 19 mm, longitud 18 a 19 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 355 LA REFERENCIA KA 688 /21. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 21 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA POR FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinza kocher curva, con garra, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	356
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE EPISIORRAFIA ESTA COMPUESTO POR:		
	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección sin garra 14. a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo curva para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) canasta de 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO DE EPISIOTOMIA ESTA COMPUESTO POR:		
	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) tijera braun-standler para episiotomía de 22 a 23 cm	CUMPLE	357
(2) pinza pean-rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) tijera mayo curva para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) canasta de 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

EL EQUIPO DE ESTOMAGO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) clamp payr, longitud 29 a 30 cm	CUMPLE	358
(2) clamp mayo-robson, curvo, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	359
(2) clamp kocher, recto, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	360
(2) pinzas disección sin garra, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	300
(6) pinzas allix judd, 3 x 4 dientes, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	361
(1) canasta para instrumental, medidas 24 a 25 cm x 25 a 26 cm x 44 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REERENCIA SK 105/05. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN POR FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EQUIPO DE FEMUR ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(2) separadores hibbs	NO CUMPLE. EL FOLIO 358 RELACIONADO EN EL CCTP NO MENCIONA LOS SEPARADORES HIBBS. NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS	
(4) separadores hohmann, hoja de 24 mm de ancho, longitud 27 a 28 cm	CUMPLE	363
(2) separadores bennett, hoja de 60 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. EL FOLIO 410 RELACIONADO EN EL CCTP NO MENCIONA LOS SEPARADORES HIBBS. NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS	
(1) martillo de 580 gr, cabeza 30 mm, longitud 26 a 27 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 364 LA REFERENCIA KA 550 / 53. OFERTAN UN MARTILLO DE 530 GR. 42 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 24 CM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) clamp lane con cremallera, longitud 33 a 34 cm	CUMPLE	365
(2) ganchos volkmann, un garfio agudo, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	352
(2) cureta bruns, ovalada, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 366 REFERENCIA KA 612/06. OFERTAN CURETA REDONDA DE 17 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) impactor de hueso, diámetro de 8 mm, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. EN EL FOLIO 411 QUE RELACIONA EL OFERENTE EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA IMPACTOR DE HUESO	
(1) disector cobb, ancho de 25 mm, longitud 28 a 29 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 367 LA REFERENCIA KA 708/03 OFERTAN DISECTOR COOB DE 19 MM DE ANCHO. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) pinzas kocher, recta, con garra, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	368
(1) gubia stille - luer, doble acción, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	350
(2) pinzas con garra, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	300
(1) cizalla stille - liston, doble acción, longitud 27 a 28 cm	CUMPLE	372
(3) separadores israel, valva de 70 x 70 mm, seis garfios romos, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	373
(1) mango para bisturí no.3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango de bisturí # 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 23 a 24 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374

(2) cánulas yankauer, longitud 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(6) separadores farabeuf, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(4) pinzas de campo, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinzas allis, 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	338
(2) pinzas kelly o pinza adson, curva, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 306 REFERENCIA AA 239/18. OFERTAN PINZA DE 18,5 MEDIDA QUE SE ENCUESTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) pinzas gemini, angulada, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	371
(2) pinzas rochester, curva, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(1) canastilla con medidas de 400 a 410 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	387
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 5 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUESTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EQUIPO DE LAPAROTOMIA DE GINECO		
(1) mango de bisturí # 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) mango de bisturí # 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(2) pinzas disección con garra, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	300
(1) disección russ modell, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	302
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 23 a 24 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo recta para material de 23 a 24 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(8) pinzas de campo, longitud 13 a 15 cm	CUMPLE	296
(8) pinzas kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinzas kelly recta, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinzas kelly o pinza adson, curva, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 306 LA REFERENCIA AA 239/18. PINZA DE 18,5 CM, MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(8) pinzas rochester, curva, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	305
(6) pinzas thom allis, 6 x 7 dientes, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	361
(6) pinzas heaney, curva, 2 dientes, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	337
(6) pinzas gemini, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 371 REFERENCIA AA 365/18 Y AA 365/22. PINZAS DE 18 O 22 CM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	

(4) pinzas kelly, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 305 REFERENCIA AA 201/22. PINZA ROCHESTER DE 22 CM. LA PINZA ROCHESTER TIENE UNA FUNCIONALIDAD DIFERENTE A LA KELLY SOLICITADA	
(1) porta agujas mayo hegar de 23 a 24 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(4) pinzas babcook, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 308 REFERENCIA KD 111/20 Y KD 111/24. OFERTAN PINZA BABCOCK DE 20 Ó 24 CM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador richardson doble de 27 a 28 cm, valvas de 40 a 45 x 35 a 40 mm y 60 a 65 x 0 a 45 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 378 REFERENCIA AK 248/02. SEPARADOR RICHARDSON DE 28 CM PERO CON VALVAS DE 49 X 38 MM Y 63 X 49 MM. MEDIDAS DE LAS VALVAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) par de separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 28 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) espátula maleable, ancho 50 mm, longitud 33 cm	CUMPLE	311
(1) separador deaver, valva 50 mm, longitud 31 a 32 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 313 REFERENCIA AK 300 / 08. SEPARADOR DE 30 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador deaver, valva 75 mm, longitud 31 a 32 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA FOLIO 313 REFERENCIA AK 300/09. SEPARADOR 30 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador abdominal balfour, con valvas laterales de 100 x 35 mm, apertura de 230 a 250 mm, longitud 20 a 21 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 379 REFERENCIA AK 619 / 25. SEPARADOR BALFOUR CON VALVAS DE 100X 35 MM, APERTURA DE 250 MM PERO LONGITUD DE 25 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) recipiente medidas 147 x 65 mm	CUMPLE	397
(1) riñonera medidas 250 x 140 x 40 mm	NO CUMPLE SE EVIDENCIA A FOLIO 341 LA REFERENCIA KU 302 /25 PRESENTA UNICAMENTE LA MEDIDA DE 250 MM	
(1) canastilla con medidas de 400 a 410 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	387

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE LEGRADO GINECOLOGICO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) especulo grave, valvas de 90 a 95 x 30 a 35 mm	CUMPLE	380
(1) pinza shroder, para cuello uterino, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	381
(1) pinza bozemann, curva, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	382
(1) pinza winter, recta, longitud 28 a 29 cm	CUMPLE	383
(1) cureta uterina de 7 mm 30x32 cm longitud	CUMPLE	384
(1) cureta uterina de 8 mm 30x32 cm longitud	CUMPLE	384
(1) cureta uterina de 9 mm 30x32 cm longitud	CUMPLE	384
(1) cureta uterina de 11 mm 30x32 cm longitud	CUMPLE	384
(1) cureta uterina de 12mm 30x32 cm longitud	CUMPLE	384
(1) cureta uterina de 14mm 30x32 cm longitud	NO CUMPLE SE EVIDENCIA A FOLIO 384 LAS REFERENCIAS KB 510/07 HASTA KB 510/012. NO PRESENTAN CURETA DE 14 MM DE ANCHO	
(1) cureta novack, diámetro de 4 mm, longitud 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 385 LA REFERENCIA KB 302/04 MIDE 23 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza kevorkian, biopsia, fenestrada, longitud del vástago 23 a 25 cm	NO CUMPLE A FOLIO 385 LA REFERENCIA KB 305/30 PRESENTAN UNA CURETA KEVORKIAN. LA SOLICITUD ES UNA PINZA DE BIOPSIA KEVORKIAN. ES DECIR QUE NO CORRESPONDE LO OFERTADO VS. LO SOLICITADO	
(2) pinzas de campo, longitud 13 a 15 cm	CUMPLE	296
(1) juego de 8 dilataores uterinos hegar	CUMPLE	386
(1) canastilla con medidas de 400 a 410 x 250 a 255 x 40 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 387 REFERENCIA SK 205/05 QUE LAS MEDIDAS ESTAN POR FUERA DEL RANGO SOLICITADO. OFERTAN CANASTILLA DE 50 MM DE ALTO.	
EQUIPO DE PARTOS	RESPUESTA	FOLIO
(2) pinzas rochester, curva, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(1) tijera braun-standler para episiotomía de 14 a 15 cm	CUMPLE	357
(1) tijera de mayo recta para material de 14 a 16 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300

(1) canasta de 200 a 210 x 100 a 110 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO DE PUNTOS ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no.3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección sin garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	374
(2) pinza kelly curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) tijera metzembaun, curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	389
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(2) pinzas mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) porta agujas crile - wood, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	390
(1) canasta de 200 a 210 x 100 a 110 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO DE REVISIÓN UTERINA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(2) espéculos grave, valva de 90 a 95 x 30 a 35 mm	CUMPLE	380
(2) pinzas foerster, recta, estriada, longitud 25 a 30 cm	CUMPLE	295
(2) porta agujas mayo hegar de 24 a 25 cm	CUMPLE	309
(2) pinzas disección con garra, longitud 25 a 26 cm?	CUMPLE	300
EL EQUIPO DE TORAX ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no.3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no.3, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE A FOLIO 297 REFERENCIA AD 020/13 SE EVIDENCIA QUE LA IMAGEN SE PRESENTA A 1/1 ES DECIR QUE MIDIENDO LA IMAGEN DA UN RESULTADO DE 19,7 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) mango de bisturí no. 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza disección con garra, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección con garra, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección sin garra, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(2) tijeras metzenbaun, curva, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	299
(2) tijeras mayo, recta, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(4) pinzas de campo, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(4) pinzas mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(8) pinzas kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinzas kelly recta, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinzas kelly o pinza adson, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 306 REFERENCIA AA 239/18. OFERTAN PINZA DE 18,5 MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(4) pinzas rochester, curva, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(4) pinzas rochester, curva, longitud 26 a 27 cm	CUMPLE	305
(6) pinzas thom allis, 6 x 7 dientes, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	361
(2) pinzas gemini, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 371 REFERENCIA AA 365/18 Y AA 365/22. PINZAS DE 18 O 22 CM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(2) pinzas mixter, curva, estriado, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(1) porta agujas mayo hegar de 16 a 17 cm	CUMPLE	309

(1) porta agujas mayo hegar de 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar de 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) pinza duval de 23 a 24 cm	CUMPLE	308
(1) pinza duval de 18 a 19 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 308 REFERENCIA KD 122/18 LA MEDIDA OFERTADA ES DE 20 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) pinzas foerster, recta, estriada, longitud 25 a 30 cm	CUMPLE	295
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 28 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) disector hoen, punta ancho de 20 mm, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	346
(1) periostotomo alexander, doble, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 392 PRESENTAN PAGINA DE INTERNET CON UN PERIOSTOTOMO ALEXANDER DE 20 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) separadores richardson, doble valva, longitud 27 a 28 cm, valva 43 x 38 a 39 mm y 60 a 63 x 40 a 45 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 REFERENCIA AK 248/02 OFERTAN SEPARADOR RICHARDSON DE 28 CM CON VALVAS DE 49X38 Y 63X49 MM. MEDIDAS DE LAS VALVAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) rugina farabeuf, curva, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	393
(1) deaver con valva de 25 mm, longitud 31 a 33.5 cm	CUMPLE	312
(1) aproximador costal bailey - gibbon, garras de tres dientes, longitud 20 a 21 cm.	NO CUMPLE. A FOLIO 395 REFERENCIA KK 170/19 PAGINA INTERNET. NO SE EVIDENCIA QUE EL APROXIMADOR TENGA GARRAS DE TRES DIENTES, ADICIONALMENTE LA LONGITUD OFERTADA ES DE 19 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador finochietto, valvas laterales de 45 a 50 x 60 a 65 mm, apertura de 160 a 190 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 396 REFERENCIA KK 100/01 PAGINA INTERNET. OFERTAN SEPARADOR CON VALVAS DE 40 X 45 Y APERTURA DE 135 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) riñonera medida. 250 x 140 x 40 mm $\pm$ 5mm	CUMPLE	397
(1) canastilla con medidas de 400 a 410 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	387

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO HERNIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí #3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango de bisturí # 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) disección con garra, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	300
(1) disección sin garra, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección russ modell, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(2) pinzas campo, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(6) pinzas kelly, curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinzas rochester, curva, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(2) pinzas kelly, curva, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	306
(6) pinzas allis, 5 x 6 dientes, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(2) pinzas babcook, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	308
(2) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(2) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 28 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) separadores richardson, doble valva, longitud 27 a 28 cm, valva 43 x 38 a 39 mm y 60 a 63 x 40 a 45 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 REFERENCIA AK 248/02 OFERTAN SEPARADOR RICHARDSON DE 28 CM CON VALVAS DE 49X38 Y 63X49 MM. MEDIDAS DE LAS VALVAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador deaver, valva 19 a 20 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	312
(1) recipiente medidas 116 x 50 mm	CUMPLE	397
(1) riñonera medida 250 x 140 x 40 mm	CUMPLE	397
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO INTESTINAL ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(2) clamp mayo - robson, recto, longitud 24 a 26 cm	CUMPLE	359
(1) clamp mayo - robson, recto, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 359 REFERENCIA KD 256/25 PRESENTA MEDIDA DE 25 CM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) clamp mayo - robson, curvo, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	359
(4) pinzas allis judd, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	361
(1) canasta para instrumental, medidas 24 a 25 cm x 25 a 26 cm x 44 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
EL EQUIPO DE OIDO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí # 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	376
(1) pinzas mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinzas kelly, curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinzas allis, 5 x 6 dientes, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(2) porta agujas mayo hegar, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) otoscopios diámetro de 3.0	CUMPLE	400
(1) otoscopios diámetro de 4.0	CUMPLE	401
(1) otoscopios diámetro de 5.0	CUMPLE	402
(1) otoscopios diámetro de 6.0	NO CUMPLE. A FOLIO 405 REFERENCIA KM 031/03 PAGINA INTERNET PRESENTAN ESPECULO DE 6.5 MM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) otoscopios diámetro de 7.5	NO CUMPLE. A FOLIO 405 REFERENCIA KM 031/03 PAGINA INTERNET PRESENTAN ESPECULO DE 6.5 MM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) curetas buck, diámetro de 1.8 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) curetas buck, diámetro de 2.6mm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	

(1) curetas buck, diámetro de 3.7 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) curetas lempert, diámetro 1.5 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 407 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) curetas lempert, diámetro 2.0 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 407 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) curetas lempert, diámetro 2.2 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 407 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) curetas lempert, diámetro 2.5 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 407 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL DIAMETRO SOLICITADO	
(1) gancho explorador shea, romo, 2.0 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 408 REFERENCIA KM 706/16 PRESENTA GANCHO SHEA DE 1,5 X 2,5. MEDIDA FUERA DE LA MEDIDA SOLICITADA	
(1) especulo nasal model view (viena), valva de 30 mm, longitud 13 a 14 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 409 REFERENCIA KO 080/01 OFERTA ESPECULO MOD. WIEN SIN EVIDENCIA DE MEDIDA DE VALVA Y CON LONGITUD DE 14,5 MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) separadores mastoides jansen, ramas de 3x3 dientes, longitud 10 a 11 cm	CUMPLE	410
(2) separadores senn - miller, romos, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(2) separadores farabeuf de 12 a 13 cm	CUMPLE	310
(1) pinza disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza adson braun, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	413
(2) cánulas frazier, diámetro de 2.3 mm, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) tijera metzempaun, curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	385
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(2) tijeras stevens, curva, roma, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	415
(1) disector hurt, doble servicio, longitud 22 a 23 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 413 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL DISECTOR HURD, TAMPOCO SE ENCUENTRA LA IMAGEN EN NINGUN FOLIO PRESENTADO	
(1) disector free, doble, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	416
(4) disectores masing, ancho de 2 y 3 mm, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL DISECTOR MASING, TAMPOCO SE ENCUENTRA LA IMAGEN EN NINGUN FOLIO PRESENTADO	
(2) ganchos de piel, agudo, curvo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	425
(6) pinzas de campo, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(3) recipiente medidas 61 x 30 mm	CUMPLE	397

(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO ORBITO FACIAL ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) cureta doble jacobson, diámetro 3.2 y 4.2 mm. longitud 14 a 15 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 416 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA CURETA JACOBSON, TAMPOCO SE ENCUENTRA LA IMAGEN EN NINGUN FOLIO PRESENTADO	
(1) pinza disección adson braun, 12 a 13 cm	CUMPLE	413
(1) pinza bayoneta, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	438
(1) disector free, doble, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	416
(1) disector molt, doble extremo, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	456
(1) elevador williger, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	456
(1) disector hurt, doble servicio, longitud 22 a 23 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 420 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL DISECTOR HURD, TAMPOCO SE ENCUENTRA LA IMAGEN EN NINGUN FOLIO PRESENTADO	
(2) disectores joseph, nasal, punta 6.0 a 6.5 mm, longitud 18 a 19 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 421 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA DISECTOR JOSEPT, SIN EMBARGO A FOLIO 468 PRESENTAN DISECTOR JOSEPH DE 16 CM, MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) disector mackenty, punta 4 mm, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 422 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA DISECTOR MACKENTY, SIN EMBARGO A FOLIO 468 PRESENTAN DISECTOR MCKENTY DE 4.0 MM, PERO NO SE EVIDENCIA LA LONGITUD	

(1) cánula frazier no. 9, longitud 19 a 20 cm, diámetro 3.3 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(2) separadores obwegeser, valva 57 x 11 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 424 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA SEPARADOR OBWEGESER	
(2) separadores obwegeser, valva 57 x 11 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE A FOLIO 245 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA SEPARADOR OBWEGESER	
(2) separadores obwegeser, valva 57 x 11 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE A FOLIO 426 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA SEPARADOR OBWEGESER	
(1) separador wieder, valva de 35 a 40 mm, longitud 14 a 15 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 427 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA SEPARADOR WIEDER	
(1) separador minnesota, 15 a 16 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 480 REFERENCIA KL 125/4 OFERTAN SEPARADOR DE 14 CM, MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) porta alambre, modelo fuerte, inserto de tungsteno, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 429 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA PORTA ALAMBRE	
(1) tijera de alambre, longitud 12 a 13 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 430 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA TIJERA ALAMBRE	
(2) tijeras de fomon, nasal, roma, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	341
(1) osteotomos cottle, 1 de 7 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	431
(1) osteotomos cottle, 1 de 7 mm, 1 de 9 mm, 1 de 12 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	432
(1) osteotomos cottle, 1 de 9 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	433
(5) osteotomos cottle curvo. ancho 6 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	434
(1) cincel ballenger, ancho de 3.0 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	435
(1) cincel cinelli, ancho 10 mm, doble guía, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	436
(1) cincel silver izquierdo, ancho 5 mm, longitud 18 a 19 cm, ancho de 5 mm, longitud 18 cm, guía izquierda	CUMPLE	436
(1) cincel silver derecho, ancho 5 mm, longitud 18 a 19 cm, ancho de 5 mm, longitud 18 cm, guía derecha	CUMPLE	437
(2) espejo nasal cottle, valva 50 mm, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	409
(1) gubia hartman, curva, longitud 17 a 18 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 438 INDICADO EN EL CCTP NO SE ENCUENTRA GUBIA HARMANN	
(1) martillo cottle, cabeza con diámetro 30 mm, peso 300 gr, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. OFERTAN MARTILLO CON CABEZA DE 35 MM Y PESO DE 260 GRAMOS. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinzas rowe, derecha longitud 24 a 25 c	NO CUMPLE. A FOLIO 452 PRESENTAN PINZA DE 23 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinzas rowe, izquierda, longitud 24 a 25 c	NO CUMPLE. A FOLIO 452 PRESENTAN PINZA DE 23 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

(1) guía de alambre terry, curvo, longitud 17 a 18 cm	NO CUMPLE. EN CCTP INDICAN QUE OFERTAN PINZA PARA HILOS DE 15 CM. ELEMENTO COMPLETAMENTE DIFERENTE AL SOLICITADO. ADICIONALMENTE LAS MEDIDA ESTA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) clamp de hueso, cremallera larga, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. EN CCTP INDICAN QUE OFERTAN PINZA KERN PARA HUESOS DE 17 CM. ELEMENTO COMPLETAMENTE DIFERENTE AL SOLICITADO. ADICIONALMENTE LAS MEDIDA ESTA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA ACCESORIOS BILIARES ESTA COMPUESTO POR:		
1) pinza randall para cálculos biliares no. 1 de 23 cm	RESPUESTA CUMPLE	FOLIO 489
(1) pinza randall para cálculos biliares no. 2 de 21 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 489 REFERENCIA KC 051/02 PRESENTAN PINZA RANDALL DE 22 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLCITADO	
(1) pinza randall para cálculos biliares no. 3 de 19 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 489 REFERENCIA KC 051/03 PRESENTAN PINZA RANDALL DE 22 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLCITADO	
(1) pinza randall para cálculos biliares no. 4 de 18 a 19 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 489 REFERENCIA KC 051/04 PRESENTAN PINZA RANDALL DE 22 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLCITADO	
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490

(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) dilatador bakes para vías biliares	CUMPLE	490
(1) cánula para succión frazzier no. 6 de 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) cánula para succión frazzier no. 8 de 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
EL EQUIPO DE AMIGDALAS ESTA COMPUESTO POR:		
1) mango para bisturí para amígdalas no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(1) disector hurd liso para amígdalas de 22 a 23 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 413 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL DISECTOR HURD, TAMPOCO SE ENCUENTRA LA IMAGEN EN NINGUN FOLIO PRESENTADO	
(1) tijera metzembaum corte fino punta tungsteno curva para tejidos de 20 a 21 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 467 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DE TIJERA METZEMBAUN CON PUNTA DE TUNGSTENO	
(1) pinza schnidt para amígdalas de 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 459 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA PINZA SCHINIDT PARA AMIGDALAS. PRESENTAN CLAMP DE HUESO KERN	
(1) amigdalotomo eves sin cremallera de 28 a 29 cm	CUMPLE	460
((1) abre bocas mclvor compuesto por marco y 3 espátulas de 100 - 95, 95 - 85 mm, 85- 75mm x 25mm	NO CUMPLE. A FOLIO 478 REFERENICA KI 066/00 PRESENTAN ABREBOCAS CON VALVAS DE 95 X 27 MM, 85 X 22 MM, 70 X 22 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) adenotomo beckmann, ancho de 17 y 19 mm, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	477
(1) adenotomo beckmann, ancho de 17 y 19 mm, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	477
(4) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 cm	CUMPLE	296
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) porta agujas mayo hegar de 20 a 21cm	CUMPLE	309
(1) pinza white para amígdalas 18 a 20 cm	CUMPLE	482
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
EL EQUIPO PARA AMNIOTOMIA ESTA COMPUESTO POR:		
	RESPUESTA	FOLIO

(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) amniotomo beacham de 26 a 27 cm	CUMPLE	511
(1) platon 220 a 240 mm x 70 a 75 mm?	NO CUMPLE. A FOLIO 466 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL PLATON Y EN NINGUNA PARTE DE LA OFERTA PRESENTAN PLATON	
EL EQUIPO DE AMPUTACION ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(8) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza pean-rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(4) pinza kelly pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	306
(2) pinza mixter hemostática 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(6) pinza allys intestinal 5 x 6 dientes 19 de 20 cm	CUMPLE	338
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 15 a 16 cm	CUMPLE	299
(1) tijera de mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) separador volkmann 6 garfios romos 21 a 22 cm	CUMPLE	352
(1) separador volkmann 6 garfios agudos 21 a 22 cm	CUMPLE	352
(1) pinza disección con garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección con garra, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	300
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) raspa de putti para limar hueso de 27 a 28 cm doble servicio	CUMPLE	353
(1) periostotomo semb, longitud de 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 468 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DEL PERIOSTOTOMO SEMB	
(1) sierra de gigli de alambre trenzado de 50 cm	CUMPLE	354
(2) par manillares para sierra de gigli	CUMPLE	354
(1) gubia ruskin, doble acción, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 350 REFERENCIA KA 841/23 PRESENTAN GUBIA STILLE RUSKIN DE 23 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) rugina farabeuf, curva, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	393
(1) cureta volkmann cortante no. 0 de 17 a 18 cm	CUMPLE	454
(1) cureta volkmann cortante no. 3 de 17 a 18 cm	CUMPLE	454
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE APENDICE ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(6) tijera mayo recta para material de 14 a 16 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección sin garra 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza russian (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(12) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza de allys 5 x 6 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(6) pinza pean rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(2) pinza kelly pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	306
(2) pinza babcock intestinal de 17 a 18 cm	CUMPLE	308
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(1) separador deaver especial de 22 a 23 mm longitud 21 a 22 cm.	CUMPLE	311
(1) separador deaver 38 mm, longitud 32 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 25 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 30 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) sonda acanalada 14 a 15 cm	CUMPLE	472
(1) pinza foerster curva porta esponjas e 24 a 25 cm	CUMPLE	295
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA BIOPSIA UTERINA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) especulo vaginal grande tipo grave valvas de 115 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(1) pinza bozzeman curación uterina curva 26 a 27 cm	CUMPLE	382
(1) pinza schoroeder para cuello uterino de 24 a 26 cm	CUMPLE	381
(1) pinza schubert curva para biopsia uterina de 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 377 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA PINZA SCHUBERT. POR LO TANTO NO SE PUEDE EVIDENCIAR	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
EL EQUIPO DE CATETERISMO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí #3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza de disección adson con garra 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra para 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) gancho joseph para piel de 2 garfio agudos 2 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	415
(2) separador senn roma de 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) tijera iris curvas de 11 a 12 cm	CUMPLE	475
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección sin garra, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	301
(1) porta agujas halsey para plastia, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	476
(1) cánula para succión frazzier no. 8 de 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) pinza relojero, recta, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	477
(2) pinzas mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

EL EQUIPO DE CESAREA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturi no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza foerster recta, longitud de 24 a 25 cm	CUMPLE	295
(6) pinza backhaus, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección con garra 18 cm	CUMPLE	300
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 cm	CUMPLE	302
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(6) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza pean-rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(6) pinza allys intestinal 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	338
(2) pinzas babcook, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	308
(1) porta agujas mayo hegar, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) cánula para succión yankauer con punta de succión y oliva de 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) valva de mayo para el separador abdominal, longitud 45 x 80 mm	CUMPLE	478
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	339
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador fisico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE CIRCUNCISION ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturi no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(10) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) tijera metzembaum curva. longitud de 15 a 16 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo recta para material, longitud de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	476
(1) porta agujas mayo hegar, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	309
(2) pinza disección adson micro sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	370
(1) pinza disección adson micro con garra, longitud de 12 a 13 cm	CUMPLE	370
(1) pinza disección con garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170 x 45 a 50 mm.	CUMPLE	341
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

EL EQUIPO PARA CIRUGIA ANAL ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) especulo rectal pratt, valva 80 x 25 mm. longitud 20 a 21 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 523 REFERENCIA KD 640/21 PRESENTAN ESPECULO CON VALVA DE 85 X 25 Y LONGITUD DE 21,5 CM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) estilete abotonado, diámetro 2 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	482
(2) pinza pennington hemostática de 15 a 16 cm?	CUMPLE	307
EL EQUIPO PARA CIRUGIA MAYOR ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 20 a 25 cm	CUMPLE	295
(8) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	299
(1) mango para bisturí para amígdalas no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo recta para material, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección con garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disecciona sin garra, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza de disección sin garra, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa) para disección, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(10) pinza mosquito curva hemostática, longitud de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(10) pinza kelly curva hemostática, longitud de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza pean-rochester curvas hemostática, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(6) pinza pean-rochester curvas hemostática, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(4) pinza kelly pinza adson curva hemostática, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	306
(2) pinza mixter hemostática, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(2) pinza mixter curva, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	318
(2) pinza pennington hemostática de 20 a 21 cm	CUMPLE	307
(2) pinza babcock intestinal, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	308
(8) pinza allys intestinal 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	338
(2) porta agujas mayo hegar, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) valva maleable, ancho 50 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 40 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) separador deaver 25 mm. ancho 30 a 32 cm	CUMPLE	312
(1) separador deaver 38 a 40 mm. longitud 30 a 32 cm	CUMPLE	313
(1) separador abdominal balfour adultos apertura de 230 a 250 mm, valvas laterales 100 x 35 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	313
(1) canela para sección yankauer con punta de succión y oliva de 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador richarson 25 a 28 x 20 a 22, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	317
(1) separador richarson 30 a 35 x 25 a 30, longitud 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 317 REFERENCIA AK 247/02 OFERTAN SEPARADOR DE 36 X 28 MM, LONGITUD DE 24 CM. MEDIDA DE VALVAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinza de disección cushing delgada sin garra de 17 a 18 cm	CUMPLE	484
(1) canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	387

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 28 cm x 44 a 45 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO CISTOTOMIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 cm	CUMPLE	304
(1) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza pean-rochester curvas hemostática de 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 14 a 15 cm	CUMPLE	299
(1) tijera romo-aguda recta para material 15 a 17 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	476
(2) separador senn punta roma de 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170 x 45 a 50 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA COLPORRAFIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(8) pinza backhaus grande para sujetar, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(2) pinza "schoroeder o tenáculo" para cuello uterino de 25 a 26 cm	CUMPLE	381
(1) pinza bozzeman curación uterina curva 26 a 27cm	CUMPLE	382
(1) histerometro sims maleable graduado de 32 a 33 cm	CUMPLE	488
(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) especulo vaginal grande tipo grave valvas de 115 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) tijera romo-aguda recta para material 14 a 17 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 20 a 21 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección sin garra 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(6) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza pean-rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(2) pinza kelly pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(8) pinza thomas allys de 6 x 7 dientes de 20 a 21 cm	CUMPLE	361
(2) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) pinza foerster curva porta esponjas de 24 a 25 cm	CUMPLE	295

(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí para amígdalas no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	298
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	316
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE CURACIONES ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) tijera romo-aguda recta para material 14 a 15 cm	CUMPLE	297
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	385
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA DIU (PLANIFICACION) ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) pinza "schoroeder o tenáculo" para cuello uterino de 25 a 26 cm	CUMPLE	380
(1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26cm	CUMPLE	295
(1) pinza bozzeman curación uterina curva 26 a 27 cm	CUMPLE	382
(1) histerometro sims maleable graduado de 32a 33 cm	CUMPLE	488
(1) tijera mayo curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) canastilla 200 A 210 X 100 A 120 X 50 A 60 MM?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA DERMATOLOGIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) pinza baby-mosquito (hartman) curva hemostática de 10 a 11 cm	CUMPLE	303
(1) pinza mosquito recta hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) porta agujas mayo hegar 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) punch dermatológico de keyes de 3 mm.	CUMPLE	453
(1) punch dermatológico de keyes de 4 mm.	CUMPLE	453
(1) tijera iris curvas de 11 a 12 cm	CUMPLE	481
(1) tijera iris rectas de 11 cm	CUMPLE	481
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA DISECCION ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí # 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297

(1) pinza disección con garra delgada de 10 a 12 cm	CUMPLE	300
(1) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 15 a 16 cm	CUMPLE	299
(1) tijera romo-aguda curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas mayo hegar 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) pinza jones para sujetar campos de 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) canastilla 200 A 210 X 100 A 120 X 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA DISECCION DE VENA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza disección adson micro sin garra para microcirugía 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección adson micro con garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza halsted mosquito pinza mosquito micro, curva, longitud de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza halsted mosquito pinza mosquito micro sin garra recta de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) separador desmarres para vena valva de 12 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	502
(1) gancho josept, sencillo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	415
(1) tijera westcott curva, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	504
(1) tijera romo-aguda curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	485
(1) tijera romo-aguda recta para material 14.5 cm	CUMPLE	494
(1) porta agujas derf de 12 a 13 cm	CUMPLE	507
(1) canastilla 200 A 210 X 100 A 120 X 50 A 60 MM?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA DRENAJE DE ABCESO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(4) pinza jones para sujetar campos de 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza de disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson con garra 12 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) tijera iris curvas de 11 a 12 cm	CUMPLE	475
(1) tijera metzembaum curva, de 14 a 15cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo recta, de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(6) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinza mosquito recta hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza de allys 5 x 6 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(1) sonda acanalada 14 a 15 cm	CUMPLE	472
(1) separadores farabeuf de 12 a 13 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) separador senn miller, aguda, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) gancho josept, sencillo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	415
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	476
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA EPISIORRAFIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	NO CUMPLE A FOLIO 385 NO SE EVIDENCIA LA TIJERA SOLICITADA	
(1) tijera mayo curva, longitud de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) canastilla 200 A 210 X 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA EQUIPO PARA EPISIOTOMIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) tijera braun-standler para episiotomía de 14 a 15 cm	CUMPLE	353
(2) pinza pean-rochester curvas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) tijera mayo curva para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLOGICO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) pinza bozzeman curación uterina curva 26 a 27 cm	CUMPLE	382
(1) pinza schoroeder para cuello uterino de 25 a 26 cm	CUMPLE	381
(1) pinza foerster curva porta esponjas de 24 a 25 cm	CUMPLE	295
(1) cureta novak para biopsia 4 mm. 24 a 25 cm	CUMPLE	295
(1) pinza schubert curva para biopsia uterina de 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 377 INDICADO EN EL CCTP NO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA PINZA SCHUBERT. POR LO TANTO NO SE PUEDE EVIDENCIAR	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.?	NO CUMPLE A FOLIO 341 RELACIONADO EN EL CCTP OFERTAN CUNA 170 MM, 400 ML	
EL EQUIPO PARA EXTRACCION DE UÑAS ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO

1) mango para bisturi no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	295
(2) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza kocher hemostática curva 1 x 2 dientes de 14 a 15 cm	CUMPLE	352
(1) separador senn punta roma de 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 14 a 15 cm	CUMPLE	299
(1) tijera mayo curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección sin garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) cánula para succión frazzier no. 8 de 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) sonda acanalada 14 a 15 cm	CUMPLE	472
(4) pinza backaus	CUMPLE	296
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
EL EQUIPO PARA FISTULA ARTERIOVENOSA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturi no. 3, longitud 12 a 13 cm	NO CUMPLE A FOLIO 371 NO SE EVIDENCIA MANGO DE BISTURI SOLICITADO	
(1) pinza de disección adson con garra 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) gancho joseph, doble garfio, 2 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	415
(1) gancho joseph, sencillo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	415
(1) separador senn punta roma de 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) tijera iris curvas de 11 a 12 cm	CUMPLE	475
(1) tijera westcott, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	504
(1) tijera romo-aguda recta para material 15 a 17 cm	CUMPLE	485
(1) pinza relojero recta de 12 a 13 cm	CUMPLE	521
(1) pinza disección fina sin garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	306
(1) porta agujas castro viejo curvo de 14 a 15 cm	CUMPLE	522
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	523
(2) pinza baby-mosquito, curva, longitud de 10 a 11 cm	CUMPLE	303
(2) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza mosquito recta hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) tijera iris rectas de 11 cm	CUMPLE	475
(1) pinza de disección de bailey, punta 1,5 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	492
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EQUIPO PARA GINECOLOGIA VAGINAL ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturi no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza foerster recta, de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(1) pinza bozzeman, curva 26 a 27 cm	CUMPLE	382
(8) pinza backhaus, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296

(1) sonda vesical, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE A FOLIO 296 SEGUN CCTP OFERTAN UNA PINZA BACKHAUS DE 13 CM. INSTRUMENTO COMPLETAMENTE DIFERENTE AL SOLICITADO	
(1) especulo vaginal mediano tipo grave valvas de 95 x 35 mm.	CUMPLE	380
(1) especulo vaginal grande tipo grave valvas de 115 x 35 mm.	CUMPLE	380
(2) pinza schoroeder de 25 a 26 cm	CUMPLE	381
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección sin garra de 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección sin garra de 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa), de 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) tijera mayo recta, longitud de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzenbaum curva, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzenbaum curva, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(8) pinza kelly curva, longitud de 14 cm	CUMPLE	304
(12) pinza pean-rochester curvas, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(8) pinza thomas allys de 6 x 7 dientes, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	361
(4) pinza kelly pinza adson curva, hemostática longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(8) pinza heany, longitud de 21 a 22 cm	CUMPLE	337
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) mango para bisturí no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas mayo hegar de 20 a 21 cm	CUMPLE	309
(1) canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	387
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 28 cm x 44 a 45 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base.	NO CUMPLE A FOLIO 341 SEGUN CCTP OFERTAN UNA CUNA 250 MM, 850 ML	
EL EQUIPO PARA HERNIA PEDIATRICA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza de disección adson con garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(2) separadores senn, doble, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) tijera iris curvas de 11 a 12 cm	CUMPLE	354
(1) tijera metzenbaum de 14 a 15 cm	CUMPLE	354
(1) tijera mayo curva, longitud de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección sin garra estrecha fina de 12 a 13 cm	CUMPLE	301
(2) porta agujas crile wood, 15 a 16 cm	CUMPLE	390
(1) cánula para succión frazzier no. 8, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(8) pinza mosquito curva de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza mosquito recta de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza backhaus, longitud de 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 28 cm x 44 a 45 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base.	NO CUMPLE A FOLIO 320 SEGUN CCTP OFERTAN CONTAINER DENTAL 310 X 190 X 130 MM. MEDIDAS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	
EQUIPO PARA LAPAROTOMIA PEDIATRICA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(6) pinza backhaus, 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango bisturí no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316

(1) tijera romo-aguda recta para material 14 a 17 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 14 a 15 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) cánula para succión frazzier no. 8, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) cánula para succión frazzier no.10, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) pinza de disección adson con garra 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra para 12 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección con garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra delgada de 12 a 13 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 15 a 16 cm	CUMPLE	302
(10) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(6) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(6) pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	370
(2) pinza babcock de 15 a 16 cm	CUMPLE	308
(1) pinza pennington de 15 a 16 cm	CUMPLE	307
(4) pinza adson baby curva de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(2) pinza mixter baby, curva 13 a 14 cm	CUMPLE	527
(1) separador farabeuf de 12 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(2) separador senn punta roma de 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(1) valva maleable, ancho 13 a 15 mm, longitud 20 cm	NO CUMPLE A FOLIO 311 SE EVIDENCIA QUE LA VALVA OFERTADA TIENE MEDIDAS DE 200 X 17 MM. MEDIDA FUERA DEL REQUERIMIENTO. ADICIONAL A FOLIO 471 SEGUN CCTP NO SE ENCUENTRA LA IMAGEN DE LA VALVA MALEABLE	
(1) valva maleable, ancho 15 a 16 mm, longitud 20 cm	NO CUMPLE A FOLIO 311 SE EVIDENCIA QUE LA VALVA OFERTADA TIENE MEDIDAS DE 200 X 17 MM. MEDIDA FUERA DEL REQUERIMIENTO. ADICIONAL A FOLIO 526 SEGUN CCTP NO SE ENCUENTRA LA IMAGEN DE LA VALVA MALEABLE	
(1) separador desmarres para vena valva de 12 mm.	CUMPLE	524
(1) separador deaver pequeño de 19 mm. longitud 18 a 19 cm.	CUMPLE	311
(1) separador deaver pequeño de 22 mm. longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	311
(1) porta agujas Chile wood. longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	390
(1) separador abdominal balfour baby pediátrico apertura 80 a 100 mm, longitud 12 a 13 cm	NO CUMPLE A FOLIO 379 O 313 SEGUN CCTP EL SEPARADOR NO EVIDENCIA LONGITUD	
(1) canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	NO CUMPLE. A FOLIO 339 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA DE 255 X 245 X 60 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 28 cm x 44 a 45 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA LAVADO DE OIDO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) cureta buck para cerumen no. 0, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 O 397 SEGUN CCTP LA LONGITUD DE LA CURETA BUCK ES DE 16,5 . MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) cureta buck para cerumen no. 1, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 O 397 SEGUN CCTP LA LONGITUD DE LA CURETA BUCK ES DE 16,5 . MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) cureta buck para cerumen no. 2, longitud 15 a 16 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 406 O 397 SEGUN CCTP LA LONGITUD DE LA CURETA BUCK ES DE 16,5 . MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) pinzas hartman auricular de 13 a 14 cm	CUMPLE	439
(1) especulo nasal killian, valva 80 a 85 mm, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	
(1) especulo nasal viena, valva 30 mm, longitud 13 a 14 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 409 REFERENCIA KO 080/01 OFERTA ESPECULO MOD. WIEN SIN EVIDENCIA DE MEDIDA DE VALVA Y CON LONGITUD DE 14,5 MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) juego de espéculos hartmann, 1 unidad de 3.0 mm	CUMPLE	484
(1) juego de espéculos hartmann, 1 unidad de 4.0. mm	CUMPLE	484
(1) juego de espéculos hartmann, 1 unidad de 5.0.mm	CUMPLE	484
(1) juego de espéculos hartmann, 1 unidad de 6.0. mm	NO CUMPLE. A FOLIO 484 O 509 SEGUN CCTP OFERTAN ESPECULO DE 6,5 . MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA MEATOMIA EL EQUIPO PARA DERMATOLOGIA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(6) pinza backhaus, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza de disección adson con garra 12 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra para 12 cm	CUMPLE	374

(1) tijera lexer baby, longitud 10 a 11 cm	CUMPLE	498
(6) pinza mosquito curva de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza mosquito recta hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	303
(1) porta agujas derf de 12 a 13 cm	CUMPLE	507
(1) porta agujas crile wood, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	390
(1) cánula para succión frazzier no. 6, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) tijera romo-aguda recta para material de 14 a 17 cm	CUMPLE	485
(1) sonda vesical no. 13	NO CUMPLE A FOLIO 492 O 517 SEGUN CCTP OFERTAN SONDA VESICAL DE 15 CM. MEDIDA POR FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) sonda vesical no. 14 - 15	CUMPLE	492
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA NEFRECTOMIA ESTA COMPUESTO POR:		
	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza foerster recta estriada porta esponjas de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(8) pinza backhaus, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) pinza disección con garra, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección con garra, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	300
(1) pinza de disección sin garra de 18 a 19 cm	CUMPLE	301
(1) pinza de disección sin garra larga de 25 a 26 cm	CUMPLE	301
(1) pinza russ modell (rusa) para disección de 25 a 26 cm	CUMPLE	302
(1) tijera romo-aguda recta de 14 a 17 cm	CUMPLE	485
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva de 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva de 23 a 24cm	CUMPLE	299
(12) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza pean-rochester curva hemostática de 24 a 25 cm	CUMPLE	305
(6) pinza kelly pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(2) pinza babcock intestinal 20 a 21 cm	CUMPLE	308
(2) pinza pennington, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	307
(2) pinza mixter, longitud de 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(2) pinza mixter, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 318 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA SOLICITADA	
(10) pinzas allys intestinal 5 x 6 dientes 25 a 26 cm	CUMPLE	338
(2) clamp de satinsky de 15 a 16 cm	CUMPLE	508
(2) clamp de satinsky de 26 a 27 cm	CUMPLE	504
(1) porta agujas debakey, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	514
(2) porta agujas debakey, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	514
(1) porta agujas masson de 26 a 27 cm	CUMPLE	502
(1) separador cushing para vena de 20 a 21 cm, valva de 16 mm.	CUMPLE	523
(1) separador cushing para vena de 20 a 21 cm, valva de 18 mm.	CUMPLE	523
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) valva maleable, ancho 25 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 30 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 40 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311
(1) valva maleable, ancho 50 mm, longitud 30 a 33 cm	CUMPLE	311

(1) separador deaver 25 mm. longitud 33 a 34 cm	CUMPLE	312
(1) separador deaver 38 mm. longitud 32 a 33 cm	CUMPLE	312
(1) separador deaver 50 mm. longitud 31 a 32 cm	CUMPLE	312
(1) separador abdominal balfour adultos apertura 16 a 18 cm con valva central de 45 x 80 mm.	CUMPLE	314
(1) separador costal finochietto, valvas laterales 45 a 46 x 60 a 65 mm, apertura 160 a 200 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 396 REFERENCIA KK 100/01 PAGINA INTERNET. OFERTAN SEPARADOR CON VALVAS DE 40 X 45 Y APERTURA DE 135 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) canula yancawer, longitud 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(2) pinzas mixter, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(1) pinza disección debakey, punta 2.0 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	522
(1) pinza disección debakey, punta 1.5 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	522
(1) canastilla medidas 400 a 420 x 250-a 255 x 90 a 95 mm	NO CUMPLE. A FOLIO 387 O 383 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTA DE 405 X 255 X 100 MM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 44 a 46 cm x 27 a 28 cm x 16 a 17 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA PEQUEÑA CIRUGIA ESTA COMPUESTO POR:		
(1) mango para bisturí no 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no 4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(2) pinza kelly curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza mosquito recta, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) porta agujas mayo-hegar, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	308
(2) tijera romo aguda recta de 14 a 17 cm	CUMPLE	489
(1) pinza disección con garra de 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disecciona sin garra de 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza foerster recta de 18 a 19 cm	CUMPLE	295
(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) porta agujas mayo hegar de 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) sonda acanalada de 14 a 15 cm	CUMPLE	472
(1) separadores farabeuf de 12 a 13 cm	CUMPLE	310
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(6) pinza backhaus, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296

(1) canastilla 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA PLASTICA PEDIATRICO ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(6) pinza backhaus, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) cánula para succión frazzier no. 6, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) tijera lexer baby curva, longitud 10 a 11 cm	CUMPLE	511
(1) tijera westcott, longitud de 10 a 12 cm	CUMPLE	517
(1) tijera romo-aguda recta, longitud de 14 a 17 cm	CUMPLE	485
(6) pinza baby-mosquito, curva, longitud 10 a 11 cm	CUMPLE	303
(2) pinza baby-mosquito recta, longitud 10 a 11 cm	CUMPLE	303
(4) pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	371
(1) gancho joseph, sencillo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	415
(1) separador alm, 4x4 dientes agudos, longitud de 7 a 8 cm, con tornillo de apertura	CUMPLE	430
(1) separador senn punta roma de 16 a 17cm	CUMPLE	411
(1) porta-agujas castro viejo curvo de 14 a 15 cm	CUMPLE	522
(1) porta agujas derf de 12 a 13cm	CUMPLE	525
(1) pinza disección adson micro sin garra para microcirugia de 12 a 13cm	CUMPLE	370
(1) pinza disección adson micro con garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	370
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO

(1) cánula yancawer, longitud 30 a 31 cm	NO CUMPLE. LA MEDIDA DE LA CANULA REFERENCIA AO 400/00 EN FOLIO 315 ES DE 27 CM. MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) mango para bisturi no. 3, longitud de 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturi para amigdalas no. 7, longitud de 16 a 17 cm	CUMPLE	315
(1) tijera mayo recta de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera mayo curva de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(1) tijera metzembaum curva, de 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaum curva, de 22 a 23 cm	CUMPLE	299
(1) pinza disección sin garra de 20 a 23 cm	CUMPLE	301
(1) pinza disección con garra de 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 20 a 21 cm	CUMPLE	302
(1) pinza russ modell (rusa) para disección de 25 a 26 cm	CUMPLE	302
(6) pinza mosquito curva, de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(12) pinza kelly curva, de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinzas mixter, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(6) pinza backhaus, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296
(3) pinza foerster recta de 25 a 26 cm	CUMPLE	295
(1) separador deaver 50 mm, longitud 31 a 32 cm	CUMPLE	295
(1) separador richardson, valva de 25 x 21 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 28 X 20 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador richardson, valva de 30 x 29 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 36 X 28 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador richardson, valva 38 x 40 mm, longitud 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 44 X 38 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador abdominal baifour adultos apertura 16 a 18 cm con valva central de 45 x 80 mm.	CUMPLE	375
(10) pinza thomas allys de 6 x 7 dientes de 20 a 21 cm	CUMPLE	361
(2) pinza babcock intestinal de 17 a 18 cm	CUMPLE	308
(6) pinza pean-rochester curvas, longitud de 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(1) separador vesical millin, longitud 28 a 29 cm	CUMPLE	526
(1) canastilla 400 a 420 x 250 a 260 x 60 a 65 mm	NO CUMPLE A FOLIO 339 Y 279 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA CON MEDIDAS DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDAS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 45 a 46 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA TAPONAMIENTO NASAL ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(4) pinza backhaus, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) cánula para succión frazzier no. 10, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(2) pinza kelly recta, de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) especulo nasal viena, valva 30 mm, longitud 13 a 14 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 409 REFERENCIA KO 080/01 OFERTA ESPECULO MOD. WIEN SIN EVIDENCIA DE MEDIDA DE VALVA Y CON LONGITUD DE 14,5 MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) especulo nasal cottle, valva 50 mm, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	400
(1) pinza jansen en bayoneta, longitud 16 cm	CUMPLE	417
(1) tijera romo-aguda curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	485
(1) canastilla 200 a 210 x 100 a 120 x 50 a 60 mm?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 515. LA CANASTA QUE OFERTAN ES DE 267 X 125 X 50 MM. MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA TIROIDECTOMIA ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(2) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) separador richardson, valva de 25 x 21 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 28 X 20 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separadores farabeuf de 12 a 13 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) separador richardson, valva de 30 x 29 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 36 X 28 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	

(1) separador richardson, valva 38 x 40 mm, longitud 24 a 25 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 44 X 38 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(10) pinza mosquito curva hemostática-de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(10) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza adson curva hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(6) pinza pean-rochester rectas hemostática de 18 a 19 cm	CUMPLE	305
(6) pinza de allys 5 x 6 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) pinza russ modell (rusa) para disección 15 a 16 cm	CUMPLE	302
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza de disección adson con garra 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra de 12a 13cm	CUMPLE	374
(1) cánula para succión frazzier no. 8, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) cánula baby yancawer, longitud 21 a 22 cm	NO CUMPLE A FOLIO 519 SEGUN CCTP OFERTAN CANULA BABY POOLE, LA CUAL TIENE UNA FUNCIONALIDAD DIFERENTE	
(1) pinza de disección cushing delgada sin garra de 17 a 18 cm	CUMPLE	517
(6) pinza backhaus mediana, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	296
(1) tijera metzembaum curva, fina, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	299
(1) tijera metzembaun curva, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(2) pinza mixter, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 318 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA SOLICITADA	
(1) separador weitlaner, 4x3 dientes agudos, longitud de 16 a 17 cm	CUMPLE	519
(6) pinzas tipo adder para cuello, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	501
(1) canastilla medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA TORACOCENTESIS ESTA COMPUESTO POR		FOLIO
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	297
(4) pinza backhaus, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	296

(4) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) tijera mayo recta para material de 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(2) pinza pean-rochester curvas hemostática de 22 a 23 cm	CUMPLE	305
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMIA ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) pinza disección con garra 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra de 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) separadores farabeuf de 12 a 13 cm (juego x 2 piezas)	CUMPLE	310
(1) tijera metzembaum curva de 15 a 16 cm	CUMPLE	385
(1) tijera romo-aguda recta para material 14 a 17 cm	CUMPLE	489
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	492
(2) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) cánula para succión frazzier no. 10, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(6) pinza jones, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	501
(1) separador weiltaner, 4x3 dientes agudos, longitud de 16 a 17 cm	CUMPLE	526
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos.	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA TUNEL DEL CARPO ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) tijera mayo recta para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298
(1) pinza disección adson micro con garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	306
(1) pinza disección adson micro sin garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	306
(1) tijera metzembaum curva para tejidos de 14 a 15 cm	CUMPLE	385
(1) tijera stevens curva puntas agudas de 11 a 12 cm	CUMPLE	406
(1) sonda acanalada 14 a 15 cm	CUMPLE	472
(1) porta agujas halsey para plastia de 13 a 14 cm	CUMPLE	475
(1) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(4) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(4) pinza backhaus pequeña, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(2) separador senn punta aguda, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(2) pinza kelly recta hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(2) pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes de 15 a 16 cm	CUMPLE	371
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	

(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástico perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO PARA VARICES ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	397
(1) mango para bisturí no.4, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	397
(1) tijera romo-aguda recta, para material, longitud 14 a 17 cm	CUMPLE	485
(1) tijera metzembaum curva, longitud de 18 a 19 cm	CUMPLE	299 / 490
(1) pinza de disección adson con garra 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza de disección adson sin garra de 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza disección con garra, longitud de 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección sin garra, longitud de 14 a 15 cm	CUMPLE	301
(1) separadores farabeuf de 15 a 16 cm	CUMPLE	310
(2) separador senn punta aguda, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	411
(12) pinza mosquito curva hemostática de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(12) pinza kelly curva hemostática de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) porta agujas mayo hegar de 18 a 19 cm	CUMPLE	309
(1) porta agujas halsey , longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	476
(1) fleboextractor nabatoff, incluye guaya, olivas de 3.0 , 6.0, 9.0 y 12 mm, mango en t, introductor plástico	CUMPLE	521
(6) pinza backhaus, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	296
(1) canastilla medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO PARA VASECTOMIA ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango para bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	NO CUMPLE A FOLIO 297 NO SE EVIDENCIA MEDIDAS SOLICITADAS	
(1) pinza halsted mosquito micro sin garra curva de 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) pinza disección adson micro sin garra para microcirugía de 12 a 13 cm	NO CUMPLE A FOLIO 370 NO SE EVIDENCIA LAS MEDIDAS SOLICITADAS	
(1) pinza disección adson micro con garra de 12 cm	NO CUMPLE A FOLIO 370 NO SE EVIDENCIA LAS MEDIDAS SOLICITADAS	
(1) tijera mayo curva para material de 14 a 15 cm	CUMPLE	298

(1) porta agujas halsey de 13 a 14 cm sin estrías (liso)	NO CUMPLE A FOLIO 370 NO SE EVIDENCIA LAS MEDIDAS SOLICITADAS	
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO SEPTO-OTORRINO ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) mango de bisturí no. 7, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(1) mango de bisturí no. 3, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	297
(1) martillo cottle cabeza 30 mm, peso 300 gr. longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	491
(1) gancho joseph, sencillo, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	415
(1) gancho fomon, doble abotonado, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	524
(1) gancho joseph, doble garfio, 2 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	415
(1) disector cottle, punta 3.3 mm x 3.7 mm, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	507
(1) disector mckenty, punta de 4 a 5 mm, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	508
(1) disector free, doble, ancho 5 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	407
(1) disector joseph, punta ancho 6.5 a 7.0 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	421
(2) pinzas disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(2) pinzas disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza jansen en bayoneta, longitud 16 cm	CUMPLE	401
(1) pinza adson braun, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	413
(1) separador aufrich, valva de 45 x 10 a 12 mm, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	527
(2) pinza mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(2) pinza kelly recta hemostatica de 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) porta agujas crile wood, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	390
(1) compas castroviejo, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	522
(1) cincel freer, acanalado, ancho 6 a 7 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	523
(1) cincel cinelli, ancho 10 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	520
(1) cincel silver, izquierdo y derecho, ancho 5 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	505
(1) osteotomo cottle, ancho de 4 longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	507
(1) osteotomo cottle, ancho de 7 longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	507
(1) osteotomo cottle, ancho de 9 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	507
(1) osteotomo cottle, ancho de 12 mm, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	507
(2) cánulas de frazier no. 9, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) espéculo nasal killian, longitud de valvas 75 mm, longitud total de 15 a 16 cm	CUMPLE	400
(1) especulo killiam, valva de 75 mm, longitud 16 a 17 m	CUMPLE	400
(1) especulo cottle, valva de 50 mm, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	400
(1) especulo nasal viena, valva 30 mm, longitud 13 a 14 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 409 REFERENCIA KO 080/01 OFERTA ESPECULO MOD. WIEN SIN EVIDENCIA DE MEDIDA DE VALVA Y CON LONGITUD DE 14,5 MEDIDA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) raspa nasal fomon, 1 de medidas 30 x 8 mm, 1 de medidas de 40 x 7 mm	CUMPLE	518
(1) raspa nasal fomon, de medidas de 40 x 7 mm	CUMPLE	518
(1) tijera converse, de 10 a 11 cm	CUMPLE	406
(1) tijera heyman, de 18 a 19 cm, 40 grados	CUMPLE	514
(1) tijera cottle, de 15 a 16 cm, 40 grados	CUMPLE	519
(1) tijera fomon, de 14 a 15 cm, 40 grados	CUMPLE	518

(1) tijera stevens, recta, roma, de 11 a 12 cm	CUMPLE	406
(1) tijera stevens, curva, roma, de 11 a 12 cm	CUMPLE	406
(1) tijera stevens, curva, aguda, de 11 a 12 cm	CUMPLE	406
(6) pinzas de campo, longitud 8 a 9 cm	CUMPLE	296
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	CUMPLE	339
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO VASCULAR ESTA COMPUESTO POR		
	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección debakey, punta 1.5 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	525
(1) pinza disección debakey, punta 2.0 mm, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	525
(1) pinza disección debakey, punta 2.7 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	525
(1) pinza disección debakey, punta 2.0 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	525
(2) separadores travers, punta 4x5 dientes, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	504
(2) separador richardson, valva de 25 x 21 mm, longitud 23 a 24 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 378 O 316 OFERTAN SEPARADOR DE 28 X 20 MM, LONGITUD 24 CM. MEDIDAS DE LA VALVA FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
(1) separador desmarres, ancho 14 a 15 mm, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	502
(1) cánula de succión frazzier no. 10, longitud 19 a 20 cm	NO CUMPLE. A FOLIO 414 NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN DIAMETRO Y TAMPOCO EN LONGITUD	
(1) micro gancho caspar, punta abotonada, 5 mm diámetro, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	502
(2) tijeras metzenbaum, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(2) tijeras pott smith, ángulo 40 grados, longitud 18 a 20 cm	CUMPLE	492
(2) clamp bulldog, curvos, 2 de 8 a 9 cm	CUMPLE	496
(2) clamp bulldog, curvos, 2 de 9 a 10 cm	CUMPLE	496
(2) clamps satinsky, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	526
(2) clamp satinsky, longitud 26 a 27 cm	CUMPLE	526
(2) clamp derra, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	519
(2) clamp debakey, recto, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	526
(2) clamp debakey, para aorta, longitud 27 a 28 cm	CUMPLE	508
(2) clamp para iliaca, debakey, angulado 30° a 45°, longitud 21 cm	CUMPLE	492
(4) pinzas mixter, longitud 22 a 23 cm	CUMPLE	318
(4) pinzas gemini, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	367
(3) porta agujas, debakey, punta con tungsteno, longitud 23 a 24 cm	CUMPLE	521
(3) porta agujas, debakey, punta con tungsteno, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	521
(2) pinzas vasculares debakey, punta de 2.0 mm x 24 a 25 cm	CUMPLE	521
(2) pinzas vasculares debakey, punta de 2.0 mm x 20 a 21 cm	CUMPLE	521
(2) pinzas disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(2) pinzas disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) pinza relojero, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	477
(1) tijera potts smiht, ángulo 60 grados, longitud 18 a 19 cm	CUMPLE	518
(3) tijeras metzenbaum, longitud 20 a 21 cm, con inserto de tungsteno	CUMPLE	299

(2) clamp castañeda	CUMPLE	504
(2) clamp debakey, angulado, longitud 21 a 22 cm	CUMPLE	496
(2) clamp bulldog, longitud 7 a 8 cm	CUMPLE	496
(1) gancho de nervio, krayenbuhl, fino, angulado 90 grados, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	511
(1) separador cushing, ancho 14 a 15 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	527
(4) pinzas gemini, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	367
(1) canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 255 x 60 a 65 mm	CUMPLE	387
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 44 a 46 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador fisico reutilizable en la base?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO ESTA GANCHOS DE OIDO ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) cánula de succión de 1.0 mm	CUMPLE	492
(1) cánula de succión de 1.3 mm	CUMPLE	492
(1) mango para montaje de las cánulas	CUMPLE	504
(1) micro gancho de oído, ángulo hacia arriba de 90 grados, medida de 0,3 a 0,4 mm	CUMPLE	422
(1) micro gancho de oído, ángulo hacia arriba de 90 grados, medida de 0,5 a 0,6 mm	CUMPLE	422
(1) micro gancho de oído, ángulo hacia arriba de 90 grados, medida de 1,0 a 1,1 mm	CUMPLE	422
(1) micro gancho de oído, de 90 grados, medida de 0,3 a 0,4 mm	CUMPLE	401
(1) micro gancho de oído, de 90 grados, medida de 0,5 a 0,6 mm	CUMPLE	401
(1) micro gancho de oído, de 90 grados, medida de 1,0 a 1,1 mm	CUMPLE	401
(1) micro gancho mcgee, angulado hacia arriba, medida de 0,5 a 0,6 mm	CUMPLE	500
(1) micro gancho mcgee, angulado hacia arriba, medida de 1,0 a 1,2 mm	CUMPLE	500
(1) micro gancho mcgee, angulado, medida de 0,5 a 0,6 mm	CUMPLE	500
(1) micro gancho mcgee, angulado, medida de 1,0 a 1,2 mm	CUMPLE	526
(1) canastilla con medidas de 250 a 260 x 160 a 170	NO CUMPLE. A FOLIO 487 SEGUN CCTP OFERTAN CANASTILLA DE 274 X 172 X 50 MM. MEDIDAS FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO	
(1) tapete en silicona	CUMPLE	376
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 300 a 320 x 180 a 190 x 90 a 100 mm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos?	NO CUMPLE. A FOLIO 320 COMO INDICA EL PROVEEDOR EN EL CCTP SE EVIDENCIA QUE LA MEDIDA DEL CONTENEDOR ES DE 320 X 190 X 135. MEDIDAS FUERA DEL RANGO SOLICITADO	
EL EQUIPO VASCULAR PERIFERICO ESTA COMPUESTO POR	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinzas disección debakey, punta 2.0 mm, longitud 16 a 18 cm	CUMPLE	521
(1) pinzas disección debakey, punta 2.0 mm, longitud 16 a 18 cm	CUMPLE	521
(2) pinzas disección adson con garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(2) pinzas disección adson sin garra, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	374

(2) pinza relojero, longitud 11 a 12 cm	CUMPLE	477
(1) tijera potts smiht, ángulo de 40 a 45 grados, longitud 18 a 21 cm	CUMPLE	507
(2) tijeras metzenbaum, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	299
(1) clamp castañeda curvo, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	506
(1) clamp castañeda curvo, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	506
(1) clamp curvo debakey, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	496
(1) clamp curvo debakey, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	496
(2) clamp bulldog, longitud 7 a 8 cm	CUMPLE	496
(1) gancho de nervio, krayenbuhl, fino, angulado 90 grados, longitud 19 a 20 cm	CUMPLE	515
(1) separador vena cushioning, valva 14 mm, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	410
(2) pinzas gemini, longitud 16 a 17 cm	CUMPLE	367
(1) porta agujas crile wood, con punta tungsteno, longitud 15 a 16 cm	CUMPLE	386
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 40 a 45 mm.	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA A FOLIO 339 LA REFERENCIA SK 105/05. LA MEDIDA OFERTADA ES DE 255 X 245 X 50 MM. MEDIDA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO.	
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida de 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 13 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera de microorganismos y con indicador físico reutilizable en la base del contenedor. Contenedor que no genere desechos y no requiera consumibles en su utilización?	NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 135 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR	
EL EQUIPO DE ORTOPEDIA MAYOR ESTA COMPUESTO POR:	RESPUESTA	FOLIO
(1) mangos de bisturí n° 7, medida de 16 a 17 cm	CUMPLE	316
(2) tijera de metzenbaum curva, medida 18 a 19 cm	CUMPLE	299
(2) tijera de mayo recta, longitud 17 a 18 cm	CUMPLE	298
(2) disección adson con garra, medida 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) disección adson sin garra, medida 12 a 13 cm	CUMPLE	374
(1) disección mediana con garra, medida 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(2) pinzas kelly curvas, medida 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(1) pinza mosquito curva, medida 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(1) pinza allix, 5x6 dientes, medida 15 a 16 cm	CUMPLE	338
(1) pinza cistico o gemini, medida 16 a 17 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 371 LA REF AA 365/18 ES DE 18 CM	371
(1) pinza kocher recta, medida 14 a 16 cm	CUMPLE	368
(1) portaguas de mayo hegar, medida 16 a 17 cm	CUMPLE	309
(1) separadores de volkman, romos, 4 dientes, medida 21 a 22 cm	CUMPLE	369
(1) separadores de senn, romos, medida 16 a 17 cm	CUMPLE	427
(1) juego de dos separadores de farabeuf, medida 12 a 13 cm	CUMPLE	412
(1) elevador de free doble, 5 mm de ancho, longitud 18 a 19 cm con perno	CUMPLE	469
(1) elevador de farabeuf, curvo punta de 12.5 mm de ancho y longitud 15-16 cms	NO CUMPLE, SE SOLICITA ELEVADOR NO SEPARADOR FARABEU, RAZON POR LA CUAL NO CUMPLE	
(1) raspa putti, doble punta, redonda / semiredonda, longitud 30 a 31 cm	CUMPLE	353

(4) cincel mini lambottle, cincel de 17-18 cms de longitud de 8 mm de ancho	CUMPLE	349
(1) gubia hartman, medida 17 a 18 cm -	NO CUMPLE, EN EL ITEM 460 EN LA REF KA 807/18, LA LONGITUD ES DE 18,5 CM	460
(4) cizalla de cleaveland, medida 17 a 18 cm	CUMPLE	504
(4) martillo de collin, 20-21 cms, peso de 220 a 230 gramos y cabeza 30 a 35 mm	CUMPLE	453
(2) cureta de volkman o spratt, ovalada de 17 a 18 cms, de 1 a 2,5 mm	NO CUMPLE, LA REF KA 602/00, ES DE 4MM	
(2) cureta de volkman o spratt, ovalada de 17 a 18 cms, de 3 mm	NO CUMPLE, LA REF KA 603/00, ES DE 5MM	
(2) cureta de volkman o spratt, ovalada de 17 a 18 cms, de 3 a 4 mm	NO CUMPLE, LA REF KA 603/00, ES DE 5MM	
(6) pinzas de campo backhaus de 8 a 9 cm.	CUMPLE	474
(2) cánula de succión frazier, medida de longitud de 19 a 20cm. 3.6 mm de diámetro	NO CUMPLE, LA REF AO 430/10, LA LONGITUD ES DE 17 CM	
(1) canastilla con medidas de 240 a 245 x 250 a 255 x 60 a 65 mm.	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 320 SE EVIDENCIA QUE LA BANDEJA REF SU 152/06 ES DE 425*245*60MM CM	320
(1) contenedor para esterilizar instrumental, medida 26 - 27 cm x 27 a 28 cms x 14 a 15 cm, con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5.000 ciclos y con indicador fisico reutilizable?	SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 285 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR.	323
EL EQUIPO DE TORACOSTOMIA ESTA COMPUESTO POR:		
	RESPUESTA	FOLIO
(1) pinza disección estándar, con garra, longitud 14 a 15 cm.	CUMPLE	300
(1) pinza disección estándar, con garra 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	300
(2) pinza de disección estándar, sin garra, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	300
(2) pinza de disección estándar, sin garra, estriada, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	300
(1) pinza disección russ-modell, longitud 20 a 21 cm.	CUMPLE	302
(2) pinza disección russ-modell, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	302
(4) pinza pean (rochester), curva, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	305
(2) pinza bozemann, para curación uterina, curva, longitud 24 a 26 cm	CUMPLE	382
(1) pinza foerster, recta, estriada, longitud 24 a 25 cm.	CUMPLE	295
(1) pinza foerster, curva, longitud 24 a 25 cm	CUMPLE	295
(7) pinza kelly, recta, longitud 13 a 14 cm	CUMPLE	304
(10) pinza kelly, curva, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	304
(5) pinza mosquito, recta, longitud 14 a 15 cm	CUMPLE	303
(4) pinza mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm	CUMPLE	303
(5) pinza thoms - allis, punta útil con 6:7 dientes, longitud 20 a 21 cm	CUMPLE	319
(3) pinza mixter angulada, estriado longitudinal, longitud 23 a 26 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 318 LA REF AA 353/22. LA LONGITUD ES DE 22 CM	318
(1) pinza gemini, fina, angulada, longitud 21 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 371 LA REF AA 365/22. LA LONGITUD ES DE 22 CM	371
(2) pinza duval, longitud 20 a 23 cm	CUMPLE	308
(3) pinza mixter (cístico), curvo, estriado, longitud 25 a 26 cm	CUMPLE	318
(1) periostótomo alexander, doble, longitud 21 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 392 LA REF KK 001/20. LA LONGITUD ES DE 20 CM	392

(1) separador davidson, para escápula, valva de 80 x 54 mm, longitud de 17 a 19 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 429 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AK337/50. LA VALVA ES DE 75*50 MM, LA LONGITUD ES DE 16 CM	
(1) separador davidson, para escápula, valva de 75 x 93 mm, longitud 17 a 19 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 429 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AK337/50. LA VALVA ES DE 75*90 MM, LA LONGITUD ES DE 16 CM	
(1) espátula pulmonar allison, longitud 28 a 30 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 496 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF: KK 180/26 LA LONGITUD ES DE 26 CM	496
(1) espátula pulmonar allison, longitud 30 a 32 cm	CUMPLE	497
(1) set separador farabeuf: dos valvas, 23 x 16 mm - 26 x 16 mm, dos valvas, 27 x 16 mm - 30 x 16 mm, longitud 15 a 16 cm.	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 310 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF: AK 354/01 TIENE MEDIDAS DE 25 MM Y 27 MM CUMPLE.	310
(1) separador costal finochietto, hojas laterales de 45 x 50 x 60 a 65 mm, abertura de 175 a 195 mm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 439 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF KK 092/02. 46*62*190 MM	493
(1) clamp, bronquial, con 6 dientes distribuidos en toda su rama derecha, longitud 20 a 22 cm	CUMPLE	507
(1) clamp, bronquial, con 6 dientes distribuidos en toda su rama izquierda, longitud 20 a 22 cm	CUMPLE	507
(1) tijera de mayo, para material, recta, longitud 17 cm.	CUMPLE	298
(1) tijera de mayo, curva, roma, longitud 17 cm	CUMPLE	298
(1) tijera de metzenbaum curva, longitud 19 a 21 cm.	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 299 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF ACC 111/18 ES DE 18 CM	299
(1) tijera de metzenbaum curva, longitud 25 a 27 cm.	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 299 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF ACC 110/25 ES RECTO	299
(1) tijera de metzenbaum curva, longitud 20 a 22 cm.	CUMPLE	299
(1) porta - agujas de mayo - hegar, estándar, longitud 20 a 22 cm	CUMPLE	309
(1) porta - agujas de mayo - hegar, longitud 18 a 22 cm	CUMPLE	309
(1) porta - agujas debakey, con inserto de tungsteno para sutura de 4-0 - 6-0, longitud 20 a 22 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 262 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AE 420/20 NO TIENE LA INFORMACION DE LAS SUTURAS	462
(1) porta - alambre, con inserto de tungsteno longitud 18 a 20 cm	NO CUMPLE, OFERTAN UNA CIZALLA. ELEMENTO COMPLETAMENTE DIFERENTE AL SOLICITADO	
(1) mango de bisturí no 3, longitud 12 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 262 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AD 010/03 ES DE 109 MM	297
(1) mango de bisturí no 4, longitud 13 a 14 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 262 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AD 010/04 ES DE 117 MM	297
(1) mango de bisturí no 7, longitud 16 cm	CUMPLE	316
(1) aproximador costal bailey - gibbon, compuesto por: mínimo dos garras de tres dientes, longitud 20 cm.	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 498 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF KK 176/16 ES DE 16 CM	498
(1) cánula de succión yankauer, completo con punta de succión y conector, longitud 31 cm	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 315 SE EVIDENCIA QUE EL INSTRUMENTO REF AO 400/00 ES DE 27 CM	315

(1) contenedor para esterilizar instrumental con tapa, dimensiones de 440 a 450mm x 270 a 280mm x 140 a 145mm, sistema de barrera microbiana o uso con los filtros, e indicador físico.	SE EVIDENCIA QUE DESDE FOLIO 321 A 336 PRESENTAN CATALOGO DE CONTENEDORES MARCA AYGUN. A FOLIO 330 PRESENTAN CONTENEDOR CON TAPA EN MATERIAL PPSU, CONTENEDORES QUE SE PRESENTAN EN 3 MEDIDAS 1/1 FULL SIZE, 3/4 QUARTER, 1/2 SIZE HALF SIZE. EL PROVEEDOR NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA MEDIDA OFERTADA ES DE 465 X 280 X 150 MM. MEDIDAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ADICIONALMENTE NO CUENTA CON INDICADOR REUTILIZABLE EN LA BASE DEL CONTENEDOR.	323
(1) bandeja cribada, dimensiones de 400 a 410mm x 250 a 255mm x 60 a 65mm.?	NO CUMPLE, EN EL FOLIO 320 SE EVIDENCIA QUE LA BANDEJA REF SU 155/10 ES DE 480*250*100MM CM	320
Cuenta con un documento que certifique: * Certificar cumplimiento norma ISO 7153-1 (carta de fábrica donde se certifique el cumplimiento de la norma ISO 7153-1 y brochure original de fábrica, donde se evidencie cumplimiento norma ISO 7153-1 en español)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL BROCHURE DE FABRICA CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN ESPAÑOL	
Cuenta con un documento que certifique: * Documentar el método correcto para el tratamiento de instrumentos marcación de las piezas quirúrgicas con tecnología láser y los datos serán a solicitud de la institución?	CUMPLE	602-609
Cuenta con un documento que certifique: * Carta de certificación expedida por el fabricante, donde se evidencie la calidad del acero utilizado para la manufactura del instrumental quirúrgico?	CUMPLE	611-612
Cuenta con un documento que certifique: * Entregar la documentación requerida por el hospital según check list para equipos médicos nuevos (toda la documentación deberá estar en español)?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE VIDA UTIL	577-581-582
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO REQUERIDO	
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL BROCHURE DE FABRICA CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN ESPAÑOL	

Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	CUMPLE	589
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?	CUMPLE	594
Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (10) diez años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (5) cinco años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?	NO CUMPLE EN LA CARTA FABRICA FOLIO 601 NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO DE LA MARCA EN EL PAIS PARA LOS CONTENEDORES Y FOLIO 586 NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO DE LA MARCA EN EL PAIS PARA EL INSTRUMENTAL	586-601
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	CUMPLE	534-535
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?	CUMPLE	595
Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?	CUMPLE	597

Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?	CUMPLE	595
Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?	CUMPLE	595
Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?	CUMPLE	595
EVALUACION FINAL	NO CUMPLE	