



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 1 de 25

CORRECCION DE EVALUACIONES

**CORRECCION EVALUACION EMPRESA UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019
(DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)**

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MONITOR FETAL	
Marca:	EDAN	
Modelo:	F3 DUAL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	NEBULIZADOR	
Marca:	THOMAS	
Modelo:	1145	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TEC-	2515 A 2519



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 2 de 25

visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NOLOGIA OFERTADA	
--	------------------	--

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA	FOLIO
Nombre:	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	
Marca:	NINGBO DAVID	
Modelo:	XHZ-90L	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	8 AÑOS	
País de origen del equipo:	CHINA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA	FOLIO
Nombre:	PIPETA AUTOMATICA	
Marca:	BOECO	
Modelo:	100ul-1000ul-5ul-50ul-20ul-200ul-5ul-10ul-2ul-20ul-10ul-100ul	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

JH



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 3 de 25

<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>
--	---	------------------------

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	HORNO INCUBADOR	
Marca:	MEMMERT	
Modelo:	IN30	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	HORNO DE SECADO - ESTUFA UNIVERSAL U	



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur, Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature/initials



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 4 de 25

Marca:	MEMMERT	
Modelo:	UN 160 PLUS	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Contador de Celulas	
Marca:	Kramer	
Modelo:	IMP 001	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	3 Años	
País de origen del equipo:	Colombia	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)	
PRODUCTO	RESPUESTA



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

[Handwritten signature]



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 5 de 25

Nombre:	BAÑO SEROLOGICO	
Marca:	MEMEMERT	
Modelo:	WNB14	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	AGITADOR DE MAZZINI	
Marca:	BOECO	
Modelo:	OS 20	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

(Handwritten signature)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 6 de 25

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	TENSIOMETRO	
Marca:	WELCH ALLYN	
Modelo:	7670 -01	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESTADOS UNIDOS	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	LAMPARA DE CUELLO CISNE	
Marca:	WELCH ALLYN	
Modelo:	GS 300	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESTADOS UNIDOS	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 7 de 25

<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>
--	---	--------------------

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	
Marca:	WELCH ALLYN	
Modelo:	77710 - 11720L - 23820LL - POCKET LED	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESTADOS UNIDOS	
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	
Marca:	WELCH ALLYN	
Modelo:	77710 - 11720L - 23820LL - POCKET LED	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ESTADOS UNIDOS	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 8 de 25

<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>
--	---	--------------------

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	DOPPLER FETAL
Marca:	EDAN
Modelo:	SONOTRAX II PRO
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS
País de origen del equipo:	CHINA

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	INFANTOMETRO
Marca:	KRAMER
Modelo:	
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - v4 Página 9 de 25.

País de origen del equipo:	COLOMBIA
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	CINTA METRICA
Marca:	KRAMER
Modelo:	
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS
País de origen del equipo:	COLOMBIA
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	INFUSOR
Marca:	RIESTER
Modelo:	METPACK 3000 ML
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS
País de origen del equipo:	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	FONENDOSCOPIO
Marca:	
Modelo:	
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS
País de origen del equipo:	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	TALLIMETRO
Marca:	KRAMER
Modelo:	
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS
País de origen del equipo:	COLOMBIA
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	MARTILLO DE REFLEJOS
Marca:	HOSPITAL INSTRUMENTAL
Modelo:	
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS
País de origen del equipo:	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	FONENDOSCOPIO NEO-NATAL



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten marks and symbols on the right margin.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 10 de 25

Marca:	LITMAN	
Modelo:	CLASIC II NEONATAL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	
Marca:	NINGBO DAVID	
Modelo:	HKN -93B	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	8 AÑOS	
País de origen del equipo:	CHINA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)	
PRODUCTO	RESPUESTA



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

(Handwritten marks)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 11 de 25

Nombre:	FLUJOMETRO DOBLE	
Marca:	GENTEC	
Modelo:	FM197B	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:		
PRODUCTO		RESPUESTA
Nombre:	FLUJOMETRO SENCILLO NEONATAL	
Marca:	GENTEC	
Modelo:		
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:		
PRODUCTO		RESPUESTA
Nombre:	FLUJOMETRO SENCILLO	
Marca:	GENTEC	
Modelo:		
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE		RESPUESTA
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?		NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA
		FOLIO
		2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)

PRODUCTO		RESPUESTA
Nombre:	BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO	
Marca:	HEALTH O METER	
Modelo:	597 KL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

(Handwritten signature)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 12 de 25

País de origen del equipo:	USA	
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	BASCULA PESA BEBE DIGITAL CON TALLIMETRO	
Marca:	HEALTH O METER	
Modelo:	553 KL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	USA	
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	PESA PAÑAL	
Marca:	TRUMAX	
Modelo:	MIX SL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	USA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	ELECTROCARDIOGRAO	
Marca:	EDAN	
Modelo:	SE-1200 EXPRESS	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	CHINA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 6 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 13 de 25

<p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p>	<p>NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA</p>	<p>2515 A 2519</p>
--	---	--------------------

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	LARINGOSCOPIO	
Marca:	RIESTER	
Modelo:	RI - MODUL	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	ALEMANIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	DEFIBRILADOR
Marca:	MINDRAY
Modelo:	BENEHEART D3
Año de fabricación:	2019
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS
País de origen del equipo:	CHINA



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Teils. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten marks and initials on the right margin.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 14 de 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE EN EL CONTRATO ANEXO NO SE EVIDENCIA EQUIPO Y EL CERTIFICADO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS	2507 - 2509 A 2514

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CABINA DE FLUJO LAMINAR	
Marca:	DIES	
Modelo:	BL1200VD	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	5 AÑOS	
País de origen del equipo:	COLOMBIA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 15 de 25

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MESA DE CIRUGIA	
Marca:	MEDILAND	
Modelo:	ARTEMIS	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:		
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MESA DE CIRUGIA PARA ORTOPEDIA	
Marca:	MEDILAND	
Modelo:	C600	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	TAIWAN	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

(Handwritten mark)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 16 de 25

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	
Marca:	EDAN	
Modelo:	IM70	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	CHINA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519

UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRA 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON INVANSIVAS	
Marca:	EDAN	
Modelo:	IM80	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	7 AÑOS	
País de origen del equipo:	CHINA	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?	NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TECNOLOGIA OFERTADA	2515 A 2519



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 17 de 25

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA - CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13 DE 2019		
No.	EMPRESA PROPONENTE	CONCEPTO GENERAL MODIFICADO
2	UNION TEMPORAL EQUIPO MEDICO ZIPAQUIRÁ 2019 (DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S. - ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.)	NO CUMPLE DEBIDO A QUE LAS 2 PRIMERAS CERTIFICACIONES NO FUERON POSIBLE CONFIRMARLAS

CORRECCION EVALUACION UNION TEMPORAL SAMARITANA 2019 (DOMETAL S.A.S - INORCA S.A.S)

UNION TEMPORAL SAMARITANA 2019 (DOMETAL S.A.S - INORCA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA 4 PLANOS	
Marca:	DOMETAL	
Modelo:	LINIX	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	COLOMBIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con ficha técnica de Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE SEA POSICIONABLE EN CUATRO SENTIDOS Y ALTERNATE	824

UNION TEMPORAL SAMARITANA 2019 (DOMETAL S.A.S - INORCA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA TIPO UCI	
Marca:	DOMETAL	
Modelo:	LINIX	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	COLOMBIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten marks and signature



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 18 de 25

Permita dar las siguientes posiciones de forma eléctrica: Trendelenburg de 12° como mínimo, Trendelenburg inverso de 12° como mínimo, Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 20° como mínimo y sección de pies que cubra el rango de 0° a 15° como mínimo Altura de 70 cm o mayor y descenso de 50 cm o menor (Medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), Posición de reanimación cardíaco pulmonar (RCP) de forma manual en ambos lados de la cama. Posición de silla cardiaca automática?	NO CUMPLE EL ANGULO DE TRENDELEMBURG ES DE 15° NI POSICION DE RCP EN AMBOS LADOS	934
--	--	-----

UNION TEMPORAL SAMARITANA 2019 (DOMETAL S.A.S - INORCA S.A.S)		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	
Marca:	DOMETAL	
Modelo:	LINIX	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	COLOMBIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con ficha técnica de Colchón de prevención de escaras grado I, II y III (Escala Braden). Con redistribución de presión, posicionable en cuatro sentidos, antiestático, alternante, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con cubierta removible para lavado y cierre ciego para cada cama?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE SEA POSICIONABLE EN CUATRO SENTIDOS Y ALTERNATE	824

CORRECCION EVALUACION DRAEGER COLOMBIA S.A.

DRAEGER COLOMBIA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lámpara un solo cabezal	
Marca:	Draeger	
Modelo:	Polaris 600	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 años	
País de origen del equipo:	Alemania	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or initials.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 19 de 25

Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE CERTIFICADODE INSTALACION Y DESEMPEÑO NO SE ENCUENTRA EN EL FORMATO Y NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADO SE-GÚN SE SOLICITA	1930 a la 1956
--	---	----------------

DRAEGER COLOMBIA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lámpara doble cabezal	
Marca:	Draeger	
Modelo:	Polaris 600/600	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 años	
País de origen del equipo:	Alemania	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE CERTIFICADODE INSTALACION Y DESEMPEÑO NO SE ENCUENTRA EN EL FORMATO Y NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADO SE-GÚN SE SOLICITA	371 a la 402

CORRECCION EVALUACION BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Torre de Laparoscopia	
Marca:	Karl Storz	
Modelo:	Image 1S	
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Alemania	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con carro de transporte y almacenamiento de equipos de estructura abierta, compuesto por 4 ruedas antiestáticas con freno en las 2 ruedas delanteras o una diagonal a la otra con freno?	NO CUMPLE NO PUEDE SER VALIDADO LA ESPECIFICACION YA QUE EL DOCUMENTO NO A NINGUN DOCUMENTO DE MANUAL O DE FABRICA	512 - 513



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature/initials.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_51*

****RAD S****

05GIS15 - V4 Página 20 de 25

Cuenta como 5 bandejas para ubicar los equipos, con manija para desplazamiento del carro y mínimo con un cajón opcional?	NO CUMPLE NO PUEDE SER VALIDADO LA ESPECIFICACION YA QUE EL DOCUMENTO NO A NINGUN DOCUMENTO DE MANUAL O DE FABRICA	512 - 513
Multitoma incorporada al carro de mínimo 6 conectores con polo a tierra, con cable de conexión eléctrica de mínimo tres metros?	NO CUMPLE NO PUEDE SER VALIDADO LA ESPECIFICACION YA QUE EL DOCUMENTO NO A NINGUN DOCUMENTO DE MANUAL O DE FABRICA	512 - 513
Cuenta con Procesador de Cámara full HD con sistema de color NTSC. salida de video full HD con conector DVI y Modulo procesador de imágenes integrado y teclado para generación de títulos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCI SISTEMA DE COLOR NTSC	521 a la 523
Cuenta con Trocar o sondas esterilizables que sistema de esterilización es recomendada por fabrica?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	524 - 525
Cuenta con manguera CO2 para presión de red de 150PSI, conector rápido chemetron de mínimo 3mt de largo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA PRESION Y EL TIPO DE CONECTOR NI LA MEDIDA DE LARGO	535
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP?	NO CUMPLE EL CERTIFICADO DE CALIDAD APORTADO ES VALIDO HASTA EL 2 DE JULIO DE 2019	232

CORRECCION EVALUACION TECNICA ELECTROMEDICA

TECNICA ELECTROMEDICA	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	Generador de Electrocirugía
Marca:	Bovie
Modelo:	IDS-310
Año de fabricación:	2018 - 2019



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or initials.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 21 de 25

Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	USA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La unidad de electrocirugía cuenta con salidas de energía monopolar y bipolar?	NO CUMPLE NO ES FICHA DE FABRICA	474
La salida Bipolar tiene la capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica?	NO CUMPLE NO ES FICHA DE FABRICA	475
Cuenta con Pantalla LCD o tecnología superior?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA PANTALLA LCD O SUPERIOR	480-488-489

TECNICA ELECTROMEDICA		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Mesa Atención de Partos	
Marca:	Mindray	
Modelo:	Hybase 3000	
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:	7 Años	
País de origen del equipo:	China	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
La Colchoneta en polipropileno de alta densidad, antideslizante, no conductora de electricidad o poliuretano no absorbente, con sello hermético a prueba de fluidos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	440
Trabaja con corriente eléctrica mínimo de 110 VAC. 50/60 Hz?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION	

CORRECCION EVALUACION G. BARCO S.A.

G. BARCO S.A.	
PRODUCTO	RESPUESTA
Nombre:	Desfibrilador
Marca:	Physiocontrol
Modelo:	Life Pack 20E
Año de fabricación:	2018



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or initials.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 22 de 25

Tiempo de vida útil:	5 Años	
País de origen del equipo:	Estados Unidos	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con pantalla a color LCD, o LCD TFT, o tecnología superior; y el tamaño es de 6.5 pulgadas como mínimo?	NO CUMPLE CON EL TAMAÑO DE LA PANTALLA	217

CORRECCION EVALUACION EQUITRONIC S.A.S

EQUITRONIC S.A.S		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Lámpara de Fototerapia	
Marca:	BISTOS	
Modelo:	BT400	
Año de fabricación:		
Tiempo de vida útil:	10 Años	
País de origen del equipo:	Korea del Sur	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE YA QUE NO SE EVIDENCIA LA COPIA DEL CONTRATO	311 a la 327

CORRECCION EVALUACION CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA

CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	EQUIPO DE RX DIGITAL	
Marca:	CARESTREAM	
Modelo:	DRX REVOLUTION	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil: 10 AÑOS	CUMPLE	
País de origen del equipo: USA	CUMPLE	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El Rango mA: 10 o menor — 630 o mayor?	NO CUMPLE EL RANGO mA INICIA DESDE 25	214
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 23 de 25

Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (15) quince años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (10) diez años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?

NO CUMPLE YA QUE NO
CUMPLE CON LOS AÑOS
SOLICITADOS

299

CORRECCION EVALUACION SERVIMEDICAL GROUP LTDA

SERVIMEDICAL GROUP LTDA		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	AUTOCLAVE	
Marca:	TUTTNAUER	
Modelo:	T-MAX 4 2V EP	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	30 AÑOS	
País de origen del equipo:	ISRAEL	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
El material de la chaqueta es en acero inoxidable, con grosor mínimo 4mm?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	99
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con el documento diligenciado y firmado que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?	NO CUMPLE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO PRESENTAN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS	128-134

CORRECCION EVALUACION UCI PHARMA S.A

UCI PHARMA S.A		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Torre de Laparoscopia	
Marca:	Olympus	
Modelo:	Visera Elite	
Año de fabricación:	2018	
Tiempo de vida útil:	8 Años	
País de origen del equipo:	Japón	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

Handwritten signature or mark



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 24 de 25

Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DE VIDA ÚTIL	1098- 1099- 373- 1108
Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA EL LISTADO DE REPUESTOS	1106

CORRECCION EVALUACION AMAREY NOVAMEDICAL S.A.

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA - CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13 DE 2019		
No.	EMPRESA PROPONENTE	CONCEPTO GENERAL MODIFICADO
6	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA CUARTA CERTIFICACION NO CUENTA CON NUMERO DE CONTRATO Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

CORRECCION EVALUACION EMPRESA MEDITEC

MEDITEC S.A.		
PRODUCTO	RESPUESTA	
Nombre:	Torre de Laparoscopia	
Marca:	Richard Wolf	
Modelo:	Logic Full HD	
Año de fabricación:	2019	
Tiempo de vida útil:	10 AÑOS	
País de origen del equipo:	Alemania	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RESPUESTA	FOLIO
Multitoma incorporada al carro de mínimo 6 conectores con polo a tierra, con cable de conexión eléctrica de mínimo tres metros?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	297
Cuenta con monitor full HD de mínimo 26", grado médico con retroiluminación LED?	NO CUMPLE EL DOCUMENTO VIENE EN INGLES	298



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Teles. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

(Handwritten signature)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite: *RAD_S1*

****RAD_S****

05GIS15 - V4 Página 25 de 25

Cuenta con entradas de video DVI o SDI o VGA, y/o 3G-SDI; salidas de video DVI o SDI o VGA como mínimo?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION Y EL DOCUMENTO VIENE EN INGLES	299
Cuenta con Procesador de Cámara full HD con sistema de color NTSC. salida de video full HD con conector DVI y Modulo procesador de imágenes integrado y teclado para generación de títulos?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA CONECTOR DVI	312-313
Cuenta con adaptador de endoscópico universal integrado (distancia focal en rango 15mm- 31mm) compatible con todas las ópticas del mercado?	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS	311
Cuenta con Zoom parafocal u óptico incorporado, Escaneo progresivo y foco graduable?	NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION	316-317
Cuenta con Fuente de luz fría tecnología LED o xenón, con una Vida útil de mínimo 30000 horas?	NO CUMPLE EL DOCUMENTO VIENE EN INGLES	323-325

Atentamente,

Dr. Ricaurte Osorio Ortiz
Director Administrativo

Ing. Jeffrey Manolo Torres Valladares
Líder de Proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Medico

Ing. Xiomara Alvarado Jiménez
Profesional Especializado en Misión
Tecnología Biomédica



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"