

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 CONVOCATORIA PÚBLICA 2021
 MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS
 EVALUACION TECNICA TECNICO



GRUPO A ORTOPEDIA SUBGRUPO: GRANDES FRAGMENTOS

PROVEEDOR		DIPROMEDICOS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: INNOMED S.A		
ITEM 1	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
	Placas DCP 4.5 anchas y angostas de 6 a 20 orificios con sus correspondientes tornillos: tornillos de cortical de 4.5 mm con longitudes completas, tornillos de esponjosa de 6.5 mm rosca 16 ,32 mm y completa, en longitudes mayores con curvatura distal.	C		C		C		C		C		C		
		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.								
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE							
		C		C		C								

PROVEEDOR		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S	
ITEM 1.1	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	PLACA LC-DCP anchas y angostas: En acero y/o titanio, con sus diferentes longitudes.	C			NC	C		C		C			NC
		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						
			NC	C		C							

- * DIPROMEDICOS: NO CUMPLE NO TIENE SISTEMA DE BLOQUEO
- * ORTOMAC: NO CUMPLE BROCAS REGULARES, SIN FILO MEDIDOR SIN ADECUADA MEDIDAS
- * INNOMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM 2	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	2.Set placa tubo DHS 135°, de 2 a 20 orificios con barril de 38 y 25 mm. (que incluya el tornillo de seguridad y tornillo deslizante)		NC		NC	C		C	

- * MEDCORE: NO CUMPLEN PORTAFOLIO INCOMPLETO SOLO UN BARRIL
- * DIPROMEDICOS: NO ESPECIFICAN TAMBORES LARGOS Y CORTOS

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS			
ITEM 3	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
	Tomillos canulados de 4.5, 6.5, 7.0 Y 7.3 mm con rosca 16, 32 mm y rosca completa; con arandelas y guías roscadas y lisas respectivas. auto perforantes y auto tarrajantes *Tomillos canulados de compresión sin cabeza 4.5/6.5 mm	C		C		C		C		C		C			
NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS	
CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	NC	C		C		C		C		C		C		C	

* ORTOMAC: BROCAS REGULARES SIN FILO, MEDIDOR SIN ADECUADA

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM 4	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Set de placa cable, que incluyan la placa y sus respectivos cables, opción de cables o gancho trocatericos solos.	C			NC	C		C			NC		NC	C	

- * IHS: NO CUMPLE PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * MEDCORE: EN EL CATALOGO NO SE EVIDENCIA EL CABLE
- * PROMED: No cumple, portafolio incompleto

ITEM PLACAS BLOQUEADAS															
PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)			
ITEM 5.1	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Fémur proximal: con y sin sistema de gancho; En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros	C			NC	C		C			NC			NC	

- * BIOART: NO CUMPLE, PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * IHS: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * MEDCORE: NO CUMPLE PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: INBIOS SAS	
ITEM 5.2	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<i>Fémur distal para osteostomia: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros</i>	C		C			NC	C		C		C	

* INNOMED: No cumple, portafolio incompleto

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A	
ITEM 5.3	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<i>Fémur distal con ángulo fijo, con sistema de mínima invasión: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros; Instrumental para cirugía mínimamente invasiva.</i>	C			NC	C		C			NC	C			NC

- * MEDCORE; NO CUMPLEN NO ESPECIFICAN SISTEMA MIO
- * ORTOMAC: No cumple, portafolio incompleto
- * BIOART: No cumple, portafolio incompleto

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM 5.4	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<i>Fémur set de fracturas peró protésicas: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros</i>	C			NC		NC	C	

- * MEDCORE; NO CUMPLEN NO SE EVIDENCIA EN EL CATALOGO
- * ORTOMAC: No cumple, portafolio incompleto

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM 5.5	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<i>Rectas de 4.5 mm anchas y angostas: con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros; Instrumental para cirugía mínimamente invasiva.</i>	C		C		C		C		CUMPLE		C		C		C	


NOMBRE: INNOMED	
CUMPLE	NO CUMPLE
C	

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM 5.6	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<i>Fémur distal con ángulo variable, con sistema de mínima invasión: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, con opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros; Instrumental para cirugía mínimamente invasiva.</i>	C			NC		NC

- * MEDCORE: NO CUMPLE NO OPCION DE ANGULO VARIABLE
- * PROMED: NO CUMPLE PORTAFOLIO INCOMPLETO



DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



PROVEEDOR		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)	
ITEM 6.5	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	PLACAS LC-DCP DE 3.5 mm en titanio y acero; set de diferentes longitudes. Cada una de estas placas con sus correspondientes tornillos de cortical de 3.5 y esponjosa de 4.0 mm en sus diferentes medidas con rosca 16-32 y completa en sus diferentes medidas; que incluyan dobladores.	C			NC	C		C			NC	C			NC	C		C	
		NOMBRE: DISORTHO S.A.																	
		CUMPLE	NO CUMPLE																
		C																	

- * DIPORMEDICOS: NO SISTEMA DE BLOQUEO YNO TIENEN TITANIO
- * ORTOMAC: BROCAS REGULARES SIN FILO, MEDIDOR SIN ADECUADA
- * INNOMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A	
ITEM 7	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 Y 4.0 mm, con rosca parcial y completa, con arandelas y guías roscadas y lisas respectivas. TORNILLOS CANULADOS DE 3.0-3.5 Y 4.0 mm, sin cabeza.	C		C		C		C		C		C			NC	C			NC
		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS									
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						
		C		C		C		C		C		C							

- * ORTOMAC: BROCAS SIN FILO, MEDIDOR INADECUADO
- * INNOMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)	
ITEM 8	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	SISTEMA DE MANO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS a.Diseño de implantes de diversas longitudes en las placas. Incluyendo diseños en L, T, Y. Placas condilares rectas. Placas con orificios de control rotacional de fragmentos. Múltiples orificios que inicien desde 4 hasta 12 orificios. b.Implantes con sistemas de tornillos que inicien desde 4mm hasta 30mm siendo el rango de mayor uso desde 4 hasta 18mm c.Implantes con placas moldeables adaptable y de fácil manipulación d.Tamaño del implante que inicie desde 1.0	C			NC	C		C		C		C			NC	C			NC
		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS															
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE														
		C		C															

- * MEDCORE: NO VERSATIL / NO SE EVIDENCIA DISEÑO DE MATERIAL QUIRURGICO
- * IHS: NO VERSATIL / NO SE EVIDENCIA DISEÑO DE MATERIAL QUIRURGICO
- * PROMED: INFORMACION TECNICA
- * PROMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO


ITEM 12.2	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.			
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
	DESCRIPCIÓN	C			NC		NC		C		C			C			NC		C			NC	
	<i>Numero proximal de 3.5 con longitudes amplias mayor a 12 orificios para fracturas complejas: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, igualmente con sus correspondientes set de tornillos acorde al tipo de placa y longitudes. Opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros. Diseños anatómicos y longitudes impares. Instrumental para cirugía mínimamente invasiva</i>																						
		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: TIENKEN S.A.S.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS													
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			NC		NC		NC		C														NC

ITEM 12.3	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: INBIOS SAS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	DESCRIPCIÓN	C			C		C. CON EL SISTEMA ALIANS ELBOW		NC		NC		NC		NC		NC		NC		C		NC
	<i>Húmero distal: Intra articular de 3.5. Perfil delgado, opciones de fijación distal 2.7 ó 2.3 mm. Agujeros duales en las ramas. Opción de fijación de 90° y 180°: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, igualmente con sus correspondientes set de tornillos acorde al tipo de placa y longitudes. Opción de fijación convencional y bloqueada en sus agujeros. Diseños anatómicos y longitudes impares. Instrumental para cirugía mínimamente invasiva.</i>																						

ITEM 12.4	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A			
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	DESCRIPCIÓN	C			C		C		C		NC		NC		C		C		C			NC	
	<i>Set de Clavícula, con placas anatómicas que incluya para diáfisis y tercio distal, mínimo 10 orificios. Diferentes posiciones (superior, antero-inferior, medial y lateral).</i>																						
		NOMBRE: TIENKEN S.A.S.		NOMBRE: INTERNATIONAL		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS													
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			NC		C				NC		C												NC

ITEM 12.5	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	DESCRIPCIÓN	C			C		C		C		C		C		C		C		C			C
	<i>Placa de clavícula: placa gancho</i>																					

- MEDCORE ITEM: 12.3 NO CUMPLEN PLACAS CON LONGITUDES INSUFICIENTES
- AMAREY: NO CUMPLE ITEM 12,3, POR INSUFICIENCIA EN EL NUMERO DE TORNILLOS DE BLOQUEO PROXIMALES
- MEDINISTROS ITEM 12.3: NO CUMPLEN , NO TIENEN OPCION DE 90 Y 180 Y 12.4: LONGITUDES INSUFICIENTES
- SBO ITEM 12.3: NO CUMPLEN CON EL SISTEMA QUE PRESENTAN DE WATSON: PUEDE PRESENTAR UNA ZONA DE DEBILIDAD DE LA PLACA EN LA INTERFASE DE UNION DE LAS DOS COLUMNAS
- OSEOMED 12.3: NO CUMPLEN , NO TIENEN OPCION DE 90 Y 180
- DIPROMEDICAS 12. 2: NO CUMPLE PORTAFOLIO INCOMPLETO. LONGITUDES INSUFICIENTES
- ORTOMAC: NO CUMPLE 12.2 , MEDIDAS INSUFICIENTES , ANTECEDENTES DE PROBLEMAS DEL INSTUMENTAL Y 12.4: INFORMACION TECNICA INSUFICIENTE
- INNOMED: ITEM 12,2 PORTAFOLIO INCOMPLETO LONGITUDES INSUFICIENTES Y 12.3: POCA VERSATILIDAD EN SUS PLACAS Y 12.4: PORTAFOLIO INSUFICIENTE
- PROMED: ITEM 12,2 PORTAFOLIO INCOMPLETO LONGITUDES INSUFICIENTES 12.3: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR
- BIOART: ITEM 12,2 PORTAFOLIO INCOMPLETO 12,3 POCA VERSATILIDAD EN SUS PLACAS, Y 12.4: POCA VERSATILIDAD EN SUS PLACAS
- TIENKEN: ITEM 12,2 MEDIDAS INSUFICIENTES Y 12.4: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- INBIOS: 12,2: LINGITUDES INSUFICIENTES 12,3, POCA VERSATILIDAD EN LAS PLACAS Y 12,4, PORTAFOLIO INCOMPLETO
- IHS: NO CUMPLE ITEM 12,2: MEDIDAS INSUFICIENTES Y 12,3: LINGITUDES INSUFICIENTES
- INBIOS: 12,3: LINGITUDES INSUFICIENTES
- SUPLEMEDICOS: NO CUMPLEN ITEM 12,4; MEDIDAS INSUFICIENTES



DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: MEDINISTROS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL INBIO	
PLACAS AUTOBLOQUEADAS MIEMBRO SUPERIOR ESPECIALES																			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
13,1	Húmero proximal de 3.5 con longitudes amplias mayor a 12 orificios para fracturas complejas con	C			NC						NC			NC	C				NC
13,2	Húmero distal: Extra articular	C					NC					C			NC	C			NC

- SBO: ITEM 13.2: NO ES UNA PLACA ESPECIFICA
- INBIO: ITEM 13.2: NO ES UNA PLACA ESPECIFICA, 13.1 NO PRESENTAN AUMENTACION
- DIPROMEDICOS: 13,1 NO PRESENTA AUMENTACION
- MEDINISTROS: 13,1 NO PRESENTA AUMENTACION
- ORTOMAC: 13,1 NO PRESENTA AUMENTACION
- PROMED: 13,1 NO PRESENTA AUMENTACION y 13.2 No cumple, no tiene placa posterior larga

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: MEDINISTROS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14,1	Placas para cubito proximal, con agujeros	C						C		C								C					NC
14,2	Placa de cubito distal y opción de	C			NC			C		C				C				C					NC
14,3	PLACAS AUTOBLOQUEADAS DE RADIO Y CUBITO Placas para radio distal con longitudes promedio, con Angulo variable, dorsal y radial. En acero y opción titanio	C			NC		NC	C			NC	C		C			NC	C			NC		NC

	AS DE RADIO Y CUBITO		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NOMBRE: MEDCORE S.A.S	NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S	NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO	NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL	NOMBRE: MEDNISTROS	NOMBRE: ORTOMAC S.A.S	NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED	NOMBRE: INNOMED S.A	NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.											
			CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE											
14,4		Placas para radio distal con longitudes amplias para fracturas complejas (6-8-10-12 onficios) con ángulo variable. En acero y opcional titanio.	C			NC			C		C		NC											NC

PROVEEDOR		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA	NOMBRE: BIOART S.A	NOMBRE: TIENKEN S.A.S.	NOMBRE: INTERNATIONAL	NOMBRE: DISORTHO S.A.	NOMBRE: INBIOS SAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE NO CUMPLE						
14,1	Placas para cubito proximal, con agujeros multidireccionales bloqueados en rama corta		NC			NC	C					NC	
14,2	Placa de cubito distal y opción de bloqueo	C				NC	C					NC	
14,3	Placas para radio distal con longitudes promedios, con Angulo variable, dorsal y radial. En acero y opcional titanio	C		NC	C			NC	C				NC

PLACAS AUTOBLOQUEADAS DE RADIO Y CUBITO

		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: TIENKEN S.A.S.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14,4	Placas para radio distal con longitudes amplias para fracturas complejas (6-8-10-12 orificios) con ángulo variable. En acero y opcional titanio.	C					NC			C			NC

- * MEDCORE: NO CUMPLE , EN INFORMACION TECNICA NO SE VEN LOS ANCHOS DE LAS PLACAS Y LA VERSATILIDAD DE LAS PLACAS DE COLUMNA Y DORSALES / ATORNILLADOR CON DEFORMACION AL APLICACIÓN
- * ORTOMAC: NO CUMPLE NO MODULARIDAD EN FIJACION DE COLUMNA CUBITAL
- * SMITH&NEPHEW: NO CUMPLE POR, PLACA DE CORTA EXTENSION METAFISIARIA CORTA / ATORNILLADOR NO DISPONIBLE PARA EL RETIRO
- * INNOMED: EN INFORMACION TECNICA NO SE VEN LOS ANCHOS DE LAS PLACAS Y LA VERSATILIDAD DE LAS PLACAS DE COLUMNA Y DORSALES
- * PROMED: PLACA DE RADIO DISTAL ALTA PERFIL CON POSIBILIDAD DE SINOVITIS POR DICHA CONFIGURACION
- * BIOART: NO CUMPLE LA RADIO DISTAL POR ES OBLICUA SIN SISTEMA DE BLOQUEO
- * TIENKEN: NO CUMPLE PLACA DE RADIO EXTRA LARGA POR QUE NO TIENEN EXTENSION EXTRALARGA
- * IHS: NO CUMPLE PLACA DE RADIO DISTAL CON INSUFICIENCIA EN EL CUBRIMIENTO DE LA COLUMNA CUBITAL
- * INBIOS: EN RADIO DISTAL NO TIENEN DOBLE FILA DISTAL DE BLOQUEO NO CUMPLE RADIO EXTRALARGA, NO HAY CONFIGURACION EN EL SEGMENTO DIAFISIARIO ANATOMICO
- * DIPROMEDICOS: PORTAFOLIO INCOMPLETO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: INNOMED S.A		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: INBIOS SAS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
15,1	PLACAS AUTOBLOQUEADAS MIEMBRO INFERIOR: En acero / titanio, izquierda y derecha, o lateral y medial cuando correspondan al implante, igualmente con sus correspondientes set de tornillos acorde al tipo de placa y longitudes. Opción de fijación	C			NC		NC	C		C						C							
15,2	Placas de 2,7/3,5 mm para tibia distal (anatómicas, antero y medio distal)	C			NC			C			NC		NC			C							
15,3	Placas para peroné distal	C		C		C		C		C		C		NC		C			C		C		C
15,4	Placas de tibia para osteotomías	C										C							NO				C


- * INNOMED: 15.2 : PORTAFOLIO INSUFICIENTE, 15.3 NO CUENTAN CON TIBIA DISTAL 2,7/3,5, NO CUENTAN CON PLACAS ANATOMICAS POSTERIORES NI ANTEROMEDIALES
- * PROMED: NO CUENTA CON PLACA ANATOMICA POSTERIOR, NO CUENTA CON SISTEMA DE 2,7 MM
- * MEDCORE: ITEM 15.1 NO CUMPLEN, NO TIENEN OPCION DE PLACA POSTERIOR NI POSTEROMEDIAL, ITEM 15.2 NO CUMPLEN NO OPCION DE ANGULO VARIABLE
- * SBO: NO CUMPLEN, LA PLACA DE TIBIA LATERAL DE WASTON MEDICAL SOLO TIENEN UNA LINEA APROXIMAL
- * AMAREY: 15.2 NO CUMPLE: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * OSEOMED: 15.2 PORTAFOLIO INCOMPLETO

16	16. SET DE PELVIS •Placas de reconstrucción de 3.5 mm rectas y curvas •Placas de sínfisis pública anatómica con o sin bloques de 4 y 6 orificios •Placas de reconstrucción curvas y rectas con perfil de pelvis para tornillos de 3.5 y/o 4.5 • Tornillos de 3.5 extra largos con longitud hasta 120 mm o superior	C		C		C	
----	---	---	--	---	--	---	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
17,1	SET DE PIE Placas para calcáneo o tres sistema mini fragmentos Tornillos canulados de 2.0 2.4	C			NC		NC		NC		NC	C		C				C				NC		NC
17,2		C			NC		NC	C		NC		C		C		NC		C				NC		
17,3		C							C		C		C		C		C		C				NC	

- SMITH: PLACA DE CALCANEO, NO CUENTAN CON SISTEMA PLACA PARA TECNICA DE SENO DEL TARSO
- AMAREY: NO CUENTAN CON SISTEMA PLACA PARA TECNICA DE SENO DEL TARSO
- DIPROMEDICOS: NO CUENTAN CON SISTEMA PLACA PARA TECNICA DE SENO DEL TARSO , PORTAFOLIO INCOMPLETO
- IHS: NO CUMPLEN, NO CUENTA CON SISTEMA PLACA PARA TECNICA DE SENO DEL TARSO, NO MALLA, PARA SISTEMA DE PIE NO CUENTAN CON PLACAS ANATOMICAS
- QUIRURGICOS: EN PIE NO CUENTAN CON TODAS LAS PLACAS ANATOMICAS
- MEDCORE: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- SUPLEMEDICOS: PORTAFOLIO INCOMPLETO

DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 CONVOCATORIA PÚBLICA 2021
 MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS
 EVALUACION TECNICA



GRUPO A ORTOPEDIA SUBGRUPO: FIJACION EXTERNA

FIJADORES DE TRAUMA TIPO AO

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		NOMBRE: ORTOMAC		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL LH	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	Tutor para muñeca. son fijadores para trauma TIPO AO modular, en acero y fibra de carbono. Con longitudes de barras desde 100mm hasta 400 mm, cabezales en T			C		C		C		C		C				C	
19	FIJADORES DE TRAUMA TIPO AO DE: humero, tibia, femur, radio y cubito y pie	C		C		C		C			NC		NC		NC	C	
PROVEEDOR		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: IMPLAMEQ SAS		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: INNOMED							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	Tutor para muñeca: son fijadores para trauma TIPO AO modular, en acero y fibra de carbono. Con longitudes de barras desde 100mm hasta 400 mm,	C				C		C									NC
19	FIJADORES DE TRAUMA TIPO AO DE: humero, tibia, femur, radio y cubito y pie	C		C		C		C									NC

Oseomed no presenta rótulas en acero ni en T
 Promed no presenta schanz de 4,5, ni de hidroxiapatita.
 Bioart no barras de 500 ni schanz de hidroxiapatita
 Innomed no barras de 500 ni schanz de hidroxiapatita

TUTORES PARA ALARGAMIENTO Y TRANSPORTE OSEO

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ORTOMAC		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL LH		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: IMPLAMEQ SAS		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
20,1	Circulares tipo Ilizarov: Que incluyan sus componentes como: rótulas y Clamps (cabezales) de todos los tipos; abiertas, cerradas en t, multiplanares, que incluyan dinamizador. Sistemas radio lucidos y/o radio opacos según defina el caso. Que incluyan barra para configuración delta. Debe desglosarse en la oferta, el valor de cada componente y no el global de un fijador tipo	C		C				C		C		C		C		C	

20,2	En la oferta, el valor de cada componente y no el global de un fijador	C			NC		NC		NC		NC	C		C		C	
20,3	En la oferta, el valor de cada componente y no el global de un fijador	C		C			NC	C		C		C		C		C	


- Oseomed NO TIENE CABEZAL INTERMEDIO QUE PERMITA INCLINACION. NO SE MENCIONA CABEZAL EN SANDUCHE O EL DINAMIZADOR El fijador híbrido no es con riel sino tubular con cuerpo telescopable.
- Ortomac sistema reconstrucción tipo de Bastiani antiguos, generaciones previas, rieles no radiolúcidos, poca versatilidad
- PROMED QUIRURGICOS : PORTAFOLIO INCOMPLETO
- LH: PORTAFOLIO INCOMPLETO

FIJADORES de transporte																	
PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ORTOMAC		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL LH		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: IMPLAMEQ SAS		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
21-22-23	Tutores articulados para rodilla, codo y tibia distal	C			NC		NC		NC		NC	C			NC	C	
	Tutores híbridos para fémur distal, tibia proximal y distal	C		C			NC		NC	C		C			NC	C	
	Tutor para cadera. Cabezales en T y hemi aros para la pelvis. Opción de ajuste a rieles de alargamiento o	C			NC				NC		NC		C			NC	C

- PROMED: Diseños antiguos, poca versatilidad, tipo pro callus antiguos no radiolúcidos; no cumple.
- LH: poca versatilidad, diseños antiguos, cabezales sin angulación no cumplen Y, cabezales sin angulación
- OSEOMED: Portafolio incompleto
- ORTOMAC: No cumple, unión de aluminio débil, instrumental básico Y No cumple, sistema básico, instrumental poco versátil
- IMPLAMEQ: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ORTOMAC		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL LH		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: IMPLAMEQ SAS		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	CLAVOS DE SCHANZ: En todos sus diferentes diámetros y longitudes. En acero y titanio	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	CLAVOS DE SCHANZ: En todos sus diferentes diámetros y longitudes. En recubiertos de Hidroxiapatita.	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	

DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 2021
MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS
EVALUACION TECNICO



GRUPO A ORTOPEDIA SUBGRUPO: CLAVOS INTRAMEDULARES

ITEM 24	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SBO		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)			
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
	Set completo de clavos intramedulares de fémur. *Rimados y no rimados con entrada por trocánter. *Rimados y no rimados con entrada por fosa piriforme.	C			NC	C. CLAVO SUPPORT Y DIVERQUIN	NC. CLAVO WASTON	C		C			NC	C		C		C		C		C	

- * SBO: NO CUMPLE CALVO DE FEMUR MARCA WASTON: DISEÑO ANTIGUO PRIFORME, POCOS BLOQUEOS
- * ISO: CENTRONAIL NO CUMPLE. INSTRUMENTAL ANTIGUO, POCA VERSATILIDAD
- * MEDCORE: NO CUMPLE POR LONGITUDES INSUFICIENTES, CATALOGOS INSUFICIENTES NO PERMITIENDO EVALUACION TECNICA ADECUADA

ITEM 25	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Set completo de clavos intramedulares retrógrados para fémur	C		C		C			NC		NC

- * PROMED: NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA BLOQUEOS O MULTIPLANARES DISTALES OBLICUOS, SOLO EN UN PLANO, PLANO AP DISTAL NO ES REAL
- * ISO: No cumple, instrumental antiguo, poca versatilidad


ITEM 26	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DIPROMEDICOS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Set completo de clavos intramedulares de fémur rimados y no rimados con bloqueos al cuello femoral. (hoja en espiral, longitudes largos y cortos). Con y sin posibilidad de aumentación	C			NC		NC		NC

- * AMAREY: NO HOJA EN ESPIRAL
- * PROMED QUIRURGICOS : NO HOJA EN ESPIRAL
- * DIPROMEDICOS: LONGITUDES INSUFICIENTES, INTERVALO DE 40 MM

ITEM 27	PROVEEDOR	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES		NOMBRE: DIPROMEDICOS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Set completo de clavos céfalo medulares de fémur rimado y no rimado con bloqueos al cuello femoral. (dos tornillos o únicos).	C			NC	C		C. SISTEMA CHIMAERA		C		C		C			NC

- * SBO: NO CUMPLE CALVO DE FEMUR MARCA WASTON: DISEÑO ANTIGUO PRIFORME, POCOS BLOQUEOS
- * DIPROMEDICOS: LONGITUDES INSUFICIENTES, INTERVALO DE 40 MM
- * MEDCORE: NO CUMPLE POR LONGITUDES INSUFICIENTES, CATALOGOS INSUFICIENTES NO PERMITIENDO EVALUACION TECNICA ADECUADA

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
33	Clavos intramedulares para artrodesis de tobillo	C		C		C		C		C	



DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 SUBDIRECCION DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
 3:30 p.m.
 03 MAR 2021

 RECIBIDO

GRUPO A ORTOPEDIA SUBGRUPO: REEMPLAZOS ARTICULARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA		HOSPIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
34	PROTESIS DE CADERA PARA ARTROSIS PRIMARIA	C			NC	C			NC	C	
	*vástago femoral cementado con opciones de offset femoral extendido *vástago femoral no cementado en titanio en cuña, con opción de offset extendido. *Cabezas de metal y cerámica en diámetro 22, 28, 32 y 36 en todas las logitudes *Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular y altamente entrecruzado, compatible con cabezas ofertadas *Inserto de cerámica *Componentes acetabulares no cementados con cubierta porosa de titanio, con opción de múltiples agujeros, diámetro externo desde 42mm hasta tamaños Jumbo. Tornillos de fijación compatible con copa	NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			NC	C			NC	C		C	

NO CUMPLE HOSPIMPORT POR: Los cotillos ofrecidos por la casa comercial empiezan desde el diámetro externo 44mm, lo que deja por fuera la opción de copas acetabulares con diámetro externo de 42mm, las cuales son solicitados en el anexo técnico 3. Es necesario la disponibilidad del rango completo de cotillos durante el procedimiento de reemplazo articular de la cadera, un número importante de pacientes atendidos en la institución presentan coxartrosis secundaria a displasia del desarrollo de la cadera, con necesidad de utilización de cotillos de diámetro externo de 42mm.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

NO CUMPLE DIPROMEDICOS: El vástago no cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

El vástago no cementado y cementado ofrecido por la casa comercial, APRICOT SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, NO posee opciones offset lateralizado, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

La oferta de la casa comercial se limita solo a escenarios limitados de artroplastia primaria de cadera. Sin brindar integración entre implantes primarios y de revisión con el fin de solucionar de manera global los desafíos de los pacientes valorados en la institución.

NO CUMPLE LEPINE: El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, PAVI CEMENTADO, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, no posee opciones de offset extendido, ítem que hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

La necesidad de lateralización del vástago primario no cementado a expensas de Angulo cervicodifasario supone mayor reto en el proceso planeamiento preoperatorio y se relaciona cercanamente con resultados de alteraciones finales en la longitud deseada de la extremidad intervenida.

NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL HOSPIIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
35	PROTESIS ESPECIALES PARA FRACTURAS INTRACAPSULARES *Copas de doble movilidad no cementada monobloque y modulares, con opción de aumentación acetabular con tornillos *Copas de doble movilidad cementada *Insertos compatibles con sistemas de doble movilidad con polietileno de ultra alto peso molecular *Cabezas de metal y cerámica en diámetro 22, 28, 32 y 36 en todas las longitudes *vástago femoral cementado con opciones de offset femoral extendido *vástago femoral no cementado en titanio en cuña, con opción de offset extendido.	C			NC		NC	C			NC
		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.			
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
		C			NC		C	C			

NO CUMPLE LEPINE: El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, PAVI CEMENTADO, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, no posee opciones de offset extendido, ítem que hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la Institución.

La necesidad de lateralización del vástago primario no cementado a expensas de Angulo cervicodifisario supone mayor reto en el proceso planeamiento preoperatorio y se relaciona cercanamente con resultados de alteraciones finales en lo longitud deseada de la extremidad intervenida.

NO CUMPLE HOSPIIMPORT POR: Los cotillos ofrecidos por la casa comercial empiezan desde el diámetro externo 44mm, lo que deja por fuera la opción de copas acetabulares con diámetro externo de 42mm, las cuales son solicitados en el anexo técnico 3. Es necesario la disponibilidad del rango completo de cotillos durante el procedimiento de reemplazo articular de la cadera, un número importante de pacientes atendidos en la institución presentan coxartrosis secundaria a displasia del desarrollo de la cadera, con necesidad de utilización de cotillos de diámetro externo de 42mm.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

NO CUMPLE DIPORMEDICOS: LA DOBLE MOVILIDAD NO TIENE OPCION DE COPA DE DOBLE MONOBLOQUE (SIN MODULARIDAD), El vástago no cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

El vástago no cementado y cementado ofrecido por la casa comercial, APRICOT SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, NO posee opciones offset lateralizado, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

La oferta de la casa comercial se limita solo a escenarios limitados de artroplastia primaria de cadera. Sin brindar integración entre implantes primarios y de revisión con el fin de solucionar de manera global los desafíos de los pacientes valorados en la institución.

NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: DIPROMEDICOS S.A.S		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		HOSPIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
36	PROTESIS BIPOLAR		NC		NC	C			NC	C			NC
		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			NC	C			NC		NC	C		C	

NO CUMPLE HOSPIMPORT POR: Los cotillos ofrecidos por la casa comercial empiezan desde el diámetro externo 44mm, lo que deja por fuera la opción de copas acetabulares con diámetro externo de 42mm, las cuales son solicitados en el anexo técnico 3. Es necesario la disponibilidad del rango completo de cotillos durante el procedimiento de reemplazo articular de la cadera, un número importante de pacientes atendidos en la Institución presentan coxartrosis secundaria a displasia del desarrollo de la cadera, con necesidad de utilización de cotillos de diámetro externo de 42mm. En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la Institución.

EDM: La casa comercial presenta un portafolio de implantes de revisión de reemplazo total de cadera, sin disponibilidad de vástagos femorales primarios, cementados o no cementados, ni cotillos primarios, estos últimos son útiles incluso en escenarios de procedimiento de revisión, en la resolución de defectos acetabulares y femorales leves.
 La oferta de la casa comercial se limita solo a escenarios muy específicos dentro de la cirugía de revisión de reemplazo total de cadera. Sin brindar integración entre implantes primarios y de revisión con el fin de solucionar de manera global los desafíos de los pacientes valorados en la institución.

NO CUMPLE DIPROMEDICOS: El vástago no cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.
 El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, QUADRA SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, posee opciones limitadas de offset lateralizado, no ofreciendo la opción de lateralización del offset en todos los tamaños disponibles del vástago, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.
 El vástago no cementado y cementado ofrecido por la casa comercial, APRICOT SYSTEM, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, NO posee opciones offset lateralizado, el ítem de opción de offset lateralizado hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.
 En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.
 La oferta de la casa comercial se limita solo a escenarios limitados de artroplastia primaria de cadera. Sin brindar integración entre implantes primarios y de revisión con el fin de solucionar de manera global los desafíos de los pacientes valorados en la institución.

NO CUMPLE LEPINE: El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, PAVI CEMENTADO, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, no posee opciones de offset extendido, ítem que hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.
 En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.
 La necesidad de lateralización del vástago primario no cementado a expensas de Angulo cervicodifisario supone mayor reto en el proceso planeamiento preoperatorio y se relaciona cercanamente con resultados de alteraciones finales en la longitud deseada de la extremidad intervenida.

NO CUMPLE BIOART: ES NECESARIO DISPONIBILIDAD COMPLETA DE VASTAGOS NO CEMENTADOS Y CEMENTADOS, COMPATIBLES CON LAS COPAS BIPOLARES. NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 3

NO CUMPLE MEDCORE: La casa comercial solo ofrece disponibilidad de copa bipolar, lo cual no se adapta a las necesidades del servicio.

NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
37	PROTESIS THOMSON	C	

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		HOSPIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
38	<p>PROTESIS ESPECIALES PARA ARTRITIS POR ENFERMEDADES CONGENITAS, POSTRAUMÁTICAS (fracturas femorales proximales, fracturas acetabulares), INFECCIOSAS, OTROS COMPLEJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> *Copas de doble movilidad no cementada monobloque y modulares, con opción de aumentación acetabular con tornillos *Copas de doble movilidad cementada *Insertos compatibles con sistemas de doble movilidad con polietileno de ultra alto peso molecular *Componentes acetabulares no cementados con cubierta porosa de titanio, con opción de múltiples agujeros, diámetro externo desde 42mm hasta tamaños Jumbo. Tornillos de fijación compatible con copa *Copas primarias cementadas *Anillos de reconstrucción acetabular de Muller, Burschneider y Ganz *Copa Acetabular no cementada Con Porosidad Aumentada Y Multiagujero para opciones de aumentación acetabular con tornillos. *Sistema de aumentos acetabulares metálicos domo y columnas en Metal trabecular (tántalo) *sistema de aumentos metálicos del domo en titanio ultraporoso *Cabezas de metal y cerámica en diámetro 22, 28, 32 y 36 en todas las longitudes *Cabezas de cerámica en diámetros 28, 32 y 36mm en todas las longitudes *vástago femoral cementado con opciones de offset femoral extendido *vástago femoral no cementado en titanio en cuña, con opción de offset extendido 	C		C			NC	C			NC	C	
		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						
			NC	C		C							

NO CUMPLE HOSPIMPORT POR: Los cotílos ofrecidos por la casa comercial empiezan desde el diámetro externo 44mm, lo que deja por fuera la opción de copas acetabulares con diámetro externo de 42mm, las cuales son solicitados en el anexo técnico 3. Es necesario la disponibilidad del rango completo de cotílos durante el procedimiento de reemplazo articular de la cadera, un número importante de pacientes atendidos en la institución presentan coxartrosis secundaria a displasia del desarrollo de la cadera, con necesidad de utilización de cotílos de diámetro externo de 42mm. En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

NO CUMPLE LEPINE: El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, PAVI CEMENTADO, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, no posee opciones de offset extendido, ítem que hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3. En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

La necesidad de lateralización del vástago primario no cementado a expensas de Angulo cervicodifisario supone mayor reto en el proceso planeamiento preoperatorio y se relaciona cercanamente con resultados de alteraciones finales en la longitud deseada de la extremidad intervenida.

* **NO CUMPLE B BRAUN:** NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		HOSPIIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
39	PROTESIS DE REVISION: •Copas de doble movilidad no cementada monobloque y modulares, con opción de aumentación acetabular con tornillos •Copas de doble movilidad cementadas •Insertos compatibles con sistemas de doble movilidad con polietileno de ultra alto peso molecular •Componentes acetabulares no cementados con cubierta porosa de titanio, con opción de múltiples agujeros, diámetro externo desde 42mm hasta tamaños Jumbo. Tornillos de fijación compatible con copa •Copas primarias cementadas •Anillos de reconstrucción de Muller, Burschneider y Ganz •Copa Acetabular no cementada Con Porosidad Aumentada Y Multiagujero para opciones de aumentación acetabular con tornillos. •Sistema de aumentos acetabulares metálicos domo y columnas en Metal trabecular (lántalo) •sistema de aumentos metalicos del domo en titanio ultraporoso •Cabezas de metal y ceramica en diametro 22, 28 , 32 y 36 en todas las logitudes •Vástago de revisión de titanio cónico con aristas antirotación, monobloque o modular dos piezas •Vástago de revision anclaje diafisario cementado	C		C			NC	C			NC		NC	
		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.						
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE					
		C			NC	C		C						

NO CUMPLE HOSPIIMPORT POR: Los cotílos ofrecidos por la casa comercial empiezan desde el diámetro externo 44mm, lo que deja por fuera la opción de copas acetabulares con diámetro externo de 42mm, las cuales son solicitados en el anexo técnico 3. Es necesario la disponibilidad del rango completo de cotílos durante el procedimiento de reemplazo articular de la cadera, un número importante de pacientes atendidos en la institución presentan coxartrosis secundaria a displasia del desarrollo de la cadera, con necesidad de utilización de cotílos de diámetro externo de 42mm. En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

EDM: La casa comercial presenta un portafolio de implantes de revisión de reemplazo total de cadera, sin disponibilidad de vástagos femorales primarios, cementados o no cementados, ni cotílos primarios, estos últimos son útiles incluso en escenarios de procedimiento de revisión, en la resolución de defectos acetabulares y femorales leves.

La oferta de la casa comercial se limita solo a escenarios muy específicos dentro de la cirugía de revisión de reemplazo total de cadera. Sin brindar integración entre implantes primarios y de revisión con el fin de solucionar de manera global los desafíos de los pacientes valorados en la institución.

NO CUMPLE LEPINE: El vástago cementado ofrecido por la casa comercial, PAVI CEMENTADO, acorde a lo revisado en el catálogo del implante, no posee opciones de offset extendido, ítem que hace parte de las solicitudes del anexo técnico 3.

En el anexo técnico 3, se realiza solicitud de aumentos del domo acetabular en metal ultra poroso, necesario en la artroplastia primaria compleja y en la cirugía de revisión del reemplazo total de cadera, para resolución de defectos acetabulares. No están disponibles en la oferta de la casa comercial, lo cual limita las opciones terapéuticas disponibles para resolución de las patologías complejas de la articulación coxofemoral de los pacientes de la institución.

La necesidad de lateralización del vástago primario no cementado a expensas de Angulo cervicodifisario supone mayor reto en el proceso planeamiento preoperatorio y se relaciona cercanamente con resultados de alteraciones finales en la longitud deseada de la extremidad intervenida.

NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		HOSPIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
40	PRÓTESIS PARA REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA 40.1Prótesis primaria y prótesis de revisión, disponibilidad de ambas 40.2Prótesis de platillo móvil	C		C		C		C			NC	C	
		NOMBRE: BIOART S.A.		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.					
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
		C			NC	C		C					

- * NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR
- * LEPINE: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
41	Prótesis para reemplazo articular de hombro total cementada y no cementado	C			NC	C		C	

- * EDM: NO CUMPLE AGILON NO EXISTE UNA BASPLATE DE POEQUEÑO TAMAÑO CON OPCION DE FIJACION DE 4 TORNILLOS.SI SE USA UNA BASE DE 28 MM, SOLO SE PUEDE USAR 2 TORNILLOS

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL EDM		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
42	Prótesis reversa para reemplazo articular de hombro: •Hombro de revisión •Hombro fractura •Hombro reversa	C			NC	C		C	

- * NO CUMPLE AGILON NO EXISTE UNA BASPLATE DE POEQUEÑO TAMAÑO CON OPCION DE FIJACION DE 4 TORNILLOS.SI SE USA UNA BASE DE 28 MM, SOLO SE PUEDE USAR 2 TORNILLOS

PROVEEDOR		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
43	Prótesis para reemplazo articular de codo. Diseño anatómico, modularidad		NC	C	

- * NO CUMPLE SUPLEMEDICOS: LA PRÓTESIS DE CODO ES UN DISEÑO NO ANATOMICO

PROVEEDOR		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
44	Prótesis de cúpula radial. Modularidad, vástagos cementados cortos y no cementados.	C		C		C		C	

PROVEEDOR		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
45	spaciadores de cemento con antibiótico para usar en revisión de reemplazos articulares de cadera y rodilla	C		C	

PROVEEDOR		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
46	Endoprotésis de cadera, rodilla y hombro, y codo (modulares)	C			NC	C	

PROVEEDOR		HOSPIIMPORT		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
47	Prótesis de reconstrucción modular de cadera y rodilla	C		C			NC		NC	C	

B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

LEPINE: PÓRTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS.		HOSPIIMPORT		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMÇA		NOMBRE: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
48	Cemento de alta y baja viscosidad, con y sin antibiótico	C		C		C		C		C		C	
		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
			NC	C		C		C		C		C	

NO CUMPLE B BRAUN: NO HAY INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR

PROVEEDOR		NOMBRE: BIOART S.A	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
49	Prótesis de tobillo. Primario de tres componentes no cementada. Prótesis de revisión.	C	



DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCIÓN DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
3:30 PM
09 MAR 2021
Am. Ms.
RECIBIDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA
MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS 2021
EVALUACION TECNICA



GRUPO A ORTOPEDIA SUBGRUPO: OTRO MATERIAL PARA ORTOPEDIA

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
50	Set de tornillos de interferencia en titanio y biodegradables, en sus diferentes diámetros para LCA-LCP y transferencia tendinosa en pie. (las casas ortopédicas deben tener disponibilidad de sutura meniscal (todos los sistemas) y diferentes opciones de fijación femoral y tibial en la reconstrucciones ligamentarias como parte de su portafolio artroscópico para ser evaluadas)	C		C		C		C			NC		NC		NC

- * BIOART, EL LCA ES POCO CONFIABLE EN CUANTO A LA PRECISION DE SALIDAD DE LAS GUIAS, NO PRERSENTAN OPCIONES COMPLETAS PARA LESIONES MENISCALES COMPLEJAS O DE LA RAIZ O TIPO RAMP.
- * LEPINE: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * SUPLEMEDICOS: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
51	de artroscopia para pequeñas articulaciones con distractores respectivos (puño y tobillo), que incluya sistema de anclaje y suturas de fibro	C		C	

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
52	SISTEMA DE ARTROSCOPIA; RADIOFRECUENCIA, BOMBA, CHAVER, LENTE	C		C		C		C		C			NC	C		C	

BIOART. La radiofrecuencia presentada, es un electrodo para electrocauterio monopolar

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
53	Sistemas de fijación biodegradables para lesiones osteocondrales hombro, cadera, rodilla, tobillo, pie, codo y puño	C			NC	C		C	

SMITH: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
54	Sistema de suturas meniscal: todo adentro- adentro-afuera y afuera-adentro	C		C		C			NC	C		C			NC	C	

- * PIEMCA: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * BIOART: La sutura afuera adentro hace parte del instrumental
- * LEPINE: PORTAFILIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
55	Sistemas de anclajes para hombro (reparación de Bankart manguito rotador). Tornillo de biotenesis (biceps)	C		C		C		C		C			NC		NC		NC	C	

- * BIOART: canulas de membranas sencillas. Por experiencia institucional, la pinza recuperadora de sutura para paso de puntos en manguito rotador , la ofrecen sin cambiar la guja desechable
- * LEPINE: NO CUENTAN CON INSTRUMENTAL COMPLETO PARA REALIZAR BROSTROM ARTROSCOPICA
- * SUPLEMEDICOS: no presenta pinza auto recuperadora para manguito rotador

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
56	Sistema e instrumental para cirugía para Latarjet	C		C		C	

- * BIOART: NO CUENTA CON SISTEMA COMPLETO PARA REALIZAR REPARACION ARTROSCOPICA DE LESION LIGAMENTARIA DE TOBILLO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL PIEMCA		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A.		NOMBRE: BIOART S.A		NOMBRE: LEPINE COLOMBIA		NOMBRE: SUPLEMEDICOS S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
57	Sistemas de anclajes para cadera, codo, rodilla, y cirugía de pie y tobillo (sistema de reparación artroscópica)	C		C		C			NC	C		C			NC	C	

- * PIEMCA: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * LEPINE: PORTAFILIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: MEDIREX S.A.S.		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: AMAREY	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
58,1	Sustitutos oseos	C		C		C				SI		C		C			
58,2				C										C		C	
58,3				C								C					
58,4								C				NC		C			


* MEDIREX: NO ES CRISTAL BIOACTIVO

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
59	Sistema de fresado endomedular con aspiración para toma de auto injertos	C	

PROVEEDOR		NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NOMBRE: ISO		NOMBRE: PROMED		NOMBRE: BIOART	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
60	sistema de irrigación a presión	C		C		C		C	

PROVEEDOR		NOMBRE: AMAREY NOVAMEDICAL		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S (IHS SAS)		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
61	Otros: clavos de kirschner, steiman: lisos y roscados y alambre .	C		C		C		C	

DOCTOR OMAR ROBERTO PEÑA
SUBDIRECTOR OPERATIVO ORTOPEDIA



GRUPO DE NEUROCIRUGIA

PROVEEDOR		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	INSTRUMENTAL TORACO - LUMBAR POSTERIOR ABIERTO Y SACRO ILIACO	X			X	X			X		X

- * MEDIIMPLANTES: NO CUMPLE INSTRUMENTAL DISPENDIOSO, FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO INCOMPLETO.
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO.

PROVEEDOR		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: MEDINISTROS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS PATOLOGICAS ESPINALES	X			X	X			X		X		X

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO INCOMPLETO.
- * MEDINISTROS: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO INCOMPLETO.
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	CIRUGIA UNION CERVICAL OCCIPITO -C3	X			X	X			X		X

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO INCOMPLETO.
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * PROMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4	CIRUGIA VIA ANTERIOR TORACICA Y/O LUMBAR HASTA TRES NIVELES	X			X	X			X		X

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL E INSTRUMENTAL INCOMPLETO.
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * PROMED: INSTRUMENTAL INCOMPLETO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	CILINDROS EXPANDIBLES PARA CORPECTOMIA.	X			X	X			X		X		X

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO INCOMPLETO.
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * PROMED: INSTRUMENTAL DISPENDIOSO, PARA LOS SISTEMAS DE BLOQUEO
- * LA INSTRUMENTADORA: INSTRUMENTAL DISPENDIOSO, PARA LOS SISTEMAS DE BLOQUEO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	CIRUGIA VIA ANTERIOR CERVICAL	X			X	X		X			X	X			X

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y PLACA SOLA DINAMICA NO PLACA CONSTREÑIDA Y SISTEMA DE BLOQUEO DISPENDIOSO
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * ORTOMAC: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

PROVEEDOR		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	SISTEMA DE INSTRUMENTACION TORACO-LUMBAR POSTERIOR MINIMAMENTE	X			X	X			X		X	X		X	

- * MEDIIMPLANTES: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * LA INSTRUMENTADORA: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * ORTOMAC: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSTEOCOL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
8	CIRUGIA VIA POSTERIOR CERVICAL	X			X	X			X		X

- * MEDIIMPLANTES: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * PROMED: PORTAFOLIO INCOMPLETO
- * DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSTEOCOL		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
9	IMPLANTES INTERSOMATICOS ANTERIOR LATERALES Y OTROS	X			X	X		X	

- * MEDIIMPLANTES: PORTAFOLIO INCOMPLETO



HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

PROVEEDOR		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
10	SISTEMA DE LAMINOPLASTIA	X	

PROVEEDOR		NOMBRE: DISORTHO S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
11	SISTEMA TORACOLUMBAR ANTI-INFECCION		X

* DISORTHO: NO SE ENCUENTRA EN LA INFORMACION TECNICA

PROVEEDOR		NOMBRE: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
12	OTROS		X

* ISO: NO SE ENCUENTRA EN LA INFORMACION TECNICA

PROVEEDOR		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: DISORTHO S.A.		NOMBRE: OSEOMED	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
13	SISTEMAS DE CIERRE CRANEAL	X		X		X			X		X

* DISORTHO: PORTAFOLIO INCOMPLETO



HUS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

PROVEEDOR		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL B BRAUN		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL LA INSTRUMENTADORA		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ALEMKO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	KIT DE CLIP DE ANEURISMA EN TITANIO		X		X	X	

- * B BRAUN: NO INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR
- * LA INSTRUMENTADORA: PORTAFOLIO INCOMPLETO


		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDIIMPLANTES		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: D:SORTHO S.A.		NOMBRE: MEDIREX .	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
15	SUSTITUTOS OSEOS	X			X		X		X	X			X


- * MEDIIMPLANTES : FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * LA INSTRUMENTADORA: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * W.LORENZ: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * MEDIREX : PORTAFOLIO INCOMPLETO

		NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S		NOMBRE: MEDIREX		NOMBRE: OSEOMED	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
16	DISPOSITIVOS PARA CRANEOPLASTIA	X		X		X			X	X		X			X

- * W.LORENZ: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
- * OSEOMED: FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

ATENTAMENTE


DOCTOR, WILLIAM MAURICIO RIVEROS
SUBDIRECTOR NEUROCIROGIA



GRUPO DE MAXILOFACIAL

PROVEEDOR			NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL DISORTHO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TERCIO SUPERIOR Y MEDIO	Sistema 1.0 Mm: Placas y tornillos de diferentes longitudes autorroscantes y auto perforantes	CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto						falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto			CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto
2		Sistema de 1.5 Mm: Placas y tornillos de diferentes longitudes autorroscantes y auto perforantes	CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto						falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto			CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto
3		Sistema de 2.0 Mm: Placas y tornillos de diferentes longitudes autorroscantes y auto perforantes	CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto						falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto			CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto

PROVEEDOR			NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSTEOCOL		NOMBRE: MEDCORE S.A.S		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL DISORTHO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4	TERCIO INFERIOR MANDIBULA	Tercio inferior mandíbula fractura: Placas y tornillos de diferentes longitudes autorroscantes y auto perforantes; en Titano		PORTAFOLIO INCOMPLETO	NO PRESENTAN			Portafolio incompleto		Portafolio incompleto				Portafolio incompleto		falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto
5		Sistema de reconstrucción mandibular 2.0, 2.3, 2.4, 2.7 Mm; con placas auto bloqueadas: Placas y tornillos de diferentes longitudes autorroscantes y auto perforantes; en Titano		PORTAFOLIO INCOMPLETO		falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto		Portafolio incompleto		Portafolio incompleto				Portafolio incompleto		falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto
6		Materiales absorbibles para tercio superior y medio de 1.0, 1.5 y 2.0	CUMPLE		NO PRESENTAN				NO PRESENTAN				cumple		NO PRESENTAN	

7	Material para Fijación Intermaxilar: Alambre de 0.5, 0.7, 0.16, 0.20, Mm Y Arcos de Erick	CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		cumple		falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto
---	---	--------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--

PROVEEDOR			NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
8	DISTRACTORES OSEOS EN TITANIO	DISTRACTORES OSEOS	CUMPLE		CUMPLE			falta de experiencia institucional, desconocimiento del producto	CUMPLE	

PROVEEDOR			NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
9	PROTESIS ARTICULARES TOTALES ATM	Estándar	NO PRESENTAN		NO PRESENTAN			Falta de conocimiento del producto y respaldo científico	cumple		NO PRESENTAN	
10		Hechas a medida	CUMPLE			Falta de conocimiento del producto y respaldo científico		Falta de conocimiento del producto y respaldo científico	cumple			Falta de conocimiento del producto y respaldo científico

PROVEEDOR				
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE
11	Anclajes min. Mitek	absorbibles: De 2.3 Mm Y 1.6 Mm		

PROVEEDOR			NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SAMPEDRO		NOMBRE: ORTOMAC	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
12	Modelos esterilto	Modelos esterilto gráficos	CUMPLE		CUMPLE			por portafolio incompleto		No experiencia insitucional y conocimiento del producto	CUMPLE	
13		Implantes faciales de los tres tercios de la cara estándar	CUMPLE		CUMPLE		NO PRESENTAN			No experiencia insitucional y conocimiento del producto	CUMPLE	

13.1	gráficos e Implantes	Embebidos en antibiotico.					No presentan		No presentan		No experiencia institucional y conocimiento del producto	No presentan	
14		Implantes de óseo-integración diferentes longitudes y diámetros	no presenta		CUMPLE				No presentan	no presenta		No presentan	

PROVEEDOR			NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
15	Artroscopia ATM	Kit. de artrocentesis	CUMPLE		CUMPLE	
16		Set de artroscopia ATM	CUMPLE		CUMPLE	
17		INSERTOS PARA CIRUGIA PIEZO ELECTRICA DE DIFERENTES tamaños y presentaciones	CUMPLE		CUMPLE	


PROVEEDOR			NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	Matriz dérmica celular humana en todas las presentaciones para solución especifico de cada caso y Matrix ósea humana en todas las presentaciones	En todas las presentaciones para solución específico de cada caso y Matrix ósea humana en todas las presentaciones		no corresponde el producto presentado con el solicitado	CUMPLE	

PROVEEDOR			NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: QUIRURGICOS LTDA		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
19	Mallas de cráneo plastia y orbitarias	Mallas de cráneo plastia y orbitarias		Portafolio incompleto		Portafolio incompleto		Portafolio incompleto		Falta de conocimiento o del producto y experiencia institucional	CUMPLE			Portafolio incompleto

NOMBRE: LA CASA COMERCIAL			NOMBRE: OSTEOCOL SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL IMPLANTE Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		NOMBRE: LA INSTRUMENTADORA SAS		NOMBRE: ORTOMAC S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL OSEOMED		NOMBRE: PROMED QUIRURGICOS E.U.		NOMBRE: W.LOREZ S.A.S		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL SAMPEDRO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
20	OTROS	Planeamiento asistido por computador para diagnostico		No se encuentra descripción del producto	NO SE PRESENTAN				CUMPLE		CUMPLE			Falta de conocimiento o del producto y experiencia institucional	CUMPLE			Falta de conocimiento o del producto y experiencia institucional
21		planeamiento asistido por computador para diagnostico y diseño de guias para cirugía ortognatica		No se encuentra descripción del producto	NO SE PRESENTAN				CUMPLE		CUMPLE			Falta de conocimiento o del producto y experiencia institucional	CUMPLE			Falta de conocimiento o del producto y experiencia institucional
22		proteina osea morfogenetica y ostrom osteoinductores	NO PRESENTAN	CUMPLEN		NO PRESENTAN			Informacion tecnica no anexada	NO PRESENTAN		NO PRESENTAN		NO PRESENTAN		NO PRESENTAN		NO PRESENTAN

ATENTAMENTE

DOCTOR MAURICIO TASCON
CIRUJANO PLASTICXO MAXILOFACIAL



GRUPO DE OTORRINO

			NOMBRE: MEDINISTROS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ARTIUM	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Prótesis osiculoplastia	Prótesis osiculoplastia (en todas sus dimensiones)	C			NC

* ARTIUM: NO CUMPLE, NO SE CONOCE SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

			NOMBRE: MEDINISTROS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ARTIUM	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	Prótesis de estapedoplastia	Prótesis de estapedoplastia (en todas sus dimensiones y materiales)	C			NC

* ARTIUM: NO CUMPLE, NO SE CONOCE SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

			NOMBRE: MEDINISTROS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ARTIUM	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	Tubos de miringotomia	tubos de miringotomias	C			NC

* ARTIUM: NO CUMPLE, NO SE CONOCE SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

			NOMBRE: MEDINISTROS SAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE
4	Prótesis de tiroplastia	Prótesis de tiroplastia (en todas sus dimensiones)	C	
		• Prótesis de goretex	C	

			NOMBRE: LA CASA COMERCIAL MEDINISTROS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ARTIUM	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	Cortador laríngeo/micro debridador y puntas de radiofrecuencia	Cortador laríngeo/micro debridador	C			NC
6		Puntas de radiofrecuencia.	C			NC

* ARTIUM: NO CUMPLE, NO SE CONOCE SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

			NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL DISORTHO		MEDIHUMANA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	IMPLANTE ESPECIALES COCLEAR;	Valoración inicial	C		C		C	
		Soporte intraquirurgico de telemetría						
		Programaciones del implante por audiología especialista en Implante coclear, que incluya encendido y 4 controles en el año						
		Rehabilitación por fonoaudióloga entrenada en rehabilitación aural, en el lugar mas cercano al domicilio del paciente por un año						
		Sesiones mensuales total 144 al año.						
		Valoración inicial y posterior del tratamiento.						

			NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL DISORTHO		MEDIHUMANA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
8	Audifono de conducción ósea: Audifono de conducción ósea: implantable y semi- implantable que incluya implante auditivo osteointegrado; Audifono osteointegrado, Prótesis Implantable de conducción ósea activa		C		C		C	

NOM			MEDIHUMANA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE
9	Implante osteointegrado para prótesis faciales	implantes osteointegrado para protesis faciales	C	


NOMBRE: MEDINISTROS SAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE
10	Cuchillas para Schaver, cirugía endoscópica nasal.	Cuchillas para Schaver, cirugía endoscópica nasal.	C	

NOMBRE: LA CASA COMERCIAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE
11	Material de Retención tipo osteosíntesis para prótesis faciales	Material de Retención tipo osteosíntesis para prótesis faciales	NO SE PRESENTAN	

			NOMBRE: MEDINISTROS SAS		NOMBRE: LA CASA COMERCIAL ARTIUM	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
12	Dispositivo médico para Tuboplastia o Dilatación de la trompa de Eustaquio	Dispositivo médico para Tuboplastia o Dilatación de la trompa de Eustaquio	C			NC

* ARTIUM: NO CUMPLE, NO SE CONOCE SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

ATENTAMENTE;




Hospital de la Samaritana
Luis Jorge Mejía P
CE 79 100 122 20 2002/00

DOCTOR: LUIS JORGE MEJÍA P
JEFE DE OTORRINOLARINGOLOGIA



HUS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 SUBDIRECCION DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
 3:30 Pm
 08 MAR 2021

 RECIBIDO