

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2022

Doctor

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES

Subdirector Bienes, Compras y Suministros

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Ciudad

Asunto: Asunto: Observaciones calificación técnica - Convocatoria Pública No.05 de 2022- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.

De manera atenta me permito enviar calificación técnica definitiva en 15 folios teniendo en cuenta las siguientes correcciones que por error de digitación presentaron en:

2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS, se corrige evaluación así:

22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA M&HCARE NO CUMPLE FOLIO 276 ANEXO EVALUACION
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 276

15. ALFA TRADING SAS, se corrige evaluación así:

18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta


21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO

Así mismo anexo 12 formatos de evaluaciones.

Cordial Saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN GENERAL
CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA
CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022
16 MARZO DE 2022

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 101	No oferta	No oferta	No oferta
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 105	No oferta	No oferta	No oferta
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 105	No oferta	No oferta	No oferta
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 107	No oferta	MARCA SILICON CATHS CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

clp

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CARDINAL CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 109	No oferta	No oferta	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 109	No oferta	No oferta	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 275	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND NO CUMPLE FOLIO 111	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND NO CUMPLE FOLIO 115 ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND CUMPLE FOLIO 117	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND CUMPLE FOLIO 117	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIOS 120-121.	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 123	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE NO CUMPLE FOLIO 276 ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 276	MARCA OPTIMAL QUALITY CUMPLE FOLIOS 162 AL 164 ANEXO EVALUACION	MARCA VITAL MEDIC NO CUMPLE FOLIO 125 ANEXO EVALUACION	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	MARCA SH, CUMPLE FOLIO 150	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 277	MARCA OPTIMAL QUALITY CUMPLE FOLIOS 165 AL 167 ANEXO EVALUACION	MARCA VITAL MEDIC CUMPLE FOLIO 127	No oferta	No oferta	No oferta
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPEJULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 129	No oferta	No oferta	No oferta
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	MARCA M&H CARE CUMPLE FOLIO 278	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnologico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta


CH

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
30	42201708	151802990106	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES NEONATAL (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
31	42295134	151802900037	MASCARA FACIAL DESHECHABLE PARA ANESTESIA No.0,1,2,3,4,5.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
32	42295134	151802010035	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
33	42295203	151802990117	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
34	42142303	151802010014	PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
35	42142303	151802020001	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
36	42142303	151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	MARCA SH, CUMPLE FOLIO 151	MARCA M&H CARE CUMPLE FOLIO 279	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 132	No oferta	No oferta	MARCA ULTRAMED CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
37	42311512	151802990073	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 280	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
38	42311512	15180299136	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI PEDIATRICA COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ULTRAMED CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
39	42311512	151802990121	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ATRASOB CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 137	MARCA SUPREME CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PREPODINE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022

16 MARZO DE 2022

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 8/60	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 34
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 14/61	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 35
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 14/62	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 37
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 412	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 416	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 414/418/420	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 414/418/420	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PROTEX CUMPLE FOLIO 36/63	No oferta	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL STRETCH CUMPLE FOLIO 149	MARCA INTECMA NO CUMPLE FOLIO 37/69 ANEXO EVALUACION	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL STRETCH CUMPLE FOLIO 39
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPLAST ESPARADRAPO TELA CUMPLE FOLIO 151	MARCA BSN CUMPLE FOLIO 38/66	No oferta	MARCA BSN LEUKOPLAST ESPARADRAPO TELA CUMPLE FOLIO 39
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPOR CUMPLE FOLIO 152	No oferta	No oferta	No oferta
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPOR CUMPLE FOLIO 152	No oferta	No oferta	No oferta
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	MARCA WINNER, CUMPLE FOLIO 55	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA WINER CUMPLE FOLIO 41

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	MARCA WINNER, CUMPLE FOLIO 56	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III, CUMPLE FOI IO (82 AL 87)	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA WINER CUMPLE FOLIO 42
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PROTEX S.A. CUMPLE FOLIO 68	No oferta	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PRECISION CARE CUMPLE FOLIO 40/69	No oferta	No oferta
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	No oferta	MARCA HANDEL MED CUMPLE FOLIO 94 ANEXO EVALUACION	MARCA NIPRO CUMPLE FOLIO 89 AL 93.	No oferta	MARCA NOSTRAY & NUART CUMPLE FOLIO 40/71	No oferta	MARCA TOP GLOVE CUMPLE FOLIO 43
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOPLAST, CUMPLE FOLIO 121
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE, CUMPLE FOLIO 422	MARCA LIFE CARE CUMPLE FOLIO 121
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta

29

[illegible]

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA SPHERASORB-INTERSORB INTERSURGICALPLUS CUMPLE FOLIO 45/74	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ALFA TRADING S.A.S. CUMPLE FOLIO 48/75	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA LABORATORIOS ECAR CUMPLE FOLIOS 52,53,77	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	MARCA WEST CUMPLE FOLIO 104 AL 105	No oferta	MARCA LABORATORIOS ECAR CUMPLE FOLIOS 52 AL 59/79	No oferta	MARCA ECAR CUMPLE FOLIO 88

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022

16 MARZO DE 2022

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta

JP

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	MARCA ALFASAFE NO CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta

GH

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	MARCA NIPRO NO CUMPLE FOLIO 7 ANEXO EVALUACION
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA NIPRO CUMPLE FOLIO 4
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta



ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
30	42201708	151802990106	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES NEONATAL (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
31	42295134	151802900037	MASCARA FACIAL DESHECHABLE PARA ANESTESIA No.0,1,2,3,4,5.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
32	42295134	151802010035	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	No oferta	No oferta	No oferta
33	42295203	151802990117	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
34	42142303	151802010014	PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
35	42142303	151802020001	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
36	42142303	151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	No oferta	MARCA MAINCO CUMPLE FOLIO 47	No oferta
37	42311512	151802990073	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
38	42311512	15180299136	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI PEDIATRICA COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
39	42311512	151802990121	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Eduardo Sotelo del Estero

ITEM 26

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA

O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:

Nombre genérico:

Guanite para examen lateral

Marca:

Optimal Quality

Nombre Comercial:

Proveedor:

PLO H

Registro Invima:

Requiere Apoyo Tecnológico:

Especificación técnica:

Presentación:

Caixa x 50 pares

Factor de empaque:

Unidad de medida:

PARA MEDICAMENTOS

Código ATC:

CUM:

Forma FARMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					✓	20%	
	¿El insumo es fácil de usar?					✓	20%	
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI			NQ	40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					✓	30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					✓	30%	
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					✓	10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					✓	10%	

CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificación tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	Salas de cirugía
Lucy Caspades			
Nombre y Firma del Evaluador		Nombre y Firma del Evaluador	
Cargo: Enfermero		Cargo:	


 HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Universidad del Estado	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		
	ATENCIÓN FARMACÉUTICA		
EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO			05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO			
Código Institucional:	Nombre genérico:	Especialista Antialérgico	
Marca: Coreband	Nombre Comercial:		
Proveedor:	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:			
Presentación: Unidad	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACÉUTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?			X			20%	
	¿El insumo es fácil de usar?				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI			X		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?		X				30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?		X					
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X			10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen técnicamente con una calificación técnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
Nombre y Firma del Evaluador  Cargo: Enfermera Terapeuta Fisioterapeuta	Nombre y Firma del Evaluador Cargo:

ALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

CONV-S Item 15:

Código Institucional:		Nombre genérico:		PRODUCTO EVALUADO	
Marca: <u>UREBAN</u>		Nombre Comercial: <u>Esparachapo</u>		<u> tubo CSX10</u>	
Proveedor: <u>tecnomican</u>		Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	
Presentación:		Código ATC: <u>NA</u>		CUM:	
PARA MEDICAMENTOS		Clasificación de riesgo:		Forma FARMACÉUTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS					

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?				X		20%	cumple con presentacion que se usa en la institucion pero
	¿El insumo es fácil de usar?				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI		NO		40%	despues de aplicarlo
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X			30%	se presentan un conbates por baja adherencia que puede llevar a eventos adversos y
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?							
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?				X		10%	sobrecostos en la institucion
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?		X					

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 11-01-2019

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

comite infecciosos

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Excmo. Dr. I.A.S.



Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Lider Almacen

Item 23. Univ. S.

(4)

 HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
	ATENCIÓN FARMACEÚTICA							
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO							
05AF103-V2								
PRODUCTO EVALUADO								
Código Institucional:	Nombre genérico: <i>Gasa Estéril no tejido</i>							
Marca: <i>Vital Medic</i>	Nombre Comercial:							
Proveedor: <i>Bioplast</i>	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:						
Especificación técnica:								
Presentación: <i>Unidad</i>	Factor de empaque:	Unidad de medida:						
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:					
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:							
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO								
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?		<i>4</i>				20%	<i>Es muy delgada</i>
	¿El insumo es fácil de usar?		<i>4</i>					
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		<i>SI</i>		<i>NO</i>		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?		<i>4</i>				30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?		<i>4</i>					
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?		<i>4</i>				10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?		<i>4</i>					
CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)								<i>NO CUMPLE</i>
Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:						
 Nombre y Firma del Evaluador				 Nombre y Firma del Evaluador				
Cargo: <i> jefe Estéril</i>				Cargo: _____				


CONV. 5 1 Tem. 10.



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	Canula de Yankauer		
Marca: Cardinal	Nombre Comercial:			
Proveedor: Medicox Ltda	Registro Invima:			
Especificación técnica: Canula de succión transparente grado Medico.	Requiere Apoyo Tecnológico:			
Presentación: Unidad	Factor de empaque:	Unidad de medida:		
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					✓	20%	
	¿El insumo es fácil de usar?					✓		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI			NO	40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					✓	30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					✓		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					✓	10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					✓		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **CUMPLE.**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
<i>[Firma]</i>	
Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador
Cargo: <i>[Firma]</i>	Cargo:

Item 26

Conv. # 5

(9)

		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO				 05AF103-V2				
PRODUCTO EVALUADO										
Código Institucional:		Nombre genérico: <u>Guante examen Latex</u>								
Marca: <u>Hondel Med</u>		Nombre Comercial:								
Proveedor: <u>Polymedica</u>		Registro Invima:				Requiere Apoyo Tecnológico:				
Especificación técnica:										
Presentación: <u> Caja</u>		Factor de empaque:				Unidad de medida:				
PARA MEDICAMENTOS		Código ATC:		CUM:		Forma FARMACEÚTICA:				
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS		Clasificación de riesgo:								
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO										
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS				PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?								20%	
	¿El insumo es fácil de usar?									
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?			SI			NO		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?								30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?									
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?								10%	son resistentes
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?									
CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen técnicamente con una calificación tecnica ponderada mayor a 4)										CUMPLE
Fecha de la evaluación: <u>NOVI 7 / 2022</u>				Proceso o servicio que realiza la evaluación: <u>Salud de Emergencia</u>						
<u>Licet Carolina Cesped</u> Nombre y Firma del Evaluador					<u>[Firma]</u> Nombre y Firma del Evaluador					
Cargo: <u>Farmacéutico</u>					Cargo: _____					

CLIN 3 Item 14

12

		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA										
		ATENCIÓN FARMACEÚTICA										
		EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA										
		O. PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO				05AF103-V2						
PRODUCTO EVALUADO												
Código Institucional:		Nombre genérico: <u>Esparadiapo Antialérgico</u>										
Marca:		Nombre Comercial:										
Proveedor: <u>Intecna - Discolmedica</u>		Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:								
Especificación técnica:												
Presentación: <u>Unidad</u>		Factor de empaque:		Unidad de medida:								
PARA MEDICAMENTOS		Código ATC:		CUM:		Forma FARMACEÚTICA:						
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS		Clasificación de riesgo:										
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO												
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS					PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES	
					1	2	3	4	5			
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?						✓	✓		20%		
	¿El insumo es fácil de usar?							✓				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?				SI				NO	40%		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					✓				30%		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					✓						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						✓			10%		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						✓					
CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificación tecnica ponderada mayor a 4)											NO CUMPLE	
Fecha de la evaluación:				Proceso o servicio que realiza la evaluación:								
<u>Eibe Benito P</u> Nombre y Firma del Evaluador												
Cargo: <u>Enfermera Terapeuta Enteroestomacal</u>												
Nombre y Firma del Evaluador												
Cargo:												

 HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA						
	ATENCIÓN FARMACEÚTICA						
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO						
05AF103-V2							
PRODUCTO EVALUADO							
Código Institucional:	Nombre genérico:	Polaina desechable en polipropileno					
Marca: <u>Etano</u>	Nombre Comercial:	de 35 a 40 qis. Antideslizante.					
Proveedor: <u>Disco medicas SAS</u>	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:					
Especificación técnica:							
Presentación: <u>Par (1)</u>	Factor de empaque:	Unidad de medida:					
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:				
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:						
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO							
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO OBSERVACIONES				
		1	2	3	4	5	
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?			✓			20%
	¿El insumo es fácil de usar?			✓			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI			NO		40%
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			✓			30%
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			✓			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			✓			10%
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			✓			
CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)							NO CUMPLE
Fecha de la evaluación:		10/07/22		Proceso o servicio que realiza la evaluación:			
Nombre y Firma del Evaluador: <u>Johesh Conkro</u>				Nombre y Firma del Evaluador: _____			
Cargo: <u>IAx</u>				Cargo: _____			

CONU. 5. Item. 14.

15

		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO				 05AF103-V2			
PRODUCTO EVALUADO									
Código Institucional:		Nombre genérico: <u>Esparadiol Antioleico</u>							
Marca:		Nombre Comercial:							
Proveedor: <u>Alfa Safe</u>		Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:					
Especificación técnica:									
Presentación: <u>Unidad</u>		Factor de empaque:		Unidad de medida:					
PARA MEDICAMENTOS		Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:				
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS		Clasificación de riesgo:							
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO									
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS				PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)		PESO PONDERADO	OBSERVACIONES		
				1	2			3	4
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					X		20%	
	¿El insumo es fácil de usar?					X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?			SI		NO		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?				X			30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?				X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					X		10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					X			
CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)								NO CUMPLE	
Fecha de la evaluación:				Proceso o servicio que realiza la evaluación:					
<u>Edilberto</u> Nombre y Firma del Evaluador				<u>[Firma]</u> Nombre y Firma del Evaluador					
Cargo: <u>Director de Atención</u> <u>Manejo Integral de las Heridas</u>				Cargo: _____					

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

CONV. 5 Item. 24.

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	Carmelos Etenales	
Marca:	Nombre Comercial:		
Proveedor:	Registro Invima:		
Especificación técnica:	Requiere Apoyo Tecnológico:		
Presentación:	Factor de empaque:		
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	NA	CUM:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		
	Forma FARMACEÚTICA:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?				X		20%	
	¿El insumo es fácil de usar?				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI		NO		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X			30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X			10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?				X			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	CCI Intermedio
-------------------------	---	----------------

Cargo:

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Nombre y Firma del Evaluador



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

CONV. 5 ITEM 23

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103-V2

Código Institucional:

Nombre genérico:

PRODUCTO EVALUADO

Marca: Optimal Quality

Nombre Comercial:

Gasa no tejida en algodón estéril 3"x3"

Proveedor: PRO H

Especificación técnica:

Registro Invima:

Requiere Apoyo Tecnológico:

Presentación: Paq x 5 Unid. (s)

Factor de empaque:

PARA MEDICAMENTOS

Código ATC:

CUM:

Unidad de medida:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Clasificación de riesgo:

Forma FARMACEÚTICA:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS

PUNTAJE ASIGNADO
(califique de 1 a 5, siendo 1 el
puntaje mas bajo y 5 el mas
alto)

PESO PONDERADO

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

CALIDAD

¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?

¿El insumo es fácil de usar?

SEGURIDAD

¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?

SI

NO

PERTINENCIA

¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?

¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?

DIFERENCIAL

¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?

¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificación tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

William Eduardo Gómez

Nombre y Firma del Evaluador


Cargo: Prof. Universitario

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Univ. J Item 22.

(2)

		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA									
		ATENCIÓN FARMACEÚTICA									
		EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO									
05AF103-V2											
PRODUCTO EVALUADO											
Código Institucional:		Nombre genérico:									
Marca: <u>M&H</u>		Nombre Comercial: <u>Gasa tejida en algodón esteril radiopaca de 7.5 x 7.5.</u>									
Proveedor: <u>Lifo Care</u>				Registro Invima:				Requiere Apoyo Tecnológico:			
Especificación técnica:											
Presentación:			Factor de empaque:				Unidad de medida:				
PARA MEDICAMENTOS		Código ATC:		CUM:		Forma FARMACEÚTICA:					
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS		Clasificación de riesgo:									
CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO											
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS					PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?						✓			20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						✓				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?				SI			✗		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?				✓					30%	No viene con banda radiopaca
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						✓				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?				✓					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?				✓						
CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)										NO CUMPLE	
Fecha de la evaluación:						Proceso o servicio que realiza la evaluación:					
<u>Eillen Millán J.</u> Nombre y Firma del Evaluador Cargo: <u>Profesional Especialista</u> _____ Nombre y Firma del Evaluador Cargo: _____											