



EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA No. 21 DE 2014 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA. FECHA DE EVALUACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PROPONENTE	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	INVERSIONES AJOVECO S.A.
REQUISITOS EVALUADOS		
Carta de presentación de la propuesta Anexo N°1.	Folio 4 y 5	Folios 2 y 3
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.	Folio 7	Folio 5
Certificado de Existencia y Representación Legal.	Folio 9 a 17	Folios 6 a 8, folio 9
Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT	Folio 19	Folio 10
Certificación de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales.	Folio 21	Folio 11 a 25
Garantía de seriedad de la propuesta.	Folios 23 a 29	Folio 26 y 27
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	Folios 31 y 32	Folios 36 y 37
Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República	Folio 34	Folio 38
Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía	Folio 36	Folio 39
Registro único de proponentes RUP.	Folios 40 a 49	Folios 41 a 49
OBSERVACIONES	NINGUNA	NINGUNA
RESULTADO EVALUACIÓN	ADMISIBLE	ADMISIBLE


MARÍA ALEJANDRA GALVÉZ PRIETO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA


MARÍA ANGELICA BOSIGAS LEÓN
ABOGADA EN MISIÓN

CONVOCATORIA 21 DEL 2014 EVALUACION ECONOMICA Y TECNICA				
ITEM I EQUIPO DE RX CONVENCIONAL DIGITAL DIRECTO CON ESTACION DE POS-PROCESAMIENTO				
GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿La capacidad mínima del generador es de 50 kW / 150 kV?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La frecuencia del generador mínima es de 30 kHz o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La potencia nominal de salida del generador es de 50kW?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango de KV que maneja el equipo es de 40 kVp o menor - 150 kVp o mayor y con incrementos de 1 kVp?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de mA es de 25 o menor - 630 o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de mAs es de 0.5 o menor - 600 o mayor o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de tiempo que opera el generador es de 1 milisegundo o menor - 6 segundos o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El voltaje de entrada del generador es de 380 - 480 VAC ($\pm 5\%$) (Trifásica)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Control automático de exposición?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La consola del generador es Pequeña de diseño ergonómico y liviana de colocar en la pared o mesa ocupando mínimo espacio?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La consola del generador incorpora la última tecnología electrónica microprocesada que controla automáticamente todos los factores que puedan dañar el tubo o el equipo compensando los valores de voltaje de línea y desautorizando programaciones de técnicas por fuera de rangos perjudiciales para el equipo, paciente u operario?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Todas las programaciones vienen marcadas en el tablero para facilitar al operario hacer la toma radiológica y ejercer total control sobre el equipo?	CUMPLE		CUMPLE	



EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA No. 21 DE 2014 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA. FECHA DE EVALUACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PROPONENTE	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	INVERSIONES AJOVECO S.A.
REQUISITOS EVALUADOS		
Carta de presentación de la propuesta Anexo N°1.	Folio 4 y 5 ✓	Folios 2 y 3
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.	Folio 7	Folio 5
Certificado de Existencia y Representación Legal.	Folio 9 a 17	Folios 6 a 8, folio 9
Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT	Folio 19	Folio 10
Certificación de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales.	Folio 21	Folio 11 a 25
Garantía de seriedad de la propuesta.	Folios 23 a 29	Folio 26 y 27
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	Folios 31 y 32	Folios 36 y 37
Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República	Folio 34	Folio 38
Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía	Folio 36	Folio 39
Registro único de proponentes RUP.	Folios 40 a 49	Folios 41 a 49
OBSERVACIONES	NINGUNA	NINGUNA
RESULTADO EVALUACIÓN	ADMISIBLE	ADMISIBLE


MARÍA ALEJANDRA GALVÉZ PRIETO
 JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA


MARÍA ANGELICA BOSIGAS LEÓN
 ABOGADA EN MISIÓN

CONVOCATORIA 21 DEL 2014 EVALUACION ECONOMICA Y TECNICA				
ITEM 1 EQUIPO DE RX CONVENCIONAL DIGITAL DIRECTO CON ESTACION DE POS-PROCESAMIENTO				
GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿La capacidad mínima del generador es de 50 kW / 150 kV?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La frecuencia del generador mínima es de 30 kHz o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La potencia nominal de salida del generador es de 50kW?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango de KV que maneja el equipo es de 40 kVp o menor - 150 kVp o mayor y con incrementos de 1 kVp?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de mA es de 25 o menor – 630 o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de mAs es de 0.5 o menor – 600 o mayor o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El rango de tiempo que opera el generador es de 1 milisegundo o menor - 6 segundos o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El voltaje de entrada del generador es de 380 - 480 VAC ($\pm 5\%$) (Trifásica)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Control automático de exposición?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La consola del generador es Pequeña de diseño ergonómico y liviana de colocar en la pared o mesa ocupando mínimo espacio?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La consola del generador incorpora la última tecnología electrónica microprocesada que controla automáticamente todos los factores que puedan dañar el tubo o el equipo compensando los valores de voltaje de línea y desautorizando programaciones de técnicas por fuera de rangos perjudiciales para el equipo, paciente u operario?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Todas las programaciones vienen marcadas en el tablero para facilitar al operario hacer la toma radiológica y ejercer total control sobre el equipo?	CUMPLE		CUMPLE	

¿Regula automáticamente para hacer el corte del disparo dependiendo de los valores programados por el operario obteniendo imágenes precisas de alta calidad?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Incluye Guía de visual digital para el control del posicionamiento anatómico con la región a examinar, las diferentes proyecciones y la técnica a utilizar?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿Cuenta con Composición de imágenes panorámicas (Stitching o huesos largos)?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿Cuenta con Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor?	NO CUMPLE	MAXIMO PUEDE REGISTRAR 35 PROGRAMAS ANATOMICOS Y SE SOLICITAN MINIMO 80	CUMPLE	
TUBO DE RAYOS X	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿La capacidad Calórica mínima del Ánodo es de 300KHU?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El ánodo es rotatorio?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con puntos focales de 0.6 o menor/ 1.2 mm o menor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El máximo mA/KV es de 630 o mayor/150 kV o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Angulo objetivo del ánodo es 12° o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
SOPORTE / ESTATIVO DE PARED	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿El movimiento vertical sea de mínimo 153cm o mayor con una distancia del piso al punto focal de 46cm o menor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La Máxima altura de la columna: 1770 mm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Sistema de frenos y de contrapeso integral a prueba de fallos ante cortes de energía?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿La Bandeja de cassette es compatible con tamaños de 8"x10" (18cm x 24cm) hasta 14" x 17" (35cm x 43cm) o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La cuadrícula de 70 líneas o mayor, proporción 8:1 o mayor y alta Resistencia?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La distancia de foco del soporte es de 100cm o menor – 180cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	

COLIMADOR	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿Cuenta con Sistema de colimación motorizado o manual con visualizador?	NO CUMPLE	EL PROVEEDOR EN SU OFERTA MANIFIESTA QUE NO CUMPLE CON ESTA CARACTERISTICA	CUMPLE	
¿Cuenta con montaje del colimador es giratorio en 360° y si tiene la posibilidad de detenerlo cada 90°?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿Es compatible con escalas SID de tamaño de cassette de 100cm y 180 cm (40" - 72")?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿Incluye Medidor de cinta integrado además de una lámpara de proyección de repuesto alógena o si su colimador es por medio de láser no aplica?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
MESA FLOTANTE	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿El Peso mínimo admitido para el Paciente es de 200 kg?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Las Dimensiones tablero (largo x ancho): 200 o mayor x 65 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango desplazamiento longitudinal es de +/- 39 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango desplazamiento lateral es de +/- 11.3 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con altura ajustable de 54 cm o menor a 80 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con sistema de frenos a prueba de fallos de energía?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿La mesa cuenta con interruptores de pie e interruptor manual de mesa (para la función del plano deslizable)?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿La Bandeja de cassette es compatible con tamaños de 8"x10" (18cm x 24cm) hasta 14"x17" (35cm x 43cm) o mayo?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con cuadrícula de 70 líneas o mayor, proporción 8:1 o mayor y alta Resistencia?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La distancia de foco es de 100cm o menor - 110cm o mayor?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	

¿Incluye Sistema antigolpes o riel de seguridad para evitar golpes en la mesa?	CUMPLE		CUMPLE	
(2) DETECTORES DIGITALES	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿Oferta Uno para la mesa y otro para bucky de pared, se aceptan la configuración que los dos sean alámbricos?	NO APLICA	PROVEEDOR OFERTA INALAMBRICOS	NO APLICA	PROVEEDOR OFERTA INALAMBRICOS
¿Oferta Uno para la mesa y otro para bucky de pared, se aceptan la configuración que los dos sean inalámbricos, con seguro por el mismo tiempo de garantía de su oferta (opcional)?	NO CUMPLE	EN EL CUESTIONARIO TECNICO DICE QUE OFERTARA DETECTORES INALAMBRICOS PERO NO LOS OFERTA CON SEGURO POR EL MISMO TIEMPO DE GARANTIA	CUMPLE	
¿La Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-Digital de 14 bits o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La Matriz es de 2000 x 2000 pixeles ó mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Tipo Panel Plano es De selenio amorfo (a Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o yoduro de cesio?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿El Material centellador es de Oxisulfuro de gadolinio (GOS) o yoduro de cesio (CsI) o HSS (High Stability Scintillator)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor) dependiendo de la configuración del oferente?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Tamaño del pixel es de 200 micrones o menor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El DQE es de 50% o 0.2 lp./mm o mayor?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿Incluye Seguro para ambos detectores inalámbricos por el mismo tiempo de garantía de su oferta (Opcional)?	NO CUMPLE	NO LO OFERTA	CUMPLE	
SISTEMA DE POST-PROCESAMIENTO DIGITAL	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿Cuenta con Monitor LCD de alta definición mínimo 19" con resolución de 1k x 1k o mayor y película antirreflejante?	CUMPLE		CUMPLE	

¿El idioma de la interfaz es español?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿La Capacidad de almacenamiento mínimo es de 5000 imágenes y 120 Gb o mayor en (Espejo)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con DICOM print, DICOM storage y DICOM send y export, DICOM worklist, capacidad de incorporarse al SISTEMA PACS/RIS con que cuenta el HUS?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con UPS que le brinde 15 minutos de autonomía eléctrica?	NO CUMPLE	NO LO OFERTA	CUMPLE	
¿Cuenta con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM?	NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES CONSOLA ADVANCE SUBSANACION PAG 11 ESPECIFICA QUE TIENE UNIDAD OPTICA DE DVD PERO NO ESPECIFICA SI CONTIENE VISUALIZADOR DICOM	CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Contraste / Brillo?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Curva de gamma para escala de grises?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Filtro espacial?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Rotación 0°, 90°, 180°, 270°?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Zoom de 1 o menor a 2 o mayor con paneo?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Recorte (obturador electrónico, el movimiento de la imagen, rotación de la imagen)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Auto-ventana (promedio, máximo)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de DCF (compresión de la zona alta y baja densidad)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con la Herramienta de Posprocesamiento de Filtro de frecuencia?	CUMPLE		CUMPLE	

¿Cuenta con la Herramienta de Postprocesamiento de Inversión positiva / negativo?	CUMPLE		CUMPLE	
SUSPENSIÓN CIELÍTICA	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿Cuenta con Desplazamiento en rieles instalados en el techo?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Sistema de Frenos Electromagnéticos?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango de desplazamiento longitudinal es Ajustable según las características del sitio?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango de desplazamiento transversal es de 120 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango de desplazamiento vertical es de 150 cm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con Sistema automático de centrado de la suspensión?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
¿El Rango Rotación Tubo RX es de +/- 180°?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El Rango Angulación Tubo RX es de +/- 150° o mayor?	CUMPLE		CUMPLE	
¿Esto Facilita la toma de radiografías en camillas y sillas de ruedas?	CUMPLE		CUMPLE	
ACCESORIOS	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
¿Incluye (3) Chalecos plomados con protector de tiroides, (3) protectores gonadales y porta chalecos?	NO CUMPLE	EL PROVEEDOR EN SU OFERTA MANIFIESTA QUE NO OFERTA ESTOS ACCESORIOS	CUMPLE	
¿Incluye Accesorios para la toma de estudios de ortopedia (hombros, rodilla y soporte para pies con apoyo)?	NO CUMPLE	EL PROVEEDOR EN SU OFERTA MANIFIESTA QUE NO OFERTA ESTOS ACCESORIOS	CUMPLE	
¿Incluye Mueble para guardar accesorios?	NO CUMPLE	EL PROVEEDOR EN SU OFERTA MANIFIESTA QUE NO OFERTA ESTOS ACCESORIOS	CUMPLE	
¿Incluye (2) Bandas para inmovilizar pacientes?	NO CUMPLE	EL PROVEEDOR EN SU OFERTA MANIFIESTA QUE NO OFERTA ESTOS ACCESORIOS	CUMPLE	

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	AJOVECO	OBSERVACIONES	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	OBSERVACIONES
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (15) quince años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 10 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado?	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir 4 visitas de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	

Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo médico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias?	CUMPLE		CUMPLE	
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo el proveedor contara con un plan de contingencia que logre mitigar el traumatismo por parada de este equipo?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	

Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendados por fábrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del equipo ofertado no mayor a 1 año?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?	CUMPLE		CUMPLE	

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA

CONVOCATORIA PUBLICA NÚMERO 21 DE 2014


ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA

Septiembre 15 de 2014



No.	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,0%	< 75%	OBSERVACIONES
		INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE/PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT)	
1	SIMINISTROS RADIOLOGICOS S.A	1,66	55,98	ADMISIBLE
2	INVERSIONES AJOVECO S.A.S.	6,06	12,57	ADMISIBLE


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector de Contabilidad

EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
FACTORES DE CALIFICACION	AJOVECO		SUMINISTROS RADIOGRAFICOS	
COSTO DEL EQUIPO			\$ 493.190.000,00	
50 PUNTOS			50,00	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA			\$ 48.000.000,00	
5 PUNTOS			5,00	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL			SI	OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA
15 PUNTOS			15,00	
VALORES AGREGADOS (SI OFERTA EL EQUIPO CON 2 DETECTORES INALAMBRICOS Y CON SEGURO POR EL MISMO TIEMPO DE GARANTIA DE SU OFERTA)			SI	OFRECE LOS 2 DETECTORES INALAMBRICOS + SEGURO POR EL MISMO TIEMPO DE GARANTIA
20 PUNTOS			20,00	
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA			NO	
10 PUNTOS			0	
CALIFICACION FINAL			90,00	

Evaluo parte tecnica:

Evaluo parte Economica:

VoBo Radiología:

Ing. Jairo Andres Bejran Sanchez
Prof. Especializado de Equipos Médicos

Dr. Carlos Martinez
Subdirector de Compras y Suministros

Dr. Michel Hernandez
Medico Radiologo

VoBo Radiología:

VoBo Radiología:

Jefe Yamilie Ubaque
Coordinadora de Radiología

Dr. Gonzalo Larota
Medico Radiologo

14.79.625.062