

Bogotá DC, mayo 18 de 2023

Doctor  
**MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES**  
SUBDIRECTOR DE COMPRAS BIENES Y SUMINISTROS  
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Cordial saludo.

**ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACION A LA PUBLICACION DE EVALUACION TECNICA Y DE EXPERIENCIA CONVOCATORIA PUBLICA 09-2023**

**"Suministro de pruebas, reactivos e insumos para el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre conforme a las necesidades de los servicios y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá, la Unidad Funcional de Zipaquirá y Hospital Regional de Zipaquirá."**

Por medio de la presente anexo la respuesta a las observaciones a la publicación de la evaluación técnica y experiencia convocatoria pública 09-2023

#### 1. ABBOTT

Referente a la evaluación técnica, amablemente nos permitimos solicitar sean publicados los resultados de las visitas de preinstalación exigidas en el pliego como de carácter obligatorio para los proveedores que ofrecieran apoyo tecnológico.

Para nuestro caso en particular es valioso y de interés conocer los resultados de los proponentes del grupo No. 5 Inmunoserología.

**Respuesta del hospital:** Dentro del cronograma se establece como actividad obligatoria la realización de una visita preinstalación por parte de los proponentes, se avala el cumplimiento de la realización de la misma en los tiempos estimados, esto por medio del informe presentado por el proponente.

Se anexa informe visita de preinstalación proponente ANNAR DIAGNOSTICA IMPOR S.A.S, Cumple con la visita.




**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**  
Lider Proyecto de Almacén

Proyectó:

Ruth Margoth Rojas Rodríguez  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Katerynne Emilce López Lasprilla  
Coordinadora Banco de Sangre





## Reporte de servicio SSO-23-61699

**Cliente:** HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

**Tipo de servicio:** PREINSTALACIONES

**Sucursal:** CARRERA 8 # 0-55 SUR

**Area de servicio:** Zona - Ingeniería

**Estado:** Aprobada

**Fecha de cierre:** 2023-05-03 13:46:19

**Requerimiento:**

**Reporte de fallas:**

Pre instalación banco de sangre

**Diagnóstico:**

Pre instalación.

### Actividades Realizadas

Verificación	ID solicitud	N/A
	odoo	
Verificación	Ubicación final / ciudad/ Sede	Banco de sangre - Servicio transfusional / Bogota / Hospital Universitario de la Samaritana.
Verificación	Contacto	Dra. Katherine Lopez.
Verificación	Teléfono	4077075 ext. 10117.
Verificación	Equipos a instalar	Cobas E801, Fractiomatic plus 2, MCS9000, Weld B, Weld T, Centrifuga refrigerada, Erytra, BC-31, DG Spin, DG Reader y DG Therm.
Verificación	Piso de ubicación a instalar equipos	Primer piso.
Verificación	Acceso al laboratorio (ascensor / rampa/ recepción)	Acceso por recepcion y rampa.
Verificación	Espacio mínimo encontrado para ingreso del equipo	90 cm de ancho y 200 cm de alto.
Verificación	Recursos (cuadrilla / Montacarga / Estibador / Pluma o grúa telescópica)	Cuadrilla y estibador.

# ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS

NIT: 830025281-2

Dir: Centro Logistico Cl 15 68D-25 / Bogotá, D.C

Tel: 318 363 7668



Verificación	Requiere ingeniero en sitio	Si.
Verificación	Recolección del guacal en el mismo día?	Si
Verificación	Fecha y hora sugerida para la entrega	Aun no se tiene establecida una fecha u hora de entrega para la instalacion.
Verificación	Horarios de funcionamiento del laboratorio	24/7
Verificación	Requiere sistema de osmosis (Adjunta preinstalación)	Si, para el equipo Cobas E801. Tienen una pero esta en comodato para el equipo de abbot que tienen actualmente.
Verificación	Requiere obra civil?	Depende, para el area de Inmunoserologia se debe hacer unas adecuaciones previas si se desea colocar el equipo Cobas E801, ya que actualmente tienen un meson de aluminio en donde podría ir el equipo o en el otro sitio que se tiene se bloquea una entrada de emergencia.
Verificación	Requiere comunicación?	Si.
Verificación	Condiciones eléctricas adecuadas	Todos los espacios cuentan con toma que cumple las características necesarias de neutro - tierra y de alimentación.
Verificación	Aire acondicionado / Humedad relativa	El sitio cuenta con aire acondicionado, una temperatura ambiente de 20,2°C y una humedad relativa de 43,3%.
Verificación	Ingeniero encargado de la instalación	Aun no se tiene asignado un ingeniero para dicha actividad.
Verificación	Observaciones adicionales	Para el area de inmunoserologia se tiene contemplado el equipo Cobas E801, sin embargo en el area actual se tiene dos espacios en donde podría ir el equipo, uno es hacia la pared en donde esta ubicado el aire acondicionado pero taparía la entrada de emergencia, y la otra que sería la pared de enfrente al aire acondicionado en donde se debe retirar un meson en aluminio para que el espacio de (en conversacion con la dra encargada del area indica que no se puede quitar dicho meson ya que por normatividad deben tener un lavamanos en dicha area; tampoco tendrían el vertedero para los desechos biologicos liquidos del equipo.
Verificación	Evidencia fotográfica adjunta	

## Informacion Metrológica

Descripción	Magnitud	Dispositivo utilizado	Medición	Unidad
Voltaje de la red	VOLTAJE	55640045	113.8	VOLTIOS
Voltaje neutro - tierra	VOLTAJE	55640045	931.0	MILIVOLTIOS

# ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS

NIT: 830025281-2

Dir: Centro Logistico Cl 15 68D-25 / Bogotá, D.C

Tel: 318 363 7668



La disposición final de los residuos generados durante la ejecución del servicio sobre los dispositivos médicos, es responsabilidad del cliente. Decreto unico ambiental 1070 de 2015, título 6 , 2.2.6.1.1.3. Definiciones. (Generador) y ARTÍCULO 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador."

"Autorización tratamiento de Datos Personales

Tus datos son indispensables para que el área de soporte pueda desarrollar actividades, por esa razón, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios, ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S solicita la autorización de tratamiento de tus datos personales. Al firmar el presente reporte de servicio autorizas que Annar trate tus datos en los términos de la política de tratamiento de datos personales de la compañía, la cual puedes consultar en cualquier momento a través de la página web oficial de Annar. En la política también podrás conocer sobre los derechos que te asisten como titular de la información, la identificación de Annar como responsable de tus datos, las finalidades del tratamiento y, por supuesto, nuestro canal de atención"

**Recibí Conforme:**

**Ejecutado por:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katherine Lopez', written over a horizontal line.

DAVID ENRIQUE RIVEROS ALONSO

**Nombre:** Katherine Lopez

**Telefono:** 3506348484

**Correo:** banco.lider@hus.org.co