

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24

ITEM 7 BASCULA DIGITAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMCOLMEDICA S.A.	OBSERVACIONES	G. BARCO S.A.	OBSERVACIONES
¿La Báscula es digital y de piso?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La capacidad es de mínimo 180Kg?	CUMPLE		CUMPLE	
¿La resolución del equipo es de máximo 0.1Kg?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El tamaño mínimo de la plataforma es de 311mm (Ancho) x 311 (Profundidad) x 29mm (Alto)?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo cuenta con pantalla LCD?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El tamaño de la pantalla LCD es de mínimo 38.1mm (1.5 pulgadas)?	CUMPLE		NO CUMPLE	No se especifica respuesta en los folios señalados: 247 - 248
¿El equipo cuanta con Batería de Litio o recargable como medio de alimentación?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo cuenta con interruptor de selección Libras/Kilogramos?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo cuenta con Cero automático?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo cuenta con retención de peso por al menos cinco (5) segundos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO se especifica respuesta en los folios señalados: 246 - 247 - 248 - 250
¿El equipo cuenta con apagado Automático?	CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo cuenta con Certificado de Calibración?	CUMPLE		CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	IMCOLMEDICA S.A.	OBSERVACIONES	G. BARCO S.A.	OBSERVACIONES

<p>Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Regi</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entre</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomend</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	

<p>Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país; que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o sup</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>NO CUMPLE</p>	<p>El certificado adjunto tiene fecha de expedición Diciembre de 2013 y vigencia de un año, por lo que no cumple con el requerimiento de ser mínimo 2 años representante de la marca. Folio 81</p>
<p>Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo medico, o</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>CUMPLE</p>	

Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendadas por fábrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del quipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descriptos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá camb	CUMPLE		CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE		NO CUMPLE	

FACTORES DE CALIFICACION	IMCOLMEDICA S.A.	OBSERVACIONES	G. BARCO S.A.	OBSERVACIONES
COSTO DEL EQUIPO	\$ 174.721,52			
65 PUNTOS	65			
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA	\$ 280.863,00			
5 PUNTOS	5			
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	NO			
20 PUNTOS	-			
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA	NO			
10 PUNTOS	-			
CALIFICACION FINAL	70			


 ING. JAIRO BELTRAN SANCHEZ
 Profesional especializado de Equipo Medico en Mision


 DR. CARLOS ALEJONSO MARTINEZ
 Sub Director Bienes Compras y Suministros

TEC. FRANCISCO JAVIER GAMBOA C.
 Técnico de Equipo Medico en Mision