

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24

ITEM 6 BASCULA CON TALIMETRO DIGITAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS	GBARCO	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	JADAR ELECTROMEDICINA	OBSERVACIONES
Pesa para pacientes ambulatorios?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Talímetro o varilla para medir estatura rango de trabajo de 60cm o menor a 213cm o mayor?	NO CUMPLE	NO CUENTA CON EL RANGO SOLICITADO	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Es Portátil mediante ruedas, peso de la báscula de 16 kg o menor?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Despliegue del peso digital con LCD mínimo de 1 pulgada?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Rango de medición: hasta 272 kilogramos o mayor?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Resolución: 100 gramos o 0,1Kg?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	

Cuenta con Función de TARA?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Función de HOLD?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Índice de masa corporal (BMI y/o IMC)?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Apagado Automático?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Conversión LB/KG y KG/LB?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Plataforma con área mínima de 33x33cm?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Puerto de salida USB o RS232 para conexión a un computador?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	

Cuenta con baterías recargables según especificaciones de fabricante?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Fuente de voltaje de 120V 60 Hz +/- 10%?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con Certificado de Calibración?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	GBARCO	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	JADAR ELECTROMEDICINA	OBSERVACIONES
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	

Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado?	NO CUMPLE	El certificado adjunto tiene fecha de expedición Diciembre de 2013 y vigencia de un año, por lo que no cumple con el requerimiento de ser mínimo 2 años representante de la marca. Folio 81	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo médico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	

Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendadas por fabrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del quipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	

Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?					
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE
FACTORES DE CALIFICACION	GBARCO	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	CUMPLE
COSTO DEL EQUIPO				JADAR ELECTROMEDICINA	OBSERVACIONES
65 PUNTOS				\$ 28.981.890	65
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA				\$ 800.000	5
5 PUNTOS					
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL				1 AÑO ADICIONAL	
20 PUNTOS					20
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA				NO	
10 PUNTOS					
CALIFICACION FINAL	-		-		90


 IMG. JAIRO ANDRES BELTRAN SANCHEZ
 PROF. ESP. DE EQUIPOS MEDICOS


 DR. CARLOS ALEJONSO MARTINEZ
 JB. DIR. DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS