



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

05DP21-VI

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE:

MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT.

BOGOTÁ D.C.

ENERO DE 2015

PLIEGO DE CONDICIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DE:

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT.

CAPÍTULO PRIMERO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. GENERALIDADES

Se solicita efectuar la lectura completa del presente pliego de condiciones contractuales, y responder punto por punto siguiendo estrictamente el mismo orden y numeración, indicando en forma clara y precisa todos los datos solicitados y anexando los documentos requeridos en él.

Cuando se hable de días hábiles, estos no comprenderán los sábados, domingos y festivos; la referencia a días se entenderá siempre hábiles, salvo que expresamente se determinen como calendario.

El servicio en las Unidades Funcionales de Zipaquirá y Girardot estará condicionado a la duración del convenio interadministrativo que otorga a la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana la tenencia y dirección de las mencionadas unidades funcionales; por tanto, en caso de finalizar el convenio interadministrativo, el servicio contratado objeto de esta convocatoria para las unidades funcionales que el HUS no continúe dirigiendo terminará y, en consecuencia, el contrato se dará por terminado por este hecho y el valor promedio presupuestado de las unidades funcionales no ejecutado será reversado.

1.1 NATURALEZA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana como Entidad de carácter departamental, cuya función principal es la prestación de servicios de salud entendidos como un servicio público a cargo del Estado como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelanta todas sus actividades y actuaciones en un entorno de alta competitividad, eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia, garantizando la sostenibilidad financiera y la excelencia en la prestación del servicio, su régimen jurídico está determinado en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la adicionan, modifican, y reglamentan.

La autonomía se concreta, en primer lugar, en la atribución que tienen de contar con sus propios órganos de dirección y, en segundo lugar, en la facultad de darse sus propios estatutos, con la posibilidad de reglamentar el funcionamiento y la actividad del organismo.

1.2 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El proceso de selección se rige por las reglas previstas en el régimen privado (artículo 195 de la ley 100 de 1993), en el Estatuto de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA y en este pliego de condiciones contractuales, los principios de transparencia, selección objetiva, publicidad y las demás disposiciones que por el objeto a contratar, la naturaleza de la Empresa Social del Estado y la presente invitación o convocatoria le sean aplicables.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

A este contrato se le aplican las cláusulas excepcionales al derecho común de modificación, interpretación y terminación unilateral, así como la de caducidad de que trata el Estatuto Contractual Administrativo.

1.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACION

La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, como Institución prestadora de los servicios de salud, alineado con su misión y visión, debe prestar la atención integral a la población con calidad, eficiencia y oportunidad, razón por la cual debe contemplar todas las acciones necesarias para proveer al usuario y familia de un ambiente limpio y seguro, en el marco de la normatividad legal vigente, requisitos de habilitación, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de sus pacientes, y para ello de acuerdo a las necesidades de los servicios habilitados debe garantizar los procesos y procedimientos de MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO en la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá, Unidad Funcional de Zipaquirá (con sus puestos de salud) y la Unidad Funcional de Girardot (con sus puestos de Salud). Los cuales garanticen el funcionamiento adecuado de todos los equipos biomédicos existentes dentro del hospital y los cuales contribuyendo con el desarrollo misional de la institución, brindando un servicio seguro y oportuno a los pacientes.

Lo anterior de acuerdo a la necesidad técnica específica de cada servicio, la normatividad legal vigente, requisitos de habilitación, la conveniencia, así como frecuencias y cantidad establecidas por la institución y todas las condiciones que se deben tener en cuenta en éste tipo de servicio, fundamental en el cuidado de la salud.

Este proceso de conformidad con el artículo 21 del estatuto contractual, se realizara a través de la modalidad de convocatoria pública, debido a que su cuantía supera los 300 salarios mínimos, y a que no se enmarca en ninguna de las causales de contratación directa señaladas en el artículo 25 del estatuto de contratación del hospital.

1.4 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la convocatoria lo constituye, el recibir ofertas, evaluarlas y seleccionar la que sea más favorable a los intereses de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** en este proceso de contratación.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para respaldar el presente proceso de selección y pago del contrato que de él se derive, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** dispone dentro de su presupuesto de gastos de la vigencia 2014, recursos por valor de

U FUNCIONAL	PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA
BOGOTA	\$440.504.414.00
ZIPAQUIRA	\$114.469.962.00
GIRARDOT	\$64.280.448.00
TOTAL	\$619.254.824.00

Los cuales se encuentran amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°60 de fecha 05 de enero de 2015 expedido por el subdirector de contabilidad de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**.

1.6 OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRA Y GIRARDOT.

1.7 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR Y HORA	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	13/01/2014	Subdirección de bienes compras y suministros Hora: 17:00	Se publicara en la página web del Hospital: www.hus.org.co .
AUDIENCIA DE ACLARACION DE TERMINOS	15/01/2015	Auditorio Principal HUS Hora 14:00	Única aclaración: la asistencia no será obligatoria y la audiencia solo será aclarativa más no modificativa de términos de referencia. En consecuencia, dada la existencia de esta audiencia no se promocionará el plazo para cierre. La única instancia para efectuar aclaraciones será ésta, por tanto, posterior a ella, no se efectuará ninguna aclaración, ni se atenderán consultas telefónicas, personales o escritas. Los derechos de petición que se interpongan a tal fin, después de agotada esta instancia, serán contestados con referencia a los dispuestos en los presentes términos de referencia.
Radicación de la propuesta y acta de cierre	21/01/2015	Sala de Juntas de gerencia Hora 11:00	Se procederá a realizar el acto de cierre a partir de las 11:00, según el reloj visible en el lugar de entrega, por medio de un acta en presencia de los oferentes que deseen participar.
Publicación de la evaluación	18/02/2015	Subdirección de bienes compras y suministros Hora: 17:00	Se publicara en la página web: www.hus.org.co , en el link Convocatorias-Invitaciones.
Observaciones a la evaluación	19/02/2015 HASTA 20/02/2015	Subdirección de bienes compras y suministros Hasta las 16:00 horas	Se recibirán en medio físico y medio electrónico a al correo contratacion@hus.org.co con copia a los correos gerencia@hus.org.co y administrativa@hus.org.co confirmar recibido
Respuesta a las observaciones y publicación de evaluación final o definitiva	25/02/2015	Subdirección de bienes compras y suministros Hora: 17:00	El proveedor deberá acercarse a la subdirección de compras y Suministros para la notificación a su observación. O ingresar a la pagina web www.hus.org.co , en el link Convocatorias-Invitaciones.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR Y HORA	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
Adjudicación	27/02/2015	GERENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA a las 17:00	Gerencia Acto administrativo de adjudicación se publicará en la pagina web www.hus.org.co.
Firma del contrato	5 días hábiles siguientes a la adjudicación	GERENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	El representante legal de la empresa favorecida en la convocatoria deberá presentarse en las instalaciones del hospital para proceder a la firma del contrato, en la hora establecida. El incumplimiento del representante legal del oferente, hará que el hospital haga efectiva la póliza de seriedad de la propuesta.
Póliza	3 días hábiles después de la firma del contrato		El proveedor deberá presentar la respectiva póliza en la oficina de Contratos en el 5to piso del edificio Administrativo del Hospital.

1.8 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA efectuará el pago dentro de los sesenta (60) días, una vez radicada y aceptada la factura, previa presentación al supervisor de:

- Factura con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
- Informe del contratista, certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma.

1.9 CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, se hace pública la presente convocatoria para que las veedurías ciudadanas realicen el control social al presente proceso de selección y al contrato resultante. A las veedurías se les suministrará toda la información y documentación pertinente en la Subdirección de Bienes Compras y Suministros de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA.

1.10 PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES

Con el fin de que el público en general conozca el contenido y alcance de las presentes condiciones, se publicará este pliego en la página Web de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA.

1.11 APERTURA

La apertura del proceso se llevará a cabo por acto administrativo de carácter general que se publicará de acuerdo al cronograma establecido en la presente convocatoria; de igual forma se pondrán a disposición los pliegos de condiciones en la web y en la Subdirección de bienes, compras y suministros para su consulta física. De esta apertura se dejará constancia en la Subdirección de bienes, compras y suministros.

1.12 CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES

La consulta de los pliegos de condiciones se efectuará desde el momento de la apertura hasta el momento de cierre, en la oficina de la Subdirección de bienes, compras y suministros, piso tercero (3), Edificio Administrativo, de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, ubicado en la carrera 8 numero 0 – 55 Sur, en el horario de 8:0 am a 5:00 pm o en la página web del Hospital www.hus.org.co.

* El Hospital expedirá las copias de los pliegos de condiciones, que cualquier persona le solicite a costa del interesado, si no desea copia, puede acceder a ellos mediante consulta e impresión de la página web www.hus.org.co.

1.13 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE TERMINOS

La audiencia tendrá por objeto precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervenientes la cual será publicada en la página web www.hus.org.co. La audiencia se realizará en los días y horas establecidas en el cronograma de la presente convocatoria, en el auditorio principal del HUS.

1.14 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones que considere pertinentes al pliego de condiciones, las cuales se publicarán en la página web de la entidad www.hus.org.co. La publicación de estas adendas se realizará en días hábiles y horarios laborales, entendidos estos los días de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p. m., y hasta veinticuatro (24) horas antes del cierre de la convocatoria.

El Hospital garantiza la publicación de las adendas en la página web. Por lo tanto Será responsabilidad exclusiva de los interesados verificar permanentemente a través de la página web www.hus.org.co todos los documentos o modificaciones que se generen con ocasión de la presente convocatoria.

1.15 CIERRE PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTAS.

El cierre se hará en la sala de juntas de la gerencia de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, ubicada en la Carrera 8 No.0-55 Sur Piso 2 Edificio Administrativo, en los días y horas establecidas en el cronograma de la convocatoria. De este cierre se dejará constancia en la subdirección de bienes, compras y suministros.

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar sus propuestas en la Subdirección de bienes, compras y suministros durante el plazo del proceso de selección en hora y fecha anterior al cierre, de conformidad con el cronograma del presente proceso.

Las propuestas presentadas una vez cumplida y pasada la hora fijada para el efecto o radicadas en dependencia distinta a la enunciada, **NO SERÁN RECIBIDAS** ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta.

Nota: Téngase en cuenta para la apertura y el cierre, la hora legal colombiana publicada por la superintendencia de industria y comercio la cual estará ajustada al reloj visible en la Sala de Juntas de la Gerencia para lo cual se pide, se sincronicen con la hora mencionada para la entrega de las propuestas; ya que las propuestas que se radiquen después del día y hora señalados para el cierre, se consideraran extemporáneas y no serán tenidas en cuenta en este proceso.

1.16 DEFINICIÓN DEL PROCESO

Una vez se evalúen los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las propuestas y se culmine todo el proceso de evaluación, publicación de resultados y resueltas las reclamaciones, el comité de compras y Contratos de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, hará las observaciones y/o recomendaciones del caso al señor Gerente quien en su condición de Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, designará la propuesta más favorable para la institución; escogida la propuesta,

adjudicará el respectivo contrato mediante acto administrativo de adjudicación, decisión que se comunicará o que se entiende comunicada con la publicación en el página web al proponente seleccionado para el perfeccionamiento y legalización del contrato, dejando constancia en acto de adjudicación.

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** podrá abstenerse de adjudicar el contrato por: A) Porque las propuestas no se ajusten a los requisitos sustanciales establecidos en el pliego. B) Porque las propuestas presentadas no resulten convenientes a los intereses de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**. C) Por cualquier causal prevista en el Estatuto Contractual de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** o la ley.

1.17 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS PLIEGO DE CONDICIONES

Forman parte integral de la presente convocatoria:

- Acto administrativo de apertura del proceso.
- Pliego de condiciones y sus Anexos
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 60
- Las observaciones que se radiquen en la Subdirección de bienes, compras y suministros por los proponentes.
- Las adendas y comunicaciones que expida el Hospital en desarrollo del presente proceso de selección.
- El acta de cierre.
- Las propuestas con todos sus anexos.
- Los informes de evaluación.
- Los demás documentos que se alleguen y se expidan dentro del proceso.
- La resolución de adjudicación o declaratoria de desierta.
- La minuta del contrato.

1.18 COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA

Todas las comunicaciones que los proponentes envíen a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** en desarrollo de este proceso de selección, deben ser dirigidas directamente a la Subdirección de Bienes Compras Y Suministros, al correo contratacion@hus.org.co o a la Carrera 8 No. 0 - 55 sur – Edificio Administrativo – Piso tres, con copia al correo electrónico de Gerencia, gerencia@hus.org.co.

Las comunicaciones u observaciones deberán estar marcadas con el número de la convocatoria.

1.19. DURACION DEL CONTRATO

De conformidad con el presupuesto asignado, se estima un tiempo de ejecución de doce (12) meses para las unidades funcionales de Bogotá, Zipaquirá y Girardot.

CAPÍTULO SEGUNDO

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR

2.1 CAPACIDAD JURÍDICA

Solo podrán participar en esta convocatoria pública, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, constituidas con antelación a la fecha de presentación de la propuesta y cuya duración sea como mínimo la de la vigencia del contrato y un (1) año más.

Las personas naturales deberán allegar registro mercantil expedido por la cámara de comercio con fecha no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del proceso, dentro de las actividades del proponente deberá estar la de prestación de los servicios descritos en el objeto contractual.

Las personas jurídicas, deben acreditar su objeto social mediante certificado de existencia y representación con fecha no superior a treinta (30) días desde la fecha prevista para la diligencia de cierre del presente proceso.

Nota 1: Para las sociedades que cuenten con un objeto social indeterminado, deben presentar documento suscrito por su representante legal certificando el objeto social de la sociedad

Nota 2: Si el representante legal del oferente, requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o suscribir el contrato en caso de ser adjudicatario, deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de dicha autorización.

Nota 3: Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el respectivo poder.

Nota 4: Se informa que solo se recibirán ofertas de personas naturales y jurídicas, por tal motivo no se aceptaran propuestas de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedades futuras.

Todos los oferentes deberán allegar el Registro Único de Proponentes RUP expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de cierre del proceso.

El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio en las actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto contractual.

El proponente debe tener vigente su inscripción en el registro único de proponentes al momento de la presentación de los documentos.

2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA

El oferente deberá acreditar experiencia, mediante la certificación de mínimo 4 contratos cuyo objeto fuere solicitado en esta convocatoria, dentro de los últimos 2 años.

El proponente debe anexar la certificación donde se deberá establecer:

- a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.
- b) Nombre o razón social del contratista.
- c) Número y objeto del contrato
- d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
- e) Valor del contrato
- f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
- g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.

La no presentación de estas certificaciones generará la descalificación del proponente.

2.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Para esta revisión se tendrán en cuenta los factores tomados de los estados financieros con corte a Septiembre 30 de 2014 o posteriores a esta fecha.

El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores así:

- ✓ Índice de liquidez (IL), el cual deberá ser mayor que uno (1.0)
IL: 1.0 ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE
- ✓ Nivel de endeudamiento (NE), el cual deberá ser menor que cero punto setenta y cinco (0.75)
NE: 0.75 TOTAL PASIVO /TOTAL ACTIVO.
- ✓ Capital de Trabajo (CT), debe ser positivo y con un monto superior al 30% del presupuesto estimado para el ítem del mantenimiento en la unidad a la cual se presente.
CT: ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE.

Se deberá anexar a su propuesta el Balance General y el estado de resultados a septiembre 30 de 2014 o posteriores a esta fecha, suscritos por el Representante legal, Contador Público o revisor fiscal según corresponda. Así mismo, anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional con su respectivo certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores vigentes a la fecha de cierre de la convocatoria.

El Balance en lo concerniente al activo y pasivo debe discriminarse en corriente y no corriente; no se admitirán balances de prueba.

Frente al nivel de endeudamiento se aclara que, en el caso de las deudas que por cualquier concepto tenga las agencias, sucursales, filiales o compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras, deberán anexar certificación de dicha deuda para efectos del cálculo del indicador de endeudamiento.

2.4 CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO No 03

2-5 CAUSALES DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente con la presentación de la propuesta declarará no hallarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, la Ley y en el Estatuto de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, para la celebración y ejecución de Contratos con entidades de derecho público y que de ser ello así responderá por los daños y perjuicios que se causen.

CAPÍTULO TERCERO

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá elaborar la propuesta en concordancia con los parámetros establecidos en el presente pliego de condiciones contractuales anexando la documentación exigida. Para la elaboración de la oferta, los proponentes deberán considerar las condiciones de tiempo, modo y lugar necesarias para ejecutar el objeto del contrato a suscribirse.

En caso de ser necesaria alguna aclaración a la oferta presentada, esta será solicitada únicamente por alguno de los miembros del Comité de Compras y Contratos, y el proponente tendrá un (1) día máximo improrrogable contado a partir de la comunicación por medio electrónico o escrito radicado al proponente, para presentar las observaciones o aclaraciones a dicha comité, el escrito de respuesta deberá ser enviado en la subdirección de bienes, compras y suministros o al correo electrónico contratacion@hus.org.co; en todo caso no se admiten aclaraciones que modifiquen la propuesta inicialmente presentada, a criterio del evaluador del capítulo o punto a aclarar correspondiente.

La propuesta económica debe presentarse por separado para cada servicio de cada unidad funcional: (Bogotá, Zipaquirá y Girardot con sus respectivos puestos de salud).

Todos los costos derivados de la elaboración y presentación de la propuesta serán asumidos por el proponente, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA en ningún caso será responsable de ellos.

La evaluación y adjudicación se realizará ítem por ítem por lo cual los oferentes deberán presentar ofertas independientes a cada ítem. El oferente podrá presentarse a uno, a varios o a todos los ítems convocados.

3.2 RESPONSABILIDAD POR SU ELABORACIÓN

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** no asume ninguna responsabilidad por la elaboración que de la oferta el proponente hiciera, ni por los gastos que la propuesta ocasiona, corresponde únicamente al proponente y sobre éste recae toda la responsabilidad de la propuesta.

3.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta debe presentarse en idioma español, en un original y dos copia que estará dividida en cuatro partes separadas así: la primera parte estará conformada por los requisitos jurídicos, la segunda por la parte financiera, la tercera por la parte técnica (Anexo N° 3) y cuarta por la propuesta económica, la propuesta debe venir con todos los documentos y anexos requeridos legibles, escrita en letra de imprenta, la propuesta deberá estar debidamente foliada, en orden ascendente e ininterrumpida y sin enmendaduras (la foliación se hará hoja por hoja sin importar su contenido o material y en el orden y con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, no debe incluir hojas en blanco); así mismo, la propuesta deberá llevar un índice o tabla de contenido en donde se relacionen todos los folios de las mismas que permita su consulta ágil. La propuesta deberá estar debidamente firmada por su Representante Legal y será presentada en sobre cerrado

La propuesta que en su original, incluidos los documentos soportes presenten borrones, enmendaduras o tachaduras no serán aceptadas salvo que contengan las salvedades correspondientes, de igual forma en los casos que los soportes son Fotocopias estas deberán ser nítidas y tomadas de su original; en caso de divergencias, prevalecerán los datos e información contenida en el original.

En caso que la propuesta esté contenida en más de un sobre, cada uno de ellos debe estar numerado en orden ascendente.

Una vez presentada la propuesta la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** no aceptará que los proponentes realicen variación o modificación alguna en la misma, lo cual no imposibilita la solicitud de las aclaraciones que fueren necesarias para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 3.1.

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** no será responsable de la apertura prematura de la propuesta, en el caso que no sea correctamente dirigida, marcada o entregada.

NOTA LOS MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN GRUPOS, LOS PROPOONENTES DEBERAN OFERTAS LA TOTALIDAD DEL GRUPO PARA LA BOGOTA.

PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAY GIRARDOT LOS PROPONENTES SE PODRAN PRESENTAR A CAULQUERA DE LOS ITEM DEL LISTADO.

3.4 PLAZO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

El proponente interesado debe presentar su propuesta a partir del momento que se definió en el cronograma de estos pliegos y hasta el día, fecha y hora de cierre, en la oficina de la Sala de Juntas de la Gerencia de la entidad.

3.5 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS

Se entiende por propuesta parcial la que se presente de manera integral por cada Unidad Funcional, las cuales se presentarán, calificarán y evaluarán de forma independiente; sin perjuicio que el oferente se presente en todas las Unidades Funcionales; no se admitirán propuestas alternativas que no cumplan con las características técnicas definidas en los pliegos.

3.6 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del proponente, la unidad y celeridad en su estudio y la evaluación por parte de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, el proponente deberá adjuntar los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan a continuación:

3.6.1 Carta de presentación de la propuesta Anexo N°1. De acuerdo con el modelo anexo 1, debidamente firmada en original por el representante legal de la persona jurídica proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar (existencia, capacidad, representación legal, manifestación expresa de no encontrarse ni el representante legal, ni la persona jurídica que representa, incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución, la ley y el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana), Indicar claramente la dirección de notificaciones y ó envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico.

3.6.2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

3.6.3 Certificado de Existencia y Representación Legal. Expedido por la autoridad o entidad competente según la ley donde contenga la actividad económica y las facultades del Representante Legal, este certificado debe aportarse en original y haber sido expedido con una anterioridad no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. En caso de prórroga del cierre de la convocatoria prevalecerá la primera fecha. Además deberá constar que la persona jurídica proponente tiene vigencia no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

En caso que las facultades del representante legal estén restringidas deberá anexar la autorización correspondiente expedida por el órgano competente para actuar en la presentación de la propuesta y en el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Para las sociedades que cuenten con un objeto social indeterminado, deben presentar documento suscrito por su representante legal certificando el objeto social de la sociedad.

3.6.4 Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT. Donde se pruebe la actividad socioeconómica del proponente.

3.6.5 Certificación de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Certificación en la cual se acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de propuestas de la presente convocatoria expedida por el representante legal o el revisor fiscal, según sea el caso.

3.6.6 Garantía de seriedad de la propuesta. El proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales durante mínimo noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para lo cual y como requisito para participar en este proceso, la propuesta deberá estar acompañada de la garantía de seriedad.

Esta garantía debe ser expedida a favor de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, por una entidad afianzadora legalmente establecida en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta económica del proponente, válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha cierre de la convocatoria. Por medio de esta garantía el proponente avalará la seriedad de su propuesta sin modificación alguna.

La póliza a suscribir deberá ser aquellas a favor de entidades estatales.

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes casos:

- Cuando el proponente solicite el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del presente proceso.
- Cuando el proponente favorecido no proceda, dentro del plazo estipulado en estos términos, a suscribir y legalizar el contrato.
- Cuando el proponente favorecido no otorgue la garantía de cumplimiento del contrato.

La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal.

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** previa solicitud escrita del proponente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se haya aprobado por la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** la garantía contractual.

3.6.7 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. Para la empresa como para el representante legal.

3.6.8 Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Para la empresa como para el representante legal.

Nota: En caso de no aportar este documento deberá allegar certificado bajo la gravedad de juramento en la que conste que ni la persona jurídica ni el representante legal se encuentran reportados como responsables fiscales y que se comprometen a que, una vez se superen los motivos que impiden allegar dicho documento, lo remitirán a la entidad.

3.6.9 Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía.

3.6.10 Formato diligenciado del registro único proveedores del Hospital (Anexo N°02)

3.6.11 Registro único de proponentes RUP Expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para el cierre del proceso. El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio en las actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto contractual y su inscripción debe estar vigente al momento de la presentación de la propuesta

3.6.12 Balance General y Estado de resultados.

3.6.13 Propuesta técnica, la propuesta técnica deberá cumplir mínimo con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo No. 3.

3.6.14 PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe presentarse por separado para cada unidad funcional (Bogotá, Zipaquirá y Girardot con sus respectivos puestos de salud). Discriminada por el valor del mantenimiento de cada equipo.

3.6.15 Otros documentos. Con la propuesta deberán anexarse todos los documentos que acrediten los requisitos mínimos señalados en los numerales anteriores del presente pliego.

3.7 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS

- a) Cuando no se cumpla con los requerimientos mínimos técnicos, financieros y de experiencia exigidos en el pliego de condiciones.
- b) Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos anexos a la propuesta y que no fueron aclarados por aquél.
- c) Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución o en la Ley.
- d) Cuando la propuesta sea jurídicamente inhabilitada.
- e) Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o irregularidades.
- f) Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparación de las propuestas exigido en los pliegos de condiciones.
- g) Cuando se incluyan dentro de la propuesta textos cuyo contenido contradiga o modifique lo dispuesto en las especificaciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.
- h) Si la oferta supera el valor del presupuesto oficial estimado.

- j) Cuando la propuesta económica sea considerada como artificialmente baja.
k) La omisión de alguno de los documentos mínimos habilitantes que no haya sido subsanado dentro de término establecido otorgado por la entidad.

NOTA 1: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento hasta la fecha límite para la presentación a las observaciones.

NOTA 2: En el caso del literal j), el Comité de Compras y Contratos de la E. S. E. Hospital Universitario de la Samaritana, requerirá de manera previa al oferente hasta la fecha límite de publicación de la evaluación final, para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. En caso de que el Comité concluya, después de las explicaciones dadas por el oferente, que la propuesta es artificialmente baja, se procederá al rechazo de la propuesta según lo señalado en el presente numeral.

3.8 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá permanecer vigente durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** podrá solicitar, si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la propuesta por el término que se requiera, lo cual será comunicado al proponente.

Durante este periodo el proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o condiciones de la misma.

3.9 PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES O ACLARACIONES

En caso que el Comité de Compras y Contratos de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, requiera de una aclaración por parte del proponente, este tendrá un (1) día máximo improrrogable contado a partir de la comunicación por medio electrónico o escrito radicado al proponente, para presentar las observaciones o aclaraciones a dicho comité, el escrito de respuesta deberá ser enviado en la Subdirección de Bienes, Compras y Suministros o al correo electrónico contratacion@hus.org.co

CAPÍTULO CUARTO

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: El Comité de Compras y Contratos de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** previo análisis de las propuestas que cumplan los requisitos tanto jurídicos, de experiencia, técnicos, económicos y financieros establecidos en el presente pliego, recomendará la oferta más favorable a la Entidad.

Para el análisis de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes factores de Evaluación:

FACTORES	PUNTOS
EVALUACIÓN JURÍDICA	Admisible / No admisible
EXPERIENCIA (ESPECÍFICA)	Admisible / No admisible
CAPACIDAD FINANCIERA	Admisible / No admisible
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Admisible / No admisible
EVALUACIÓN ECONÓMICA	100 PUNTOS
TOTAL	100 PUNTOS

La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente forma:

4.1.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal y técnico exigidos en el pliego de condiciones, verificando su estricto cumplimiento.

4.1.1.1 Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos en los pliegos de condiciones.

Los aspectos jurídicos no darán lugar a puntaje, su calificación será de admisible o no admisible. La propuesta calificada como no admisible será rechazada, por el contrario la que tenga calificación de admisible continuará con la evaluación.

4.1.1.2 Experiencia Mínima Exigida: El oferente deberá acreditar la experiencia solicitada.

Este factor no dará puntos; su calificación o incumplimiento de alguno de los requisitos en cuanto a la experiencia causará que la propuesta no sea admitida.

4.1.1.3 Capacidad financiera: este factor de evaluación no dará puntos su calificación será admisible o no admisible, el proponente que cumpla con los requisitos financieros establecidos anteriormente hará que su propuesta sea admisible y continúe con la evaluación técnica.

4.1.1.4 Especificaciones técnicas: El oferente deberá seguirse por las especificaciones técnicas y el listado de necesidades de mantenimientos del hospital, el cual hace parte de este pliego (Anexo 3), en el que se establece los tipos de mantenimiento a contratar, así como la periodicidad que el hospital requiere por los diferentes mantenimientos y número de visitas, el incumplimiento de alguna de estas especificaciones o número de visitas, generará que la propuesta sea rechazada y no continué con la evaluación económica.

El proponente se podrá presentar a cualquier grupo de la convocatoria de mantenimiento siempre y cuando cumpla con la experiencia y demás certificaciones solicitadas.

SE DEBE INCLUIR COMO COMPROMISO DEL OFERENTE EL TIEMPO DE RESPUESTA Y SOLUCION A UN EVENTUAL CORRECTIVO: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEBERA SER INFERIOR A 8 HORAS Y EL TIEMPO DE SOLUCION DEBERA SER INFERIOR A 24 HORAS. PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR PODRA SOLUCIONAR PARCIALMENTE EL CORRECTIVO INSTALANDO EN EL HOSPITAL EQUIPOS DE RESPALDO, ADEMÁS CERTIFICARA QUE REALIZARA CAPACITACIONES EN EL MANEJO DE USO SEGURO Y EN PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS EQUIPOS QUE LE SEAN ADJUDICADOS.

4.1.2 Evaluación económica: La calificación se realizará por cada uno de los ítems incluidos en la presente convocatoria. Se realizará de la siguiente manera:

Se asignará el puntaje máximo de 100 puntos al proponente que presente el menor valor de la oferta, con las especificaciones solicitadas, el cual se evaluará por cada ítem de manera independiente. A los proponentes cuyo precio de venta sea superior al menor precio ofertado, se le asignará los puntos a partir de la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTOS ASIGNADOS} = \frac{\text{PRECIO PROPUESTA MENOR VALOR} \times 100}{\text{PRECIO DE LA PROPUESTA ESTUDIADA}}$$

EN CASO QUE DOS O MAS OFERENTES OBTENGAN LA MISMA CALIFICACION AL FINAL DE TODAS LAS EVALUACIONES, PARA EL DESEMPEATE SE CITARÁ A AUDIENCIA DE CONCERTACIÓN DE PRECIOS DONDE LOS OFERENTES PODRÁN HACER UNA UNICA OFERTA DE AJUSTE A LA PROPUESTA ECONOMICA PARA ESCOGER LA MAS FAVORABLE.

4.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El Comité de Compras y Contratos publicará los resultados de la evaluación de las propuestas el día y hora señalados en el cronograma en la página web del Hospital, www.hus.org.co

4.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

La adjudicación se efectuará mediante resolución que se publicara en la fecha y hora señalada en el cronograma en la página web del Hospital www.hus.org.co

NOTA 1: Los oferentes deberán conocer la estructura tributaria aplicable a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, teniendo en cuenta que es una entidad descentralizada de Orden Departamental (Cundinamarca).

CAPÍTULO QUINTO

DEL CONTRATO

5.1 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado el contrato el proponente seleccionado a través de su representante deberá presentarse en las instalaciones del Hospital para proceder a suscribir el contrato en las fechas establecidas en la presente convocatoria.

5.2 EFECTOS POR LA NO-SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Si el proponente seleccionado no se presenta a suscribir el contrato dentro de la fecha anunciada, podrá la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, iniciar las acciones legales conducentes para hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

5.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato que surja de la presente convocatoria se perfeccionará con la firma de las partes.

5.4 REQUISITOS POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

5.4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL

Antes de iniciar con la ejecución del contrato deberá contarse con el registro presupuestal correspondiente expedido por el funcionario competente.

5.4.2 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Perfeccionado el contrato, éste será publicado en la página web del Hospital, requisito que se entiende cumplido con el certificado de publicación otorgado por el área de sistemas de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**.

5.4.3 GARANTIAS

EL proponente favorecido una vez perfeccionado el contrato objeto de esta convocatoria deberá constituir dentro de los tres (3) días hábiles a favor de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** una garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, garantía que mantendrá vigente durante su vigencia y liquidación del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, garantía que consistirá en una póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO.** para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae, por una suma asegurada equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración y Cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición de la garantía.
- DE CALIDAD,** por una suma asegurada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del contrato más un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción del objeto contractual.
- DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** Por un monto igual a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con una duración igual al plazo del contrato y tres (3) meses más, contados a partir de la expedición de la garantía, para amparar daños a terceros que se originen por causa o con ocasión del presente contrato

Garantía que será aprobada de acuerdo a lo previsto en el estatuto de contratación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**.

5.5 MINUTA DE CONTRATO


Proyecto de Minuta que será ajustado de acuerdo con lo propuesto y aceptado por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

El contrato que se suscriba corresponde al resultado de ésta convocatoria y contiene el clausulado de la esencia y de la naturaleza de acuerdo con el objeto a contratar.

Harán parte del contrato los anexos que resulten del proceso de selección, los cuales tendrán origen y se basarán en la presente convocatoria, la propuesta, los acuerdos que se logren, si es del caso, en la etapa de negociación y demás documentos que hacen parte de este proceso.

5.6 SUPERVISION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que dentro de la plante de personal existe personal idóneo para vigilar la ejecución del contrato, la supervisión estará a cargo del Líder de Arquitectura y Mantenimiento.


VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ

GERENTE (E)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS

Director Científico 

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Subdirector de Bienes Compras y Suministros

Área Responsable 

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO 2. FÓRMATO ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

ANEXO 3. CUADERNILLO DE NECESIDADES TÉCNICAS

ANEXO 4. MINUTA DEL CONTRATO (MÓDULO)

(MODELO)

ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá, D.C.

Señor:

REPRESENTANTE LEGAL

Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana
Carrera 8 No. 0-55 Sur
Bogotá, D.C.

Ref. PROPUESTA PARA " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO " PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT"

El suscrito, obrando en representación de _____, y de acuerdo con las reglas que contienen los pliegos de condiciones y el Estatuto de Contratación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, de manera atenta me permito presentar propuesta para la adjudicación de servicios de mantenimiento hospitalario de acuerdo al objeto de la convocatoria pública en la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, y en caso que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a ejecutar el objeto contractual en la forma y especificaciones determinadas en los pliegos de condiciones y sus anexos, como lo ofrecido en la presente propuesta y a cumplir con todas las obligaciones que surjan de esta Convocatoria Pública y del contrato.

Expresamente manifiesto que:

- a) No estamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo previsto por la Constitución Política, la ley y el Estatuto Contractual de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**.
- b) Como representante legal tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.
- c) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
- d) Hemos estudiado los pliegos y declaramos expresamente nuestra conformidad con dicha documentación y el sometimiento a la misma para presentar nuestra propuesta.
- e) Aceptamos las condiciones y demás requisitos contenidos en los pliegos de condiciones.
- f) Declaramos que asumimos toda la responsabilidad por cualquier error u omisión cometido en la preparación y presentación de la propuesta y por los compromisos adquiridos con la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** y con terceros, derivada de ella.
- g) Nos comprometemos a mantener esta oferta por un periodo de noventa (90) días contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección o del vencimiento de sus prórrogas si las hubiere.
- h) Aceptamos las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la entrega de la oferta y en caso de ser seleccionados, suscribiremos y legalizaremos el contrato en los plazos definidos en el cronograma del proceso de selección.
- i) Que el original de la propuesta consta de _____ (_____) folios, debidamente numerados.
- j) Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección y pos selección.
- k) Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, debo o considere necesario efectuar durante el curso de la presente invitación.

Dirección para notificación DIRECCIÓN – TELÉFONO –E-MAIL _____

(Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA: LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAYA DELEGADO O SU APoderado, O LA AUSENCIA DE FIRMA, DARÁN LUGAR A QUE LA OFERTA SEA ELIMINADA.

ANEXO 2



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

05SU06-VI

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN COMPRAS – SUMINISTROS
DATOS PROVEEDORES

RAZÓN SOCIAL: _____

NIT: _____

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

TELÉFONOS: _____ FAX: _____

PÁGINA WEB: _____

GRAN CONTRIBUYENTE: _____ AUTORETENEDOR: _____

RESPONSABLE DE IVA: _____ RESPONSABLE DE ICA: _____

RÉGIMEN: COMÚN SI _____ NO _____ SIMPLIFICADO: SI _____ NO _____

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA: _____ TARIFA ICA: (Porcentaje) _____

PERSONA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS (En la empresa)

NOMBRE: _____

TEL: _____ FAX: _____

PERSONA ENCARGADA DE COTIZACIONES (En la empresa)

NOMBRE: _____ TEL: _____

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: _____ FAX: _____

HORARIO DE ATENCIÓN: _____ PÁGINA WEB: _____

REPRESENTANTE COMERCIAL (Persona Encargada de Nuestra Entidad)

NOMBRE: _____

TELÉFONO FIJO: _____ CELULAR: _____ FAX: _____

REPRESENTANTE LEGAL (Quien figura en Cámara de Comercio)

NOMBRE: _____

TEL: _____ FAX: _____

CÉDULA DE CIUDADANIA: _____ CELULAR: _____

Anexar a este formato:

- ❖ REGISTRO EN CÁMARA DE COMERCIO (EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 15 DÍAS).
- ❖ REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 15 DÍAS).
- ❖ FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- ❖ FOTOCOPIA RUT.
- ❖ DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

**ANEXO 3
CUADERNILLO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

**NECESIDADES TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTÁ
Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT.**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de los servicios de mantenimiento de Equipo hospitalario para la E.S.E. Hospital Universitario La Samaritana Bogotá y sus Unidades Funcionales de Zipaquirá y Girardot.

UBICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

SEDE BOGOTÁ D.C.: Carrera 8 No. 0-55 sur (Barrio Calvo Sur).

UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ: Calle 10 N° 7-52 - Zipaquirá-Cundinamarca Área Urbana

UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT: Carrera 5 Calle 22 - Barrio Alto Del Rosario – Girardot – Cundinamarca Área Urbana

CONDICIONES TÉCNICAS DEL OFERENTE

1. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben ofertar por grupos y no por ítems (Aplica para la sede Bogotá)
2. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben demostrar que cuentan con equipos de respaldo para los equipos biomédicos a los cuales este ofertando.
3. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben certificar que se comprometen a tener un tiempo de respuesta presencial no mayor a 8 horas.
4. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben certificar que se comprometen a tener un tiempo de solución inferior a 24 horas, en caso de que esto no se pueda cumplir el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo de iguales o superiores características.
5. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben certificar que se comprometen a contar con stock de repuesto para una entrega no superior a 24 horas, en caso de que esto no se pueda cumplir el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo de iguales o superiores características.
6. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben certificar que se comprometen a entregar cronograma de mantenimiento preventivo y de calibraciones de los equipos que le sean adjudicados de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.
7. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben entregar copia del o los protocolos de mantenimiento preventivo por equipo al cual o los cuales oferte.
8. El o los proponentes que se presenten a esta convocatoria deben certificar que se comprometen a realizar capacitación de uso y cuidados de los equipos que oferten en el número que sean necesarias durante el tiempo del contrato.
9. Solo se aceptaran los proponentes los cuales sean especializados en los equipos a los cuales ofertan para los siguientes grupos (Laboratorio Clínico, Patología, Banco de Sangre, Oftalmología, Cadena Frío, manífold de aire, aire acondicionado y Imagenología).
10. Solo se aceptaran los proponentes que certifiquen que tienen experiencia de 2 años o más en el mantenimiento de los equipos ofertados.
11. Solo se aceptaran los proponentes que demuestren que su personal de nomina cuenta con estudios certificados en el tipo de equipo a los cuales oferte mantenimiento.

LISTADO TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS

BOGOTA

GRUPO 1. MESAS DE CIRUGIA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN
1	MESA DE CIRUGIA	MATHIEU MARZET	AMPLINOX A70	A070204	SALA DE PARTOS	3	ALTA ROTACION, PINTURA, HIDRAULICO
2	MESA DE CIRUGIA	MATHIEU MARZET	AMPLINOX A70	A070200	UNIDAD QUIRURGICA	3	ALTA ROTACION, PINTURA, HIDRAULICO
3	MESA DE CIRUGIA	ESCHMAN	UNIVERSAL	M11360	UNIDAD RENAL	3	ALTA ROTACION, PINTURA, HIDRAULICO
4	MESA DE CIRUGIA BARIATRICA	STERIS	UNIVERSIS	15007	UNIDAD QUIRURGICA	3	ALTA ROTACION, PINTURA, HIDRAULICO
						TOTAL	\$ 22.224.240

GRUPO 2. LAMPARAS CIEÍTICAS

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN
1	LAMPARA CIEÍTICA	ALM	PRISMATIC 7001	025316	SALA DE PARTOS	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
2	LAMPARA CIEÍTICA	HANAUUX	BLUE 80	AR002267	SALA DE PARTOS	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
3	LAMPARA CIEÍTICA	HERAEUS	3401	F2013	SALA DE PARTOS	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
4	LAMPARA CIEÍTICA	HANAUUX	3721	F6002	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
5	LAMPARA CIEÍTICA	HERAEUS	4320	F6019	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
6	LAMPARA CIEÍTICA	HANAUUX	3721	F6009	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
7	LAMPARA CIEÍTICA	HERAEUS	3721	F6020	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
8	LAMPARA CIEÍTICA	HANAUUX	SIN MODELO	F6007	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
9	LAMPARA CIEÍTICA	ALM	PRISMATIC PRC7001	25317	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
10	LAMPARA CIEÍTICA	HANAUUX	3721	F6008	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
11	LAMPARA CIEÍTICA	ALM	PRISMATIC PRC7001	25318	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
12	LAMPARA CIEÍTICA	LM	PRC 7001	025317	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION, FILTROS, BOMBILLOS
						TOTAL	\$ 15.001.362

GRUPO 3. MANIFOLD GASES MEDICINALES

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISTAS PREVENTIVAS
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA MANIFOLD DE OXIGENO MEDICINAL UNIDAD FUNCIONAL BOGOTÁ	GASES MEDICINALES (MANIFOLD)	4
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL UNIDAD FUNCIONAL BOGOTÁ	GASES MEDICINALES (MANIFOLD)	4
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA MANIFOLD DE	GASES MEDICINALES (MANIFOLD)	4

	NITROGENO Y DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL UNIDAD FUNCIONAL BOGOTÁ		TOTAL	\$ 28.644.576		
RUPO 4. AIRES ACONDICIONADOS						
ITEM NOMBRE DEL EQUIPO MARCA MODELO UBICACIÓN O SERVICIO CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN						
1	AIRE ACONDICIONADO	MULTIZONE	24000 BTU	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
2	AIRE ACONDICIONADO	CHANGHONG	24000 BTU	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
3	AIRE ACONDICIONADO	HACEB	9000 BTU	CONSULTA EXTERNA DUPLEX	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
4	AIRE ACONDICIONADO - TAC	CHANGHONG	18000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
5	AIRE ACONDICIONADO- ANGIOGRAFO	SAMSUNG	36000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
6	AIRE ACONDICIONADO- ANGIOGRAFO	SAMSUNG	24000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
7	AIRE ACONDICIONADO- ANGIOGRAFO	CHANGHONG	60000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
8	AIRE ACONDICIONADO - TELECOMANDO	NBLULINE	24000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
9	AIRE ACONDICIONADO- MAMOGRAFO	YORK	18000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
10	AIRE ACONDICIONADO - FLUOROSCOPIO	LG	60000 BTU	IMAGENOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
11	AIRE ACONDICIONADO	CHANGHONG	12000 BTU	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
12	AIRE ACONDICIONADO	MULTIZONE	24000 BTU	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
13	AIRE ACONDICIONADO 2 PISO	YORK	24000 BTU	SISTEMAS	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
14	AIRE ACONDICIONADO 4 PISO	LG	24000 BTU	SISTEMAS	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
15	AIRE ACONDICIONADO 2 PISO	YORK	48000 BTU	SISTEMAS	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
16	AIRE ACOND. PORTATIL	KALLEY	12000 BTU	SISTEMAS	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
17	AIRE ACOND. PORTATIL	KALLEY	12000 BTU	SISTEMAS	6	GAS REFRIGERANTE, KIT

							ELECTRICO, FILTROS, CONDENSADORES, MOTOVENTILADORES
						TOTAL	\$ 15.826.128
GRUPO 5 CADENA DE FRIO							
ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN
1	CONGELADOR -30°C	ELECTROLUX	MRF 600-35	710504	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
2	CONGELADOR -30°C	REVCO	VFP530UBA	N07D15447 BND	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
3	REFRIGERADOR 4°C	SELECTA P CAFÉ	31000 BANK	1631/070	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
4	REFRIGERADOR 4°C	SELECTA P AZUL	CE-96	313509	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
5	REFRIGERADOR 4°C	HARRIS	HLT23V4BBA	T02D-166245-TD	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
6	NEVERA VERTICAL MIXTA	SUPERNORD ICO	55 PIES MIXTA	11-1382	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
7	ULTRACONGEL -80°C	REVCO	ULT-1786	Y17R-235531-YR	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
8	ULTRACONGEL -80°C	PRESVAC	FH - 80	16007	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
9	NEVERA CASERA	CHALLENGE R	ATE - 9A	S/S	BANCO DE SANGRE	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
10	REFRIGERADOR 4°C				CONSULTA EXTERNA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
11	CUARTO FRIA MIXTO	SUPERNORD ICO	MODULAR	07-1167	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
12	REFRIGERADOR 4°C	WESTELL	6 PUERTAS 50"	S/S	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
13	REFRIGERADOR 4°C	WESTELL	2 PUERTAS 12"	S/S	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS

14	REFRIGERADOR 0°C	SUPERNORD ICO	17°	06-0071	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
15	REFRIGERADOR 4°C	SUPERNORD ICO	10°	09-1241	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
16	NEVERA CASERA	ICASA	NO FROST 12°	S/S	ECONOMATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
17	REFRIGERADOR 3 PIES (TECNOSALUD)	HACEB	3 PIES 85L	I-1111248732	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
18	NEVERA VERTICAL ENFRIADORA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 10 PIES	11-1378	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
19	NEVERA VERTICAL ENFRIADORA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 10 PIES	11-1379	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
20	NEVERA VERTICAL ENFRIADORA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 10 PIES	11-1380	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
21	NEVERA VERTICAL ENFRIADORA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 20 PIES	11-1381	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
22	NEVERA VERTICAL ENFRIADORA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 20 PIES	11-1383	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
23	NEVERA CASERA	HACEB	TIPO BAR	S/S	FARMACIA	6	GAS REFRIGERANTE KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
24	CONGELADOR DE-15 PAQUETEO FRIO	SIN MARCA	SIN MODELO	N/A	FISIOTERAPIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
25	NEVERA-MEDICAMENTOS	ICASA	TIPO BAR	S/S	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
26	REFRIGERADOR -VACUNAS	VESTFROST	MK 074	PIS E3/75 - M	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	6	GAS REFRIGERANTE KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
27	ULTRACONGELADOR -80	REVC0	ULT 390 - 5 - A31	N08L-5119BD-NL	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
28	NEVERA MIXTA	CONFRIQ	17°	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
29	NEVERA VERTICAL	SUPER NORDICO	50°	06-1613	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE KIT ELECTRICO, CONDENSADORES,

	MIXTA						EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
30	NEVERA VERTICAL	SUPER NORDICO	50°	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
31	CONGELADOR DE -20	BIOLOGIST MEDICAL INGENIERIA	BMC-7	00888BMC	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
32	NEVERA-SEROTECA	COOLER KING	SIN MODELO	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
33	NEVERA VERTICAL MIXTA	SUPERNORD ICO	VERTICAL 40° MIXTA	11-1377	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
34	NEVERA VERTICAL	SUPER NORDICO	17°	06-1614	LACTARIO - CANGURO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
35	NEVERA MIXTA	CONPRIO	17°	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
36	REFRIGERADOR	CONPRIO	17°	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
37	NEVERA	CHALLENGE R	FULLSOFT LINE	SIN SERIE	PATOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
38	CUARTO FRIO - MORGUE	ADRIA	EBA-160-S	1156	PATOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
39	CONGELADOR -15° C - DESECHOS PATOLOGICOS	SUPERNORD ICO	SUPERNORDICO	07-1168	PATOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
40	NEVERA	HACB	305 LTS	203378	PATOLOGIA	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
41	NEVERA CASERA	ICASA	TIPO BAR	S/S	UNIDAD RENAL	6	GAS REFRIGERANTE, KIT ELECTRICO, CONDENSADORES, EMPAQUES, FILTROS, MOTOVENTILADORES Y MANIJAS
TOTAL							\$ 40.188.340

GRUPO 6 EQUIPOS DE OFTAMOLOGIA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN	VISITA DE CALIBRACION
1	AUTOREFRACOMETRO	HUMPHREY INSTRUMENTS	599	2116	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
2	CAMARA DE VIDEO	SONY	DNC-107A	101094	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	

3	FOROPTER	NIDEK	RT-600	22769	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
4	FOROPTER	H&C	CT-60	SIN SERIE	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
5	FOROPTER	H&C	CT-60	SIN SERIE	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
6	INTERFEROMETRO	REINE	LAMBDA 100	SIN SERIE	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
7	KERATOMETRO	NIDEK	KM-250	20428	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
8	KERATOMETRO	AMERICAN OPTICAL	SIN MODELO	11581/1 4138/11 455-6	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
9	KERATOMETRO	APPASAMY	KMS-6	121100 199	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
10	KERATOMETRO	HAAG STREIT	SIN MODELO	1950111 76	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
11	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	B9004411	852964	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
12	LAMPARA DE HENDIDURA	CSO 990 ELITE	SIN MODELO	100700 99	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
13	LAMPARA DE HENDIDURA	NIDEK / HAAG STREIT	SL 1600	21534 / R90011 612	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
14	LAMPARA DE HENDIDURA	MARCO / HAAG STREIT	GII	940006 7	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
15	LENSOMETRO	CARL ZEISS JENA	SIN MODELO	151596	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
16	LENSOMETRO	LUXVISION	LM-200P	103763	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
17	MICROSCOPIO OFTALMICO	TAKAGY	378	82054	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
18	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	KEELER	MK 1	C 13492	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
19	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	KEELER	VANTAGE-INALAMBRA-CD	106787	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
20	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO	WELLCH ALLYN	WA	140963 3	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
21	PROYECTOR DE OPTOTIPOS	NIDEK	CP-670	220873	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
22	PROYECTOR DE OPTOTIPOS	MARCO	CP-2	30157	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
23	PROYECTOR DE OPTOTIPOS	CARL ZEISS JENA	109575	SIN SERIE	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
24	TONOMETRO	APPASAMY	AATM5001	131051 0048	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
25	TONOMETRO APLANATICO	HAAGSTREIT	SIN MODELO	900116 12	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
26	UNIDAD OFTALMOLOGICA	INDUS DENTAL	95	710914 2	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
27	UNIDAD OFTALMOLOGICA	AMERICAN OPTICAL	14207	4256	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
28	UNIDAD OFTALMOLOGICA	MECCANO TTICA MAZZA	SIN MODELO	12977	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
29	REGLA BIOMETRICA	ALCON	OCUSCAN TM	168300 2422	OFTALMOLOGIA	3	ALTA ROTACION	
							TOTAL	\$ 19.267.799

GRUPO 7 EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO - BANCO DE SANGRE - PATOLOGIA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACION	VISITA DE CALIBRACION
1	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	HEBOSERVIS LTDA	BIO-HB	96001	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
2	BALANZA DE UN PLATO DIGITAL	OHAUS	PIONER	8328240533	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
3	BAÑO SECO	LAB LINE	MULTI-BLOK	LR19314	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1

4	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	W-270	790439	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
5	CENTRIFUGA	SARTORIUS	SIGMA 2-6	122313	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
6	SEROFUGA	BAXTER	MINIPULSE II	71665	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
7	SEROFUGE	CLAY ADAMS	SEROFUGE II	277178	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
8	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	200-1000ul	H08638	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
9	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	20-200ul	N71877	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
10	MICROPIPETA	SOCOREX	100-1000ul	20111986	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
11	MICROPIPETA	SOCOREX	2-20ul	20111305	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
12	MICROCENTRIFUGA	AUTOCRIT ULTRA 3	575	148175	BANCO DE SANGRE	4	ALTA ROTACION	1
13	HOROMETRO	OLYMPUS	BH2-RPL-T3	11015	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	
14	MICROPIPETA	BETA-PETTE	0,5-10ul	246522610	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
15	MICROPIPETA	LABNET	20-200ul	744050322	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
16	MICROPIPETA	LABNET	2-20ul	744030226	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
17	MICROPIPETA	SOCOREX	10-100ul	20091263	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
18	MICROPIPETA	SOCOREX	0,1-2ul	19112989	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
19	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	2-10ml	082058	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
20	MICROPIPETA	BRAND	2-10ul	1L50482	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
21	MICROPIPETA	BIOPIPETTE MULTICANAL DE 8	5-50ul	151022525	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
22	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	0,5-10ul	C29457	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
23	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	40-200ul	888193	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
24	MICROPIPETA	LABNET	0,1-2ul	744010133	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
25	MICROPIPETA	LABNET	100-1000ul	744061622	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
26	MICROPIPETA	LABNET	20-200ul	744050311	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
27	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO Y AGITACION	THERMOLINE	CIMAREC 2	1069021179548	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
28	MICROPIPETA	LABNET	20-200ul	251730214	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
29	AGITADOR DE MAZZINI	INDULAB	RTA-09	6278	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
30	AGITADOR DE MAZZINI	ARTHUR THOMAS	140	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1

31	ANALIZADOR DE MICROELISA	STAT FAX	303 + PLUS	3033468	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
32	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	STERILOF	SPSV 1000	023/1297	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	VALIDACION
33	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC	22653	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
34	ESTEREOSCOPIO	CARL ZEISS	STEMI DV4	2004010127 CHASIS 2001006267 LUPA	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	
35	VORTEX	LABNET	S0200	2712956	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
36	VORTEX	LABNET	S0200	272959	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
37	CENTRIFUGA REFRIGERADA MULTIPROPOSITO	EPPENDORF	5804R	5805A0162423	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
38	CABINA DE FLUJO LAMINAR	NUAIRE	UN-425-300	119.995.121.90 7	LABORATORIO CLINICO	2	ALTA ROTACION	VALIDACION
39	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	20-200ul	N71082	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
40	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	5-40ul	B65423	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
41	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	500ul	C50478	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
42	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	200ul	B86620	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
43	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	5-50ul	J35808	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
44	MICROPIPETTA	LABNET	2-20ul	744030363	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
45	MICROPIPETTA	LABNET	0.1-2ul	644010260	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
46	MICROPIPETTA	LABNET	100-1000ul	744061580	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
47	MICROPIPETTA	LABNET	0.1-2ul	744010015	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
48	MICROPIPETTA	LABNET	20-200ul	644050779	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
49	MICROPIPETTA	LABNET	100-1000ul	744061592	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
50	MICROPIPETTA	SOCOREX	100-1000ul	2011964	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
51	MICROPIPETTA	LABNET	FASTPIPETTE	703060578	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
52	MICROPIPETTA	BRAND	1000ul	12P1692	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
53	MICROPIPETTA	SOCOREX	2-20ul	20111383	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
54	MICROPIPETTA	SOCOREX	100-1000ul	20111979	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
55	MICROPIPETTA	SOCOREX	20-200ul	20041321	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
56	AGITADOR DE MAZZINI	BOEDD	05-20	0B0708015	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1

57	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC	3170043	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
58	CENTRIFUGA	SARTORIUS	SIGMA 2-6	121470	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
59	CENTRIFUGA	SARTORIUS	SIGMA 2-6	122314	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
60	MICROSCOPIO	NIKON	YS2-H	1102487	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
61	MICROSCOPIO	LEITZ	HM LUX	953506	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
62	ROTADOR DE TUBOS	ATLANTA	AG-20	1397	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
63	TIMER	MULTI-TIMER	SIN MODELO	N17144	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
64	CUENTA CELULAR	KRAMER	IMP001	181	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	
65	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX22LEDRF S1	2088430	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
66	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX22LEDRF S1	2GB0696	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
67	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS	HANIL	MF80	MQML2122172	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
68	CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	EPPENDORF	5702	5702BNI31449	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
69	CENTRIFUGA	SIGMA	2-6	121470	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
70	MICROPIPETAS	BRAND	10-50 ul	8N3242	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
71	MICROPIPETAS	BRAND	500 ul	32N6745	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
72	MICROPIPETAS	BRAND	500 ul	03P9662	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
73	MICROPIPETAS	BRAND	1000 ul	06P1371	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
74	MICROPIPETAS	BRAND	50-250 ul	01P8187	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
75	MICROPIPETAS	SOCOREX	200 ul	20113526	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
76	MICROPIPETAS	SOCOREX	1000 ul	20101142	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
77	MICROPIPETAS	SOCOREX	100-1000 ul	20111981	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
78	MICROPIPETAS	SOCOREX	1000 ul	20101118	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
79	MICROPIPETAS	BRAND	1000 ul	12P1563	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
80	MICROPIPETAS	BRAND	300ul	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
81	MICROPIPETAS	BRAND	500ul	4N1290	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
82	MICROPIPETAS	JUSTOR100	20ul	B122	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
83	MICROPIPETAS	SOCOREX	5ml	20081061	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1

84	MICROPIPETA	CLINIPETTE	20ul	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
85	MICROPIPETA	OXFORD	50ul	3642	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
86	MICROPIPETA	SOCOREX	5ml	20081064	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
87	MICROPIPETA	SOCOREX	5ml	20081063	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
88	MICROPIPETA	SOCOREX	5ml	20081062	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
89	MICROPIPETA	BRAND	500 ul	04R3370	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
90	MICROPIPETA	SOCOREX	5-50 ul	151345	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
91	MICROSCOPIO	LEICA	CME E349521X	511377	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
92	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP001	175	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
93	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	50-250ul	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
94	AGITADOR DE MAZZINI	CLAY ADAMS	S/M	113011	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
95	MICROSCOPIO	NIKON	YS2-H	1102465	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
96	MICROPIPETA	SOCOREX	100 ul	20071805	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
97	MICROPIPETA	BRAND	1000ul	12P1706	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
98	MICROPIPETA	FINNPIPETTE	50ul	804384	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
99	MICROPIPETA	GRAND POS +	200ul	7024591	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
100	MICROPIPETA	GRAND NEG -	145ul	6059813	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
101	CENTRIPUGA	CLAY ADAMS	DYNAC	114255	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
102	BAÑO SEROLOGICO	LAUDA	ALIZ ACUALINE	LGB4725-07-0015	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
103	MICROSCOPIO	NIKON	YS2-H	U11022465	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
104	INCUBADORA	PSELECTA	INCUBATOR CO2	SIN SERIE	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
105	MICROPIPETA	GRAM POSITIVA	200ul	7024591	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
106	MICROPIPETA	GRAM NEGATIVA	145ul	6059813	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION	1
107	CABINA DE BIOSEGURIDAD	BIOBASE	1123188CB 6	BSC31A0021	LABORATORIO CLINICO	2	ALTA ROTACION	VALIDACION
108	PH METRO	TERMO ORION	520	71015	LABORATORIO CLINICO	2	ALTA ROTACION	1
125	MICROSCOPIO DE LUZ ULTRAVIOLETA	OLYMPUS	BH-2	BSH238401	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, OBJETIVO 40X PH Y LAMPARA	
338	MICROSCOPIO INVERTIDO	CARL ZEISS	AXIOVERT 200	3819006439	LABORATORIO CLINICO	4	ALTA ROTACION, LAMPARA	

109	MICROSCOPIO	LEITZ	HM LUX	953278	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
110	BAÑO DE FLOTACIÓN	ARTHUR THOMAS FEM	SIN MÓDULO	SIN SERIE	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
111	CENTRIFUGA	RUNNE HEIDELBERG	80-1	5955	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
112	HORNO	MEMMERT	UV 300	257009	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
113	HORNO	MEMMERT	UV 300	630736	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
114	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CHS	500054	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
115	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	LAVOVAL 4	SIN SERIE	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
116	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	LAVOVAL 4	M277635	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
117	MICROSCOPIO	OLYMPUS	BH	447145	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
118	MICROSCOPIO	LEITZ	HM LUX	959964	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
119	MICROSCOPIO	OLYMPUS	BH-2 2465	243268	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION, BOMBILLO	
120	BALANZA	SARTORIUS	BL 12	13709732	PATOLOGIA		ALTA ROTACION	1
121	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	200-1000 µl	SIN SERIE	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
122	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	50-200 µl	6007072010	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
123	MICROPIPETTA	FINNPIPETTE	5-50 µl	SIN SERIE	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
124	MICROPIPETTA	SOCCREX SWISS	5-50 µl	151260	PATOLOGIA	4	ALTA ROTACION	1
								TOTAL \$ 86.120.602

GRUPO 8 IMAGENOLOGIA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN	VISITA DE CALIBRACIÓN
1	RAYOS X PORTATIL	INTERMEDICA IMD	BASIC 100-30	005/10/00 872	IMAGENOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
2	RAYOS X PORTATIL	INTERMEDICA IMD	BASIC 100-31	005/10/00 873	IMAGENOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
3	RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 33 PLUS	PS-580	IMAGENOLOGIA	3	ALTA ROTACION	1
								TOTAL \$ 37.040.400

GRUPO 9 EQUIPOS VARIOS

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN
1	COLPOSCOPIO (INCLUYE MONITOR DE VIDEO Y PROCESADOR)	INTERMED	IVOZM-310	377160203	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	2	ALTA ROTACION, 2 BOMBILLAS Y 1 FIBRA OPTICA
2	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	LABCONCO	PURIFIER CLASS II	214970	FARMACIA	2	ALTA ROTACION, VALIDACION

3	CABINA DE FLUJO LAMINAR	NUAIRE	UN-201-324	128569012909	FARMACIA	2	ALTA ROTACION, VALIDACION
4	CAMA DE TERAPIA	DEWARET	E-3	AQL0000271	FISIOTERAPIA	1	ALTA ROTACION
5	ELECTROESTIMULADOR	CHATTANDO GA	INTELECT 150	2594	FISIOTERAPIA	2	ALTA ROTACION, CABLES, ELECTRODOS CARBONADOS
6	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	CHATTANDO GA	INTELECT 2778	2522	FISIOTERAPIA	2	ALTA ROTACION, CABLES, ELECTRODOS CARBONADOS
7	CAMA ELECTRICA	BORG WARNER	ALFA 2103	264248	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
8	CAMA ELECTRICA	BORG WARNER	ALFA 2103	267848	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
9	CAMA ELECTRICA	BORG WARNER	ALFA 2103	264242	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
10	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660587	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
11	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660598	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
12	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660600	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
13	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660601	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
14	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660599	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
15	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660593	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
16	CAMA ELECTRICA	AMEDCO	2103	267851	HOSPITALIZACION CUARTO NORTE	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
17	CAMA ELECTRICA	AMEDCO	2103	264257	HOSPITALIZACION CUARTO SUR	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
18	CAMA ELECTRICA	AMEDCO	2103	267852	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
19	CAMA ELECTRICA	AMEDCO	2103	267850	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
20	ECOGRAFO	SIEMENS	SONOLINE G 40	303372	IMAGENOLOGIA	3	ALTA ROTACION,

							DISCO DURO
21	CAMA ELECTRICA	HUNTHLEIGT H	CONTOURA 460	660602	SALA DE PARTOS	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
37	FACOEMULSIFICADOR	ALCON	UNIVERSAL II	2003089	UNIDAD QUIRURGICA	2	ALTA ROTACION
38	CAMA ELECTRICA	CENTURY PLUS	14008000147	B151AG3657	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
39	CAMA ELECTRICA	CENTURY PLUS	14008000147	B151AG3655	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
40	CAMA ELECTRICA	CENTURY PLUS	14008000147	B151AG3656	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
41	NEUMOINSUPLADOR	R&V ELECTRONIC A	BRB 1002	BTCH 1942	UNIDAD QUIRURGICA TORRE UROLOGIA	1	ALTA ROTACION, CALIBRACION
43	CAMA ELECTRICA	AMEDCO	2103	267849	URGENCIAS	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
44	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	1060R	51277	URGENCIAS	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
45	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	950	49743	URGENCIAS	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
46	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	050	50110	URGENCIAS	3	ALTA ROTACION, KIT SEGUROS DE LA BARANDA, LLANTAS, MOTORES, PINTURA
47	SECADORA	EEMC	SECAMAX	SIN SERIE	FISIOTERAPIA	1	ALTA ROTACION
48	MONITOR FETAL	EDAN INSTRUMENT S	CADENCE II	305017-M11801140008	SALA DE PARTOS	2	REPUESTOS, BATERIAS, CARCAZA, TRANSDUCTOR DE AU, TRANSDUCTOR DE PETOCARDIA, MEMBRANA, CALIBRACION
						TOTAL	\$ 87.872.176

GRUPO 10 CALIBRACION

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION O SERVICIO	PARAMETROS QUE SE DEBEN MEDIR EN LA CALIBRACION	VISITA DE CALIBRACION
1	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1264	ALMACEN GENERAL	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
2	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E		ALMACEN GENERAL	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
3	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1456	BANCO DE SANGRE	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
4	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1454	BANCO DE SANGRE	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1

5	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1455	BANCO DE SANGRE	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
6	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1915	BANCO DE SANGRE	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
7	TERMOHIGROMETR O				BANCO DE SANGRE	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
8	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	SCALES	0394	CARDIOLOGIA	PESO	1
9	DEFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC 7731K	00064	CARDIOLOGIA	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG PARA EL MARCAPASO CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
10	ELECTROCARDIOGRAFO	BIONET	ECG-3000	TB1200017	CARDIOLOGIA	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
11	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	05090819 0419	CARDIOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
12	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	081195	CARDIOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
13	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	087430	CARDIOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
14	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	520243	CARDIOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
15	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1448	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
16	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1461	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
17	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1462	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
18	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	B11 E	1463	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
19	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	910.27	1459	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
20	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	910.27	1460	CENTRAL DE ESTERILIZACION	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
21	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	05062620 2115	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 10	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
22	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0050	51025111 509	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 11	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
23	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	40200030 32	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 2	PESO	1
24	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0050	05102515 5003	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 2	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
25	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGNOM ANOMETER	791447	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 2	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
26	BALANZA CON TALLIMETRO	SECA	SIN MODELO	76546	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 3	PESO	1
27	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0050	05102331 63032	CONSULTA EXTERNA -	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y	1

					CONSULTORIO	DESCENDENTE	
28	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGNOM ANOMETER	360279	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 3	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
29	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	40200014 97	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 4	PESO	1
30	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	SIN MODELO	50826194 514	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 4	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
31	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	325556	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 4	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
32	BALANZA OBESIDAD MORBIDA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	597KL	597T0072 21	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PESO	1
33	BALANZA OBESIDAD MORBIDA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	597KL	597T0072 16	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PESO	1
34	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGMAN OMETER	009563	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
35	TENSIOMETRO DE PARED	RESIDENT	SPHYGMAN OMETER	311124	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
36	TENSIOMETRO DE PARED	RESIDENT	SPHYGMAN OMETER	311123	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
37	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGMAN OMETER	360279	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
38	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGMAN OMETER	791374	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
39	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK2	SPHYGMAN OMETER	325575	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
40	TENSIOMETRO DE PARED	RESIDENT		311123	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 5	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
41	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	40200017 91	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 6	PESO	1
42	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CB0050	05102512 4532	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 6	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
43	MONITOR PRESION ARTERIAL Y SATURACION	MINDRAY	PM600	T4BM124 2	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 6	SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENO, NIIP EN VARIOS RANGOS DE PRESION	1
44	TENSIOMETRO DE PARED	RESIDENT		311124	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 6	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
45	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	40200029 76	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 7	PESO	1
46	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CB0050	05062708 2707	CONSULTA EXTERNA -	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y	1

					CONSULTORIO 7	DESCENDENTE	
47	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	CE 0050	51025124 532	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 7	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
48	BALANZA CON TALLIMETRO	SECA	220	76518	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 8	PESO	1
49	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0050	05082621 4346	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 8	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
50	BALANZA	SECA	220	46916	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 9	PESO	1
51	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	40200021 631	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 9	PESO	1
52	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0050	06031316 5007	CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 9	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
53	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	40200016 85	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	PESO	1
54	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	40200030 41	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	PESO	1
55	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	5091-38	05082621 1913	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
56	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	5091-38	05082621 1705	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
57	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	5091-38	06031321 3340	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
58	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA (ELECTROCAUTERIO + SUCCIONADOR)	PREMIER	2001 E	PR370302 9	CONSULTA EXTERNA - GINECOOBSTETRICIA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR, PRESIONES NEGATIVAS	1
59	DEFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC 7731K	00035	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
60	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	7975	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
61	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	7972	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
62	MONITOR DE	EDAN	M88	M883031	CUIDADO	ECG EN AMPLITUD Y	1

	SIGNOS VITALES			014802LD	INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
63	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	MBB3031 014786LD	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
64	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3B	SE3B3231 07121591	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
65	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8	M1340406 0037	CUIDADO INTERMEDIO DE NEUROCIRUGIA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
66	TENSOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGMOMANOMETER	793178	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
67	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	00066	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO ECC PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
68	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	MBB3031 014800LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
69	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	02029	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECC PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
70	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	MBB3031 014803LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
71	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	MBB3031 014805LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
72	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	MBB3031 014806LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECC EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION	1

						RESPIRACION Y TEMPERATURA	
73	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3030 972741LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
74	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3030 972742LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
75	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3030 972743LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
76	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3030 972745LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
77	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3031 014785LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
78	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3031 014788LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
79	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3031 014789LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
80	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBBI	M8B3031 014790LD	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
81	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3B	SE3B3231 07121751	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
82	HASCUILA DE PISO	KENWELL	BT602-C1	009	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	PESO	1
83	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	M8B3031 014789LD 1	CUIDADO INTERMEDIO MEDICINA INTERNA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE	1

						OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
84	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2198	ECONOMATO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
85	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2193	ECONOMATO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
86	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2192	ECONOMATO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
87	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M88	M883030 870788LA	EQUIPO MEDICO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
88	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M88	M883031 014788LD J	EQUIPO MEDICO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
89	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1918	EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
90	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1837	EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
91	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
92	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
93	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
94	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
95	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
96	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
97	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
98	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
99	TERMOHIGROMETRO	THERMO	TA 318		EQUIPO MEDICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
100	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2201	EQUIPOS MEDICOS	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
101	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2189	EQUIPOS MEDICOS	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
102	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1263	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
103	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1244	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
104	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1400	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
105	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1919	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
106	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1452	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN	1

						AMBIENTE	
107	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1453	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
108	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1838	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
109	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1839	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
110	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1245	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
111	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1479	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
112	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1477	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
113	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	910.27	1131	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
114	TERMOHIGROMETRO	JTW	303 C	1480	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
115	TERMOHIGROMETRO	JTW	303 C	1478	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
116	TERMOHIGROMETRO	JTW	303 C	1452	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
117	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	S11 E	1451	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
118	TERMOHIGROMETRO	JTW	303 C	1476	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
119	TERMOHIGROMETRO	JTW	303C	1281	FARMACIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
120	BASCULA DE PISO	SIN MARCA	SIN MODELO	FS 2095B	FIOSOTERAPIA	PESO	1
121	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ52-1034	GASTROENTEROLOGIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
122	BASCULA DE PISO	SUNNY	SIN MODELO	SIN SERIE	GASTROENTEROLOGIA	PESO	1
123	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGMOMANOMETER	026205	GASTROENTEROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
124	TENSIOMETRO PORTATIL	TYCOS	C80050	970930315B	GASTROENTEROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
125	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TBC-5531K	02089	HEMODINAMIA	DESCARGA DE ENERGIA EN JUJOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
126	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	M883030 972749LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
127	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	M883030 972750LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA	1

						CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
128	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3030-972755LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
129	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3031-014807LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
130	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3031-014811LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
131	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3031-014787LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
132	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3030-972744LD	HEMODINAMIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
133	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	00060	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
134	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3031-014809LD	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
135	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W5281174-910	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
136	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELABS	SL 2400	1369-7301	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
137	MONITOR DE	SPACELAB	SL 2400	1369-	HOSPITALIZACION	ECG EN AMPLITUD Y	1

	SIGNOS VITALES	S		7300	ON UCI ADULTO	FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
138	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7299	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
139	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7298	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
140	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7297	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
141	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7296	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
142	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7295	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
143	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7294	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
144	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7293	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
145	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-7292	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
146	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELAB S	SL 2400	1369-5545	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y	1

						TEMPERATURA	
147	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2191	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y EN AMBIENTE	1
148	MARCAPASO EXTERNO	OSYPKA	PACE101H	110200B	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	EL VOLTAJE CORRIENTE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
149	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG1150	04209	HOSPITALIZACION UCI ADULTO	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
150	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 16075VQ	HOSPITALIZACION CUARTO B	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
151	DESPERILADORA	ZOLL	M-SERIES	T07K9629 6	HOSPITALIZACION CUARTO NORTE	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG	1
152	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 16005VQ	HOSPITALIZACION CUARTO NORTE	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
153	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SHYGNOMANOMETER	685685	HOSPITALIZACION CUARTO NORTE	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
154	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 15905VQ	HOSPITALIZACION CUARTO SUR	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
155	BASCULA DE PISO	KENWELL	N/A	003	HOSPITALIZACION QUINTO NORTE	PESO	1
156	DESPERILADORA BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	53	HOSPITALIZACION QUINTO NORTE	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
157	ELECTROCARDIOGRAFO	TRISMED	CARDIPIA 200	C2000510 35	HOSPITALIZACION QUINTO NORTE	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
158	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 15975VQ	HOSPITALIZACION QUINTO NORTE	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
159	BASCULA DE PISO	KENWELL	N/A		HOSPITALIZACION QUINTO SUR	PESO	1
160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 15995VQ	HOSPITALIZACION QUINTO SUR	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 16015VQ	HOSPITALIZACION SEGUNDO	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y	1

					NORTE	CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	
162	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	49	HOSPITALIZACION SEGUNDO SUR	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG, PARA EL MARCAPASOS CORRIENTE O VOLTAJE SUMINISTRADO Y FRECUENCIA CARDIACA	1
163	ELECTROCARDIOGRAFO	TRISMED	CARDIPIA 200.	C2000510 43	HOSPITALIZACION SEGUNDO SUR	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
164	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 1609SVQ	HOSPITALIZACION SEGUNDO SUR	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
165	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 1602SVQ	HOSPITALIZACION TERCERO NORTE	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
166	DESFIBRILADOR	ZOLL	M-SERIES	T08C9972 7	HOSPITALIZACION TERCERO SUR	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG	1
167	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	9020K	8406	HOSPITALIZACION TERCERO SUR	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
168	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 1603SVQ	HOSPITALIZACION TERCERO SUR	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
169	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ52-1037	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
170	BALANZA DIGITAL GRAMERA	TANITA	KD300	870803	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	PESO	1
171	BALANZA DIGITAL GRAMERA	TANITA	KD300	870803-B	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	PESO	1
172	BALANZA PESA BEBE ELECTRONICA	HEALTH O METER	2200	97048071 5	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	PESO	1
173	BALANZA PESA BEBE ELECTRONICA	HEALTH O METER	SS3KL	55300001 80	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	PESO	1
174	DESFIBRILADOR	GENERAL ELECTRIC	CARDIOSER VP	10113338 5	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG	1
175	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG1150	04202	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1

176	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0007 58	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
177	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00037 4	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
178	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00026 1	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
179	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00037 6	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
180	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00025 5	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
181	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0007 59	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
182	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0007 64	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
183	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00037 5	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
184	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00025 9	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
185	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00026 2	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
186	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00037 3	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
187	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0007 65	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
188	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00008 1	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
189	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00037 7	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
190	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD00026 3	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
191	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0001 55	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO, RUIDO	1
192	INCUBADORA-CABINA	OHMEDA	CARE PLUSS	HCD0007 60	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO	1
193	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	OHMEDA	3300	HCCAS010 2	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO	1
194	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ATOM	V-3600	6000909	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO	1
195	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	2010383	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
196	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6061306	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
197	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6061302	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
198	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	6061303	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
199	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6110304	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
200	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6120506	HOSPITALIZACIÓN UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
201	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6020706	HOSPITALIZACIÓN UCI	LONGITUD DE ONDA	1

202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	6110310	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
203	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	1621835	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
204	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	1810086	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
205	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220TL	1810087	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	LONGITUD DE ONDA	1
206	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 600	T4BM122-9	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
207	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA41-42161	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
208	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA29-11631	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
209	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA41-42361	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
210	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA41-42181	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
211	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA41-42141	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
212	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM 8000	AA41-42041	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
213	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW 75	CM791007-05	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1

214	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW TS	CM791007 06	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
215	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW TS	CM791007 08	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
216	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW TS	CM791007 09	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
217	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870699	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870700	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
219	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870701	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
220	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870703	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
221	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870704	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
222	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870705	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A3030 870706	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION,	1

						RESPIRACION Y TEMPERATURA	
224	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	MBA3030 870707	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
225	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	MBA3030 870710	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
226	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	MBA3030 870711	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
227	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3030 870765	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
228	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3030 870788	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
229	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2194	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
230	TERMOMETRO DIGITAL	KEX GERMANY	RT-803E	N/A	HOSPITALIZACION UCI NEONATO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
231	DESFIBRILADOR BIPASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TBC-5531K	00013	IMAGENOGRAFIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
232	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MBC-1000	AQ63B598 3	IMAGENOGRAFIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
233	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1453	IMAGENOGRAFIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
234	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1451	IMAGENOGRAFIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
235	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	910.27	1130	IMAGENOGRAFIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
236	TERMOHIGROMETRO	JTW	303 C	1246	IMAGENOGRAFIA	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
237	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2196	LABORATORIO CLINICO	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1

238	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1457	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
239	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1454	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
240	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1465	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
241	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1449	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
242	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1450	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
243	PESA BEBE DIGITAL	HEALTH O METER	553KL	53300001 90	LACTARIO - CANGURO	PESO	1
244	BALANZA PISO	HEALTH O METER	SIN MODELO	SIN SERIE	LACTARIO - CANGURO	PESO	1
245	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC	NOVA M	WS1P139 2	LACTARIO - CANGURO	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
246	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E		LACTARIO - CANGURO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
247	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	013	MEDICINA INTERNA GENERAL	PESO	1
248	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CB005U	50826201 309	MEDICINA INTERNA GENERAL	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
249	TERMOHIGROMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	1440	LABORATORIO CLINICO	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
250	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	PROFESSIONAL	40200218 44	NEUMOLOGIA	PESO	1
251	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	00050	NEUMOLOGIA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
252	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGMOM ANOMETER		NEUMOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
253	TENSIOMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGMOM ANOMETER		NEUMOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
254	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	007	NUTRICION	PESO	1
255	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	008	NUTRICION	PESO	1
256	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001418 40	NUTRICION	PESO	1
257	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001418 41	NUTRICION	PESO	1
258	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001418 42	NUTRICION	PESO	1
259	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001418 43	NUTRICION	PESO	1
260	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001414 92	NUTRICION	PESO	1
261	BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	80001414 93	NUTRICION	PESO	1
262	TERMOHIGROMETRO				OFICINA GASES MEDICINALES	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
263	TERMOHIGROMETRO				OFICINA GASES MEDICINALES	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
264	TERMOHIGROMETRO				OFICINA GASES MEDICINALES	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN	1

						AMBIENTE	
265	TERMOHIGROMETR O				OFICINA GASES MEDICINALES	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
266	TERMOHIGROMETR O				OFICINA GASES MEDICINALES	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
267	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	014	OPTALMOLOGI A	PESO	1
268	TENSIMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	022266	OPTALMOLOGI A	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
269	TENSIMETRO PORTATIL	ALPK 2	SPHYGNOM ANOMETER	789921	OPTALMOLOGI A	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
270	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	011	ORTOPEDIA	PESO	1
271	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	06	ORTOPEDIA	PESO	1
272	TENSIMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	TYCOS	50826194 616	ORTOPEDIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
273	TENSIMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	TYCOS	50826222 500	ORTOPEDIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
274	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	010	OTORRINOLAR INGOLOGIA	PESO	1
275	TENSIMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	TYCOS	60317131 410	OTORRINOLAR INGOLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
276	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2197	PATOLOGIA	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
277	BALANZA	SARTORIUS	BL 12	13709732	PATOLOGIA	PESO	1
278	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2202	PATOLOGIA	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
279	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2190	PATOLOGIA	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
280	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	910.27	1450	PATOLOGIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
281	TERMOHIGROMETR O	ATHERM	TA 318		PATOLOGIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
282	TERMOHIGROMETR O	JUMBO	910.27	1458	PATOLOGIA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
283	BALANZA PESA BEBE ELECTRONICA	SECA	734	1/1	SALA DE PARTOS	PESO	1
284	DEFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	00052	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
285	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ATOM	V3200D	6110210	SALA DE PARTOS	TEMPERATURA EN MODO MANUAL Y SERVO	1
286	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ52-1005	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
287	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W52H174 810	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
288	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W52H175 110	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE	1

						OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
289	PESA BEBE ELECTRONICA	HEALTH O METER	553KL	55300001 31	SALA DE PARTOS	PESO	1
290	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATEX OHMEDA	LIGHT	3838776	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
291	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATEX OHMEDA	LIGHT	3927512	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
292	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATEX OHMEDA	LIGHT S/S	4845574	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
293	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M3303101 1608SVQ	SALA DE PARTOS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
294	HASCULA CON TALLIMETRO	RICELAKE	RL-MPS	07201100 211	SALA DE PARTOS	PESO	1
295	BALANZA	SOERNLE	SIN MODELO	40030203 8482	SALA DE PARTOS	PESO	1
296	CAPNOGRAFO (SOLO SPO2)	NOVAMET RIX	CAPNOSTAT CO2	105-1544SDOX XMM	UNIDAD QUIRURGICA		1
297	ELECTROBISTURI	ERBE	ICC 300	F1067	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
298	ELECTROBISTURI	AESCALAP	GN300	1497	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
299	ELECTROBISTURI	AESCALAP	GN300	1467	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
300	ELECTROBISTURI	AESCALAP	GN300	1504	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
301	ELECTROBISTURI	AESCALAP	GN300	1505	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
302	ELECTROBISTURI	MARTIN	MAXIMUM 80-042-02	MB402-10201071 089	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE, TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR	1
303	ELECTROBISTURI	VALLEYLA B	FORCE II	F4J44362 T	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE,	1

						TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR.	
304	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE II	F4K44412T	UNIDAD QUIRURGICA	POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE EN TIPO CORTE. TIPO COAGULACION Y TIPO BLEND CON MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR.	1
305	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	MINDRAY	PM9000	W-34109965	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, CO2 CON GASES ANESTESICOS, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, GASTO CARDIACO CON TEMPERATURA CORPORAL, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
306	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	MINDRAY	PM9000	W-34109962	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, CO2 CON GASES ANESTESICOS, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, GASTO CARDIACO CON TEMPERATURA CORPORAL, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
307	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	MINDRAY	PM9000	W-34109963	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, GASTO CARDIACO CON TEMPERATURA CORPORAL, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
308	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	MINDRAY	PM9000	W52H175010	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
309	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	6679	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
310	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	00017	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
311	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	8018	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS	1

						DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	
312	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	CRITICARE	SONUS	493190677	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	1
313	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM 5105K	1019	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, GASTO CARDIACO CON TEMPERATURA CORPORAL, ESPIROMETRIA, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
314	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	DATEX OHMEDA	P-CUB	0603915	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, GASTO CARDIACO CON TEMPERATURA CORPORAL, ESPIROMETRIA, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
315	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	EDAN	M9A	M9A3030 870122LA JPEV2	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	1
316	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	SPACELAB S	SL 2400	1369-0012854	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	1
317	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	SPACELAB S	SL 2400	1369-0012853	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	1
318	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	SPACELAB S	SL 2400	1369-008471	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	1
319	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	SPACELAB S	SL 2400	1369-012855	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVA EN VARIOS RANGOS	1

						DE PRESION, TEMPERATURA, RESPIRACION	
320	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITIKON	DINAP PLUS	L3441	UNIDAD QUIRURGICA	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
321	TENSIOMETRO RODABLE	WELCH ALLYN	TYCOS	06031321 4608	UNIDAD QUIRURGICA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
322	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	910.27	1455	UNIDAD QUIRURGICA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
323	TERMOHIGROMETRO	JUMBO	811 E	1464	UNIDAD QUIRURGICA	HUMEDAD, TEMPERATURA OUT CON SONDA Y IN AMBIENTE	1
324	DEFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TEC 7731K	00034	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
325	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	9020K	8403	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
326	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	7115	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
327	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2301K	7119	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
328	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITIKON	PLUSS	L9988	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
329	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITIKON	PLUSS	L3200	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
330	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 5105K	00221	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
331	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8B	M8B3030 972754LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION,	1

						RESPIRACION Y TEMPERATURA	
332	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	MBB3031 014799LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
333	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	MBB3031 014801LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
334	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	MBB3031 014804LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
335	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	MBB3031 014808LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
336	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	MBB	MBB3031 014810LD	UNIDAD QUIRURGICA RECUPERACION	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
338	TERMOMETRO DIGITAL	ALLA FRANCE	918	2199	UNIDAD RENAL	TEMPERATURA OUT CON SONDA Y EN AMBIENTE	1
339	DESPÍRILADOR	GENERAL ELECTRIC	CARDIOPUMP	101150466	UNIDAD RENAL	DESCARGA DE ENERGIA EN JULIOS, VOLTAJE Y CORRIENTE PICO DE DESCARGA, TIEMPO DE SINCRONISMO Y ECG	1
340	ELECTROCARDIOGRAFO	TRIMED	CARDIPIA 200	C2000061152	UNIDAD RENAL	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
341	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	SIN MODELO	050826211818	UNIDAD RENAL	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
342	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	SIN MODELO	050826212716	UNIDAD RENAL	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
343	TENSIOMETRO DE PARED	WELLCH ALLYN	SIN MODELO	050826194308	UNIDAD RENAL	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
344	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	PROFESSONAL	4020002936	UNIDAD RENAL	PESO	1
345	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	PROFESSONAL	4020006243	UNIDAD RENAL	PESO	1
346	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	PROFESSONAL	4020001748	UNIDAD RENAL	PESO	1
347	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402 KL	4020001732	URGENCIAS	PESO	1
348	BALANZA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	4020001809	URGENCIAS	PESO	1
349	BALANZA PESA BEBE	BABY SCALE	ACS-20B-YE	BD 10014785	URGENCIAS	PESO	1
350	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	015	URGENCIAS	PESO	1
351	DESPÍRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO	NIHON KOHDEN	TBC-5531K	00057	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE	1

						OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
352	ELECTROCARDIOGRAFO	TRISMED	CARDIFIA 400	C4000B12 35	URGENCIAS	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
353	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	10848	URGENCIAS	FRECUENCIA CARDIACA, AMPLITUD DE ONDA	1
354	MONITOR DE PRESION NO INVASIVA Y SPO2	MINDRAY	PM 600	T4BM124 9	URGENCIAS	SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENO, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION	1
355	MONITOR DE PRESION NO INVASIVA Y SPO2	EDAN	M3	M3303101 1606SVQ	URGENCIAS	SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENO, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION	1
356	MONITOR DE PRESION NO INVASIVA Y SPO2	EDAN	M3	M3303101 1604SVQ	URGENCIAS	SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENO, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION	1
357	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M88	M8B3031 097342LD	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
358	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ49-0272	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
359	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ49-0271	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
360	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ49-0270	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
361	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ52-1032	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVAS, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
362	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1000	AQ52-1041	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, INVASIVAS, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
363	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W5ZH174 71D	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION,	1

						INVASIVAS, RESPIRACION Y TEMPERATURA	
364	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W52H174 S10	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
365	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM9000	W52H174 610	URGENCIAS	ECG EN AMPLITUD Y FRECUENCIA, SATURACION DE OXIGENO EN FRECUENCIA CARDIACA Y SATURACION DE OXIGENOS, NIBP EN VARIOS RANGOS DE PRESION, RESPIRACION Y TEMPERATURA	1
366	BASCULA DE PISO	KENWELL	DT602-C1	012	UROLOGIA	PESO	1
367	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	19692531	UROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
368	TENSIOMETRO MANUAL	WELCH ALLYN	750-14	93111000 43	UROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
369	TENSIOMETRO MANUAL	WELCH ALLYN	750-14	97093032 19	UROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
370	TENSIOMETRO RODABLE	WELCH ALLYN	TYCOS	11957972 7	UROLOGIA	PRESION EN mmHg EN VARIACION ASCENDENTE Y DESCENDENTE	1
TOTAL						\$ 60.538.491	

ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDA D DE VISITAS PREVENTIVAS	REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACION	VISITA DE CALIBRACION
1	MAQUINA DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 210 SE	AMAZ00427	CIRUGIA	2	FUELLE, EMPAQUES, VALVULAS, ACOPLES	1
2	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO 55	DB-011-00529	CIRUGIA	2	FUELLE, EMPAQUES, VALVULAS, ACOPLES	1
3	MAQUINA DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 210 SE	AMAZ00266	CIRUGIA	2	FUELLE, EMPAQUES, VALVULAS, ACOPLES	1
4	RAYOS X	SIEMENS	POLYMAT 6		RAYOS X	2	BOMBILLO, PERILLAS SUICHES	1
5	RAYOS X	CGR	TRIPLUNIX 5		RAYOS X	2	PASTILLAS DEL CONTACTOR, PINTURA DEL EQUIPO, PERILLAS, SUICHES, GUAYA, BOMBILLO	1
6	MAMOGRAFO	GIOTTO	HT	691469	RAYOS X	1	CABLE DE CONTROL, RUEDAS	1
7	VENTILADOR	BEAR MEDICAL	1000	11005587	URGENCIAS	2		1
8	VENTILADOR	BMD CROSSVENT	6	629297C4	URGENCIAS			1
9	VENTILADOR	NELLCOR PURITAN BENNET	INFANT STAR 500	18135-037	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
10	VENTILADOR	SIEMENS	SERVO 900C	181354	MEDICINA		KIT DE LAS	1

					INTERNA		1000 HORAS	
11	VENTILADOR	SIEMENS	SERVO 900C	101438	SEGUNDO PISO		KIT DE LAS 1000 HORAS	
12	PIPETAS	BRAND	10ul	0459038	LABORATORIO	1		1
13	PIPETAS	BRAND	20ul	09P4757	LABORATORIO	1		1
14	PIPETAS	BRAND	50ul	08D8880	LABORATORIO	1		1
15	PIPETAS	BRAND	100ul	8N1269	LABORATORIO	1		1
16	PIPETAS	BRAND	200ul	03P2965	LABORATORIO	1		1
17	PIPETAS	BRAND	100-1000ul	07E01570	LABORATORIO	1		1
18	PIPETAS	BRAND	50-250ul	10P7474	LABORATORIO	1		1
19	PIPETAS	GRAM	145ul	10146902	LABORATORIO	1		1
20	PIPETAS	GRAM	280ul	11000292	LABORATORIO	1		1
21	CONGELADOR DE PLASMA	REVCO			PUESTO FIJO RECOLECCION DE SANGRE	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
22	NEVERA FRIO ESTATICO	HACEB	SUPER 90	LC ME 046	PUESTO FIJO RECOLECCION DE SANGRE	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
23	REFRIGERADOR VERTICAL	REFRILEVVA			PUESTO FIJO RECOLECCION DE SANGRE	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
24	NEVERA DE SANGRE	BLOOD BANK	P SELECTA	1714010	PUESTO FIJO RECOLECCION DE SANGRE	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
25	CONGELADOR VERTICAL	HACEB	NEVAR235L SE2PDALL	186725	LABORATORIO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
26	NEVERAFRIO ESTATICO	HACEB	SUPER 90	LCME030	LABORATORIO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
27	REFRIGERADOR VERTICAL	REVCO	GR431GA14	W09G351-351109	LABORATORIO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
28	CONGELADOR VERTICAL	ELECTROLUX	FE22		VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
29	CONGELADOR VERTICAL	ELECTROLUX	FE22	VCME025	VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
30	CONGELADOR VERTICAL	CHALLENGER	CVH30	VCME028	VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
31	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	VCME021	VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
32	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK144	41-004	VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
33	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	47242	VACUNACION	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
34	REFRIGERADOR VERTICAL	HACEB	RVC-17		FARMACIA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
35	NEVERA	HACEB	N87EEML1PA	FMMED88	FARMACIA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	

36	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST			COCUA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
37	NEVERA	ICASA			COCUA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
38	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST			SAN CAYETANO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
39	NEVERA	REGIA			SAN CAYETANO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
40	NEVERA	PHILIPS			SAN CAYETANO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
41	NEVERA	HACEB	NE-6		CIRUGIA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
42	CONGELADOR HORIZONTAL				CENTRAL DE RESIDUOS	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
43	NEVERA				ATENCION AL RECIEN NACIDO	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
44	NEVERA	ABBA	NS-125	HTPEM0237	MEDICINA INTERNA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
45	NEVERA	ICASA	SUPERALESI-1050	PGME020	PATOLOGIA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
46	CONGELADOR HORIZONTAL	WHITE CONSOLIDATED IND	GPC05M3W0	TF-EM-004	TERAPIA FISICA	3	GAS REFRIGERANTE, EMPAQUES	
47	DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC30	92444	CIRUGIA			1
48	ELECTROESTU RI	VALLEYLAB	FORCE 2	F0G30156T	CIRUGIA			1
49	ELECTROESTU RI	VALLEYLAB	FORCE 2	FSL290066T	CIRUGIA			1
50	ELECTROCARDI OGRAFO	KENZ	ECG 106	6046-1478	CIRUGIA			1
51	MONITOR	EDAN	M80	332138-M12605600 003-01	CIRUGIA			1
52	MONITOR	EDAN	M80	332138-M12605600 007-03	CIRUGIA			1
53	MONITOR	EDAN	M80	332138-M12605600 006-01	CIRUGIA			1
54	MONITOR	DATASCOPE	PASPORT	P55632-A7	CIRUGIA			1
55	MONITOR CAPNOGRAFO	MINDRAY	EXPRESS PM 8000	AA-01127784	CIRUGIA			1
56	MONITOR CAPNOGRAFO	DATASCOPE	PASSPORT II	TM15263-C5	CIRUGIA			1
57	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EDAN	M88	MBB303101 4791LDJ	CIRUGIA			1
58	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EDAN	M88	MBB303101 4793LDJ	CIRUGIA			1
59	MONITOR SIGNOS VITALES	DINAMAP	9300	J6299	CIRUGIA			1
60	MONITOR SIGNOS VITALES	CRITIKON	1946SX	8260 K2416	CIRUGIA			1

61	MONITOR SIGNOS VITALES	CRITIKON	1846SX	8260 J0391	CIRUGIA			1
62	SERVOCUNA	PANEN	M2051-UB	VZ3862	CIRUGIA			1
63	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F6G30167T	CIRUGIA			1
64	INCUBADORA	AMEDA	AMECARE	B1701518	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
65	INCUBADORA	AMEDA	AMECARE	B1701517	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
66	INCUBADORA	AMEDA	AMECARE	B1701519	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
67	INCUBADORA	AMEDA	AMECARE	B1701516	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
68	INCUBADORA	PANEM	C186TS	CC6962	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
69	INCUBADORA	MEDIX	PC 305	8189-12	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
70	INCUBADORA TRANSPORTE	ATOM	V80TR	7020605	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
71	INCUBADORA	MEDIX		COGUA	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
72	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT220T2	7020502	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
73	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT220T2	6110306	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
74	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT220T2	6110308	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
75	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT220T2	7020506	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
76	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT220T2	6110309	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
77	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	AIR SHIELDS	PT533-1	LM02425	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
78	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	AIR SHIELDS	PT533-1	LM02439	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
79	MONITOR	MENHER	TR-90UE	9D07130300 02	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
80	MONITOR SIGNOS VITALES	DINAMAP	9300	J3610	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
81	MONITOR SIGNOS VITALES	DINAMAP	9300	J3617	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
82	MONITOR SIGNOS VITALES	EDAN	M8A	M8A303087 0712LAEV2	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
83	MONITOR SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M33020880 2335VG	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
84	MONITOR NO INVASIVO	CRITICARE	5070	198270096	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
85	MONITOR NO INVASIVO	CRITICARE	5070	195249440	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
86	PESA BEBES	SECA	727	961076	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
87	PESA BEBES	SECA	354	8354022130	ATENCION AL RECIEN			1

				713	NACIDO			
88	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM50	AY73-10547	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
89	RAYOS X PORTATIL	SIEMENS	POLIMOBIL	22516	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
90	SERVOCUNA	MEDIX	SM401	4435	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
91	SERVOCUNA	MEDIX	SM401	4435-11	ATENCION AL RECIEN NACIDO			1
92	DESPIBRILADOR	HEWLETT PACKARD	CODE MASTER XL MT723II	3601A44500	PEDIATRIA			1
93	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	EK10		PEDIATRIA			1
94	MONITOR SIGNOS VITALES	DINAMAP XL	9300	[3614	PEDIATRIA			1
95	MONITOR SIGNOS VITALES	EDAN	MBA	M8A303087 0713LAEV2	PEDIATRIA			1
96	PESA	HEALTH O METER			PEDIATRIA			1
97	PESA BEBES	SECA	727	961081	PEDIATRIA			1
98	PULSOXIMETRO	NOVAMETRIX	515C	98-0040B	PEDIATRIA			1
99	PULSOXIMETRO	NOVAMETRIX	7100	002392SDD WW	PEDIATRIA			1
100	PESA BEBES	SECA	854	8354022130 0575	PEDIATRIA			1
101	DESPIBRILADOR	INNOMED	CARDIO-AID 200-B	12126048-3G	URGENCIAS			1
102	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-1	190,59679	URGENCIAS			1
103	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3B	309025-M11801310 009	URGENCIAS			1
104	MONITOR	MENHER	TR-900E	9D07130300 01	URGENCIAS			1
105	MONITOR CARDIACO	CARDIORAPID	CM-1	42024	URGENCIAS			1
106	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DATASCOPE	TRIO	MC08624-E5	URGENCIAS			1
107	MONITOR MULTIPARAMETRICO	CRITICARE	INGENUITY	312728737	URGENCIAS			1
108	MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	6200	62223352	URGENCIAS			1
109	MONITOR SIGNOS VITALES	CRITIKON	DINAMAP PLUS	K8294	URGENCIAS			1
110	MONITOR SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M33030960 7275VG	URGENCIAS			1
111	MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	BD4000XS-2	714DX01000 29-05	URGENCIAS			1
112	PESA	HEALOMETER	ND	ND	URGENCIAS			1
113	PESA	HEALTH O METER	ND	ND	URGENCIAS			1
114	PESA	HEALTH O METER	ND	ND	URGENCIAS			1
115	PESA	HEALTH O METER	ND	ND	URGENCIAS			1
116	PESA	DETECTO	ND	ND	URGENCIAS			1
117	PESA BEBES	SECA	727	961073	URGENCIAS			1
118	PULSOXIMETRO	MASIMO	RAD 5		URGENCIAS			1
119	TENSIONOMETRO PARED	TYCOS	ND	69558119	URGENCIAS			1
120	TENSIONOMETRO PARED	TYCOS	ND	9005100124	URGENCIAS			1
121	TENSIONOMETRO PARED	TYCOS	ND	69558104	URGENCIAS			1

122	TENSIOMETRO PARED	TYCOS	ND	9506221459	URGENCIAS			1
123	TENSIOMETRO PARED	TYCOS	ND	19402768	URGENCIAS			1
124	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	PORTATIL	43495	URGENCIAS			1
125	TENSIOMETRO RODACHINES	TYCOS	ND	9807282043	URGENCIAS			1
126	MONITOR FETAL	HUNTLEIGH	OXFORD SONICAID	8906287	GINECOLOGIA			1
127	MONITOR FETAL	EDAN			GINECOLOGIA			1
128	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DATASCOPE	TRIO	MCOH639-B5	GINECOLOGIA			1
129	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M33030960 7125VG	GINECOLOGIA			1
130	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DATASCOPE	PASSPORT	T51823-B6	GINECOLOGIA			1
131	PESA BEBES	SECA	727	971057	GINECOLOGIA			1
132	SERVOCUNA	PANEN	MULTISYSTEM 2051		GINECOLOGIA			1
133	TENSIOMETRO	ALPK2		637448	GINECOLOGIA			1
134	RAYOS X PORTATIL	SIEMENS	POLIMOBIL III	03334 S,16	RAYOS X			1
135	DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIO-AID 200-B	12126055-3G	3 PISO			1
136	ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	3010ECG	1812070420	3 PISO			1
137	MONITOR	WELCH ALLYN	NO DEFINIDO	62221949	3 PISO			1
138	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M88	MBB303101 4792LDJ	3 PISO			1
139	MONITOR MULTIPARAMETRICO	CRITICARE	INCENUITY	312727557	3 PISO			1
140	MONITOR	MENHER	TR900A	9T01130200 28	3 PISO			1
141	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM50	AY73-10491	3 PISO			1
142	DESFIBRILADOR	HEWLETTPACKARD	CODE MASTER	3601A44521	2 PISO			1
143	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	EK10	1719	2 PISO			1
144	MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	6200	62221921	2 PISO			1
145	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M3	M33031011 6125VG	2 PISO			1
146	TENSIOMETRO	ALPK2	PORTATIL	640671	2 PISO			1
147	AUDIOMETRO	MAICO	MA41	72972	TERAPIA LENGUAJE			1
148	IMPEDANCIMETRO	MAICO	MI34	721458	TERAPIA LENGUAJE			1
149	ESPEROMETRO	Creative MULTISP		10470	TERAPIA RESPIRATORIA			1
150	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-32146042	TERAPIA RESPIRATORIA			1
151	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	112527	ODONTOLOGIA			1
152	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	112643	ODONTOLOGIA			1
153	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	135775	ODONTOLOGIA			1
154	LAMPARA DE FOTOCURADO	SDSKERR	DEMETRON	67000777	ODONTOLOGIA			1
155	LAMPARA DE FOTOCURADO	SDS KERR	DEMETRON LC	67000772	ODONTOLOGIA			1
156	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	135775	ODONTOLOGIA			1

157	LAMPARA DE FOTOCURADO	SDSKERR	DEMETRON	67000765	ODONTOLOGIA			1
158	LAMPARA DE FOTOCURADO	SDS KERR	DEMETRON	67000776	ODONTOLOGIA			1
159	RAYOS X ODONTOLOGICO	SPECTRO II	DUBI-ARLONTE		ODONTOLOGIA			1
160	RAYOS X ODONTOLOGICO	PHILLIPS	DENSS-D MAT		ODONTOLOGIA			1
161	TENSIOMETRO	WELCH ALLIN	SHOCK RESISTENT	4,1231E+10	CONSULTA EXTERNA			1
162	TENSIOMETRO	WELCH ALLIN	SHOCK RESISTAL	5,0823E+10	CONSULTA EXTERNA			1
163	TENSIOMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER		CONSULTA EXTERNA			1
164	TENSIOMETRO	WELCH ALLIN	SHOCK RESISTAN	5,0823E+10	CONSULTA EXTERNA			1
165	TENSIOMETRO	ALPK2		641889	CONSULTA EXTERNA			1
166	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	119579531	CONSULTA EXTERNA			1
167	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9511200349	CONSULTA EXTERNA			1
168	TENSIOMETRO	ALPK2		636603	CONSULTA EXTERNA			1
169	TENSIOMETRO	WELCH ALLIN		4,113E+10	CONSULTA EXTERNA			1
170	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	69608913	CONSULTA EXTERNA			1
171	TENSIOMETRO	ALPK2		634530	CONSULTA EXTERNA			1
172	TENSIOMETRO	ALPK2		647123	CONSULTA EXTERNA			1
173	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	119643310	CONSULTA EXTERNA			1
174	TENSIOMETRO	ALPK2		633345	CONSULTA EXTERNA			1
175	TENSIOMETRO	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	9007240529	CONSULTA EXTERNA			1
176	TENSIOMETRO	CERTIFIED	SPHYGMOMANOMETER		CONSULTA EXTERNA			1
177	TENSIOMETRO	TYCOS			CONSULTA EXTERNA			1
178	TENSIOMETRO	TYCOS	CERTIFIED	128171309	CONSULTA EXTERNA			1
179	TENSIOMETRO	WELCH ALLIN	SHOCK RESISTAN	5,0823E+10	CONSULTA EXTERNA			1
180	TENSIOMETRO	CERTIFIED			CONSULTA EXTERNA			1
181	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9511200190	CONSULTA EXTERNA			1
182	TENSIOMETRO	ALPK2			CONSULTA EXTERNA			1
183	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9609041553	CONSULTA EXTERNA			1
184	TENSIOMETRO	TYCOS		9503211160	CONSULTA EXTERNA			1
185	TENSIOMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	638863	CONSULTA EXTERNA			1
186	PESA BEBES MANUAL	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
187	PESA BEBES DIGITAL	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
188	PESA BEBES	DETECTO			CONSULTA EXTERNA			1
189	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
190	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
191	PESA	WELCH ALLIN	HEALTHMETER		CONSULTA EXTERNA			1
192	PESA BEBE	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
193	PESA	WELCH ALLIN	HEALTHMETER		CONSULTA EXTERNA			1

194	PESA	WELCH ALLIN	HEALTHMETER		CONSULTA EXTERNA			1
195	PESA BEBES	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
196	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
197	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
198	PESA BEBS	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
199	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
200	PESA	SOEHNLE			CONSULTA EXTERNA			1
201	PESA	WELCH ALLIN	HEALTHMETER		CONSULTA EXTERNA			1
202	PESA BEBES	SECA	727	971058	CONSULTA EXTERNA			1
203	PESA	BEURER			CONSULTA EXTERNA			1
204	PESA	WELCH ALLIN	HEALTHMETER		CONSULTA EXTERNA			1
205	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
206	PESA	HEALTHMETER			CONSULTA EXTERNA			1
207	PESA	SECA			CONSULTA EXTERNA			1
208	PESA	SOEHNLE			CONSULTA EXTERNA			1
209	PESA	DETECTO			CONSULTA EXTERNA			1
210	PESA	SOEHNLE			CONSULTA EXTERNA			1
211	MONITOR	CRITIKON	8260	L6669	CONSULTA EXTERNA			1
212	PULSOXIMETRO	CRITICARE	5070	195249440	CONSULTA EXTERNA			1
213	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-1		CONSULTA EXTERNA			1
214	MONITOR FETAL	COROMETRICS			CONSULTA EXTERNA			1
215	LAMPARA FOTOCURADO	SUNLITE	1275	135774	COGUA			1
216	PESA BEBES	DETECTO			COGUA			1
217	PESA CON TALLIMETO	DETECTO			COGUA			1
218	PULSOXIMETRO	PULSO-2		B0032918	COGUA			1
219	TENSIOMETRO	TYCOS			COGUA			1
220	TENSIOMETRO	TYCOS			COGUA			1
221	TENSIOMETRO	ALPK2			COGUA			1
222	TENSIOMETRO	ALPK2			COGUA			1
223	TENSIOMETRO	WANSUN			COGUA			1
224	LAMPARA FOTOCURADO	SUNLITE	1275	96438	SAN CAYETANO			1
225	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	EK10		SAN CAYETANO			1
226	PESA BEBE	DETECTO			SAN CAYETANO			1
227	PESA CON TALLIMETO	DETECTO			SAN CAYETANO			1
228	PULSOXIMETRO	KONICA	MINOLTA		SAN CAYETANO			1
229	TENSIOMETRO	TYCOS		9908032578	SAN CAYETANO			1
230	TENSIOMETRO	TYCOS		98069311	SAN CAYETANO			1
231	TENSIOMETRO	ALPK2		647123	SAN CAYETANO			1
232	TENSIOMETRO	WANSUN			SAN CAYETANO			1
233	MONITOR	GE HEALTHCARE	B20	SGF1402014 9WA	AMBULANCIA			1
234	MONITOR	GE HEALTHCARE	B20	SGF1402015 4WA	AMBULANCIA			1

235	MONITOR	GE HEALTHCARE	B20	SOF1402015-9WA	AMBULANCIA			1
236	MONITOR	GE HEALTHCARE	B20		AMBULANCIA			1
237	TENSIOMETRO	WANSUN			AMBULANCIA			1
238	TENSIOMETRO	WANSUN			AMBULANCIA			1
239	TENSIOMETRO	WANSUN			AMBULANCIA			1
240	TENSIOMETRO	WANSUN			AMBULANCIA			1
241	TENSIOMETRO	ALPK2			AMBULANCIA			1
242	TENSIOMETRO	ALPK2			AMBULANCIA			1
243	TENSIOMETRO	ALPK2			AMBULANCIA			1
244	TENSIOMETRO	ALPK2			AMBULANCIA			1
245	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	811E	1466				1
246	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE		1844				1
247	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910,27	1815				1
248	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910,27	1816				1
249	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910,27	1812				1
250	TERMOHIGROMERO	LUTRON	LM-81HT	AA2758				1
251	TERMOHIGROMERO	LUTRON	LM-81HT	AA.02776				1
252	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910,27	1817				1
253	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910,27	1813				1
254	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910-27	1814				1
255	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910-27	1845				1
256	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910-27	1841				1
257	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910-27	1842				1
258	TERMOHIGROMERO	ALLA FRANCE	910-27	1845				1
259	TERMOHIGROMETRO							1
260	TERMOHIGROMETRO							1
261	TERMOHIGROMETRO							1
262	TERMOHIGROMETRO							1
263	TERMOHIGROMETRO							1
264	TERMOHIGROMETRO							1
265	TERMOHIGROMETRO							1
266	TERMOHIGROMETRO							1
267	TERMOHIGROMETRO							1
268	TERMOHIGROMETRO							1
269	TERMOHIGROMETRO							1
270	TERMOHIGROMETRO							1
271	TERMOHIGROMETRO							1
272	TERMOHIGROMETRO							1
273	TERMOHIGROMETRO							1
274	TERMOHIGROMETRO							1

275	TERMOHIGROM ETRO							1
276	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
277	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
278	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
279	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
280	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
281	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
282	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
283	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
284	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
285	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
286	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
287	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
288	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
289	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
290	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
291	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
292	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
293	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
294	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
295	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
296	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
297	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
298	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
299	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
300	TERMOHIGROM ETRO	KTJ	318					1
301	TERMOMETRO	AVENTIS						1
302	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2206				1
303	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2235				1
304	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1
305	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1
306	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1
307	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2230				1
308	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1
309	TERMOMETRO							1
310	TERMOMETRO	ALLA PRANCE	918	2232				1
311	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2231				1
312	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1
313	TERMOMETRO							1
314	TERMOMETRO							1
315	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918					1

316	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2234				1
317	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2233				1
318	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	918	2236				1
319	AUTOCLAVE	CISA	320		CIRUGIA	3	SELLOS, CONECTORES	1
320	RAYOS X	SIEMENS	MULTIX CP	1324	IMAGENOLOGIA	3		1
							TOTAL	\$ 129.903.462

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GIRARDOT		REPUESTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN	VISITA DE CALIBRACIÓN
					UBICACIÓN O SERVICIO	CANTIDAD DE VISITAS PREVENTIVAS		
1	BÁSCULA TALLÍMETRO	WELCH ALLYN - TENSO			23 BÁSCULAS TALLÍMETRO DISTRIBUIDAS EN LOS PUESTOS DE SALUD, CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS.			1
2	BÁSCULA DE PISO	SOHNLE - KENWELL			41 BÁSCULAS DE PISO DISTRIBUIDAS EN LOS PUESTOS DE SALUD, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, SALA DE PARTOS, UNIDAD DE QUEMADOS Y UCI NEONATAL/PEDIÁTRICA.			1
3	PESA BEBÉ	DETECTO			15 PESA BEBÉ DISTRIBUIDAS EN LOS PUESTOS DE SALUD, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, UCI NEONATAL / PEDIÁTRICA.			1
4	TENSIÓMETRO	ALPK2 - GENÉRICO			50 TENSIÓMETROS MANUALES DISTRIBUIDOS EN LOS PUESTOS DE SALUD, CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, UCI ADULTO, UCI NEONATAL/PEDIÁTRICA Y CIRUGÍA			1
5	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY			8 MONITORES DE SIGNOS VITALES UBICADOS EN URGENCIAS Y UCI ADULTO.			1
6	DESFIBRILADOR	BURDICK - NIHON KOHDEN			4 DESFIBRILADORES UBICADOS EN UNIDAD MENTAL, UNIDAD DE QUEMADOS, UCI ADULTO Y CIRUGÍA			1
7	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER NARKOMED			2 MÁQUINAS DE ANESTESIA UBICADAS EN SALA DE PARTOS Y CIRUGÍA.			1
8	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB - YESNG			2 ELECTROBISTURIS UBICADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA			1
9	TERMOHIGRÓMETRO	ALL FRANCE			80 TERMOHIGRÓMETROS DISTRIBUIDOS EN LOS PUESTOS DE SALUD, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, SALA DE PARTOS, UNIDAD DE QUEMADOS Y UCI NEONATAL/PEDIÁTRICA, UCI ADULTO, CIRUGÍA.			1

					URGENCIAS, CENTRAL DE AIRE MEDICINAL, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, ODONTOLOGÍA, L.			
10	TERMÓMETRO	DIGITAL			3 TERMÓMETROS UBICADOS EN LABORATORIO CLÍNICO			1
11	AUTOCLAVES	SCALA MORRIS - MINIKLAV KROMADE NT			12 AUTOCLAVES DISTRIBUIDAS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y PUESTOS DE SALUD			1
12	MONITOR FETAL	HP			SALA DE PARTOS			1
13	VENTILADOR MECANICO	BEAR	1000	11005572	URGENCIAS	2	Servicio de mantenimiento preventivo y todas los correctivos necesarios incluidos todos los repuestos	1
14	VENTILADOR MECANICO	BEAR	1000	11005559	UCI ADULTOS	2	Servicio de mantenimiento preventivo y todas los correctivos necesarios incluidos todos los repuestos	1
15	AUTOCLAVE	SCALA MORRIS	A420E	SIZE20X60	CENTRAL DE ESTERILIZACION	12	Servicio de mantenimiento preventivo y todas los correctivos necesarios incluidos todos los repuestos	
16	AUTOCLAVE	SCALA MORRIS	A420E	12169	CENTRAL DE ESTERILIZACION	12	Servicio de mantenimiento preventivo y todas los correctivos necesarios incluidos todos los repuestos	
17	ARCO EN C	INTERMEDICA IMD	RADIUS	018/10/006 15	UNIDAD QUIRURGICA	3	REPUESTOS	1
							TOTAL	\$ 73.849.218

NEXO N° 4 -

PROYECTO DE MINUTA CONTRATO

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRA Y GIRARDOT.

CONTRATISTA XXXXX

VALOR TOTAL: \$ XXXX

CDP: XXX DE 2015

PLAZO: XX (XX) MESES

Entre OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.224.090, expedida en DUITAMA - BOYACA en su calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** y como tal representante legal del mismo, nombrado mediante Decreto Departamental numero 185 del 03 de Julio de 2012 y acta de posesión numero 082 del 05 de julio de 2012, facultado por la Ordenanza 072 del 27 de Diciembre de 1995 y el estatuto de contratación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL HOSPITAL**, por una parte; y por la otra XXXXXXXX identificada con el NIT XXXXX, representada legalmente por XXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXXX de XXXX, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** realizó convocatoria pública No. XXX de 2015 con el fin recibir propuestas para la prestación de los servicios de mantenimiento equipo medico para la **E.S.E. hospital universitario la samaritana Bogotá y sus unidades funcionales de zipaquirá y Girardot**. **SEGUNDA:** Que agotado el procedimiento respectivo, se recibieron propuestas que fueron sometidas a las evaluaciones pertinentes de las cuales se concluyó que la propuesta presentada por la **CONTRATISTA** es conveniente para el **HOSPITAL**. **TERCERA:** Que el presente proceso de Convocatoria Pública culminó con la adjudicación realizada a través de resolución No. XXX de xxx de X de febrero de 2015, proferida por el gerente del Hospital, acto que se publicó en la página web del Hospital, de conformidad con el pliego de condiciones. **CUARTA:** Que en la presente contratación se observaron los principios de la Función Administrativa consagrados en la Constitución Política, leyes y el Acuerdo 08 de 2014, Estatuto de Contratación de la **E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana**. **QUINTA:** Que existe disponibilidad presupuestal No. xxx de 2015, para la celebración del presente contrato de suministro.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LAS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRA Y GIRARDOT DE LA **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ**.

PARÁGRAFO PRIMERO: El servicio incluye, mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos y mano de obra:

PARÁGRAFO SEGUNDO: El servicio en las Unidades Funcionales de Girardot y Zipaquirá estará condicionado a la duración del convenio interadministrativo que otorga a la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, la tenencia y dirección de las mencionadas unidades funcionales; por tanto, en caso de finalizar el convenio interadministrativo, el servicio terminará y, en consecuencia, el valor promedio presupuestado de las unidades funcionales será reversado.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones legales inherentes al tipo de contrato y a la naturaleza jurídica de las partes, el **CONTRATISTA** se obliga a obrar con lealtad, buena fe, transparencia, celeridad, oportunidad y economía procesal, además se obliga a cumplir con las especificaciones particulares del objeto contractual y las siguientes:

- A. El contratista se obliga a cumplir con todos los plazos, exigencias y obligaciones establecidas en la convocatoria No. XX de 2015, los anexos técnicos y la propuesta presentada.
- B. Adjuntar hoja de vida del personal donde certifique su competencia para el manejo de los equipos (medio magnético).
- C. Sostener el precio del servicio hasta la liquidación del contrato.
- D. Constituir las garantías en el presente contrato, en la forma establecida, así como los respectivos amparos.
- E. El **CONTRATISTA** deberá responder económicamente por los perjuicios probados que se causen a las personas o las cosas por negligencia u omisión de su personal.
- F. Avisar oportunamente al **HOSPITAL** de las situaciones imprevistas que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato.
- G. Efectuar la facturación en la forma prevista en este contrato.
- H. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.
- I. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y al desarrollo del objeto contractual.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El **HOSPITAL** se obliga a:

1. Exigir del **CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
2. Pagar el precio dentro del plazo y formas previstas.
3. Revisar cada mes el servicio contratado para verificar que se cumpla con las condiciones previstas en este contrato.

CUARTA. FACTURACIÓN: El proceso de facturación deberá atender los siguientes requerimientos:

1. La factura deberá estar diligenciada de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales consignados en el Estatuto Tributario y el Código de Comercio.
2. El **CONTRATISTA** facturará al **HOSPITAL**, en orden cronológico del servicio prestado.
3. El **CONTRATISTA** deberá radicar la factura entre primero (1) y el veinticinco (25) de cada mes. En caso que el día veinticinco (25) sea un día no hábil se tendrá como fecha límite la del día hábil inmediatamente anterior. En

caso de no cumplirse con este requerimiento el HOSPITAL podrá abstenerse de recibir la facturación.

4. El Supervisor aprobará la factura y el monto a cancelar.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible incluir la información mencionada por motivos de sistematización de facturas o cualquier otro, el CONTRATISTA deberá incluir la información descrita en documento anexo a la factura, que, para todos los efectos, constituirá parte integral de la factura y, en consecuencia, del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se debe anexar a todas las facturas el certificado de aportes parafiscales y a la seguridad social expedido por el representante legal o el revisor fiscal según sea el caso.

QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El gasto que ocasiona el presente contrato se pagará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número XXX de 2015.

SEXTA. GARANTÍAS. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, las siguientes garantías

6.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

- d) **DE CUMPLIMIENTO**, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae, por una suma asegurada equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración y Cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.
- e) **DE CALIDAD DEL SERVICIO**, por una suma asegurada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del contrato más un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción del objeto contractual.

6.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto igual a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con una duración igual al plazo del contrato y tres (3) meses más, para amparar daños a terceros que se originen por causa o con ocasión del presente contrato. En esta garantía el Hospital debe tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado y será beneficiario tanto el Hospital como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del Contratista.

PARÁGRAFO: En caso de adición en valor y/o plazo al presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a ampliar, en valor y plazo, la respectiva garantía única de cumplimiento.

SÉPTIMA. PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de duración de este contrato se ha estimado en XX (XX) meses, contados desde el acta de inicio suscrita por el supervisor del contrato; sin embargo, la duración estará finalmente determinada por el agotamiento de la respectiva imputación presupuestal asignada, si esto sucede primero. Su vigencia será el plazo contractual y cuatro (4) meses más contados a partir del acta de inicio.

No obstante el plazo aquí estipulado, el contrato terminará por causales de incumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales o por la ley. De

igual forma, podrá ser prorrogado en caso de ser necesario, mediante acuerdo de adición suscrito por las partes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez se agote la imputación presupuestal respectiva, el presente contrato se entenderá terminado en su ejecución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo estará condicionado a la duración del convenio interadministrativo que otorga a la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, la tenencia y dirección de las mencionadas unidades funcionales; por tanto, en caso de finalizar el convenio interadministrativo, el servicio terminará y, en consecuencia, el valor promedio presupuestado de las unidades funcionales será reversado.

OCTAVA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del presente contrato es la suma de **XXXXXX PESOS M/CTE (\$XXXX)** que se cancelará en **MENSUALIDADES VENCIDAS**, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación y aceptación de la respectiva factura, el flujo de caja y a los requerimientos estipulados anteriormente y a los servicios efectivamente prestados durante el periodo facturado, previa certificación del supervisor del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez se agote la imputación Presupuestal respectiva, el presente contrato se entenderá terminado en su ejecución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este valor es la única contraprestación que reconocerá **EL HOSPITAL** por la prestación de servicio contratado.

PARÁGRAFO TERCERO: El último pago solo será efectuado contra la presentación del acta de liquidación del contrato.

NOVENA. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La suma de dinero que **EL HOSPITAL** queda obligado en virtud de este contrato, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto del **HOSPITAL** y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestales número XX de 2015.

DÉCIMA. GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Todos los gastos orientados a legalizar y formalizar el presente contrato, como los anteriormente mencionados serán asumidos por el **CONTRATISTA**.

DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad del contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a pagar a **EL HOSPITAL** una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de indemnización por los perjuicios que le pueda ocasionar.

DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo, se podrán imponer multas desde el uno por ciento (1%) diario del valor del contrato por cada día de mora, sin sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

DÉCIMA TERCERA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al tesoro de **EL HOSPITAL** y podrán ser tomadas directamente del saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se ejercerán las acciones legales a que haya lugar, de conformidad con las normas pertinentes.

DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD: EL HOSPITAL podrá declarar la caducidad de este contrato, mediante acto administrativo debidamente motivado, en el que se expresará la causa o causas que dieron lugar a ella, con fundamento en los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual se solucionarán a través de los mecanismos de solución de conflicto, como conciliación y transacción, sin perjuicio de los que establezca la ley para tal efecto.

DÉCIMA SEXTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: El contrato no podrá ser cedido por el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: El presente contrato queda sujeto a las disposiciones que sobre el particular estipula la Ley 80 de 1993 y las contenidas en el Estatuto Contractual del Hospital.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por común acuerdo entre las partes, fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento.

DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACION DE COMÚN ACUERDO: El presente contrato se podrá liquidar de común acuerdo entre las partes.

VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: EL HOSPITAL podrá liquidar directa y unilateralmente el presente contrato, si EL CONTRATISTA no se presentare a la liquidación o no llegaren las partes a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación deberá ser adoptada por acto administrativo.

VIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Hospital Universitario de la Samaritana.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: Las partes intervenientes en el contrato están sujetas a las responsabilidades consignadas en la ley.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara conocer ampliamente el régimen de contratación estatal en cuanto a las cláusulas exorbitantes.

VIGÉSIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES: Para el desarrollo de este contrato se utilizará personal especializado, el cual estará bajo su permanente subordinación o dependencia, por consiguiente será por cuenta de EL CONTRATISTA, la totalidad de las obligaciones laborales, tales como sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones, quedando en esta forma EL HOSPITAL exento de los mismos.

VIGÉSIMA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá perfeccionado, cuando se eleve a escrito el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y sea firmado por las partes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez perfeccionado el presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá constituir las garantías señaladas en este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato podrá ser ejecutado una vez sean aprobadas las garantías y exista registro presupuestal correspondiente.

VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **HOSPITAL** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por **EL CONTRATISTA** en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **EL HOSPITAL**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **EL HOSPITAL**. **EL CONTRATISTA** será responsable de todos los daños causados a **EL HOSPITAL**, ocasionados por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de **EL HOSPITAL**.

VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: Convocatoria Pública No. XXX de 2015, propuesta y documentos de **EL CONTRATISTA**, certificado de disponibilidad presupuestal, acta del Comité de Compras y Contrato a través de la cual se recomienda la presente contratación y resolución de adjudicación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN: Para todos los efectos de este contrato se tendrá como supervisor a la **LIDER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO**, o quien haga sus veces. A éste se le designa la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del servicio contratado y de efectuar las certificaciones sobre el desarrollo del mismo en términos de ejecución financiera, entregas, calidad, con el fin de ser tenidos en cuenta para futuras contrataciones, adiciones o prórrogas y la imposición de sanciones u otras determinaciones en materia contractual.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., el

EL HOSPITAL

EL CONTRATISTA

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
Gerente

XXXXXXXXXXXX
Representante Legal

Proyectó: Profesional en Misión
Revisó: Oficina Asesora Jurídica
Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

NIT 899999032 - 5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 60 DEL 2015

EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

RUBRO PRESUPUESTAL

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR ACTUAL
A	22001	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	440.504.414
A	22001	02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	114.469.962
A	22001	03	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	64.280.448
				619.254.824

OBJETO CDP : PARA CUBRIR CONVOCATORIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO
BOGOTA, U.F. ZIPAQUIRA Y U.F. GIRARDOT

A SOLICITUD DE: VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ

Fecha de Expedición: 05/01/2015

Fecha de Vencimiento: 04/06/2015


MARLESBY SOTEO PUERTO

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera