



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

ADENDA 02

CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 /2015

OBJETO: SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ D.C. Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT.

El Gerente del Hospital Universitario la Samaritana, en ejercicio de las facultades conferidas en la ordenanza No. 072 de 1995, Acuerdo 01 de 1995 y en especial del artículo 4° del Estatuto Contractual del Hospital y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que estando dentro de la oportunidad prevista en la convocatoria pública N°15, es necesario modificar la descripción técnica de algunos ítems con el fin de favorecer la pluralidad de oferentes:

Que en virtud de lo anterior se hace necesario elaborar una adenda al pliego de condiciones de la convocatoria pública N° 15 de 2015.

Que se anexa a la convocatoria en mención el ítem N° 715 para el producto D04T01 TRANSDUCTOR CATETER TERMODILUCION.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar la descripción técnica de los siguientes ítems de los Anexos 3 Y 5, para dar claridad y permitir la pluralidad de oferentes, los cuales quedaran así:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	INQUIETUD	RESPUESTA
534	CT4551626	MALLA NO ABSORBIBLE PROLENE 10 X 15 CM	Se puede presentar la de 15 x 15 cm	Si
627	EO2PD2	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 5,5MM 1/2C	confirmar si la aguja es espatulada	Es aguja redonda 5mm 3/8C
639	CT661627	SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 ADR	Qué tipo de aguja es	Es aguja curva redonda 3/8 de 13mm
640	CT663851	SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 AR	Qué tipo de aguja es	Es aguja curva redonda 3/8 de 13mm doble aguja
19	CT4551021	MALLA PARA INCONTINENCIA TIPO TOT	Es el mismo producto del ítem 20	No, corresponde a Malla para piso pelvico, ya se cambio la descripción en el sistema





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

20	E08E10	SISTEMA DE SUSPENSION VIA OBTURADOR PARA INCONTINENCIA TIPO TOT	Es el mismo producto del item 19	No, la descripción esta Malla es para via obturador
208	CT5091228	JERINGA DUAL 200mL PARA INYECTOR STELLANT	Es nombre comercial	Jeringa doble 200 ml para inyector
375	CT1241244	CARALLA COLOSTOMIA 100MM	Se pueden presentar de otros calibres parecidos	Sí, siempre y cuando coincidan con las bolsas de colostomia
376	CT481511	CARALLA COLOSTOMIA 45MM	Se pueden presentar de otros calibres parecidos	Sí, siempre y cuando coincidan con las bolsas de colostomia
377	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57MM	Se pueden presentar de otros calibres parecidos	Sí, siempre y cuando coincidan con las bolsas de colostomia
378	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70MM	Se pueden presentar de otros calibres parecidos	Sí, siempre y cuando coincidan con las bolsas de colostomia
474	CT9641610	DISPOSITIVO DE CIERRE V-LOC 2/0 GR 12	Especificar material	Poligliconato absorbible
475	CT9641609	DISPOSITIVO DE CIERRE V-LOC 3/0 GR 12	Especificar material	Poligliconato absorbible
476	CT9641608	DISPOSITIVO DE CIERRE V-LOC 3/0 GR 6	Especificar material	Poligliconato absorbible
495	CLIPHEMO	CLIPS HEMO LOK MLX C CARTUCHO X 6 CLIP	Especificar material	Polimero no absorbible
496	CT10251031	CLIPS HEMO D LOK XL	Especificar material	Polimero no absorbible

Segundo: Modificar el listado de productos incluidos en la convocatoria anexando el ítem N° 715 para el producto D04T01 TRANSDUCTOR CATETER TERMODILUCION.

Dado en Bogotá DC a los 23 días del mes de enero del 2015

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE

GERENTE

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Área solicitante

Vob/ Asesora Jurídica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10711 www.hus.org.co

“Unidos por tu Bienestar”

