



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

**RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 12
SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO MEDICO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRA Y GIRARDOT.**

EMPRESA 1

JOMEDICAL EQUIPOS MÉDICOS

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos manifestarle a la Entidad que dentro de los documentos que conforman el proceso no fue publicado el presupuesto asignado para la adquisición de estos ítems, esto para ser conocido por todos los posibles oferentes interesados en participar y así poder presentar una propuesta económica acorde a lo establecido por el Hospital, por otra parte nos gustaría conocer el estudio de mercado que la Entidad realizo para la asignación del presupuesto en mención, toda vez que para los elementos de las incubadoras marca Medix y para los desfibriladores marca Innomed, nosotros somos los distribuidores autorizados por el fabricante para la venta de equipos, repuestos y accesorios requeridos para su normal funcionamiento, es decir nuestra oferta es de elementos originales del fabricante y no genéricos, por otra parte es preciso que la Entidad tenga presente que el dólar hay tenido una subida considerable desde el pasado mes de Diciembre, hecho que también incrementa el valor de los elementos suministrados directamente por el fabricante.

RESPUESTA

Los precios que se tomaron como base para el estudio de mercado para definir el presupuesto de los ítems ofertados por ustedes fue basado en precios de años anteriores incrementándole el ipc; es claro que el precio del dólar subió en el mes de diciembre pero este presupuesto se realizo en el mes de septiembre y a la fecha de la convocatoria ya no era posible hacer ninguna modificación; adicional a esto el día de la aclaración de términos se manifestó que era responsabilidad del oferente averiguar los precios que se habían usado para el presupuesto, ya que se explico de donde se tenia referencia para sacar el presupuesto. Por todo lo anterior y sabiendo que esta es una institución publica no es posible ya realizar ningún cambio en los presupuesto ni en las cantidades de los ítems. Por lo que su calificación sigue siendo no cumple por que sobrepasa el presupuesto.





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

EMPRESA 2

INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

Informamos que en los resultados de la convocatoria n° 12, indican que no se anexa ficha técnica de los cables y los sensores spo2. se les informa que las fichas técnicas de estos productos se encuentran en los registros invima dentro de la licitación, sin embargo se les deja copia de estas mismas para que sean verificadas con las carpetas entregadas el 20 de enero de 2015.

RESPUESTA

Como es de su conocimiento en el pliego de condiciones en el un numeral 3.6.13 “la propuesta técnica deberá cumplir mínimo las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 3” se solicita dentro de la documentación el registro invima y la ficha técnica; esto con el fin de poder verificar que los ítems que se tienen correspondan exactamente a los elementos que se necesitan y sean compatibles con los equipos que se tienen en la institución y en sus unidades funcionales.

Dando contestación al oficio enviado por ustedes el día 19 de febrero donde informan que la ficha técnica de los cables y los sensores de spo2 se encuentran en los registros invima, permanece el NO CUMPLE ya que la ficha técnica es la que nos determina si cuenta con las especificaciones técnicas requeridas y es compatible con los equipos.

Las anteriores observaciones no modifican las evaluaciones iniciales publicadas el día 18 de febrero de 2015 en el acta N° 23

Atentamente

Comité de compras y contratos

ESE Hospital universitario de la samaritana





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

