



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

ADENDA 02

CONVOCATORIA PUBLICA No. 29 /2015

OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA SEDE BOGOTA

El Gerente del Hospital Universitario la Samaritana, en ejercicio de las facultades conferidas en la ordenanza No. 072 de 1995, Acuerdo 01 de 1995 y en especial del artículo 4° del Estatuto Contractual del Hospital y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que estando dentro de la oportunidad prevista en la convocatoria pública N° 29, y con el fin de dar respuesta a las observaciones radicadas por parte de los proponentes en la aclaración de términos llevada a cabo el día 21 de agosto de 2015, donde solicitan realizar algunas modificaciones de algunos aspectos técnicos contenidos en el Cuaderno de Cláusulas Técnicas Particulares CCTPS, de los ítem 02, 05, 06 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 43 y 45, con el fin de favorecer la pluralidad de oferentes. De igual manera se solicita adicionar algunos aspectos técnicos en los ítems 18 y 34. Así como la eliminación de algunos aspectos técnicos de los ítems 06, 16, 20, 27, 29 y 33

Que en virtud de lo anterior se hace necesario elaborar una adenda al pliego de condiciones de la convocatoria Publica N° 29 de 2015

Por lo expuesto.

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar los numerales que a continuación se describe correspondiente al Cuaderno de Cláusulas Técnicas Particulares CCTPS, y requerimientos mínimos técnicos, los cuales quedaran así:

ITEM 02. CENTRIFUGA 12 TUBOS

Numeral 2. Rotor de 12 tubos como mínimo

Numeral 6. controlador de tiempo de 1 a 99 minutos 59 segundo, como mínimo

Numeral 7. Seis (6) posiciones de aceleración y seis (6) de desaceleración, como mínimo





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

Numeral 8. Diez (10) posiciones de memoria para programación, como mínimo

ITEM 05. CENTRIFUGA 24 TUBOS

Numeral 6. Controlador de tiempo de 1 a 99 minutos 59 segundo, como mínimo

ITEM 06. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA

Numeral 6. Revolver cuádruple como mínimo, con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos

Numeral 7.1. Objetivo de 4x/0.1

CAMARA

Numeral 2. Elemento sensible CMOS de 1/2" o 1/2.5"

Numeral 4. Resolución de 2560 x 1920 efectivos o superior

Numeral 5. Resolución de 5 megapíxeles o superior

Numeral 14. Permite operar bajo plataformas Windows xp o superior

SOFTWARE

Numeral 2.5 Formatos: jpg, tiff, bmp y propietario

Numeral 3.1 Por indicación de intervalo o manual

ITEM 13. MÁQUINA ANESTESIA Y MONITOR ALTA COMPLEJIDAD

Numeral 8.3 Despliegue de lazos: presión/volumen, flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo

Numeral 16.17.4. Rango de medición de -40mmhg o menor a 300mmhg o mayor

ITEM 15. VIDEO LARINGOSCOPIO

Numeral 3.2 tamaño de la pantalla igual o mayor a 2.4"





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

Numeral 4.5 Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 49 cm o menor a 76 cm o mayor (Medido de la plataforma de la cama al piso sin colchón).

Numeral 6. Indicador de ángulo del respaldo de 0 a 80 grados como mínimo.

Numeral 8. Dimensiones de la cama: longitud total 230cm como mínimo y ancho total 105cm como mínimo con cabecera, piecera y barandales arriba”

Numeral 13. Colchón antiescaras grado I, II y III (Escala Braden).

Numeral 13.1 Con redistribución de presión y de aire.

Numeral 20.2 Sensibilidad de 200gr o menor

ITEM 21. INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL

Numeral 4.2.1 Control de modo servo controlado, rango de ajuste de temperatura control de aire menor o igual a 23°C hasta una temperatura mayor o igual a 38°C

Numeral 4.2.3 Rango de medición o visualización en el display de temperatura de aire menor o igual a 23°C hasta una temperatura mayor o igual a 38°C

Numeral 4.4.1 Duración de las baterías DC: tiempo de duración de batería mayor o igual a 90 minutos sin conexión AC

Numeral 4.4.3 Tiempo de carga: Para carga completa máximo 10 horas

Numeral 4.7.2 Nivel de ruido interno: menor o igual a 60 db

Numeral 4.8.3 Sistema de suministro de humedad: Permita concentración de humedad en un rango de 50% menor, hasta 70% o mayor

ITEM 22. LAMPARA CUELLO DE CISNE

Numeral 3. Intensidad de luz no menor de 45000 luxes.

Numeral 12. 20 paquetes x 5 fundas desechables o 2 manillares esterilizables; de acuerdo a la tecnología ofertada





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

ITEM 16. ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL

Numeral 22.1 Lineal con el rango de 6 MHz o menor, a 12 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético, nervio; con un largo de 38 mm.

Numeral 22.4 Transductor transesofágico TEE con el rango de 3 MHz o menor, hasta 7 MHz o mayor. Campo de visión mínimo de 360°. Profundidad mínimo de 18 cm.

ITEM 18. LAVADORA TERMODESINFECTORA DE DOBLE PUERTA

Numeral 3.5 Cámara con dos niveles de lavado independientes como mínimo

Numeral 3.8 Inyectores volumétrico automático de agua o sistema de suministro controlado de agua para lavado, enjuague y limpieza

Numeral 4.2 Puerta con sistema de apertura manual o automática para colocar y sacar el rack de carga dentro de la lavadora por la parte frontal

Numeral 5.6 Panel de control táctil a color o teclado de membrana

Numeral 11. Consumo de agua menor o igual a 170 litros por ciclo.

ITEM 19. MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL.

Numeral 1. Que cubra uso paciente adulto

Numeral 2. Monitor con pantalla de 5pulgadas o superior.

Numeral 7.2 rango de medición 70% o menor, a 100%

Numeral 7.5 rango de medición 25 lpm o menor a 240 lpm o mayor

Numeral 8.2 rango de medición 26°C o menor a 42°C o mayor

ITEM 20. CAMA PARA UCI

Numeral 2. Que soporte peso de 210kg como mínimo

Numeral 4.3. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 80 grados como mínimo.

Numeral 4.4 Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 25° como mínimo





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

ITEM 25. GRUA PARA PACIENTE OBESO

Numeral 4.12. Que las funciones puedan ser activadas desde un panel de control en la base de la grúa o desde un control de mando alámbrico

Numeral 4.15. Rango de apertura de la base de 80cm o menor

Numeral 4.17 Altura de la grúa en reposo 100cm o menor a 120cm o mayor

ITEM 27. SISTEMA HOLTER Y 6 GRABADORAS

Numeral 6. Grabadora de batería

ITEM 28. NEVERA GRADO MEDICO

Numeral 1. Capacidad máxima de 3pies o 85 litros

Numeral 14 Alimentación eléctrica 110v +/- 10V 50/60Hz

ITEM 29. MESA GINECOLOGICA

Numeral 12. Miembros inferiores o piernas en placas independientes , desmontables, abatibles 0° a 90° hacia abajo y con movimiento de tijera

Numeral 13. Angulo Flex 15° piecero como mínimo / 20° cabecero como mínimo

Numeral 14. ángulo réflex 40° piecero como mínimo / 20° cabecero como mínimo

Numeral 16. elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 105cm mas o menos 10cm, con respecto al piso

Numeral 27. Bandeja con soporte de drenaje

ITEM 33. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICOS PARA FISIOTERAPIA

Numeral 1.17.3 Rango en medida de la frecuencia cardíaca de 25 lpm o menor, a 300 lpm con visualización

Numeral 1.17.4 Precisión de más o menos 5% o menor

ITEM 34. VIDEOCOLPOSCOPIO

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10711 www.hus.org.co

“Unidos por tu Bienestar”





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

Numeral 5. Campo de visión de 76mm, 38mm y 19mm de diámetro.

Numeral 6. Campo de luz de 78mm de diámetro.

ITEM 35. DOPPLER FETAL

Numeral 6. Con frecuencia de sonda impermeable de 2mHz o 3 mHz

ITEM 38. ELECTROCARDIOGRAFO

Numeral 7.6 Al menos dos velocidades diferentes incluyendo 25 mm y 50 mm por segundo

ITEM 43. MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI

Numeral 4.3.3 Rango de medición de 60% o menor a 100%

Numeral 4.9.5 Con silenciador de alarmas de 2 minutos como mínimo, por interface menús y mensajes en español

ITEM 45. LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO

Para este ítem se concluyó con el área de oftalmología modificar todo el punto **4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA EL EQUIPO PROPUESTO.**

SEGUNDO: Adicionar los numerales que a continuación se describe correspondiente al Cuaderno de Cláusulas Técnicas Particulares CCTPS, los cuales quedaran así:

ITEM 18. LAVADORA TERMODESINFECTADORA

Numeral 16. El equipo permita la apertura manual de las puertas en caso de bloquearse o presentar falla en su sistema

ITEM 34. VIDEOCOLPOSCOPIO

Numeral 20. Con soporte de brazo móvil para ubicación del monitor LCD de mínimo 32" a la pared.

TERCERO: Eliminar los numerales que a continuación se describen correspondientes al Cuaderno de Cláusulas Técnicas Particulares, CCTPs, requerimientos mínimos técnicos, los cuales quedaran así:





**HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA**

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

ITEM 16. ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL

Numeral 20. Con un peso máximo de 5 Kg.

ITEM 06. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA

Numeral 3.2 Por indicación de tamaño máximo de archivo

ITEM 20. CAMA PARA UCI

Numeral 13.2 Sistema de control de presión de aire

ITEM 27. SISTEMA HOLTER Y 6 GRABADORAS

Numeral 1.4 Análisis del Vector, SAECG (VLP)

ITEM 29. MESA GINECOLOGICA

Numeral 32. Cubeta o bandeja para recolección de residuos

ITEM 33. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICOS PARA FISIOTERAPIA

Numeral 1.17.6 Exactitud en la detección de la frecuencia cardiaca de más o menos 3 lpm o el 3%

Se anexa nuevamente los CUADERNOS DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES, CCTPS, de cada equipo con las modificaciones anteriormente descritas

Dado en Bogotá DC a los 28 días del mes de Agosto del 2015

**OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
GERENTE**

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Área solicitante

VoB/ Dirección administrativa

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10711 www.hus.org.co

“Unidos por tu Bienestar”

