



Bogotá, D.C. 04 de Febrero de 2013

Página 1 de 1

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMARGO
Subdirector de Compras Bienes y Suministros
Ciudad

**Ref. Solicitud aclaratoria calificación evaluación técnica**

Respetados Señores

Reciban un cordial saludo en nombre de la compañía, nos dirigimos hacia ustedes en esta ocasión para solicitar aclaración sobre la evaluación técnica publicada el pasado 31 de enero 2013 referente a la participación en la **convocatoria pública No.15**, a continuación expongo los ítems;

EVALUACION TECNICA BOGOTA	NUMERO DE ITEM	ACLARACION
BRAZALETE DE 1 VIA ADULTO DESECHABLE CON CONECTOR MACHO-MACHO (INCLUYE CONECTOR)	25	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
BRAZALETE ADULTO DE 1 VIA Y DE 2 VIAS REUSABLES CON CONECTOR MACHO MACHO (INCLUYE CONECTOR)	26 Y 27	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
CABLE EKG DE 10 DERIVADAS MARCA EDAN SE-3B ORIGINAL	✓ 28 ✓	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
CELDA DE O2 PARA USO EN VENTILADOR SERVO 900	32	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL PARA DESFRIBILADOR GENERAL ELECTRIC BURDIK 50 X30	104 ✓	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL PARA USO EN MONITOR FETAL HUNTLEIHG 90 X 110	111 ✓	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL PARA USO EN MONITOR FETAL EDAN MODELO CADENCE	112 ✓	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
EVALUACION TECNICA ZIPAQUIRA	NUMERO DE ITEM	ACLARACION
SENSOR DE PULSOXIMETRIA ADULTO DE 3 MTS PARA USO EN MONITORES DATASCOPE II PASPORT	2	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
JUEGO DE ELECTRODO TIPO PINZA PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO (JUEGO X 4 UNIDADES)	12	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)



CABLE DE 10 DERIVADAS PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER	18	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
CABLE DE 10 DERIVADAS PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO BURDIK	19	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
BRAZALETE ADULTO DE 1 VIA Y DE 2 VIAS REUSABLES	36 Y 37	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
BRAZALETE PEDIATRICO Y NEONATAL DE 1 VIA REUSABLES	38 Y 39	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PERA PARA TENSIOMETRO CON VALVULA	40	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL EN Z PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLET	41	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL EN Z PARA USO EN MONITOR FETAL HUNTLEIHG	42	SOLICITO ACLARACION DE NO CUMPLE (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL EN ROLLO PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO BURDIK	43	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL EN Z PARA USO EN MONITOR FETAL CADENCE II	44	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
EVALUACION TECNICA GIRARDOT	NUMERO DE ITEM	ACLARACION
BOMBILLO 12V X 20W PARA USO EN LAMPARA CUELLO CISNE	11	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
BRAZALETE ADULTO DE 1 Y 2 VIAS REUSABLE	20 Y 21	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
BRAZALETE PEDIATRICO DE 1 VIA REUSABLE	22	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
CABLE DE ECG DE 3 DERIVADAS PARA USO EN MONITORES MINDRAY MEC 1000 Y SIMILARES	23	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
LATIGUILLO ECG TIPO BROCHE PAQUETE X 5 UNIDADES	31	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
LATIGUILLO ECG TIPO PINZA PAQUETE X 5 UNIDADES	32	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PERA PARA TENSIOMETRO CON VALVULA	43	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PINZA CLAMP PARA ELECTROCARDIOGRAFO JUEGO X 4 UNIDADES CONECTOR BANANA Y BROCHE	58	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PAPEL TERMICO 50X30 PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAFO	59	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)
PERA PARA TENSIOMETRO CON VALVULA	112	SOLICITO ACLARACION DE PUNTAJE BAJO (ANEXO FICHA TECNICA)



Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

NICOLAS DAZA ARDILA

Asesor Comercial

Comercial Medica C.I. Ltda.

Tel/Fax (1) 8125698

317 4045556 / 321 2043864

ndaza@comercialmedica.net

www.comercialmedicaci.com.co

Bogotá D.C. 5 de Febrero de 2013

NIT. 899.999.032-5
EM023-13

Señores:
COMERCIAL MEDICA C.I
Atn: Sr Nicolas Daza Ardila
Asesor Comercial
Ciudad

Asunto: Aclaración calificación evaluación técnica

Cordial Saludo:

De acuerdo a su solicitud radicada el lunes 4 de febrero se realizan las siguientes aclaraciones:


BOGOTA

1. Ítem 28 La calificación se cambia a **CUMPLE** (inicialmente no se presento ficha)
2. Ítem 104 El papel se requiere en "Z" se oferta en rollo **NO CUMPLE** (inicialmente no se presento ficha)
3. Ítem 111 El papel para monitor Fetal Huntleig es en "Z", se oferta en rollo **NO CUMPLE**
4. Ítem 112 El papel para monitor Fetal marca Edan es en "Z", se oferta en rollo **NO CUMPLE**

ZIQUAIRA

1. Ítem 2 **NO CUMPLE** el conector no corresponde para el monitor Datascope passport II

Atentamente,


ING MAYTÉ LILIANA BERNAL JIMENEZ
Profesional Coordinador Asociado
Equipos Médicos



c.c. Archivo