col-called soyyo!

NIT. 899.999.032-5 EM010-13

Bogotá D.C. 23 de Enero de 2013

Doctor

CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMARGO

Subdirector de Compras y Suministros Hospital Universitario de La Samaritana

Asunto: Aclaración Convocatoria 15 de 2013

OFICINA DE CONTRATOS

VENE 2013

Cordial Saludo:

De acuerdo a la aclaración de términos que se llevo acabo el día de hoy en el auditorio se hacen las siguientes aclaraciones de los siguientes ítems:

BOGOTÁ:

Ítem 47 Flujometro oxigeno sencillo con extensor: SE REQUIRE PARA PACIENTE ADULTO DE ESCALA O A 15 LPM

Ítem 150 Resucitador adulto REUSABLE

Ítem 39 escudo para toma de AIRE CHEMETRON
 Ítem 40 escudo para toma de aire OHMEDA
 Ítem 41 escudo para toma de OXIGENO CHEMETRON
 Ítem 48 Frasco con tapa para succión de 800 CC
 Ítem 134 VALVULA EXPIRATORIA AMBU NEONATAL CANTIDAD 10

UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

Ítem 73, 74 Flujometro oxigeno sencillo con extensor: SE REQUIRE PARA PACIENTE ADULTO ESCALA 0 A 15 LPM

Ítem 85, 86 Resucitador adulto y pediátrico REUSABLE

Item 94 Kit de reparación para las tomas de oxigeno de acople rápido debe tener como mínimo juego de resortes, juego de o"ring, asiento de caucho válvula primaria

UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT:

Ítem 79, 80 Flujometro AGA y chemetron se requiere para paciente adulto escala 0 a 15 lpm







NIT. 899.999.032-5

Ítem 90, 91 Flujometro doble acople AGA y Chemetron se requise para paciente adulto escala 0 a 15 lpm

Ítem 93 y 94 Es son Acoples de pared oxigeno Diss Modelo 12-01-4001.

Ítem 122 y 123 es un Kit de toma completo con mascara, se hace conexión de Flujometro y manguera. Para Aire y Oxigeno

Ítem 124 esta sobrando.

Ítem 125 lo que se requiere son los acoples Chemetron para Aire para conexión Flujometro y manguera.

Ítem 126 lo que se requiere son acoples de Chemetron para Oxigeno para conexión de Flujometro y manguera.

Ítem 107 manómetro 0-15 psi de baja presión para Regulador de oxigeno.

Ítem 108 Manómetro 0-3000 psi para alta presión para regulador de oxigeno.

Atentamente;

Ing Jeffrey Manolo Torres Valladares Líder Arquitectura y Mantenimiento

Mayté Liliana Bérnal Jimenez

Profesional Coordinador Asociado
Equipo Medico

c.c Archivo

P/Deval. 4 R