



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

Asunto: EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA No. 6

Se adjunta cuadro consolidado de evaluación técnica de convocatoria No. 6 de 2018

GRUPOS	NOMBRE GRUPOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ARROW MEDICAL S.A.S	BIOPLAST	LABCARE DE COLOMBIA	BIOCOL	STOCK PHARMACIA S.A.S	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	MACROSEARCH	ISLA	ALERE COLOMBIA S.A	ARMEDICOS DE COLOMBIA	QUINBERLAB S.A	BIOLORE LTDA	ABBOTT LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A	ANNAR DIAGNOSTIC IMPORT	LABIN COLOMBIA S.AS WIENR LAB GROUP	BIOCIENTIFI CALTDA
1	INMUNOQUIMICA											ADMISIBLE					
2	BIOLOGIA MOLECULAR											*ADMISIBLE Item 59			*ADMISIBLE Item 60		
3	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			ADMISIBLE													
4	CONTROL EXTERNO DE CALIDAD			ADMISIBLE													
5	HEMATOLOGIA											ADMISIBLE				ADMISIBLE	
6	GASES ARTERIALES	ADMISIBLE															
7	COLORANTES					ADMISIBLE			ADMISIBLE		ADMISIBLE	ADMISIBLE					
8	ANTI CUERPOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA											ADMISIBLE					
9	MICROBIOLOGIA											ADMISIBLE					
10	INMUNOLOGIA ESPECIAL														ADMISIBLE		
11	INSUMOS PATOLOGIA		*ADMISIBLE Item 195		*ADMISIBLE Items 198-201-202			*ADMISIBLE ITEMS 195-196-197-198-200							ADMISIBLE		
12	COLORANTES PATOLOGIA				*ADMISIBLE Items 203-204			*ADMISIBLE Items 205-206-207-208-209									
14	TOMA DE MUESTRAS					ADMISIBLE	ADMISIBLE		NO ADMISIBLE		ADMISIBLE				NO ADMISIBLE		
15	COAGULACION											ADMISIBLE			ADMISIBLE		
16	INMUNOSEROLOGIA BANCO DE SANGRE											NO ADMISIBLE		ADMISIBLE			
17	INMUNOHEMATOLOGIA BANCO DE SANGRE														ADMISIBLE		ADMISIBLE
18	HEMOCOMPONENTES BANCO DE SANGRE														ADMISIBLE		
19	INSUMOS BANCO DE SANGRE		ADMISIBLE ITEM 313-314										ADMISIBLE ITEM 313-314				

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES


Líder de Almacén

RUTH MARGOTH ROJAS

Coordinadora Laboratorio Clínico - asociada

TATIANA GUERRERO JUNCA

Coordinadora Banco de Sangre - asociada





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

Asunto: **EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA No. 6**

Se adjunta cuadro consolidado de evaluación técnica de convocatoria No. 6 de 2018 **GRUPO No. 13 INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO**

13.GRUPO : INSUMOS LABORATORIO CLINICO		UNIDAD DE MEDIDA	3 LABCARE	5 STOCK PHARMACIA	8 ISLA	9 ALERE	11 QUINBERLAB	12 BIOLORE LTDA	14 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
210	APLICADORES SIN ALGODÓN X 1000 UN	UNIDAD	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
211	CURITAS 22X22	UNIDAD	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
212	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22 x 22 mm CAJA X 100	CAJA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
213	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22 x 40 mm CAJA X 100	CAJA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
214	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 24 x 60 mm CAJA X 100	CAJA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
215	LAMINAS PORTA OBJETO 25 X 76 MM CAJA X 50	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
216	PUNTAS PARA PIPETA DE 50 A 1000 LAMBDAZ AZULES X 1000	PAQUETE	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA
217	PUNTAS PARA PIPETA DE 2-100-200 LAMBDAZ AMARILLAS X 1000	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA
218	GRADILLA EN POLIESTILENO RESISTENTE A CONGELACION PARA TUBOS DE 13x100 (50-100 TUBOS)	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
219	GRADILLA EN POLIESTILENO RESISTENTE A CONGELACION PARA TUBOS CONICOS DE 15 ml	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
220	FOSFATO TRISODICO AL 20% x FCO x 500 ml	FRASCO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

13.GRUPO : INSUMOS LABORATORIO CLINICO		UNIDAD DE MEDIDA	3	5	8	9	11	12	14
			LABCARE	STOCK PHARMACIA	ISLA	ALERE	QUINBERLAB	BIOLORE LTDA	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
221	HIDROXIDO DE SODIO AL 4% NaOH FCO x 200 ml	FRASCO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
222	AZUL DE CRESIL BRILLANTE	FRASCO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
223	GLICEMIA DEXTROSA CAJA X 50 SOBRES DE 25 GRS.	CAJA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
224	REACTIVO PARA SEROLOGIA EN LIQUIDOS	PRUEBA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
225	SENSIDISCOS DE EDTA TUBO X 50	TUBO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
226	SENSIDISCOS DE ACIDO BORONICO TUBO X 50	TUBO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
227	ASA CURVA DESECHABLE PARA MICROBIOLOGIA x1000	PAQUETE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE
228	PUNTAS 1000 uL CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96 puntas	RACK	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBE	NO OFERTA
229	PUNTAS 0.5 -10 uL CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96 puntas	RACK	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
230	PUNTAS 20 - 200 ul CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96 puntas	RACK	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
231	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS BIOLOGICOS	FRASCO	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
232	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO -ANTICUERPOS HIV CUARTA GENERACION	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO ADMISIBLE	NO ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
233	PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA PARA SIFILIS	PRUEBA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
234	TUBOS EPPENDORF 1.5ML STANDARD X 500 ESTERILES LIBRES DE NUCLEASAS (DNAsas, RNAsas)	BOLSA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBE	NO OFERTA
235	PAPEL PARA PH	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
236	REACTIVO PARA SANGRE OCULTA	PRUEBA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
237	PRUEBAS DE EMBARAZO EN CASSETTE	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
238	PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
239	PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
240	PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE DE HEPATITIS A IgM	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBE	NO OFERTA

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

13.GRUPO : INSUMOS LABORATORIO CLINICO		UNIDAD DE MEDIDA	3 LABCARE	5 STOCK PHARMACIA	8 ISLA	9 ALERE	11 QUINBERLAB	12 BIOLORE LTDA	14 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
241	PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE DETROPONINA	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
242	DROGAS DE ABUSO INTEGRADAS AL VASO X 10 PARAMETROS	PRUEBA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
243	FRASCOS RECOLECTOPRES ORINAS	UNIDAD	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
244	MEDIO DE CULTIVO PREPARADO DE OGAWA KUDOH	UNIDAD	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE
245	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS (LATEX)	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE
246	REACTIVO DE ASTOS POR LATEX	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	ADMISIBE	ADMISIBLE
247	SENSIDISCOS ERTAPENEM TUBO X 50	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE
248	SENSIDISCOS MEROPENEM TUBO X 50	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE
249	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO DE ORINAS	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE
250	SENSIDISCOS CEFOTAXIME TUBO X 50	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE
251	SENSIDISCOS CEFOTAXIME + CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE
252	PRODUCTO DE DEGRADACION DEL FIBRINOGENO	PRUEBA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE
253	SEROLOGIA RPR SIFILIS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO ADMISIBLE	NO OFERTA	NO ADMISIBLE
254	BOLSA PLASTICA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CIERRE HERMETICO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
255	SISTEMA DE COLORACION PARA HEMATOLOGIA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
256	LAMINA PARA RECUENTO DE SEDIMENTO URINARIO CON TUBO	UNIDAD	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
257	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON	UNIDAD	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA
258	PIPETA PARA WESTERGREEN PEDITRICA Y ADULTO (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION CON SOPORTE)	UNIDAD	ADMISIBLE	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA	ADMISIBLE	NO OFERTA	NO OFERTA


CLAUDIA YADIRA CIFUENTES

Lider de Almacén


RUTH MARGOTH ROJAS

Coordinadora Laboratorio Clínico - asociada

TATIANA GUERRERO JUNCA

Coordinadora Banco de Sangre - asociada

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”



05RH39-V2

Bogotá, D.C. Febrero 15 de 2018

Señor
FREDY RAMIREZ CASASBUENAS
Subdirector Compras y suministros
E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana

Asunto: OBSERVACIONES A NO ADMISIBLES

Por medio de la presente estamos enviando las observaciones a los ITEM o GRUPOS NO ADMISIBLE por la evaluación técnica, correspondiente a la convocatoria No. 6 de 2018 , Cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA D.C Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA ".

OBSERVACIONES A LOS GRUPOS O ITEMS NO ADMISIBLES

GRUPO NO. 13 TOMA DE MUESTRAS

Proponente. SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA SAS:
MARCA OFERTADA .PUTH (TUBOS Y AGUJAS)

Debido a que no es una marca reconocida, ni utilizada por nuestra Institución se solicita por correo electrónico la certificación de uso en Instituciones de la misma complejidad.

RESPUESTA OFERENTE,

CERTIFICACIONES:

1. FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
2. SOCIEDAD MEDICA AMES
3. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
4. RED SALUD CASANARE

Observación Hospital: De las certificaciones enviadas por el oferente la que aplica a nuestra complejidad fue el Hospital San Carlos por tal motivo se hace llamada de verificación y nos informan que lo realizado en la mencionada Institución fue una demostración.

Igualmente se llamó a la Sociedad Medica AMES, pero este es un I nivel de complejidad y solo cuentan con servicio ambulatorio. Por tal motivo no se puede de verificar su uso en pacientes hospitalizados y de urgencias.

En las demás instituciones referenciadas no contestaron el llamado.

GRUPO No. 13 .TOMA DE MUESTRAS

Proponente 14 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
MARCA OFERTADA. IMPROVE

Observación Hospital: Esta marca de tubos por experiencia institucional no ha cumplido con los requerimientos técnicos exigidos.

Se cuenta con los soportes de reportes e informes al proponente.

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10702 www.hus.org.co

"Humanización con responsabilidad social"





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05RH39-V2

El proponente conoce muy bien nuestra No Conformidad en convocatorias anteriores y en la propuesta no reporta, ni adjunta acciones de cambios y mejoramiento en el sistema.

ITEM 232 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO ANTICUERPO HIV CUARTA GENERACION.

PROPONENTE 11 QUINBERLAB

PROPONENTE 14 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT

MARCA ALERE REGISTRO INVIMA 2016RD-003578

Alerta INVIMA: FALTA DE SENSIBILIDAD ANALITICA CON RESPECTO A LA DETECCIÓN DEL ANTIGENO P24, LO QUE PUEDE GENERAR FALSOS NEGATIVOS.

Observación Hospital: Debido a esta alarma no se acepta esta prueba. Se adjunta último informe de alarma.

ITEM 253 SEROLOGIA RPR

PROPONENTE 14 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT

MARCA SPIN REACT

PROPONENTE 14 QUINBERLAB

MARCA BIO SYSTEMS

Observación Hospital: Estas pruebas han sido utilizadas en nuestra institución y por desempeño de calidad analítica no cumplen. Se han presentado **NO CONFORMIDADES** por parte de los profesionales sobre no evidencia clara de las reacciones. Se han presentado interpretaciones con resultados falsos negativos y no concordancia en las diluciones.

GRUPO No. 16 . Inmunoserología

PROPONENTE 11 QUINBERLAB

MARCA OFERTADA. ROCHE

1. Se solicita aclaración porque no especifican plan de Contingencia para banco de sangre
2. SE SOLICITA ACLARACIÓN SOBRE CERTIFICACIONES

RESPUESTA OFERENTE:

1. Informan que debido a la complejidad proponen la **COMPRA** de hemocomponentes con otros bancos de sangre los cuales tenga convenio durante el tiempo del analizador fuera de servicio y Quinberlab S.A, se compromete a reconocer este costo.
2. Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo. desde agosto 2016. 1 año y 4 meses (6 Parámetros). Certificación del 2017. Llega certificación vigente 13 feb-2018. desde agosto 2017. 6 meses con los 7 marcadores.

Pliego:

1. Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo. desde agosto 2016. 1 año y 4 meses (6 Parámetros). Certificación del 2017. Llega certificación vigente 13 feb-2018. desde agosto 2017. 6 meses con los 7 marcadores.
2. Hemocentro Distrital. 3 marcadores. 10 años de experiencia. Certificación 2017.
No aclaran experiencia con los 7 marcadores
3. Hemolife Bogotá. Desde julio 2016. 1 año y 8 meses.
4. Hemolife Cali. Desde Septiembre 2016. 1 año y 5 meses.
5. Banco Nacional de Sangre. Certificación 2017





**HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA**

Empresa Social del Estado

05RH39-V2

Observación Hospital:

1. En cuanto al plan de contingencia Es importante aclarar que somos banco de sangre distribuidor, que tenemos convenios con STS y debemos garantizar que la sangre procesada es directamente de nosotros ya que estaríamos incumpliendo al contrato por el mismo por eso no es una respuesta admisible.
2. De las certificaciones enviadas por el oferente la que aplica a la experiencia de uso con los siete (7) marcadores en bancos de sangre de la misma categoría (A) y con igual o superior flujo de procesamiento. No cumple con las especificaciones ya que las certificaciones son del año 2017 y ninguna supera los 6 meses con el uso de lo 7 marcadores.

Muchas Gracias por la atención Prestada,

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder Proyecto de Almacén
E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana

TATIANA GUERRERO JUNCA
Coordinadora, Banco de Sangre – Asociada

RUTH MARGOTH ROJAS RODRÍGUEZ
Coordinadora Laboratorio Clínico-Asociada

