

Bogotá, 20 de Diciembre 2022

Doctor
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares
Subdirección Bienes, Compras y Suministros
Ciudad

Ref. Respuesta a observación extemporánea desde el punto de vista técnico a la convocatoria pública 14 -Objeto:
"Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de trece (13) incubadoras para la unidad de cuidados intensivos neonatales de la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana".

EQUITRONIC

Solicitamos amablemente al comité técnico permitir la participación de incubadoras que cuenten con pantalla de 7 pulgadas o mayor, teniendo en cuenta que la mayoría de las incubadoras disponibles en el mercado cuentan con este tipo de pantalla, la única tecnología que tiene pantalla más grande hasta de 12 pulgadas es la incubadora presentada en el estudio de mercado marca COMEN, con lo cual limitarían el principio de pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se acepta la solicitud, se le informa al observante que el hospital cuenta con incubadoras con pantalla de 8.5" que no son marca Comen.

Así mismo se solicita confirmar si lo que requieren es un monitor se signos vitales incluido en la tecnología para también ofrecerlo.

RESPUESTA:

Se aclara que no se está solicitando monitor de signos vitales dentro de las especificaciones técnicas.

Sin otro particular,



Juan Carlos Molina Guevara
Profesional Universitario -Tecnología Biomédica

