


<b>EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24</b>		
<b>ITEM 3 DESCONGELADOR DE PLASMA EN SECO</b>		
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCONGELADOR DE PLASMA EN SECO</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El método de descongelación es mediante calor seco?	CUMPLE	
El equipo tiene capacidad para mínimo 4 bolsas de 500ml?	CUMPLE	
El equipo cuenta con batería de litio?	CUMPLE	
El equipo cuenta con sistema de control digital?	CUMPLE	
El equipo cuenta guía controlada por menú?	CUMPLE	
El equipo esta construido totalmente en material de plástico resistente a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección?	CUMPLE	
El equipo cuenta regulación de la temperatura y tiempo?	CUMPLE	
El equipo cuenta con señal óptica y acústica cuando se ha completado el calentamiento?	CUMPLE	
El equipo permite la visualización de temperatura durante la operación?	CUMPLE	
El equipo cuenta con control de fugas integrado con sensores de humedad que señalan las fugas?	CUMPLE	
El equipo cuenta con señal acústica y óptica al detener el programa?	CUMPLE	
El equipo cuenta con cubiertas transparentes?	CUMPLE	
El equipo cuenta con cojines de calefacción?	CUMPLE	
El equipo cuenta alarmas audibles y visibles por desviación de parámetros monitorizados?	CUMPLE	
El equipo cuenta con sensores calibrados automáticamente con test de operación?	CUMPLE	
La pantalla es LCD?	CUMPLE	
La operación del equipo es continua y con ajustes específicos del usuario?	CUMPLE	
El equipo permite la conservación de la importancia biológica de la transfusión?	CUMPLE	
El equipo permite la selección de idioma español?	CUMPLE	
La alimentación eléctrica del equipo es de 115vac con frecuencia de 50/60Hz?	CUMPLE	
El equipo cuenta con certificado de calibración no mayor a 1 año?	CUMPLE	

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	MICROMEDICA S.A.S	OBSERVACIONES
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fabrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado?	CUMPLE	

Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo medico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias?	CUMPLE	
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE	
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características?	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendadas por fabrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del quipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE	

Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?	CUMPLE	
<b>EVALUACION TECNICA FINAL</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>FACTORES DE CALIFICACION</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
COSTO DEL EQUIPO	\$ 26.564.000	
65 PUNTOS	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA	\$ 900.000	
5 PUNTOS	5	
TIEMPO DE GARANTÍA ADICIONAL	NO	
20 PUNTOS	0	
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA	NO	
10 PUNTOS	0	
<b>CALIFICACION FINAL</b>	<b>70</b>	

  
ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S  
 Profesional Especializado de Equipos Medico en Mision

  
DR. CARLOS ALFONSO MARTINEZ  
 Sub Director Bienes Compras y Suministros

  
ING. XIOMARA ALVARADO JIMENEZ  
 Profesional de Equipos Medicos en Mision