


<b>EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24</b>		
<b>ITEM 10 CRIOSTATO ELECTRONICO</b>		
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El microtomo se encuentra fuera de la cámara criogénica para fácil limpieza?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con movimiento lateral del soporte de hojas para eliminar la necesidad de prender y desprender la hoja?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo permite ser codificado con colores para identificar las funciones de la palanca?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El ángulo de la placa de la abrazadera facilita la recogida de especímenes?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con calentamiento rápido para liberación de muestras?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con ajuste del espesor de corte de 1 a 20µm en incrementos de 1µm, y de 20 a 60µm en incrementos de 5µm?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con carrera de corte vertical de 57mm?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con un avance horizontal total de muestras de 25mm?	CUMPLE	
El equipo cuenta con rueda de desbaste, muescas de 8µm?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con un avance motorizado aproximado de 1mm/s?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
<b>CARACTERISTICAS DE LA CAMARA CRIOGENICA</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
La cámara criogénica cuenta con control de temperatura de 0° a 35°c como máximo?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con una barra criogénica con controles de temperatura ajustables y sistema de refrigeración a -55°c ?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta sistema de compresor doble?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
<b>CARACTERISTICAS ERGONOMICAS Y DE SEGURIDAD</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El equipo cuenta Pantalla táctil?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con protección con códigos de seguridad multinivel que impida el acceso y alteraciones de protocolos no autorizados?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta alarma de alerta al usuario de avería del sistema?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con ciclo de fumigación automático?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con área de corte elevada y reposapiés ajustable en tres posiciones?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA

El equipo cuenta con control de temperatura para el soporte de muestras de 0°C -45°C, y con ± 10°C de temperatura en cámara?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
La potencia de trabajo del equipo es de 1800VA (110-120VAC)?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
<b>ACCESORIOS</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El equipo incluye criocassettes de diversos tamaños y estilos?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye barra criogénica con identificador de criocassettes (6 posiciones, 6 posiciones de bloqueo disipador de calor y cubierta de plástico)?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con ventana bloqueable calefactada?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye extractor de calor (uno de peso estándar, otro de la mitad del peso y otro del doble de peso)?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye bandeja y cepillo para residuos?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye estantes de almacenamiento de muestras y herramienta?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye paquete de cuatro etiquetas identificadores de cassette de barra criogénica?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye manual técnico y de usuario?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
<b>OBLIGACIONES DEL OFERENTE</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE	

<p>Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fabrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado?</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO</p>
<p>Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo medico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias?</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO</p>
<p>Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO</p>
<p>Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>FOLIO 115</p>
<p>Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características?</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO</p>

Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendadas por fabrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del quipo ofertado no mayor a 1 año?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAL EL FOLIO CON EL DOCUMENTO SOLICITADO
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?	CUMPLE	
<b>EVALUACION TECNICA FINAL</b>	<b>NO CUMPLE</b>	
<b>FACTORES DE CALIFICACION</b>	<b>MICROMEDICA S.A.S</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
COSTO DEL EQUIPO		
65 PUNTOS		
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA		
5 PUNTOS		
TIEMPO DE GARANTÍA ADICIONAL		
20 PUNTOS		
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA		
10 PUNTOS		
<b>CALIFICACION FINAL</b>	-	

  
 ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S  
 Profesional Especializado de Equipos Medico en Mision

  
 DR. CARLOS ALFONSO MARTINEZ  
 Sub Director Bienes Compras y Suministros

  
 ING. XIOMARA ALVARADO JIMENEZ  
 Profesional de Equipos Medicos en Mision