

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24

ITEM 16 ELECTROBISTURI APLICACIONES ESPECIALES Y BASICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTROBISTURI PARA APLICACIONES ESPECIALES	COVIDIEN	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES
Cuenta con Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado)?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Salida Monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Salida Bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Coagulación con potencia de salida de 70 Wats o mayor en salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con control independiente para selección de potencia en modo bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado) ?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con salida independiente para sellado o termofusión de vasos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Formación de sellos que soportan 400 mmHg o más sin depender de trombos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando daño térmico lateral menor de 3 mm?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Alarma audible de finalización de sellado de vasos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Resección bipolar con solución salina?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pantalla LCD o tecnología superior?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado)?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Indicador del modo en uso?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador de errores?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado)?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falta en alguno de los modos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Interrupción del ciclo de sellado de vasos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Fallas durante la formación del sello de los vasos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pedal bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pedal monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pedal para las aplicaciones especiales?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Carro para soporte y traslado del equipo, con freno en al menos dos ruedas?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pinza bipolar recta y de bayoneta?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Ginecología con repectoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Laparoscópica de Urología con repectoscopio bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
El equipo y la tecnología es compatible con instrumental para procedimientos de Cirugía Avanzada Laparoscópica con instrumental bipolar marca Storz e instrumental desechable marca Covidien?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Certifica con carta de fábrica o de las Instituciones que tienen esta tecnología, que el equipo y la tecnología es compatible para los procedimientos y el instrumental especificado.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
El voltaje del equipo es de 120V 60 Hz +/-10%?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Certificado de Calibración?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTROBISTURI BASICO	COVIDIEN	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES
Cuenta con Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar y bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Salida Monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Mezcla o blend con potencia minima de 200 Watts en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia minima de 110 Watts en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Reseccción bipolar con solución salina?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Salida Bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Coagulación con potencia de salida de 70 Watts o mayor en salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con control independiente para selección de potencia en modo bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pantalla LCD o tecnología superior?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Despliegue numérico y de funciones en pantalla de Potencia de salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador del modo en uso?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicador de errores?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Activación de la unidad Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falta en alguno de los modos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Alarmas audibles y visibles de Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pedal bipolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Pedal monopolar?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Carro para soporte y traslado del equipo, con freno en al menos dos ruedas?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
El voltaje del equipo es de 120V 60 Hz +/- 10%?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con Certificado de Calibración?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	COVIDIEN	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anejar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o una carta por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y Vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anejando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo médico, operación y estandarización para el personal médico y asistencial que operara los equipos que se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE	*	NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del equipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO QUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION

Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?

CUMPLE

NO CUMPLE

NO ANEXO
CUESTIONARIO
TECNICO EN SU
OFERTA DOCUMENTO
FUNDAMENTAL PARA
REALIZAR EVALUACION

EVALUACION TECNICA FINAL

CUMPLE

NO CUMPLE

NO ANEXO
CUESTIONARIO
TECNICO EN SU
OFERTA DOCUMENTO
FUNDAMENTAL PARA
REALIZAR EVALUACION

FACTORES DE CALIFICACION

FACTORES DE CALIFICACION	COVIDIEN	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES
COSTO DEL EQUIPO	\$ 80.040.000			
65 PUNTOS	65			
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA	\$ 6.377.680			
5 PUNTOS	5			
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	1AÑO ADICIONAL			
20 PUNTOS	20			
ESTIMULO A LA INDUSTRIA				
10 PUNTOS				
CALIFICACION FINAL	90			


JMS JAROTBELTRAN SANCHEZ
 Profesional Especializado de Equipo Medico


DR. CARLOS ALFONSO MARTINEZ
 Sub Director Bienestar Compras y Suministros


TEC. SONIA VILLALBA
 Técnico Profesional en Electromedicina