

ITEM 35 ELECTROCARDIOGRAFO									
GENERALIDADES DEL EQUIPO		LIBCOM	OBSERVACIONES	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES	GILMEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES
El equipo permite registro de 1 y 3 canales?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con pantalla LCD numérica y grafica?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo detecta marcapasos?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con alarma audible y visual e indicadores en caso de contacto inadecuado de los electrodos, mala operación, batería baja o falta de papel?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con registro automatico de 12 derivaciones?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El funcionamiento del equipo es con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar por lo menos 40 registros?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con modos de funcionamiento: Manual; adquisición e impresión en tiempo real; Automático; adquisición simultanea?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo tiene botón de pulso de calibración?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 441	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo tiene dos (2) juegos de cables a paciente con derivaciones (I, II, III, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6) con pinzas para extremidades?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 441	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
Los electrodos vienen organizados por derivaciones con codificación internacional por colores para su fácil manejo?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN LOS FOLIOS 123-126	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con protección contra descargas de desfibrilador?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
El equipo cuenta con ajuste de sensibilidad y velocidad?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	
La impresora es térmica?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO	

Cuenta con filtros para interferencia de red y temblores mismulares?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 442	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIAS LAS PAGINAS MENCIONADAS DEL CATALOGO
El equipo incluye carro de transporte especialmente diseñado para el equipo al cual debe venir fijado?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN LOS FOLIOS 123-126	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO
El equipo incluye manual de usuario y técnico en español?	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Posibles Actualizaciones	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	ESPECIFICAN QUE NO APLICA	NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Protocolos de mantenimiento.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 214	NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO	NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
FACTORES DE CALIFICACION	NO CUMPLE		NO CUMPLE	SE EXCEDE DEL PRESUPUESTO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRARON FOLIOS
COSTO DEL EQUIPO								
Puntaje 60 puntos	NA		NA		NA		NA	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO								
Puntaje 20 puntos	NA		NA		NA		NA	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL (Años)								
Puntaje 10 puntos	NA		NA		NA		NA	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)								
Puntaje 10 puntos	NA		NA		NA		NA	
CALIFICACION FINAL	NA		NA		NA		NA	

Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
Profesional Especializado de Equipos Médicos

Dr. Victor Pedraza
Director Administrativo

Dr. Saul Eduardo Moreno
Director científico

Carlos Martínez
Subdirector de Compras