


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013





ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

ITEM 8 CAMILLAS PARA CONSULTORIO

GENERALIDADES DEL EQUIPO	GILMEDICA	OBSERVACIONES
La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El tendido o superficie es en lámina ColdRolled?	CUMPLE	
La camilla es estática o fija?	CUMPLE	
El tapizado es en poliuretano de 15cm de espesor como mínimo.	CUMPLE	
El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta	CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	GILMEDICA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	N / A	
Posibles Actualizaciones	N / A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	N / A	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	N / A	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO		
Puntaje 60 puntos	NA	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO		
Puntaje 20 puntos	NA	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL		
Puntaje 10 puntos	NA	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)		
Puntaje 10 puntos	NA	
CALIFICACION FINAL	NA	

  
Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez  
Profesional Especializado de Equipos Médicos

  
Dr. Carlos Martinez Camargo  
Subdirector Compras y suministros

  
Dr. Victor Pedraza Lopez  
Director Administrativo

  
Dr. Saul Moreno Ramos  
Director científico