


**ITEM 21 LARINGOSCOPIO**

GENERALIDADES DEL EQUIPO	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
El mango esta hecho de metal y no causa corrosión, acabado en acanalado o rugoso compatibles con todos los modelos de hojas?	CUMPLE	
Las baterías son recargables o alcalinas?	CUMPLE	
La fibra óptica es de luz blanca de 2.5 Volts como mínimo?	CUMPLE	
Las hojas se encuentran hechas en acero inoxidable y de tipo curva (Macintosh), tipo recta (Miller) y resistentes a golpes?	CUMPLE	
El equipo cuenta con hojas de tamaño: 1 Pediátrico. 1 y 2 (Macintosh), 1 Pediátrico. 1 y 2 (Miller), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Macintosh), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Miller)?	CUMPLE	
El equipo cuenta con los siguientes accesorios: 1 Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable, 2 Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable, 1 Estuche para laringo y accesorios, de fácil limpieza, 3 Lámpara de repuesto de cada referencia que se requiera, 2 Baterías alcalinas, para el caso del mango con alimentación no recargable?	CUMPLE	
El equipo incluye procesos específicos de limpieza y desinfección y peso del mango con baterías?	CUMPLE	
Incluye manual de usuario y técnico en español?	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	20.257.890	
Puntaje 60 puntos	60	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO		
Puntaje 20 puntos		
TIEMPO DE GARANTIA ADISIONAL	0	
Puntaje 10 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	NO	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	60	

  
Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez  
Profesional Especializado de Equipos Médicos

Dr. Victor Pedraza  
Director Administrativo

  
Dr. Saul Eduardo Moreno  
Director Científico

  
Carlos Martinez Camargo  
Subdirector de Compras