


ITEM 1 CAMILLA RODABLE				
GENERALIDADES DEL EQUIPO	LOS PINOS	OBSERVACIONES	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
La camilla es rodable y especializada en procedimientos ginecológicos?	CUMPLE		CUMPLE	
Soporta un peso de 140 Kg como mínimo en movimiento?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con elevación de la espalda controlada por dos resortes de gas o doble sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80° como mínimo?	CUMPLE		CUMPLE	
La altura y descenso es ajustable y cubre el rango de 59 cm. a 85 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso de 12° como mínimo?	CUMPLE		CUMPLE	
El funcionamiento del cabecero y piesero es por sistema neumático?	CUMPLE		CUMPLE	
La mesa cuenta con tres secciones con tendido o superficie en polímero Y radiolúcido (opcional)?	CUMPLE		CUMPLE	
Las barandas son abatibles con extensión y cromadas?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con soporte para pies y piernas?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con cubeta integrada para recolección de fluidos?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con correas y asideras para procedimientos ginecológicos?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con ruedas giratorias con sistema de freno central total y quinta rueda direccional?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas?	CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con atril porta suero telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla?	CUMPLE		CUMPLE	
La colchoneta es de poliuretano de 10 cm de espesor como mínimo para cada plano, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección y las dimensiones son acorde al modelo de la camilla?	CUMPLE		CUMPLE	
El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia?	CUMPLE		CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE		CUMPLE	
MANTENIMIENTO	LOS PINOS	OBSERVACIONES	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO APLICA		NO APLICA	
Posibles Actualizaciones	NO APLICA		NO APLICA	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE		CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE		CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	24 HORAS		24 HORAS	

Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE		CUMPLE	
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO APLICA		NO APLICA	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO APLICA		NO APLICA	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE		CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE		CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE		CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE		CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION				
COSTO DEL EQUIPO	\$ 18.544.059		\$ 20.880.000	
Puntaje 65 puntos	65		57,72815302	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	\$ 350.000		\$ 0	
Puntaje 5 puntos	5		0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	1 AÑO		0	
Puntaje 20 puntos	20		0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	CUMPLE		0	
Puntaje 10 puntos	10		0	
CALIFICACION FINAL	100		57,72815302	

DOC. MANUEL MATAMOROS
Director administrativo (E)


DOC. SAUL MORENO
Director Científico

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ
Sub Director Bienes Compras y Suministros


ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S
Profesional Especializado de Equipos Medico en
Mision