

ITEM 9 DINAMOMETRO PARA MANO		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
Es un elemento para medir la fuerza manual?	CUMPLE	
El funcionamiento es hidráulico?	CUMPLE	
Permite ajustar a varias posiciones del tamaño de la mano?	CUMPLE	
Incluye manómetro indicando fuerza?	CUMPLE	
El equipo incluye manual de usuario?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo		
CUMPLE		
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	24 HORAS
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (S/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.		
CUMPLE		
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (S/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.		
CUMPLE		
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION	CUMPLE	
COSTO DEL EQUIPO	\$ 1.241.200	
Puntaje 65 puntos	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	0	
Puntaje 5 puntos	0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	0	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	65	

DOC. MANUEL MATAMOROS
Director administrativo (E)

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ
Sub Director Bienes Compras y Suministros

DOC. SAUL MORENO
Director Científico

ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S
Profesional Especializado de Equipos Medico en
Mision