

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	4020	10616	NO CUMPLE	HEBRA SE RIEVIENTA, SE SUELTA, TIENE PROBLEMAS DE PENETRACION Y ARRSTRE			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	8115	10616	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	10616	10616	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	3250	10616	NO CUMPLE	El tamaño de la aguja que se requiere no es adecuado			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2circ * 75cm	UNIDAD	8677	9820	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2circ * 75cm	UNIDAD	10213	9820	CUMPLE			SUPERA EL VALOR DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
81	BBRAUN	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2circ * 75cm	UNIDAD	5500	9820	NO CUMPLE	AGUJA PIERDE CARACTERISTICAS FACILMENTE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	8348	10093	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	6750	10093	NO CUMPLE	El tamaño de la aguja que se requiere no es adecuado			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	10213	10093	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	5500	10093	NO CUMPLE	AGUJA PIERDE CARACTERISTICAS FACILMENTE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	UNIDAD	10724	8738	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	UNIDAD	7917	8738	NO CUMPLE	El tamaño de la aguja que se requiere no es adecuado			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	UNIDAD	10213	8738	CUMPLE			SUPERA EL VALOR DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
81	BBRAUN	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	UNIDAD	6100	8738	NO CUMPLE	AGUJA PIERDE CARACTERISTICAS FACILMENTE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	A02M06	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 ADR 26mm 1/2 c x 90cm	UNIDAD	5500	8035	NO CUMPLE	HEBRA SE RIEVIENTA, SE SUELTA, TIENE PROBLEMAS DE PENETRACION Y ARRASTRE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	A02M06	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 ADR 26mm 1/2 c x 90cm	UNIDAD	10570	8035	CUMPLE			SUPERA EL VALOR DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	2623	3112	CUMPLE		97		
81	BBRAUN	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	2540	3112	CUMPLE		100		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	3192	3112	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
86	DROGAS BOYACA	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	3367	3112	CUMPLE		79		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	2667	3112	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
93	SURGICON & CIA SAS	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	3300	3112	CUMPLE		81		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	B01S01	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AR 1/2 c / 37mm x 75 cm	UNIDAD	3111	3112	CUMPLE		86		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	1946	3111	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	2540	3111	CUMPLE		77		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	3192	3111	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
111	IMCOLMEDICA SA	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	3802	3111	NO CUMPLE	SIN TRABAJO DE CAMPO			
86	DROGAS BOYACA	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	3479	3111	CUMPLE		56		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	2667	3111	CUMPLE		73		
93	SURGICON & CIA SAS	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	3300	3111	CUMPLE		59		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	B01S02	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AR 1/2 c / 36.4mm x 75 cm	UNIDAD	3111	3111	CUMPLE		63		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	2351	3111	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	2540	3111	CUMPLE		93		



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	3192	3111	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
86	DROGAS BOYACA	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	3367	3111	CUMPLE		70		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	2667	3111	CUMPLE		88		
93	SURGICON & CIA SAS	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	3000	3111	CUMPLE		78		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	3111	3111	CUMPLE		76		
52	CORPAUL	B01S03	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AR 1/2 c / 26mm x 75 cm	UNIDAD	2501	3111	CUMPLE		94		