

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE AGUJA	UNIDAD	31590	35448	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE AGUJA	UNIDAD	16306	35448	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE AGUJA	UNIDAD	35448	35448	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE AGUJA	UNIDAD	36000	35448	CUMPLE		98		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	E02S07	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45cm	UNIDAD	23000	27818	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E02S07	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45cm	UNIDAD	27818	27818	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E02S07	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45cm	UNIDAD	17427	27818	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	E03906	SUT POLIESTER PARA CERCLAJE DE CUELLO UTERINO CON DOBLE AGUJA REDONDA -SET-	UNIDAD	122670	141000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO		NO SE EVALUA	DESIERTO
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm*	UNIDAD	18296	36735	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm*	UNIDAD	20450	36735	NO CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA AGUJA EN CUANTO A PENETRACION, HEBRA SE ROMPE., EN RODILLA NO FUNCIONA			
36735	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm*	UNIDAD	36735	36735	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03P02	SUTURA POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 1/2c 26mm*75cm	UNIDAD	4000	4000	CUMPLE		87		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E03P02	SUTURA POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 1/2c 26mm*75cm	UNIDAD	3475	4000	CUMPLE		99,86		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	E03P02	SUTURA POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 1/2c 26mm*75cm	UNIDAD	3470	4000	CUMPLE	BUENA CALIDAD DE LA AGUJA, HEBRA FACIL MANIPULACION	100,00	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	E03P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c 25-26mm 90cm	UNIDAD	4560	6202	CUMPLE		55		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	E03P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c 25-26mm 90cm	UNIDAD	2500	6202	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c 25-26mm 90cm	UNIDAD	4500	6202	CUMPLE		56		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E03P04	SUT POLIESTER TRENZADA 0 AR 37mm	UNIDAD	3545	5238	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	E03P04	SUT POLIESTER TRENZADA 0 AR 37mm	UNIDAD	3470	5238	CUMPLE		72		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	E03P04	SUT POLIESTER TRENZADA 0 AR 37mm	UNIDAD	2500	5238	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03P04	SUT POLIESTER TRENZADA 0 AR 37mm	UNIDAD	5238	5238	CUMPLE		48		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E03P05	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 27mm 1/2c * 75cm - HERNIA-	UNIDAD	2695	3388	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	E03P05	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 27mm 1/2c * 75cm - HERNIA-	UNIDAD	3470	3388	CUMPLE		78		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03P05	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 AR 27mm 1/2c * 75cm - HERNIA-	UNIDAD	4000	3388	CUMPLE		67		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E03S04	SUTURA POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR	UNIDAD	4500	10872	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	E03S04	SUTURA POLIESTER TRENADA 2/0 ADR	UNIDAD	15642	10872	CUMPLE		29		
81	BBRAUN	E03S04	SUTURA POLIESTER TRENADA 2/0 ADR	UNIDAD	4560	10872	CUMPLE	BUENA CALIDAD DE LA AGUJA, HEBRA FACIL MANIPULACION	99		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AR 37mm / 1/2 c x 90 cm		4515	4515	CUMPLE		70		
81	BBRAUN	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AR 37mm / 1/2 c x 90 cm		4080	4515	CUMPLE	LARGO APROPIADO, AGUJA BUENA CALIDAD, HEBRA DE MUY BUENA CALIDAD	77		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AR 37mm / 1/2 c x 90 cm		3514	4515	CUMPLE		90		
123	REVIVIR	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AR 37mm / 1/2 c x 90 cm		3160	4515	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AR 37mm / 1/2 c x 90 cm		4080	4515	CUMPLE		77		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AR 43mm / 1/2 c x 90 cm		4200	4341	CUMPLE		97		
81	BBRAUN	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AR 43mm / 1/2 c x 90 cm		4080	4341	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AR 43mm / 1/2 c x 90 cm		4080	4341	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AR 38mm / 1/2 c x 75 cm		3198	3198	CUMPLE		92		