

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Description Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
61	IMCOLMEDICA SA	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.5	Canula de traqueostomia Nº 7.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	15008	NO CUMPLE	No tiene encaulado			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.5	Canula de traqueostomia Nº 7.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	10997	NO CUMPLE	MATERIAL DE MALA CALIDAD			
5	COVIDIEN	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.5	Canula de traqueostomia Nº 8.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	75400	CUMPLE				
71	G BARCO	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.5	Canula de traqueostomia Nº 8.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	49068	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
23	S Y D	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.5	Canula de traqueostomia Nº 8.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	19610	NO CUMPLE	No arena ficial, registro ni permiso de comercialización. No tiene encaulado			
61	IMCOLMEDICA SA	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.5	Canula de traqueostomia Nº 8.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	15008	NO CUMPLE	No tiene encaulado			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.5	Canula de traqueostomia Nº 8.5 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	10997	NO CUMPLE	MATERIAL DE MALA CALIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	273780	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	81200	CUMPLE				
71	G BARCO	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	49068	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
24	VYSON	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	31204	NO CUMPLE	Canulas de calidad suboptima			
23	S Y D	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	19210	NO CUMPLE	No arena ficial, registro ni permiso de comercialización. No tiene encaulado			
61	IMCOLMEDICA SA	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	15008	NO CUMPLE	No tiene encaulado			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7.0	Canula de traqueostomia Nº 7.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	10997	NO CUMPLE	MATERIAL DE MALA CALIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	273760	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	75400	CUMPLE				
71	G BARCO	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	49068	CUMPLE				
24	VYSON	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	31204	NO CUMPLE	Canulas de calidad suboptima		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
23	S Y D	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8.0 con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin fenestración	18096	NO CUMPLE	No arena ficial, registro ni permiso de comercialización. No tiene encaulado			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
61	IMCOLMEDICA SA	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon tradicional, en PVC aislado impermeable, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin flexibilidad	15008	NO CUMPLE	No tiene enunciado			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 8.0	Canula de traqueostomia Nº 8 con balón fisiológico, en PVC aislado impermeable, curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin flexibilidad	10997	NO CUMPLE	MATERIAL DE MALA CALIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		273760	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		81200	CUMPLE				
71	G BARCO	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		49068	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
23	S Y D	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		19210	NO CUMPLE	No arena, falta, regalo o permiso de comercialización, no tiene enunciado			
61	IMCOLMEDICA SA	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		15008	NO CUMPLE	No tiene enunciado			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 6.0		10997	NO CUMPLE	MATERIAL DE MALA CALIDAD			
5	COVIDIEN	G06T01	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 35 Fr	UNIDAD	139200	CUMPLE				
50	LM INSTRUMENTS SA	G06T01	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 35 Fr	UNIDAD	134560	CUMPLE				
71	G BARCO	G06T01	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 35 Fr	UNIDAD	129920	CUMPLE	Excelente producto		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06T01	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 35 Fr	UNIDAD	126672	NO CUMPLE	Mala calidad y punto distal muy larga			
14	NUCLEOTEC	G06T01	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 35 Fr	UNIDAD	116000	NO CUMPLE	No suministró muestra para evaluar			
5	COVIDIEN	G06T02	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr	UNIDAD	139200	CUMPLE		91		
50	LM INSTRUMENTS SA	G06T02	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr	UNIDAD	134560	CUMPLE		94		
71	G BARCO	G06T02	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr	UNIDAD	129920	CUMPLE	Excelente producto	98		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06T02	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr	UNIDAD	126672	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G06T02	TUBO ENDOTRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr	UNIDAD	116000	NO CUMPLE	No suministró muestra para evaluar			
5	COVIDIEN	G06T04	TUBO ENDOTRONQUIAL DERECHO 35 Fr	UNIDAD	139200	CUMPLE				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
50	LM INSTRUMENTS SA	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 Fr.	UNIDAD	134560	CUMPLE				
71	G BARCO	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 Fr.	UNIDAD	129920	CUMPLE	Excelente producto		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 Fr.	UNIDAD	126672	NO CUMPLE	Mala calidad y punta distal muy larga			
14	NUCLEOTEC	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 Fr.	UNIDAD	116000	NO CUMPLE	No suministro muestra para evaluar			
5	COVIDIEN	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 Fr.	UNIDAD	139200	CUMPLE				
50	LM INSTRUMENTS SA	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 Fr.	UNIDAD	134560	CUMPLE				
71	G BARCO	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 Fr.	UNIDAD	129920	CUMPLE	Excelente producto			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 Fr.	UNIDAD	126672	NO CUMPLE	Mala calidad y punta distal muy larga			
14	NUCLEOTEC	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 Fr.	UNIDAD	116000	NO CUMPLE	No suministro muestra para evaluar			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2900	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2784	CUMPLE				
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2010	NO CUMPLE	Se trabajo de campo, no suministra muestra para evaluacion. No anexa ficha registro ni permiso de comercialización.			
24	VYCON	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1833	CUMPLE				
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1473	NO CUMPLE	Colegas parcial		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
14	NUCLEOTEC	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1322	NO CUMPLE	Se accio con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1218	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Description Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
26	MEDITECH	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2042	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2900	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2784	CUMPLE				
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2010	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministré muestra para evaluación. No anexé foto, registro ni permiso de comercialización			
71	G BARCO	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	CUMPLE	Buen producto, muy tecnico			
24	VYSON	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1833	CUMPLE				
61	IMCOLMEDICA SA	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1551	CUMPLE				
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1392	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
14	NUCLEOTEC	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1322	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
2	CORPAUL	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1255	NO CUMPLE	COLAPSA MUY FACIL			
19	CARDOMED	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1218	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2042	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
23	S Y D	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2398	NO CUMPLE	Se trabajo de campo no suministra muestra para evaluacion. No anota fecha, repaso la permitio de comercializacion.			
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	NO CUMPLE	COLAPSA CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
14	NUCLEOTEC	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se accede con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2900	CUMPLE	.			
5	COVIDIEN	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2784	CUMPLE				
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2010	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluacion. No anota fecha, repaso la permitio de comercializacion.			
71	G BARCO	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	CUMPLE	Bien producto, muy tecnico			
24	VYGON	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1833	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
61	IMCOLMEDICA SA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1551	CUMPLE				
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1334	NO CUMPLE	COLAPSA CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
14	NUCLEOTEC	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1322	NO CUMPLE	Se accede con facilidad			
2	CORPAUL	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1255	NO CUMPLE	COLAPSA MUY FACIL			
19	CARDIOMED	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1218	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2042	NO CUMPLE	POQUERO DE MALA CALIDAD LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
5	COVIDIEN	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2784	CUMPLE		45		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2010	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
71	G BARCO	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1972	CUMPLE	Buen producto, muy tecnico	64		
24	VYGON	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1833	CUMPLE		68		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1551	CUMPLE		81		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1334	NO CUMPLE	COLARSA CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
14	NUCLEOTEC	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1322	NO CUMPLE	Se acota con brevedad			
2	CORPAUL	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1255	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
19	CARDIOMED	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1218	NO CUMPLE	SE COLARSA CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2042	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD, LOS TUBOS COLARSA FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		2900	CUMPLE		43		
5	COVIDIEN	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		2784	CUMPLE		45		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
71	G BARCO	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1972	CUMPLE	Buen producto, muy tecnico	64		
23	S Y D	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1934	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
24	VYGON	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1833	NO CUMPLE	fácil colaraje al manipular			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

Nº Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Técnica	Valor Total Unitario	Calificacion Técnica	Observaciones	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
61	IMCOLMEDICA SA	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1551	CUMPLE		81		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1334	NO CUMPLE	COLAPSAN CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
14	NUCLEOTEC	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1322	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
2	CORPAUL	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1255	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
19	CARDIOMED	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		1218	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON		2042	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
71	G BARCO	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC. Transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
23	S Y D	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2552	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No permite identificación ni permiso de comercialización			
24	VYCON	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2436	CUMPLE	No se colapsa, muy buena maleabilidad	73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2039	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1972	NO CUMPLE	COLAPSAN CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
2	CORPAUL	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Técnica	Valor Total Unitario	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
23	S Y D	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2706	NO CUMPLE	Se trabajo de campo, no suministra muestra para evaluacion. No anexa ficha, registro ni permiso de caracterizacion			
24	VYGON	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2436	CUMPLE	Excelente trabajo del material	73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2039	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	NO CUMPLE	COLAPSAN CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			
2	CORPAUL	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se accede con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	0	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
69	ALLERS	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3352	NO CUMPLE	SE ACCIONA CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
23	S Y D	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2552	NO CUMPLE	Se trabajo de campo, no suministra muestra para evaluacion. No anexa ficha, registro ni permiso de caracterizacion			
24	VYGON	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2436	CUMPLE		73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2039	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	NO CUMPLE	COLAPSAN CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripcion Tecnica	Valor Total Unitario	Calificacion Tecnica	Observation	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
2	CORPAUL	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1680	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD, LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3364	CUMPLE		53		
69	ALLERS	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3362	NO CUMPLE	SE ACODA CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
23	S Y D	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2474	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluacion, No acepta fides, regido ni permiso de comercializacion			
24	VYGON	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2436	CUMPLE		73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	2039	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1972	CUMPLE		90		
2	CORPAUL	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilacion y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balon es de tipo baja presion en PVC transparente.	0	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
26	MEDITECH	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1680	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3364	CUMPLE		53		
69	ALLERS	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3352	NO CUMPLE	SE ACODA CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
5	COVIDIEN	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2474	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
24	VYGON	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2436	CUMPLE		73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2039	CUMPLE		67		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1856	CUMPLE		95		
2	CORPAUL	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acoda con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1680	NO CUMPLE	POLIMERO DE MALA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3364	CUMPLE		53		
69	ALLERS	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3352	NO CUMPLE	SE ACODA CON FACILIDAD			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
71	G BARCO	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
5	COVIDIEN	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Se trabajo de campo			
23	S Y D	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	2474	NO CUMPLE	Se trabajo de campo, no aumentó muestra para evaluación. No arena fofa, ingesta o permiso de comercialización			
24	VYGON	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	2436	CUMPLE		73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	2038	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	1856	CUMPLE		95		
2	CORPAUL	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acota con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
26	MEDITECH	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	1680	NO CUMPLE	POUMERO DE MULA CALIDAD. LOS TUBOS COLAPSAN FACILMENTE			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3364	CUMPLE		53		
69	ALLERS	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3352	NO CUMPLE	SE ACODA CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE		56		
5	COVIDIEN	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	CUMPLE		59		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta brida y pulda, el balon es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Se trabajo de campo			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
23	S Y D	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2474	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
24	VYGON	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2436	CUMPLE		73		
61	IMCOLMEDICA SA	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2039	CUMPLE		87		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1856	CUMPLE		95		
2	CORPAUL	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1767	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acorda con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSA CON FACILIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3364	CUMPLE				
5	COVIDIEN	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2784	CUMPLE				
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2320	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
23	S Y D	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1934	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
24	VYGON	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1833	CUMPLE				
61	IMCOLMEDICA SA	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1551	CUMPLE				
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1392	NO CUMPLE	COLAPSA CON FACILIDAD Y ADEMÁS SE DAÑO EL BALON		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
14	NUCLEOTEC	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1322	NO CUMPLE	Se acorda con facilidad			
2	CORPAUL	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX), con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1255	NO CUMPLE	COLAPSA MUY FACIL			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
19	CARDIOMED	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta boquilla y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1218	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
71	G BARCO	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 SIN BALON	Tubo endotraqueal fabricado en PVC transparente con tubo y línea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta boquilla y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1700	CUMPLE	Buen producto muy tecnico	91		
50	LM INSTRUMENTS SA	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	4524	CUMPLE		48		
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	4182	CUMPLE		52		
71	G BARCO	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	3828	NO CUMPLE	No tiene el cuello y la conexión flexible No permite nebulizar en diferentes posiciones			
61	IMCOLMEDICA SA	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	3449	CUMPLE		63		
70	HOSPMEDICS	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2899	CUMPLE		75		
23	S Y D	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2862	NO CUMPLE	San trabajo de campo no sumantra muestra para evaluación. No anexo foto, registro ni permiso de comercialización			
69	ALLERS	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2630	CUMPLE		83		
67	GLOBAL HEALTH CARE	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2378	CUMPLE		92		
65	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2262	CUMPLE		96		
30	BIOPLAST	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2192	CUMPLE		99		
8	GOTAPLAST	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2181	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
14	NUCLEOTEC	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	2088	NO CUMPLE	El nebulizador trae tres piezas, cuando se limpia se puede perder la parte interna y se debe solicitar otro equipo. Si no percibo la pieza interna y la fidedignidad no se perciba se puede alterar el suministro del medicamento			
19	CARDIOMED	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	Kit para micronebulización mascarilla blanca con nebulizador de oxígeno más micronebulizador, preferencia adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con líneas de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica	1800	NO CUMPLE	NO NEBULIZA EN DECUBITO SUPINO			
50	LM INSTRUMENTS SA	G13T01	TUBO ENDOQ REFOR No 7.0	UNIDAO	42920	CUMPLE		46		
5	COVIDIEN	G13T01	TUBO ENDOQ REFOR No 7.0	UNIDAO	31320	CUMPLE		63		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	Código producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Catificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
71	G BARCO	G13T01	TUBO ENDOQ REFOR No 7.0	UNIDAD	27840	CUMPLE		71		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G13T01	TUBO ENDOQ REFOR No 7.0	UNIDAD	20752	CUMPLE		95		
14	NUCLEOTEC	G13T01	TUBO ENDOQ REFOR No 7.0	UNIDAD	19720	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
50	LM INSTRUMENTS SA	G13T02	TUBO ENDOQ REFOR No 8.0	UNIDAD	36795	CUMPLE		54		
5	COVIDIEN	G13T02	TUBO ENDOQ REFOR No 8.0	UNIDAD	31320	CUMPLE		63		
71	G BARCO	G13T02	TUBO ENDOQ REFOR No 8.0	UNIDAD	27840	CUMPLE		71		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G13T02	TUBO ENDOQ REFOR No 8.0	UNIDAD	20752	CUMPLE		95		
14	NUCLEOTEC	G13T02	TUBO ENDOQ REFOR No 8.0	UNIDAD	19720	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
50	LM INSTRUMENTS SA	G13T03	TUBO ENDOQ REFOR No 7.5	UNIDAD	34800	CUMPLE		57		
5	COVIDIEN	G13T03	TUBO ENDOQ REFOR No 7.5	UNIDAD	31320	CUMPLE		63		
71	G BARCO	G13T03	TUBO ENDOQ REFOR No 7.5	UNIDAD	27840	CUMPLE		71		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G13T03	TUBO ENDOQ REFOR No 7.5	UNIDAD	20752	CUMPLE		95		
14	NUCLEOTEC	G13T03	TUBO ENDOQ REFOR No 7.5	UNIDAD	19720	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
50	LM INSTRUMENTS SA	G13T04	TUBO ENDOQ REFOR No 8.5	UNIDAD	34800	CUMPLE		57		
5	COVIDIEN	G13T04	TUBO ENDOQ REFOR No 8.5	UNIDAD	31320	CUMPLE		63		
71	G BARCO	G13T04	TUBO ENDOQ REFOR No 8.5	UNIDAD	27840	CUMPLE		71		
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G13T04	TUBO ENDOQ REFOR No 8.5	UNIDAD	20752	CUMPLE		95		
14	NUCLEOTEC	G13T04	TUBO ENDOQ REFOR No 8.5	UNIDAD	19720	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	Calificación Técnica	Observación	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
50	LM INSTRUMENTS SA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	4050	CUMPLE				
71	G BARCO	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3132	CUMPLE				
39	PRODUCTOS CLINICOS LTDA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
5	COVIDIEN	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	3016	CUMPLE				
23	S Y D	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2474	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anexa ficha registro ni permiso de comercialización			
61	IMCOLMEDICA SA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	2039	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
41	QUIRUMEDICOS LTDA	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1972	NO CUMPLE	COLAPSA CON FACILIDAD Y ADEMAS SE DAÑO EL BALON			
14	NUCLEOTEC	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1763	NO CUMPLE	Se acorta con facilidad			
19	CARDIOMED	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON	Tubo endotraqueal Fabricado en PVC transparente con tubo y linea radio-opaca (ORX) con adaptador universal para el dispositivo de ventilación y en la extremidad distal abierta Biselada y pulida, el balón es de tipo baja presión en PVC transparente.	1682	NO CUMPLE	SE COLAPSAN CON FACILIDAD			
50	LM INSTRUMENTS SA	V1V106-2	TRAMPA CAT ALVEOLAR PARA RECOLECCION DE SECRECIONES	UNIDAD	10846	CUMPLE		50		
5	COVIDIEN	V1V106-2	TRAMPA CAT ALVEOLAR PARA RECOLECCION DE SECRECIONES	UNIDAD	5452	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA


CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ/C
Subdirector de compras bienes y suministros