

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	UNIDAD	4020	5091	NO CUMPLE	AGUJA PIERDE FILO RAPIDAMENTE			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	UNIDAD	3575	5091	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	UNIDAD	4793	5091	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8circ * 75cm	UNIDAD	15547	9820	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8circ * 75cm	UNIDAD	10164	9820	CUMPLE			SUPERA EL VALOR DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
81	BBRAUN	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8circ * 75cm	UNIDAD	9000	9820	NO CUMPLE	Por concepto de tecnovigilancia, se evidencio que su longitud no es apta para los procedimientos del hospital y se rompe facilmente			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	3874	2781	CUMPLE		65		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
81	BBRAUN	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	3500	2781	CUMPLE		71		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	4524	2781	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
111	IMCOLMEDICA SA	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	5265	2781	NO CUMPLE	SIN TRABAJO DE CAMPO			
86	DROGAS BOYACA	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	4045	2781	CUMPLE		62		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	2667	2781	CUMPLE		94		
93	SURGICON & CIA SAS	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	4500	2781	CUMPLE		56		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	2878	2781	CUMPLE		87		
52	CORPAUL	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	2501	2781	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
123	REVIVIR	D01S20	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 0 SA	UNIDAD	2200	2781	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA RESPECTO A LA FUERZA DE PENETRACION			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	3527	2781	CUMPLE		76		
81	BBRAUN	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	3500	2781	CUMPLE		76		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	4308	2781	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
111	IMCOLMEDICA SA	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	5001	2781	CUMPLE		53		
86	DROGAS BOYACA	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	4045	2781	CUMPLE		66		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	2667	2781	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	2878	2781	CUMPLE		93		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
52	CORPAUL	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	2501	2781	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA, AGUJA S DOBLA			
123	REVIVIR	D01S21	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 2/0 SA	UNIDAD	2200	2781	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA RESPECTO A LA FUERZA DE PENETRACION			
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	2964	2781	CUMPLE		90		
81	BBRAUN	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	3094	2781	CUMPLE		86		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	3600	2781	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO. EL PROPONENTE EN CONVOCATORIA DE MUESTRAS DE 2013 PRESENTA UN PRODUCTO DE MARCA DIFERENTE Y EN TIEMPO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE 2014 NO ENTREGA ESTE PRODUCTO			
111	IMCOLMEDICA SA	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	4668	2781	CUMPLE		57		
86	DROGAS BOYACA	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	4153	2781	CUMPLE		64		
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	2667	2781	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
93	SURGICON & CIA SAS	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	4200	2781	CUMPLE		64		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	2361	2781	CUMPLE		113		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
52	CORPAUL	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	2501	2781	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA, AGUJAS DOBLA			
123	REVIVIR	D01S22	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	UNIDAD	2200	2781	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA RESPECTO A LA FUERZA DE PENETRACION			
81	BBRAUN	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	UNIDAD	31590	35448	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	UNIDAD	35448	35448	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	UNIDAD	34800	35448	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
81	BBRAUN	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5 5 mm / 1/2 C.	UNIDAD	31590	42119	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5 5 mm / 1/2 C.	UNIDAD	41342	42119	CUMPLE		93		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5 5 mm / 1/2 C.	UNIDAD	38376	42119	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA